



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
“Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Θεσσαλονίκη 14-9-2017

**«Διαδικασία 1ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας-υαλοειδεκτομών (C.P.V.33192000-2) για ένα έτος, προϋπολογισθείσης δαπάνης 59.990,00€ άνευ ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.**

Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αριθμ.13<sup>η</sup>/θέμα 38ο /18-07-2017 απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου εγκρίθηκε η ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμ.δ/ξης 002/2017 που αναφέρεται στο θέμα και επαναπροκήρυξη του με σαφείς –συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Με το αριθμ. πρωτ.10476/28-8-2017 έγγραφο της υπηρεσίας κλήθηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών η οποία συνέταξε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναρτώνται στο σχετικό σύνδεσμο για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, **ήτοι από 14-9-2017 έως και 20/9/2017**, μέσα στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, αφού λάβουν γνώση, να υποβάλλουν τυχόν παρατηρήσεις επί του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις θα υποβληθούν εγγράφως (μέσω τηλεομοιοτυπίας, ή με courier, ή αυτοπροσώπως, ή με e-mail) στο Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») στη διεύθυνση Ελένης Ζωγράφου 2- τηλ. 2313 322329, fax 2313 322355, e-mail:agdim-prom@3ype.gr

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΩΝ**

(Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας, τιμής η οποία εκτιμάται σύμφωνα με τα κριτήρια του πίνακα Α. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ»)

**Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ<sup>ο</sup>**

<b>A/A</b>	<b>ΚΡΙΤΗΡΙΑ</b>	<b>ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ</b>
1	Η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά και η εμπορία και οι σχετικοί όροι	25%
2	Η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, στην περίπτωση που η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης	20%
3	Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη	15%
4	Οι όροι παράδοσης, όπως η ημερομηνία παράδοσης, η διαδικασία και η προθεσμία παράδοσης ή η προθεσμία	10%
5	Η παροχή της εγγύησης της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016	15%
6	Η προσαύξηση του προβλεπόμενου στα έγγραφα της σύμβασης χρόνου εγγύησης	15%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>100%</b>

## ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι προσφορές είναι αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας, τιμής η οποία εκτιμάται σύμφωνα με τα κριτήρια του πίνακα Α. «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ».

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Οι αναγραφόμενες πιο κάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ' εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:**

Ενδεικτικός αριθμός επεμβάσεων φακοθρυψίας: 400 επεμβάσεις

Ενδεικτικός αριθμός επεμβάσεων βιτρεκτομής: 50 επεμβάσεις

Στα είδη για τα οποία γίνεται αναφορά «πολλαπλών χρήσεων ή μίας χρήσης» η ποσότητα θα διαμορφωθεί από τον προσφέροντα για την κάλυψη του ενδεικτικού αριθμού επεμβάσεων που αναφέρεται πιο πάνω και το κόστος θα διαμορφωθεί ανάλογα.

π.χ.

Α/Α 15. ΤΙΡ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 400 ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ

Τεμάχια 40 X 10 Χρήσεις : 400 επεμβάσεις φακοθρυψίας.

Τεμάχια 400 X 1 Χρήση : 400 επεμβάσεις φακοθρυψίας.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΜΧ
1	ΚΑΣΕΤΕΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ	400
2	ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23G	40
3	ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 25G	10
4	ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ & ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ) 23G	5

5	ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ & ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ) 25G	5
6	ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 23G ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	5
7	ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 25G ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	5
8	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER 23G ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	5
9	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER 25G ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	5
10	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΘΕΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	5
11	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	5
12	TIP FRAGMENTATION 23G ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 50 ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ	50 (ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)
13	ΒΙΤΡΕΟΦΑΓΟΣ 20G Η' 23G ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	40
14	SLEEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΑΠΟ 2,2mm ΕΩΣ 2,75	250
15	TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 400 ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ	400 (ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ)
16	ΣΤΥΛΕΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	2
17	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 21G ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	2
18	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ ΠΛΥΣΗ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	100
19	CHANDELIER 25G ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	5
20	ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ (SOFT TIP) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	5
21	ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 25G ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ (SOFT TIP) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	5

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Σύστημα χειρουργικής οφθαλμού για επεμβάσεις καταρράκτη, οπίσθιας υαλοειδεκτομής και συνδυασμένης επέμβασης:

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας για επεμβάσεις οπίσθιας υαλοειδεκτομής, καταρράκτη και συνδυασμένης επέμβασης.
2. Με αντλία τύπου Venturi με δυνατότητα ελέγχου του ρυθμού αναρρόφησης.
3. Με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας.
4. Με πλήρως προγραμματιζόμενο ποδοδιακόπτη. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης του.
5. Με υαλοειδοφάγο πολύ υψηλών κοπών (τουλάχιστον 2.500 κοπές).
6. Με διαθέσιμα πακέτα υαλοειδεκτομής για τομές 23g και 25g.
7. Με δύο πηγές ενδοφωτισμού τύπου xenon.
8. Με τρία ειδικά φίλτρα (κίτρινο, πράσινο, πορτοκαλί) κατά της φωτοτοξικότητας της πηγής ενδοφωτισμού για την μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς.
9. Με δυνατότητα εισαγωγής και αφαίρεσης ελαίου σιλικόνης όλων των πυκνοτήτων.
10. Με δυνατότητα διαθερμίας και ενδοδιαθερμίας 23g και 25g.
11. Με ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα λειτουργίας του endolaser από τον κυρίως, υπάρχοντα ποδοδιακόπτη.
12. Με πρόσθιο υαλοειδοφάγο τύπου γκιλοτίνας 20g και 23g.
13. Με ασύρματο φωτιζόμενο τηλεχειριστήριο, πολλών λειτουργιών.
14. Με δυνατότητα αποθήκευσης μνημών ανάλογα με την σκληρότητα του καταρράκτη.
15. Με δυνατότητα χρήσης μίας μόνο κασέτας για τη συνδυασμένη επέμβαση καταρράκτη και βιτρεκτομής.
16. Με 2 στυλεούς φακοθρυψίας
17. Με 2 στυλεούς φραγμοτόμους πολλαπλών χρήσεων (Fragmentation)

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ

1. Με κάλυμμα οθόνης
2. Με κάλυμμα τραπεζιδίου
3. Με 2 sleeves έγχυσης (irrigation sleeves) για τομές  $\geq 2,75$
4. Με θάλαμο δοκιμών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23g ΚΑΙ 25g

1. με σύστημα σωληνώσεων
2. με 2η γραμμή αναρρόφησης
3. με γραμμή έγχυσης
4. με κάλυμμα τραπεζιδίου
5. με κάλυμμα οθόνης
6. με σύριγγα από 10cc και πάνω
7. με πλαστική-λαβή προέκταση βιτρεοτόμου
8. βιτρεοφάγος 23g ή 25g
9. ενδοφωτισμός 23g ή 25g
- 10.3 κάνουλες τροκάρ 23g ή 25g
- 11.3 βύσματα (τάπες) για κάνουλες σκληρού χιτώνα 23g ή 25g

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ – ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23g ΚΑΙ 25g

1. με σύστημα σωληνώσεων
2. με 2η γραμμή αναρρόφησης
3. με γραμμή έγχυσης
4. με κάλυμμα τραπεζιδίου
5. με κάλυμμα οθόνης
6. με σύριγγα από 10cc και πάνω
7. με πλαστική-λαβή προέκταση βιτρεοτόμου
8. βιτρεοφάγος 23g ή 25g
9. ενδοφωτισμός 23g ή 25g
- 10.3 κάνουλες τροκάρ 23g ή 25g
- 11.3 βύσματα (τάπες) για κάνουλες σκληρού χιτώνα 23g ή 25g
12. Με πλαστικό θάλαμο δοκιμών
13. Με 2 sleeves έγχυσης (irrigation sleeves) για τομές 2,4 έως 2,75

Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα παραχώρησης Οπτικού εξαρτήματος (ισοδύναμο BIOM ή EIBOS) που προσαρμόζεται στο χειρουργικό μικροσκόπιο όταν θα παρίσταται ανάγκη, για την διενέργεια των βιτρεκτομών.

### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

- 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ**
- 2. ANNA ΠΡΑΙΔΟΥ**
- 3. ΙΩANNA ΒΑΒΙΛΗ**