



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Θεσσαλονίκη 28-9-2016

«Διαδικασία 2ης δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας-υαλοειδεκτομών (C.P.V.33192000-2) για ένα έτος, προϋπολογισθείσης δαπάνης 59.990,00€ άνευ ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά.»

Ανακοινώνεται ότι με την υπ' αριθμ.13 ^η/θέμα 38ο /18-07-2017 απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου εγκρίθηκε η ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμ.δ/ξης 002/2017 που αναφέρεται στο θέμα και επαναπροκήρυξη του με σαφείς – συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Με το αριθμ. πρωτ.10476/28-8-2017 έγγραφο της υπηρεσίας κλήθηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών η οποία συνέταξε τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναρτήθηκαν στο σχετικό σύνδεσμο για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, **ήτοι από 14-9-2017 έως και 20/9/2017**, μέσα στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, αφού λάβουν γνώση, να υποβάλλουν τυχόν παρατηρήσεις επί του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή. Για το λόγο αυτό η εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε υπέβαλλε το από 20-9-2017 (αριθμ.πρωτ.νοσοκ.11479/21-9-2017 έγγραφό της).

Η αρμόδια επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις της παραπάνω εταιρίας συνέταξε το παρακάτω έγγραφο το οποίο θα αναρτηθεί για **επιπλέον τέσσερις (4) ημέρες ήτοι έως την 2-10-2017** στο σχετικό σύνδεσμο.

Οι παρατηρήσεις θα υποβληθούν **εγγράφως** (μέσω τηλεομοιοτυπίας, ή με courier, ή αυτοπροσώπως, ή με e-mail) στο Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») στη διεύθυνση Ελένης Ζωγράφου 2- τηλ. 2313 322329, fax 2313 322355, e-mail:agdim-prom@3ype.gr

Αναφορικά με την διαδικασία της 1^{ης} δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού μετά συνοδού εξοπλισμού συνδυαστικού μηχανήματος φακοθρυψίας – υαλοειδεκτομών (CPV 33132000-2) για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.990,00€ άνευ ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, έγιναν παρατηρήσεις από την εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ με το από 20-9-2017 έγγραφό της (αριθμ.πρωτ.νοσοκ11479/21-9-2017).

Η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει τα εξής:

Η εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ προτείνει στην Επιτροπή σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού «την διενέργεια νέας διαβούλευσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού με αρ. διακ. 002/2017, που ματαιώθηκε επειδή δεν είχε σαφείς ποσότητες και είχε αναγραφή εμπορικών ονομασιών, που και πάλι θα απέκλειαν τον ανταγωνισμό». Ο διαγωνισμός 002/2017 ματαιώθηκε σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: Ω4Γ94690Β1-ΩΟΙ), διότι «οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης δεν είναι σαφείς και μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς είναι αναγκαία η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, ώστε να αποφευχθεί η οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου από την διακήρυξη αριθμού οφθαλμολογικών επεμβάσεων, προτείνει ομόφωνα την ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού με αρ. διακ. 002/2017 και την επαναπροκήρυξή του με σαφείς – συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές». Άρα η παρατήρηση της εταιρίας ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ότι οι ποσότητες δεν ήταν σαφείς δεν ισχύει και επίσης ότι υπήρχαν εμπορικές ονομασίες, οι οποίες θα απέκλειαν τον ανταγωνισμό, καταρρίπτεται διότι υπήρξαν δύο προσφορές, οι οποίες και οι δύο αξιολογήθηκαν ως τεχνικά αποδεκτές. Η επιτροπή συνέταξε τις νέες προδιαγραφές που τέθηκαν σε διαβούλευση **με γνώμονα την σαφήνεια των προδιαγραφών, αλλά και των ποσοτήτων ώστε να υπάρχει κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού οφθαλμολογικών επεμβάσεων.**

Επίσης η εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ αναφέρει ότι *«σε συνέχεια των νέων τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν προς διαβούλευση και οι οποίες είναι δυνατόν να καλυφθούν μόνο από ένα μηχάνημα αποκλείοντας έτσι τον ανταγωνισμό».* Τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν από την Επιτροπή διότι **δεν προσδιορίζεται σαφώς ποια είναι τα σημεία τα οποία καλύπτονται μόνο από ένα μηχάνημα** αποκλείοντας έτσι την ίδια και τον ανταγωνισμό γενικότερα.

Επίσης η εταιρία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ αναφέρει: *«στην διακήρυξη θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια οι ποσότητες των ζητούμενων ειδών, αν θα απαιτείται να είναι μιας χρήσης ή πολλαπλών (βασικό αίτιο ένστασης του διαγωνισμού που ματαιώθηκε) και σε περίπτωση που μια εταιρία δεν μπορεί να προσαρμοστεί αναλόγως, λόγω συσκευασιών, θα πρέπει η επιπλέον ποσότητα να δύναται να παρασχεθεί δωρεάν».*

Οι διαβουλευόμενες τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν με εξαιρετική σαφήνεια τις ποσότητες των ζητούμενων υλικών, είτε είναι μιας χρήσεως, είτε είναι πολλαπλών χρήσεων, έχοντας λάβει υπ' όψιν τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, από την διενέργεια προηγούμενων διαγωνισμών και μάλιστα με σαφές παράδειγμα,

ώστε να είναι επιτεύξιμος ο απαιτούμενος αριθμός των οφθαλμολογικών επεμβάσεων, τόσο της φακοθρυψίας, όσο και της βιτρεκτομής.

Κατόπιν όλων των παραπάνω η Επιτροπή προτείνει την 2^η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς καμία αλλαγή και αναμένει σαφείς τοποθετήσεις.

Θεσσαλονίκη

25/09/2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ...
2. ANNA ΠΡΑΙΔΟΥ.....
3. ΙΩANNA ΒΑΒΙΛΗ.....