

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3/05/2018

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 67.700,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9-5-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9-5-2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας δεν γίνονται δεκτές.

Όλοι οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι θα προμηθεύουν το Νοσοκομείο με τα κατακυρωθέντα είδη, **καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.**

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, **επί ποινή αποκλεισμού**, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**
- 2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δηλαδή: Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»**
- 3. Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης : 9-5-2018, ημέρα και ώρα 12:30**
- 4. Τα στοιχεία του αποστολέα**

Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. και ειδικότερα τα εξής:

A. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», όπου τοποθετούνται (σε δύο αντίγραφα, απαραίτητα:

Πλήρης περιγραφή των προσφερομένων ειδών **ανά κωδικό, (διαφορετικά θα απορρίπτονται)**, σε συμφωνία με την κατάσταση ειδών και τις τεχνικές προδιαγραφές.

B. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά **σε δύο αντίγραφα**, η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης.

Η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **9-5-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30** στην αίθουσα διαγωνισμών του Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της αποσφράγισης των προσφορών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ.

Η τιμή του προς προμήθεια είδους δίνεται ανά μονάδα και σύμφωνα με τη μονάδα μέτρησης του κάθε είδους, όπως καθορίζεται στην κατάσταση ειδών που θα παραληφθεί από το Νοσοκομείο.

Σε περίπτωση κατακύρωσης, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς τον ΦΠΑ και θα καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και θα παραλαμβάνεται με μέριμνα και ευθύνη του «β' συμβαλλόμενου» από το γραφείο Προμηθειών μετά τη λήξη της τυχόν παράτασης της σύμβασης και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και η εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους, σύμφωνα.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας τριών (3) μηνών και θα διακοπεί σε περίπτωση ανάδειξης χορηγητών από το αντίστοιχο ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενεργεί το νοσοκομείο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις κλειστές προσφορές σας, στο Γραφείο Προμηθειών της οργανικής μονάδας Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,

Διεύθυνση: Ελ. Ζωγράφου 2, 54634, Θεσσαλονίκη, Γραφείο Προμηθειών,
αρμόδια υπάλληλος: Μ. Κωστενιάν, τηλ. 2313.322329, Fax: 2313.322355,

e-mail: agdim-prom@3ype.gr, **μέχρι την 9-5-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.**

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Να καταθέσετε υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρετε ότι οι τιμές των ειδών σας είναι σύμφωνες ή χαμηλότερες του Παρατηρητηρίου Τιμών

Παρακαλούμε όπως κατατεθούν και δείγματα των προσφερομένων ειδών (όπου είναι δυνατόν) διαφορετικά να κατατεθούν prospectus .

Παρακαλούμε σε κάθε κωδικό είδους νοσοκομείου να αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός παρατηρητηρίου καθώς και η τιμή του σ' αυτό .

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται, με ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά του να υποβάλει και φύλλο συμμόρφωσης.

Αυτό είναι φύλλο συσχέτισεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσης διαπραγμάτευσης.

Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις, σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα διαπραγμάτευση (υποχρεώσεις Αναδόχου - Τεχνική περιγραφή του έργου - απαιτήσεις) **ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΑ.**

Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά αναλυτικά σε κάθε παράγραφο μια προς μια με την ίδια σειρά και αρίθμηση.

Οι προσφορές που δεν συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν κατά τον τρόπο αυτό, θα θεωρηθούν άκυρες και θα απορριφθούν, δεδομένου ότι αυτές έχουν συνταχθεί βάσει προϋπολογισμού, την ακρίβεια του οποίου ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί θα εγγυηθεί ρητά με τη σύμβαση.

Ο Υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση όπου να αναφέρει ότι δέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διαπραγμάτευσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

1. Ακρυλικός, υδρόφοβος, ενός τεμαχίου, μη ασφαιρικός, αναδιπλούμενος ενδοφακός οπισθίου θαλάμου ενός υλικού. Με δείκτη διάθλασης πάνω από 1,54, με ολικό μήκος 13 mm και διάμετρο οπτικού τμήματος 6 mm, για ένθεση από μικρή τομή. Γωνία haptics 0° και εύρος διοπτριών τουλάχιστον από 6,0D – 40,0D. Με περιεκτικότητα σε νερό μικρότερο του 1%.
Α) Δοκιμασμένο υλικό (ακρυλικό υδρόφοβο) για πολλά χρόνια. Γνωρίζουμε την διεγχειρητική και μετεγχειρητική συμπεριφορά του.
Β) Ο σχεδιασμός και η διάμετρος του ενδοφακού εντός των παραδεδεγμένων τεχνικών προδιαγραφών.
Γ) Ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ηλικιωμένων ασθενών. **Τεμάχια 323**

2. Ακρυλικός, αναδιπλούμενος, υδρόφοβος ενδοφακός ενός τεμαχίου, ενός υλικού, ασφαιρικός. Με διάμετρο οπτικού τμήματος 6 mm και ολική διάμετρο 12.5 ή 13 mm. Με μία οπή χειρισμού στη βάση των αγκυλών για καλύτερη διεγχειρητική προσαρμογή. Με γωνία αγκυλών 0°, δείκτη διάθλασης από 1,53 και άνω με ποσοστό υδροφιλίας 1 - 4%. Με διοπτρικό εύρος από 0 έως 34 διοπτρίες και δυνατότητα ένθεσης από μικρή τομή.
Α) Υλικό υδρόφοβο με μικρό ποσοστό υδροφιλίας.
Β) Ο σχεδιασμός και η διάμετρος του ενδοφακού εντός των παραδεδεγμένων τεχνικών προδιαγραφών .
Γ) Η ασφαιρικότητα ελαττώνει τις σφαιρικές εκτροπές και προσφέρει καλύτερη ποιοτικά μετεγχειρητική όραση σε μικρότερης ηλικίας καταρρακτικούς ασθενείς.
Δ) Οπές για καλύτερο χειρισμό όπου χρειάζεται
Ε) Μεγάλη γκάμα διοπτρικού εύρους **Τεμάχια 220**

3. Ενδοφθάλμιος ενδοφακός, ακρυλικός, αναδιπλούμενος, υδρόφοβος ενός τεμαχίου, ενός υλικού, αμφίκυρτος, ασφαιρικός. Με δείκτη διάθλασης 1,46 ή 1,47 με ολικό μήκος 13 mm και με διάμετρο οπτικού τμήματος 6 mm. Γωνία αγκυλών 0°. Με εύρος διοπτριών από +5,0D έως +34,0D. Με δυνατότητα ένθεσης από μικρή τομή. Με σχεδιασμό τριών σημείων στήριξης για καλύτερη επικέντρωση του φακού και με τετραγωνισμένα άκρα του οπτικού τμήματος(360°).

Α) Δοκιμασμένο υλικό (ακρυλικό υδρόφοβο) για πολλά χρόνια. Γνωρίζουμε την διεγχειρητική και μετεγχειρητική συμπεριφορά του.
Β) Ο σχεδιασμός και η διάμετρος του ενδοφακού εντός των παραδεδεγμένων τεχνικών προδιαγραφών .
Γ) Η ασφαιρικότητα ελαττώνει τις σφαιρικές εκτροπές και προσφέρει καλύτερη ποιοτικά μετεγχειρητική όραση σε μικρότερης ηλικίας καταρρακτικούς ασθενείς.
Δ) Η στήριξη σε τρία σημεία προσφέρει καλύτερη επικέντρωση. **Τεμάχια 220**

4. Ενδοφθάλμιος ενδοφακός, υδρόφοβος, ακρυλικός, αναδιπλούμενος μικρής τομής, οπισθίου θαλάμου, τριών τεμαχίων, σφαιρικός. Με διάμετρο οπτικού τμήματος 6 mm και ολική διάμετρο 12.5 ή 13 mm. Με δείκτη διάθλασης από 1,52 και άνω. Με αγκύλες από PMMA και γωνίωση μεγαλύτερη ή ίση των 5° Με μεγάλο εύρος διοπτριών. Να είναι προφορτωμένος και η ένθεση του να γίνεται από μικρή τομή.

A) Δοκιμασμένο υλικό (ακρυλικό υδρόφοβο) για πολλά χρόνια. Γνωρίζουμε την διεγχειρητική και μετεγχειρητική συμπεριφορά του.

B) Ο σχεδιασμός και η διάμετρος του ενδοφακού εντός των παραδεδεγμένων τεχνικών προδιαγραφών .

Γ) Ο προφορτωμένος ενδοφακός πλεονεκτεί σε γρηγορότερη επούλωση της τομής, μικρότερο αστιγματισμό και άμεση επάνοδο στην εργασιακή απασχόληση.

Τεμάχια 25

5. Ενδοφθάλμιος ενδοφακός προσθίου θαλάμου τύπου KELMAN από PMMA, σχήμα επιπεδόκυρτο ή αμφίκυρτο με αγκύλες τύπου KELMAN, 4 σημείων στήριξης, με οπτική διάμετρο μεγαλύτερης ή ίσης των 5,5 mm και ολική διάμετρο 12 - 13,75 mm. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών.

A) Δοκιμασμένο υλικό (PMMA) για πολλά χρόνια. Γνωρίζουμε την διεγχειρητική και μετεγχειρητική συμπεριφορά του.

B) Ο σχεδιασμός και η διάμετρος του ενδοφακού εντός των παραδεδεγμένων τεχνικών προδιαγραφών .

Γ) Ειδικός φακός για δευτερογενή κυρίως ένθεση - αφακία.

Τεμάχια 25

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

A) Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε, δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια(ες) αγορά(ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το προσφερόμενο προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός διανομέας θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 13485, αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού του οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.

B) Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιητικά από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Γ) Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις για τα προσφερόμενα είδη των τριών τελευταίων ετών ή για όσο διάστημα λειτουργεί η επιχείρηση, με μνεία για κάθε παράδοση:

1.του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα του προσφερόμενου προϊόντος

2.της ημερομηνίας παράδοσης

3.της ποσότητας παράδοσης

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΟΥΓΚΑ