

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
«ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»**

ΤΜΗΜΑ Α

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Σύστημα χειρουργικής οφθαλμού για επεμβάσεις καταρράκτη, οπίσθιας υαλοειδεκτομής και συνδυασμένης επέμβασης:

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας για επεμβάσεις οπίσθιας υαλοειδεκτομής, καταρράκτη και συνδυασμένης επέμβασης.
2. Με αντλία τύπου Venturi με δυνατότητα ελέγχου του ρυθμού αναρρόφησης.
3. Με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας.
4. Με θύρα υπερήχου για σύνδεση με στειλεό υαλοειδεκτομής τύπου υπερήχου.
5. Με πλήρως προγραμματιζόμενο ποδοδιακόπτη. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσής του.
6. Με υαλοειδοφάγο πολύ υψηλών κοπών (τουλάχιστον 2.500 κοπές). Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα περισσότερων κοπών.
7. Με διαθέσιμα πακέτα υαλοειδεκτομής για τομές 23g.
8. Με δύο πηγές ενδοφωτισμού τύπου xenon.
9. Με 3 ειδικά φίλτρα κατά της φωτοτοξικότητας των πηγών ενδοφωτισμού για την μέγιστη δυνατή προστασία του αμφιβληστροειδούς
10. Με δυνατότητα εισαγωγής και αφαίρεσης ελαίου σιλικόνης όλων των πυκνοτήτων.
11. Με δυνατότητα διαθερμίας και ενδοδιαθερμίας 23g.
12. Με ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα λειτουργίας του endolaser από τον κυρίως, υπάρχοντα ποδοδιακόπτη.
13. Με πρόσθιο υαλοειδοφάγο τύπου γκιλοτίνας 20g.
14. Με ασύρματο φωτιζόμενο τηλεχειριστήριο, πολλών λειτουργιών.
15. Με δυνατότητα αποθήκευσης μηνμών ανάλογα με την σκληρότητα του καταρράκτη.
16. Με δυνατότητα χρήσης μίας μόνο κασέτας για τη συνδυασμένη επέμβαση καταρράκτη και βιτρεκτομής.
17. Με 2 στυλεούς φακοθρυψίας
18. Με 2 στυλεούς φραγμοτόμους πολλαπλών χρήσεων (Fragmentation).

Η μειοδότητρια εταιρία θα πρέπει μαζί με το μηχάνημα – συνοδό εξοπλισμό να παραχωρήσει οπτικό εξάρτημα (ισοδύναμο BIOM ή EIBOS) που θα προσαρμόζεται στο χειρουργικό μικροσκόπιο όταν θα παρίσταται ανάγκη, για την διενέργεια των βιτρεκτομών. ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

Η μειοδότητρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευμένο – πιστοποιημένο σύμβουλο για την εκπαίδευση τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού στις επεμβάσεις βιτρεκτομής. Θα εκτιμηθεί η άμεση διαθεσιμότητά του για την υποστήριξη επεμβάσεων βιτρεκτομής όταν ζητηθεί από το νοσοκομείο.

Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκεια ενός (1) μηνός. Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των χειριστών, ιατρών και τεχνικών. Με το πέρας της

περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας θα γίνει η οριστική ποιοτική παραλαβή του μηχανήματος.

Κατά την διάρκεια της Σύμβασης η εταιρία θα έχει την πλήρη ευθύνη για την καλή λειτουργία του μηχανήματος χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το Νοσοκομείο εκτός των αναλωσίμων. Επίσης την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών συντήρησης (service, κ.λ.π.) καθώς και την παροχή ανταλλακτικών (ν' αντικαθίστανται επί βλάβης τα probe φακοθρυψίας, τα probe fragmentation, οι στειλεοί έγχυσης αναρρόφησης και οι ομοαξονικοί και πρόσθιοι υαλοειδοφάγοι) .

Η παράδοση του συνοδού εξοπλισμού και η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος το πολύ (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του κατακυρωτικού εγγράφου με το οποίο του ανακοινώνεται η ανάθεση της προμήθειας σύναψης σχετικής σύμβασης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Η παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και η τοποθέτησή του θα γίνει με έξοδα και ευθύνη της προμηθεύτριας εταιρείας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ: Με κάλυμμα οθόνης Με κάλυμμα τραπεζιδίου Με 2 sleevesέγχυσης(irrigationsleeves) για τομές ≥ 2,75 Με θάλαμο δοκιμών	930	40	24%	37.200,00	46.128,00
2	ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23G 1. με σύστημα σωληνώσεων. 2. με 2η γραμμή αναρρόφησης 3. με γραμμή έγχυσης 4. με κάλυμμα τραπεζιδίου 5. με κάλυμμα οθόνης 6. με σύριγγα από 10cc και πάνω 7. με πλαστική-λαβή προέκταση βιτρεοτόμου	105	370	24%	38.850,00	48.174,00

	8. βιτρεοφάγος 23g 9. ενδοφωτισμός 23g 10. 3 κάνουλες τροκάρ 23g 11. 3 βύσματα (τάπες) για κάνουλες σκληρού χιτώνα 23g					
3	ΚΑΣΕΤΕΣ ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ 23G biblade 1. με σύστημα σωληνώσεων. 2. με 2η γραμμή αναρρόφησης 3. με γραμμή έγχυσης 4. με κάλυμμα τραπεζιδίου 5. με κάλυμμα οθόνης 6. με σύριγγα από 10cc και πάνω 7. με πλαστική-λαβή προέκταση βιτρεοτόμου 8. βιτρεοφάγος 25g 9. ενδοφωτισμός 25g 10. 3 κάνουλες τροκάρ 25g 11. 3 βύσματα (τάπες) για κάνουλες σκληρού χιτώνα 25g	20	460	24%	9.200,00	11.408,0 0
4	ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (ΒΙΤΡΕΚΤΟΜΗΣ & ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ) 23G 1. με σύστημα σωληνώσεων 2. με 2η γραμμή αναρρόφησης 3. με γραμμή έγχυσης 4. με κάλυμμα τραπεζιδίου 5. με κάλυμμα οθόνης 6. με σύριγγα από 10cc και πάνω 7. με πλαστική-λαβή προέκταση βιτρεοτόμου 8. βιτρεοφάγος 23g 9. ενδοφωτισμός 23g 10. 3 κάνουλες τροκάρ 23g 11. 3 βύσματα (τάπες) για κάνουλες σκληρού χιτώνα 23g 12. Με πλαστικό θάλαμο δοκιμών	50	390,00	24%	19.500,0 0	24.180,0 0

	13. Με 2 sleeves έγχυσης (irrigationsleeves) για τομές 2,4 έως 2,75.					
5	ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 23G ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	20	43,98	24%	879,60	1.090,70
6	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER 23G ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ με φωτισμό	25	87,00	24%	2.175,00	2.697,00
7	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΘΕΣΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	25	74,88	24%	1.872,00	2.321,28
8	ΤΙΡ FRAGMENTATION 20G Ή 23G ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	4	70,00	24%	280,00	347,20
9	ΒΙΤΡΕΟΦΑΓΟΣ 20G Ή 23G ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	20	140	24%	2.800,00	3.472,00
10	SLEEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΑΠΟ 2,2mm ΕΩΣ 2,75	60	7,00	24%	420,00	520,80
11	ΤΙΡ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 30 ΜΟΙΡΩΝ ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1750 ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ	120	25,88	24%	3.105,60	3.850,94
12	ΣΤΥΛΕΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	7	185	24%	1.295,00	1.605,80
13	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 21G ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	7	185	24%	1.295,00	1.605,80
14	ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ ΠΛΥΣΗ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4	500	24%	2.000,00	2.480,00

15	CHANDELIER 25G ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙ- ΣΜΟ	20	68	24%	1.360,00	1.686,40
16	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ- ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ (SOFT TIP) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	20	60,24	24%	1.204,80	1.493,95
17	BSS ΓΥΑΛΙΝΟ	1100	4,5	24%	4.950,00	6.138,00
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ					128.387,0 0	159.199,8 8

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί για ένα έτος κατ' εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.

Για τα είδη του Α' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει σε έναν προμηθευτή για όλα τα είδη της ομάδας, σ' αυτόν που θα προσφέρει/προσφέρουν, τη χαμηλότερη τιμή με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα κάθε είδους.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν με την προσφορά τους:

Α) Έγγραφο δήλωση του συμμετέχοντα για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.

Β) Έγγραφο δήλωση χρόνου ζωής αναλώσιμου υλικού (ημερομηνία παραγωγής και λήξης, καθώς η λήξη δεν θα πρέπει να είναι κοντά στην ημερομηνία που θα πραγματοποιείται η παραγγελία, ειδάλλως η αναθέτουσα αρχή θα έχει το δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασής του).

Γ) Έγγραφο δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Δ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.

ΤΜΗΜΑ Β.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ

1. Το προσφερόμενο σύστημα φακοθρυψίας να είναι τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλο για φακοθρυψία, πρόσθια υαλοειδεκτομή και διαθερμία και να λειτουργεί με περισταλτική αντλία.
2. Το μηχάνημα να συνοδεύεται από 2 στυλεούς που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά συμβατικών & στρέψης υπερήχων σε υψηλή συχνότητα υπερήχων (τουλάχιστον 28KHz).
3. Να υπάρχει δυνατότητα ειδοποίησης με μήνυμα στην οθόνη όταν το ισότονο διάλυμα έχει σχεδόν τελειώσει με ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας και συνέχεια της λειτουργίας μόνο με την αντικατάστασή του.
4. Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης τουλάχιστον 23G υαλοειδεκτόμου τύπου “γκιλοτίνας” υψηλής απόδοσης, με δυνατότητα τουλάχιστον 4.000 κοπών το λεπτό.
5. Να υπάρχει η δυνατότητα το μηχάνημα να διατηρεί σταθερή την ενδοφθάλμια πίεση καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης σε όρια που επιθυμεί ο χειρουργός και ανεξάρτητα από τις κινήσεις που εκτελεί.

Η μειοδότητρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευμένο – πιστοποιημένο σύμβουλο για την εκπαίδευση τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού στις επεμβάσεις φακοθρυψίας. Θα εκτιμηθεί η άμεση διαθεσιμότητά του για την υποστήριξη επεμβάσεων φακοθρυψίας όταν ζητηθεί από το νοσοκομείο.

Μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκεια ενός (1) μηνός. Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των χειριστών, ιατρών και τεχνικών. Με το πέρας της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας θα γίνει η οριστική ποιοτική παραλαβή του μηχανήματος.

Κατά την διάρκεια της Σύμβασης η εταιρία θα έχει την πλήρη ευθύνη για την καλή λειτουργία του μηχανήματος χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το Νοσοκομείο εκτός των αναλωσίμων. Επίσης την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών συντήρησης (service, κ.λ.π.) καθώς και την παροχή ανταλλακτικών (ν’ αντικαθίστανται επί βλάβης τα probe φακοθρυψίας, οι ομοαξονικοί σπειλεοί έγχυσης αναρρόφησης και οι πρόσθιοι υαλοειδοφάγοι). *

Η παράδοση του συνοδού εξοπλισμού και η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος το πολύ (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του κατακυρωτικού εγγράφου με το οποίο του ανακοινώνεται η ανάθεση της προμήθειας σύναψης σχετικής σύμβασης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Η παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και η τοποθέτησή του θα γίνει με έξοδα και ευθύνη της προμηθεύτριας εταιρείας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	Περιγραφή υλικού	Ποσότητα – μονάδα μέτρησης	Προϋπολογιζόμενη δαπάνη/μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠΑ	Συνολικό Κόστος σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Συνολικό Κόστος σε ευρώ ΜΕ ΦΠΑ
1	Κασέτες φακοθρυψίας με σάκο συλλογής υγρών τουλάχιστον 500ml, όπου θα συμπεριλαμβάνεται τοίρκα το sleeve τομής έως 2,75mm, με συνοδό εξοπλισμόμηχάνημα φακοθρυψίαςπερισταλτικής αντλίας και υπερήχων στρέψης, μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος.	900	65,00	58.500,00	24%	72.540,00
2	Ισότονο αλατούχο διάλυμα έκπλυσης (BSS) για οφθαλμολογική χρήση, σε συσκευασία ασκού 500ml, πλήρως συμβατό με το μηχάνημα συνοδού εξοπλισμού.	900	7,00	6.300,00	24%	7.813,24
3	Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομής τουλάχιστον 4.000 κοπών το λεπτό, πλήρως συμβατός με το μηχάνημα συνοδού εξοπλισμού.	20	84,00	1.680,00	24%	2.083,20
4	Στυλεός πλύσης/αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων, κεκαμμένος, πλήρως συμβατός με το μηχάνημα συνοδού εξοπλισμού.	2	340,00	680,00	24%	843,20
5	Στυλεός πλύσης/αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων, με γωνίωση 90°, πλήρως συμβατός με το μηχάνημα συνοδού	2	340,00	680,00	24%	843,20

	εξοπλισμού.					
6	Μεταλλικό κλειδί	1	80,00	80,00	24%	99,20
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ				67.920,0 0		84.222,0 4

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί για ένα έτος, κατ' εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.

Για τα είδη του Β' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει **σε έναν προμηθευτή** για όλα τα είδη της ομάδας, σ' αυτόν που θα προσφέρει/προσφέρουν, **τη χαμηλότερη τιμή** με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα κάθε είδους.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν με την προσφορά τους:

Α) Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.

Β) Έγγραφη δήλωση χρόνου ζωής αναλώσιμου υλικού (ημερομηνία παραγωγής και λήξης, καθώς η λήξη δεν θα πρέπει να είναι κοντά στην ημερομηνία που θα πραγματοποιείται η παραγγελία, ειδάλλως η αναθέτουσα αρχή θα έχει το δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασής του).

Γ) Έγγραφη δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Δ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.

ΤΜΗΜΑ Γ

Γ1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΣΕΤ ΔΥΟ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,4% ΚΑΙ 1,8% ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 5%, ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΩΝ 0,55 ΚΑΙ 0,8 ML ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ 3,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ DALTONS (+ - 10%)ΚΑΙ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ 305 MOSM/KG (+ - 10%). ΙΞΩΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥ 1,4% ΝΑΗΑ (ΒΙΟ ΙΙ) 100000 CPS (+ - 10%) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥ 1,8% ΝΑΗΑ 80.000 CPS (+ -10%) ΡΗ 7,7 ΓΙΑ ΤΟ 1,4 % (+ - 10%) ΝΑΗΑ ΚΑΙ ΡΗ 6,8 ΓΙΑ ΤΟ 1,8% (+ - 10%) ΝΑΗΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. Η ΕΓΧΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 2,2 ΜΜ Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ.	1700	38,9	13%	66.130,00	74.726,90
2	ΣΕΤ ΔΥΟ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: 1) ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1% , 2) ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΕΪΚΗΣ ΧΟΝΔΟΪΤΙΝΗΣ 4% ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 3% ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ	1700	35	24%	59.500,00	73.780,00
3	ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,5% ΜΕ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ 1% , ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 5% ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ	300	60	13%	18.000,00	20.340,00
4	ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΘΥΛΣΕΛΟΥΛΟΖΗΣ	100	13,33	13%	1.333,00	1.506,29
	ΦΙΑΛΙΔΙΑ Η΄ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 2ml (HPMC) ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ					

	ΣΤΕΙΡΗ ΙΣΟΤΟΝΗ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΠΥΛΜΕΘΥΛΣ ΕΛΟΥΛΟΖΗ (ΗΡΜC)					
	σε συγκέντρωση 2% και μέσο μοριακό βάρος 80,000 Daltons ιξώδες 4,000+/-1,500 mPas στα 0,0 sec στους 25 βαθμούς κελσίου με ωσμωμοριακότητα 285 mOsm/kg+/-32 pH:7.2+/- 0.4 Η ποσότητα κατά τεμάχιο να είναι 2,0 ml					
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ					144.963,00	170.353,19

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί για ένα έτος, κατ' εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.

Για τα είδη του Γ1' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει **ανά είδος** στον/στους προμηθευτές που θα προσφέρει/προσφέρουν, **τη χαμηλότερη τιμή** με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα κάθε είδους.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν με την προσφορά τους:

Α) Έγγραφο δήλωση του συμμετέχοντα για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.

Β) Έγγραφο δήλωση χρόνο ζωής αναλώσιμου υλικού (ημερομηνία παραγωγής και λήξης, καθώς η λήξη δεν θα πρέπει να είναι κοντά στην ημερομηνία που θα πραγματοποιείται η παραγγελία, ειδάλλως η αναθέτουσα αρχή θα έχει το δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασής του).

Γ) Έγγραφο δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Δ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.

Γ2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ
5	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 2,2mm ΓΩΝΙΩΤΑ ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΘΕΝ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 2 mm clear-cuf	5	5	25	24%	31,00
6	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 2,4 mm ΓΩΝΙΩΤΑ ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΘΕΝ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 2 mm+- 5% μ.χ. αποστειρωμένα	5	5,5	27,5	24%	34,10
7	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΥΘΕΑ Μ.Χ. 15 ΜΟΙΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	100	4	400	24%	496,00
8	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΥΘΕΑ Μ.Χ. 30 ΜΟΙΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	100	3,4	340	24%	421,60
9	ΒΕΛΟΝΑ 23 GA ΜΗΚΟΥΣ 1 (ΜΙΑΣ) ΙΝΤΣΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΒΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ)	2500	1,3	3250	24%	4.030,00
10	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ CRESCENT ΓΩΝΙΩΤΑ ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΘΕΝ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΛΕΠΙΔΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2,1-2,3MM	80	5	400	24%	496,00
11	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ (tension ring) 11,12,13 mm	30	75	2250	13%	2.542,50
12	ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΙΡΙΔΟΣ (ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ) ΗΜΙ-ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6 ΤΜΧ	5	79	395	24%	489,80

13	ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΕΡΟΣ 27 GA ΓΩΝΙΩΤΕΣ ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΚΡΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10mm, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	4000	0,9	3600	24%	4.464,00
14	ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ATKINSON (25GA X 1 1/2 in)	500	1,2	600	24%	744,00
15	ΒΛΕΦΑΡΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΒΙΔΩΤΟΙ	7	250	1750	24%	2.170,00
16	ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ	200	4,95	990	24%	1.227,60
17	ΒΕΛΟΝΕΣ - ΑΓΚΥΛΕΣ VECTIS ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ SNELLEN STERISEAL 25G IRRIGATING VECTIS 0,5mm ΜΕ ΟΠΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ	10	5,2	52	24%	64,48
18	ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 15ml +- 5ml με βιδωτό καπάκι ΣΤΕΙΡΟ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.	100	2	200	24%	248,00
19	ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ) eye cauteties	10	20	200	24%	248,00
20	ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ, ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ 250-350 mOsm/Kg και pH 7.5 ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 0,70- 0,75ML ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ 0,05-0.06%	1700	4,1	6970	13%	7.876,10
21	ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 10MG/ML. ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ	25	12	300	24%	372,00

	<p>ΖΥΜΩΣΗ 1 % ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 5% ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 0,55 ml και άνω. Το ΡΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 7.0</p>					
22	<p>ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ INFINITI ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : ΚΑΝΝΟΥΛΑ ΑΕΡΟΣ ΚΕΚΑΜΕΝΗ 27 GA , ΒΕΛΟΝΑ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 27GA , ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟ ΑΝΑΣΤΡ.ΚΕΚΑΜ.25GA, ΟΦΘ.ΧΕΙΡΟΥΡ.ΠΕΔΙΟ ΕΥΕ ΡΑΚ ΜΕ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 100X120CM (+ - 10%), SLEEVE ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ INFINITI, ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75mm ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 2mm , ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΧΗ 20G, TAPERED MICROTIP 0.9MM- ABS 30K ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ INFINITI, ΜΠΩΛ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΟΥ 250ml, ΠΟΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ LARGE ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, 1 ΠΟΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ X LARGE ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, 2 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ , 1 10ΑΔΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ ROUND,MEDIUM, ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1ML, ΣΥΡΙΓΓΑ 2,5ML, 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ML ΒΙΔΩΤΕΣ</p>	10	37	370	24%	458,80

23	<p>ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ VENTURI ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ :</p> <p>ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ 100 X 140cm, 2 ΠΟΔΙΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΧΛ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ VELCRO ΚΑΙ ΜΕ 2 ΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΓΑΝΤΙΑ Νο 7,5 ΡF, ΓΑΝΤΙΑ Νο 8,0 ΡF , ΟΦΘ. ΧΕΙΡΟΥΡ. ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 140 X 127CM , ΒΕΛΟΝΑ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 25GA 50x22MM ΡΕΑΡΣΕ, ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟΣ 25GA 50x16MM ΡΕΑΡΣΕ, 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ , 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΑΖΕΣ 12ΠΛΕΣ 10X10CM 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΣΥΡΙΓΓΑ 10ML LSE, ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML LS, ΣΥΡΙΓΓΑ 2ML LS, ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75mm , ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΧΗ 20G, 2 SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΑΠΟ 2,2 MM ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 28,5kHz</p>	10	37	370	24%	458,80
24	<p>ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΔΑΚΡΥΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ:ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΔΑΚΡΥΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 26 G ΚΥΡΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 31 MM. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΚΡΥΪΚΗΣ ΟΔΟΥ.</p>	20	6	120	24%	148,80

25	ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ POLISHER ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ POLISHER ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 27 G, ΚΥΡΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 22 ΜΜ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ.	20	10	200	24%	248,00
26	ΤΡΙΓΩΝΙΚΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ	50	2,35	117,5	24%	145,70
27	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑΚΙΑ	18000	0,28	5040	24%	6.249,60
28	ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΙΡΙΔΑΣ .ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΟΡΗΣ.(ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝ ΟΣ)	1	140	140	24%	173,60
29	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΛΕΤΟ 19G Η ΚΕΡΑΤΟΣΚΛΗΡΙΚΕΣ ΛΟΓΧΕΣ 19G ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ	3700	2	7400	24%	9.176,00
30	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 2,75mm ΓΩΝΙΩΤΑ ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΘΕΝ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 2 mm clear-cuf.	3700	4	14800	24%	18.352,00
31	ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΧΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ (ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟΣ) 25G X 5/8 in ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ , ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΞΙΑ- ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ ΕΠΑΝΩ	3700	0,8	2960	24%	3.670,40
32	ΒΕΛΟΝΕΣ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΕ 27GA (0,40mmX22mm) ΑΠΟΠΛΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΑΞΟΝΑ, ΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ, ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΑ	3700	0,8	2960	24%	3.670,40

33	<p>ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΥΦΑΝΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X 120 cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ (ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8 cm-10cm Ή ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 cm -8 cm X 9 cm-10 cm. Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 120 cm (ΚΡΟΤΑΦΟ-ΚΡΟΤΑΦΟ) Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 ml</p>	3953	1	3953	24%	4.901,72
34	<p>ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΥΦΑΝΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140X 127 cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ (ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8 cm-10cm Ή ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7 cm -8 cm X 9 cm-10 cm. Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 140 cm (ΚΡΟΤΑΦΟ-ΚΡΟΤΑΦΟ) Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500 ml</p>	40	8	320	24%	396,80
35	<p>ΛΑΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΣΚ ARDTILM 23g/25g Ειδικό εργαλείο κατηγορίας λαβίδας υαλδούς τύπου Endgripping για αφαίρεση έσω αφοριστικής μεμβράνης (ILM) μίας χρήσης 23 Gauge. Λαβίδα με δυνατότητα εισαγωγής στον οφθαλμό από τροκάρ 23g/25g για την αποκόλληση έσω αφοριστικών μεμβρανών του</p>	12	153,21	1838,52	24%	2.279,76

	αμφιβληστροειδούς					
36	ΒΕΛΟΝΕΣΡΙΚΝΕΕΔ LECANNULAS 23/25g Στυλεός με δυνατότητα εισαγωγής στον οφθαλμό από τροκάβ 23g/25g για την αποκόλληση επιωχρικών μεμβρανών του αμφιβληστροειδούς. Η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με σύνδεση και ρύθμιση από το μηχάνημα βιτρεκτομών	12	36,84	442,08	24%	548,18
37	ΕΠΙΚΕΡΑΤΙΚΟΣΦΑΚ ΟΣΜΕΓΕΝΘΥΝΤΙΚΟΣ ΜΙΑΣΧΡΗΣΗΣ (DISPOSABLE VITRECTOMY FLAT LENS)	12	53,23	638,76	24%	792,06
38	ΈΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 5700 ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ML. ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ 5700 MPAS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.404. Συμβατή με το σύστημα ένθεσης του μηχανήματος βιτρεκτομής	20	80,9	638,76	24%	792,06
39	ΠΕΡΦΛΟΥΟΡΟΔΕΚΑ ΛΙΝΗ (C10F18) ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣΥΡ ΙΓΓΑΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 7ml κατά προτίμηση να συνοδεύονται από κάνουλα έγχυσης βαρέος υγρού Διάλυμα υγρής δεκαλίνης σε φιαλίδιο των 7ml με ιξώδες 2.9 mPas δείκτη διάθλασης 1.314 μοριακό βάρος 462 ειδικό βάρος	20	80,9	638,76	24%	792,06

	1.93g/cm ³ και σημείο βρασμού στους 141 βαθμούς Κελσίου με σύριγγα και κάνουλα έγχυσης 20G					
40	ΧΡΩΣΤΙΚΗ ILM & ERM Στείρο υγρό διπλής χρώσεως επιαμφιβληστροειδικών μεμβρανών και έσω αφοριστικής μεμβράνης αμφιβληστροειδούς, τύπου μείγματος μπλε του τρυπανίου και brilliantBlue G ή ισοδύναμο, σε σύριγγα ή φιαλίδιο κατ'ελάχιστον 0,5 ml	30	51,6	638,76	24%	792,06
41	ΔΙΑΤΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΤΥΠΟΥ SF6 (ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ) Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία πολλαπλών χρήσεων, να συνοδεύεται από φίλτρο 50 cc και 3-way	20	50	638,76	24%	792,06
42	ΔΙΑΤΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΤΥΠΟΥ C3F8 (ΠΕΡΦΛΟΥΡΟΠΡΟΠΑΝΙΟ) Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία πολλαπλών χρήσεων, να συνοδεύεται από φίλτρο 50 cc και 3-way.	20	50	638,76	24%	792,06
43	ΈΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ HD ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 10 ML. ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ 3300 MPAS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.404. Συμβατή με το σύστημα ένθεσης του μηχανήματος Βιτρεκτομή	5	131	638,76	24%	792,06

44	Λαβίδα αποστειρωμένη μιας χρήσης για αφαίρεση ξένου σώματος, με μαγνητική κεφαλή, η οποία μπορεί να αφαιρέσει σώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Διαθέσιμη σε 18G, με ενεργοποίηση 360 μοιρών ώστε να γίνεται η προσέγγιση του Αμφιβληστροειδή από οποιαδήποτε γωνία με χρωματική κίτρινη κωδικοποίηση για τα Gauge. Συσκευασία 6τμχ	2	125,32	250,64	24%	310,79
45	Λαβίδα με ξύστρα επικαλυμμένη από σκόνη διαμαντιού για ανασήκωση μεμβρανών μιας χρήσης 23G. Συσκευασία 5 τεμαχίων.	2	104,11	208,22	24%	258,19
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ				67.710,78		82.947,17

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί για ένα έτος, κατ' εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.

Για τα είδη του Γ2' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στον/στους προμηθευτές που θα προσφέρει/προσφέρουν, **τη χαμηλότερη τιμή** με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα κάθε είδους.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν με την προσφορά τους:

A) Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.

B) Έγγραφη δήλωση χρόνου ζωής αναλώσιμου υλικού (ημερομηνία παραγωγής και λήξης, καθώς η λήξη δεν θα πρέπει να είναι κοντά στην ημερομηνία που θα πραγματοποιείται η παραγγελία, ειδάλλως η αναθέτουσα αρχή θα έχει το δικαίωμα επιστροφής και αντικατάστασής του).

Γ) Έγγραφη δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Δ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.

Γ3 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ
43	ΛΑΒΙΔΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ HARMΣ-ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 10 cm- ΣΚΕΛΗ ΕΥΘΕΙΑ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΛΕΙΑ 5 mm ΓΙΑ ΡΑΜΜΑ 9 & 10/0 ΕΥΘΕΙΕΣ	12	265	3.180,00	24%	3.943,20
44	ΛΑΒΙΔΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ HARMΣ-ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 10 cm- ΣΚΕΛΗ ΚΥΡΤΑ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΛΕΙΑ 5 mm ΓΙΑ ΡΑΜΜΑ 9 & 10/0 ΚΥΡΤΕΣ (ΟΧΙ ΓΩΝΙΩΤΕΣ)	12	350	4.200,00	24%	5.208,00
45	ΛΑΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ Mc Pherson ΜΕ ΣΚΕΛΗ ΕΠΙΠΕΔΑ (ΟΧΙ ΚΥΡΤΑ) ΓΩΝΙΩΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 10 mm ΜΕΧΡΙ 11 mm ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ	10	250	2.500,00	24%	3.100,00
46	ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΣΧΑΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΤΣΟΠΕΡ) ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 1,5mm ±1%, 0,9 mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 98mm ΤΥΠΟΥ	10	170	1.700,00	24%	2.108,00

	NAGAHARA					
47	<p>ΛΑΒΙΔΑ ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ULTRATA, ΓΩΝΙΩΤΗ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ. ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 14.0 mm +-5%. Η ΛΑΒΙΔΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΑΛΑΜΟ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 103 mm ΚΑΙ 106 mm</p>	10	415	4.150,00	24%	5.146,00
48	<p>ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΥΛΛΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ</p>	1	220	220,00	24%	272,80
49	<p>ΛΑΒΙΔΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ:ΛΑΒΙΔΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ HOSKINS 0,25 MM NOTCHED. ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 82 MM ΚΑΙ 86 MM. ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.</p>	8	150	1.200,00	24%	1.488,00
50	<p>ΛΑΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ MOORFIELDS, ΜΕ ΑΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΔΟΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ. ΜΕ ΑΚΡΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,5 ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 111 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ.</p>	4	200	800,00	24%	992,00

51	ΛΑΒΙΔΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ COLIBRI ΜΕ ΑΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑ ΑΚΡΟ. ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΑΚΡΩΝ 5 ΧΙΛΙΟΣΤΑ, ΚΕΚΑΜΜΕΝΩΝ. ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 86 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ.	6	542	3.252,00	24%	4.032,48
52	ΨΑΛΙΔΙ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ TROUTMAN ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΥΡΤΑ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΑΚΡΑ 17mm ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΩΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 112mm ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	3	400	1.200,00	24%	1.488,00
53	ΛΑΒΙΔΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ VANNAS ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΤΑ ΑΚΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 85mm. ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	2	465	930,00	24%	1.153,20
54	ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΤΥΠΟΥ BARRAQUER.ΜΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΕΚΑΜΜΕΝΑ ΛΕΠΤΑ ΑΚΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 9 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ. ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ. ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 134 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ.	3	285	855,00	24%	1.060,20
55	ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (ACM) ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ 15,25 CM.	2	60	120,00	24%	148,80

	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,75 ΜΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1,6 ΜΜ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΑΚΡΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΑΣΜ ΝΑ ΑΥΤΟ-ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΗ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΤΙΡ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ					
56	ΤΣΟΠΕΡ ΤΥΠΟΥ ΝΑΓΑΗΑΡΑ ΜΕ ΑΚΡΗ ΤΙΡ 1.75mm ΚΑΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ 60 ΜΟΙΡΕΣ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΡΗΑΣΟ ΣΗΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΕΞΙΟ ΧΕΡΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 114mm	9	160	1.440,00	24%	1.785,60
57	ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΕΚΚΑΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΤΥΠΟΥ LITTLERME ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ. ΜΗΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΔΑ ΣΚΕΛΩΝ ΕΩΣ ΑΚΡΟ 27 ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 119 ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ	4	90	360,00	24%	446,40
58	ΛΑΒΙΔΑ ΙΡΙΔΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ MOD. BONN DELICATE ΜΕ ΔΟΝΤΙ ΓΩΝΙΩΤΗ ΜΕ ΠΕΠΛΑΤΗΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 75mm	2	350	700,00	24%	868,00
59	ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ 6mm 23G ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 23G	1	29	29,00	24%	35,96
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ				26.836,00		33.276,64

Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί για ένα έτος, κατ' εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων

ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.

Για τα είδη του Δ' τμήματος, η ανάθεση θα γίνει ανά είδος στον/στους προμηθευτές που θα προσφέρει/προσφέρουν, **τη χαμηλότερη τιμή** με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τη συνολική ποσότητα κάθε είδους.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσκομίσουν με την προσφορά τους:

Α) Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.

Β) Έγγραφη δήλωση ότι ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Γ) Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δήλωση ότι μπορούν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.