



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Θεσσαλονίκη 13-09-2023
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ.: ΧΛΩΡΟΥΤΥΡΗ ANNA

ΤΗΛ : 2313 322 350

e-mail: agdim-erag@3ype.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)

ΣΧΕΤ.: α) Ο Ν. 4412/8-8-2010 & ο Ν. 4782/9-3-21.

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, σας παρακαλούμε να αποστείλετε μέσω e-mail μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 18-09-2023 ώρα 10:00, την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω εξωσυμβατικά υλικά της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», όπου θα πρέπει να αναγράφεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ο Α/Α του είδους, η περιγραφή του, ότι είναι ετοιμοπαράδοτο, το ακριβές ποσοστό ΦΠΑ, το ΑΦΜ, ο αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ), ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ, CE & ISO, ο κωδικός CPV, καθώς και ο κωδικός και η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ (αν παρακολουθείται).

ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΕΜΦΑΝΩΣ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 31-12-2023 ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ.

Σε περίπτωση που δεν παρακολουθείται ένα προϊόν ή υπηρεσία από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται από πλευράς σας με Υπεύθυνη Δήλωση 1599/1986. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

α) Οι προμηθευτές θα συμπληρώνουν υποχρεωτικά την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

β) θα καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους απόσπασμα ποινικού μητρώου,

γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία θα αναγράφεται η χώρα καταγωγής του/των προσφερόμενων προϊόντων και εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το προϊόν, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του ή όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, δήλωση της επιχειρηματικής μονάδας η οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της και

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπος της έχει αποδεχτεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	3389	11010150400	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ REDONAC No 16 ΦΙΑΛΗ ΣΛΗΡΗ ΟΧΙ ΦΥΣΟΥΝΑ	50 SET
2.	14	E7-1457	ΚΟΝΙΑ ΥΑΛΟΙΟΝΟΜΕΡΗ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΜΥΛΗΣ	5 ΣΕΤ
3.	79	40-0037	ΑΜΒΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΤΟΙΧ/ΤΩΝ ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ Ο2	10 ΤΜΧ
4.	195	10-0693	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ	3 ΜΠΛΟΚ
5.	194	10-0835	ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ	3 ΜΠΛΟΚ
6.	522	51-5151	ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ, ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ. ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΠΙΚΑΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ 0,75-1,5 ML ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ Ο ΜΟΧΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ Π, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ). ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΛΥΘΕΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Η ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (DISHWASHER SAFE) ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΕΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟΥΣ 134° C. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΚΤΗ 1000 ML ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (EURO BOTTLES) ΤΩΝ 1000 ML, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 94 MM (Π) X 321 MM (Υ) X 230 MM (Β) ΠΕΡΙΠΟΥ.	2 ΤΜΧ
7.	34	60-00984Θ	STERILE GOODS BASKET 60*30*30 ΚΑΛΑΘΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600mmX300mmX300mm Μήκος X Πλάτος X Ύψος	4 ΤΜΧ
8.	5118	ΓΕΝΝΗΜ-68	ΒΡΟΓΧΟΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΠΟΛΥΠΕΤΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ, ΑΠΟ TEFLON, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 7FR ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 180 Ή 230CM. ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ THREE-RING, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ	10 ΤΜΧ

			ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΨΥΧΡΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.	
9.	5120	ΓΕΝΝΗΜ-95	ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μ.Χ ΘΗΚΑΡΙ, ΕΞΩΤ.ΔΙΑΜ.7FR ΚΑΙ ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜ.4R ΜΗΚΟΥΣ 180 Η 230CM. ΒΕΛΟΝΑ 30 Η 400, ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 21,23,24 Η 25GAUGE, ΜΕ ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ EASY MOVE ΚΑΙ LUER-LOCK ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ.	20 ΤΜΧ
10.	38	Υ7-09355	ΕΙΔΙΚΟΙ ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ 150X200	30 ΡΟΛΛΑ
11.	4631	Ε8-12062	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΑΣΚΟ 1500 ml ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1) ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΥΘΜΟΥ ΡΟΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 400 ML/ΩΡΑ, ΣΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 1 ML/ΩΡΑ 2) ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΕ ΡΥΘΜΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ±5% 3) ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 9999MLΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΔΟΣΗΣ. 4) ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΟΓΚΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ 5) ? 24 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΑ 125 ML/ΩΡΑ, ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ 6) ΡΥΘΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ? 700 ML/ΩΡΑ 7) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HOLD (ΠΑΥΣΗ) 8) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 9) ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10) ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ (IV) ΧΡΗΣΗ 12) ΒΑΡΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 500GR.	100 ΤΜΧ
12.	5117	ΚΑΘ-202301	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥΛΠΟΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (POLYLOOP). ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 2300MM ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2,8MM. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 30MM.	2 ΤΜΧ
13.	527	1912147	ΠΟΛΥΤΡΥΠΗ ΠΑΡΟΧΕΥΤΕΥΣΗ 40CM ΑΠΟ 100%ΣΙΛΙΚΟΝΗ .ΟΧΙ ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	100 ΤΜΧ
14.	530	ΓΕΝΝΗΜ-4	ΛΑΜΠΑΡ/ΚΑ ΕΡΓ.Μ.Χ.1913137 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΒΕΛΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΟΚΑΡ	10 ΤΜΧ
15.	531	Ε7-096260α	ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΠΡ. 80 % 12X8 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΓΓΙΣΤΡΑ ΠΟΛΥΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ	10 ΤΜΧ
16.	533	ΙΡΟΜ	ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 12%PP ΚΑΙ 88%PVDF ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 100%PVDF ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 20X30	2 ΤΜΧ
17.	535	ΚΗΛ-100	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΚΗΛΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΛΚΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ	1 ΤΜΧ

			ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΗΛΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΚΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΣΩ ΖΥΓΟΥ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΚΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΧΛΟ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ - FASCIOTENS?CARRIER.	
18.	536	ΚΥΣΤ-1	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟ, ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΤΑ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 220° ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΤΑ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 220°. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑ ±60° ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (ΤΥΦΛΑ ΣΗΜΕΙΑ). ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΩΝΙΑΣ 120° ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 120 ΜΜ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ). ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 6.6 FR ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 380 ΜΜ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ DVI ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ MONITOR ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, Η ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	1 ΤΜΧ

			ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΥΡΑΖΕΙ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΤΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.	
19.	221	Υ7-01Ε031	Ε,-Α3-ΕΝΔΟΦ. SENSAR ARA0e	20 ΤΜΧ
20.	219	300-432	ΔΙΑΤΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΤΥΠΟΥ C3F8 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΠΙΜΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΙΛΤΡΟ 50cc ΚΑΙ 3-WAY ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	8 ΤΜΧ
21.	214	Υ7-01F107Ε	ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ Μ.Χ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ	20 ΤΜΧ
22.	112	Υ7-01013γ	ΔΑΚΤΥΛ.ΔΙΑΤ.ΠΕΡΙΦ.ΡΜΜΑ 2 ΟΠΕΣ 12,5/10,13/11 CTR 10(12.5/10mm)h CTR 11 (13/11 mm)	10 ΤΜΧ
23.	213	Υ7-01013γ	ΔΑΚΤΥΛ.ΔΙΑΤ.ΠΕΡΙΦ.ΡΜΜΑ 2 ΟΠΕΣ 12,5/10,13/11 CTR 10(12.5/10mm)h CTR 11 (13/11 mm)	25 ΤΜΧ
24.	207	ΛΑΒ-1	ΛΑΒΙΔΑ ILM 23G Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ILM 23G ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	28 ΤΜΧ
25.	44	Ε7-0919Α	ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 20ML ΓΙΑ TEST-PAP ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΝ PREP	25 ΤΜΧ
26.	8711	11010152030	ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΑ STENTS PIG-TAIL CH/FR – 26 ΛΕΥΚΗ	40 ΤΜΧ
27.	1143 ^α	1915256	ΡΑΜΠΕΣ 6ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΑΚΡΑ MALE/FEMALE	40 ΤΜΧ
28.	3426	ΒΕΛ20201	ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ (ΠΕΝΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ) (32G Χ5ΜΜ)	10000 ΤΜΧ
29.	3427	Υ7-09372δ	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ +ΦΤΕΡΑ Ν.22	2000 ΤΜΧ
30.	3428	Υ7-09372γ	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ +ΦΤΕΡΑ Ν.20	4000 ΤΜΧ
31.	238	0914608	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ 40x40 cm ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ	1500ΤΜΧ
32.	239	Υ7-08286-10	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ 20Χ20	1000 ΤΜΧ
33.	240	Υ7-09316	ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΟΒΑΛ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ (Ν 1210) ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΟΝΕΣ	300 ΤΜΧ
34.	304	10-0719	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ	30 ΤΜΧ

		10-0718	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ	500 ΤΜΧ
35.	303	10-0222	ΜΠΩΛ 800-1000 GR ΧΑΡΤΙΝΑ	5000 ΤΜΧ
		30-0504	ΜΠΩΛ ΜΕΓΑΛΑ 1280 GR ΧΑΡΤΙΝΑ	1500 ΤΜΧ
36.	298	10-0191	ΣΠΟΓΓΟΙ ΝΑΥΛΟΝ ΜΠΑΝΙΟΥ	100 ΤΜΧ
37.	297	10-0051	ΜΕΛΑΝΗ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ	50 ΤΜΧ
38.	292	10-1107	ΦΑΡΑΣΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΑ	30 ΤΜΧ
		10-0196	ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	30 ΤΜΧ
		20-0008	ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΚΕ ΒΙΔΩΤΗ	30 ΤΜΧ
		10-8012	ΣΚΟΥΠΙΑ ΨΑΘΙΝΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	10 ΤΜΧ
		10-1103	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΚΑΝΩΝ WC	80 ΤΜΧ
		10-0189	ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΠΛΟ	20ΤΜΧ
39.	299	10-0536	ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 500γρ	300 ΤΜΧ
40.	99	11150060072(α)	ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΩΝ ΑΣΠΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ OXFORD ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΔΕΙΓΜΑ!	2000 ΤΜΧ
41.	17	20-0753	FOLDER ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	500ΤΜΧ
		20-0754	FOLDER ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΣΤΟΥ	300 ΤΜΧ
42.	18	20-0734	ΒΙΒΛΙΟ "ΜΗΤΡΩΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ"	4 ΤΜΧ
		20-1531	ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 300 ΦΥΛΛΩΝ	3 ΤΜΧ
43.	300	20-0776	NTRAM SAMSUNG MLT-R 116L TE	10 ΤΜΧ
44.	301	50-1107	ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΗΨΗΣ 27425 RG	2 ΤΜΧ
45.	537	40-0255	ΚΥΤΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 15 ΛΙΤΡ	1 ΤΜΧ

Για το Γραφείο Προμηθειών
ΧΛΩΡΟΤΥΡΗ ΑΝΝΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΝΙΚΗΤΑΣ MD MS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :							
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- 1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
- 2) Συμμετέχω στον συνοπτικό διαγωνισμό του Γ.Ν. για την προμήθεια
- 3) Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 4) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις.
- 6) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
- 7) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
- 8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016
- 9) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ίδιου Νόμου

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.