



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Θεσσαλονίκη, 11-12-2025
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημομάρκου Μαρία
Τηλ:2313 322330

Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Αρ. Διακήρυξης 5^η/2025 για την προμήθεια του είδους «Ιατρικές Προμήθειες»,οικονομικής χρήσης 2025& 2026, CPV: 33192000-2,σε εφαρμογή του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2025, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Νοσοκομείο Έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» & Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)

Προϋπολογισμός: 631.988,55€ πλέον ΦΠΑ 24%

Συνολικός Προϋπολογισμός με το δικαίωμα προαίρεσης: 1.263.977,1€πλέον ΦΠΑ 24%

Διάρκεια Σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες

Συνολική Διάρκεια Σύμβασης με το δικαίωμα προαίρεσης: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες

Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

CPV: 33192000-2 - Ιατρικές προμήθειες
Συστημικός αριθμός - Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 387481

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2
1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	4
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	6
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	10
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	11
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ	11
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	13
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	13
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης	13
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης	13
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων	13
2.1.4 Γλώσσα	14
2.1.5 Εγγυήσεις	14
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων	15
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ	15
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής	15
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής	16
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού	17
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	22
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	22
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	22
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	22
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία	23
2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων	23
2.2.8.2 Υπεργολαβία	23
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής	23
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	24
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα	25
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	32
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης	32
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών	32
2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί	32
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	32
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	32
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	33
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	36
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής	36
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά	36
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών	38
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών	39
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών	40
3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	42
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	42

3.1.1	Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών	42
3.1.2	Αξιολόγηση προσφορών	42
3.2	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	43
3.3	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	45
3.4	ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	46
3.5	ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	49
4	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	50
4.1	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).....	50
4.1.1	Εγγύηση καλής εκτέλεσης:	50
4.1.2	Εγγύηση καλής λειτουργίας.....	50
4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	50
4.3	ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	51
4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	51
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ.....	52
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	52
5	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	54
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	54
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ	54
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	56
5.4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	57
6	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	58
6.1	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ	58
6.2	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ	59
6.3	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	60
6.4	ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	60
6.5	ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	60
6.6	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.....	61
6.7	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ	61
6.8	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	62
7	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	63
7.1	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	63
7.2	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ	166
7.3	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	167
7.4	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ	170
7.5	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.....	171
7.6	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	173
7.7	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 195	
7.8	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	203
7.9	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	212

1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	999476217
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1015.E00216.0001 «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 1015.E00217.0001 «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ταχυδρομική διεύθυνση	Ελένης Ζωγράφου 2
Πόλη	Θεσσαλονίκη
Ταχυδρομικός Κωδικός	54634
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	ELL 522
Τηλέφωνο	2313 322330
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	prom@oagiosdimitrios.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Δημομάρκου Μαρία
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.oagiosdimitrios.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση στον Υποτομέα Κεντρικής Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

- Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό - **ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ** 387481
- Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.promitheus.gov.gr και www.oagiosdimitrios.gr και από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο και στις διευθύνσεις που σημειώνονται παραπάνω.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2025 του Νοσοκομείου.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων ΚΑΕ: 1311 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές δεσμεύσεις πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2025 με τις εξής αποφάσεις:

- Την υπ' αρ. πρωτ. 58018/26.11.2025 έγκριση ανάληψης πολυετούς της 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), ΑΔΑ: ΨΜΟΕΟΡΕΠ-ΡΛΡ,
- Την υπ αρ. 1290 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 20941/02.12.2025), ΑΔΑ: Ψ9Η146904Κ-Ζ53 του Νοσοκομείου Έδρας «Γ. Γεννηματάς»,
- Την υπ' αρ. 960 απόφαση (αρ. πρωτ. 15152/27.11.2025), ΑΔΑ: Ψ8Β24690Β1-4ΛΒ της Οργανικής Μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος».

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια του είδους «Ιατρικές Προμήθειες» οικονομικής χρήσης 2025 και 2026 σε εφαρμογή του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2025, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς - ο Άγιος Δημήτριος» (Οργανική Μονάδα «Γ. Γεννηματάς» & Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»).

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες (παρατάση), με έναρξη την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016). Το φυσικό αντικείμενο της κατ' αυτόν τον τρόπο τροποποιημένης αρχικής σύμβασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), θα αφορά την προμήθεια του είδους «Ιατρικές Προμήθειες» διάρκειας δώδεκα (12) επιπλέον μηνών, και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :33192000-2.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	33192000-2	«Ιατρικές προμήθειες»

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) **ανά είδος**. Ειδικότερα, **για τα ως άνω είδη, η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ποσότητας ανά είδος, με την προϋπόθεση τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις της προμήθειας.**

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη στο **σύνολο** της ποσότητας.

Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων ανά είδος δε θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για επιπλέον **τρεις (3) μήνες** στην περίπτωση που δεν εξαντληθεί το συμβατικό τίμημα κατά τον ετήσιο χρόνο ισχύος της σύμβασης, με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 631.988,55€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 783.665,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ενώ με το δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος διαμορφώνεται συνολικά σε 1.263.977,10€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 1.567.331,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης και συνολικά οι υποχρεώσεις του Οικονομικού Φορέα δίδεται στο **Παράρτημα Ι** της παρούσας διακήρυξης.

Καμία αναθεώρηση των τιμών δεν προβλέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης.

Εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,
- του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α' 150) (κατά περίπτωση)
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών(κατά περίπτωση)
- του ν.3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»,

Κατά περίπτωση:

- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
- της υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επαγορευτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β' 3075),
- της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
- της υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021(Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44),
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466):«Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). (στην περίπτωση που εφαρμόζονται περιβαλλοντικά κριτήρια)
- του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,
- του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,
- του ν.4914/2022 (Α'61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,
- του ν.4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του ν.4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»,
- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «*Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές*»,
- του ν.3419/2005 (Α' 297)«*Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας*»,
- του ν.2859/2000 (Α' 248) «*Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας*»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «*Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις*» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν.2121/1993 (Α' 25) «*Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα*»,
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «*Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία*»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)OJ L 119
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο

- του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
- του ν.3580/2007 «*Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις*» (ΦΕΚ Α'134/18-6-2007).
- του ν.3918/2011 «*Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις*» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
- του ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α'/11-04-2012) «*Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Νέα εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).*

- του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
- του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2891/24-7-2015 εγγράφου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί υποχρεωτικής διαδικασίας σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημόσιους φορείς υγείας.
- του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3512/14-9-2015 εγγράφου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί διευκρινήσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
- του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4978/15-12-2015 εγγράφου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας αναφορικά με την διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
- του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα και την Κατευθυντήρια Οδηγία 25 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αρ. πρωτ. 4577/28-08-2020 – ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω) - Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016
- του Ν.4542/2020 (ΦΕΚ 95/Α/01-06-2018) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησής της»
- του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Των Αποφάσεων

- της υπ΄ αριθμ. 769η/2022 /31-10-2022 (ΑΔΑ:93ΕΛ46904Κ-ΗΝΥ) απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου περί Συγκρότησης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.
- του από 13-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής επικαιροποίησης Τεχνικών Προδιαγραφών, αναγκών και ποσοτήτων.
- της υπ΄ αριθμ.πρωτ.4901/26-03-2024 Πρόσκλησης για την υποβολή σχολίων της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών με Μοναδικό Κωδικό: 2024DIAB28081.
- του από 16-07-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών (μετά από την 1η Δημόσια Διαβούλευση).
- της υπ΄ αριθμ.πρωτ.13132/23-07-2025 Πρόσκλησης για την υποβολή σχολίων της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών με Μοναδικό Κωδικό: 2025DIAB30960.
- του από 22-10-2025 Τελικού Πρακτικού Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών (μετά από τη 2η Δημόσια Διαβούλευση) της αρμόδιας επιτροπής.

- της υπ' αριθμ.1η Τακτικής Συνεδρίασης/θέμα 31ο/16-01-2025 (ΑΔΑ:98KB46904Κ-ΘΓΩ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί Έγκρισης Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2025 του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
- του Αποσπάσματος Πρακτικών της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης/θέμα 9ο/15-05-2025 (ΑΔΑ:ΡΓΘΛ46904Κ-ΡΣΕ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), περί Έγκρισης Τροποποίησης Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2025 του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
- της έγκρισης 3ης Τροποποίησης Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2025 (4η Τακτική Συνεδρίαση/30-10-2025/θέμα 20).
- του Αποσπάσματος Πρακτικών της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης/θέμα 55ο/30-10-2025 (ΑΔΑ:68Φ84690Β1-ΨΩΠ) περί Έγκρισης Σκοπιμότητας, Έγκρισης Διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και επικύρωση του Πρακτικού Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών (μετά από τη 2η Δημόσια Διαβούλευση), για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ», οικονομικής χρήσης 2025 και 2026, (CPV: 33192000-2) σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ έτους 2025, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 631.988,55€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 783.665,8€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (783.665,8€ εκτιμώμενη συμβατική αξία για ένα (1) έτος + 783.665,8€ αξία δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης: 1.567.331,6€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Νοσοκομείο Έδρας & Οργανική Μονάδα) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής(χαμηλότερη τιμή).
- της υπ' αρ. πρωτ. 58018/26.11.2025 έγκρισης ανάληψης πολυετούς της 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), ΑΔΑ: ΨΜΟΕΟΡΕΠ-ΡΛΡ,
- της υπ αρ. 1290 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 20941/02.12.2025), ΑΔΑ: Ψ9Η146904Κ-Ζ53 της οργανικής μονάδας «Γ. Γεννηματάς»,
- την υπ' αρ. 960 απόφασης (αρ. πρωτ. 15152/27.11.2025), ΑΔΑ: Ψ8Β24690Β1-4ΛΒ της οργανικής μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος».

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **19/01/2026** και ώρα **15.00**.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών	Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ	Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ	Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών
www.promitheus.gov.gr Συστημικός Αριθμός: 387481	11/12/2025 Ημέρα Πέμπτη	11/12/2025 Ημέρα Πέμπτη	11/12/2025 Ημέρα Πέμπτη	19/01/2026 Ημέρα Δευτέρα. και ώρα 15.00	23/01/2026 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη: www.promitheus.gov.gr) <https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>.

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09/12/2025 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) και έχει λάβει τον αριθμό: 2025/S 239-821274.

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 387481 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η παρούσα Διακήρυξη, όπως προβλέπεται αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.gennimatas-thess.gr και www.oagiosdimitrios.gr στις 11/12/2025.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Z του ν. 4270/2014 (Α' 143).

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ.ΕΕ2025/S 239-821274 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,ΑΔΑΜ: 25PROC018137169
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματάτης,
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,
5. η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου
6. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματάτης.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δώδεκα(12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικάδιαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλον τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (Άρθρο 80 παρ. 10 ν.4412/2016) συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική (Άρθρο 92 παρ.4 του ν. 4412/2016).

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: **α)** την ημερομηνία έκδοσης, **β)** τον εκδότη, **γ)** την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, **δ)** τον αριθμό της εγγύησης, **ε)** το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, **στ)** την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), **ζ)** τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, **η)** τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, **θ)** την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, **ι)** την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και **ια)** στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. α' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Υποδείγματα των σχετικών εγγυήσεων παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ- Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε **ποσοστό 2% επί της συνολικής καθαρής προϋπολογισθείσας αξίας των ειδών που θα προσφέρουν μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.**

Υπόδειγμα της σχετικής εγγύησης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ -Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: **α)** αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, **β)** παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, **γ)** δεν προσκομίζει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παραγράφοι 2.2.9 και 3.2), **δ)** δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, **ε)** υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, **στ)** δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, **ζ)** στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24^{ης} Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή του στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνεται σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει. Οι υποχρεώσεις της παρούσας αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: **α)** οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, **β)** οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφου και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α

2.2.3.5.α Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.»

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β' 5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «*Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016*».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφο, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί **μετά** την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β' αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να παρέχουν στοιχεία όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά τους.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν συνάψει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας αντίστοιχου αντικειμένου με αυτό για το οποίο θα υποβάλλουν προσφορά στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα τα τρία τελευταία έτη και να καταθέσουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τις αναθέτουσες αρχές/επιχειρήσεις που να τεκμηριώνουν τα ζητούμενα.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Όσον αφορά στη διασφάλιση ποιότητας και στην εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με πιστοποιητικά ποιότητας, που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προσφέροντος, Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, **σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 (ή νεότερης έκδοσης) ή άλλο ισοδύναμο καθώς και κάθε άλλο πιστοποιητικό όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης, το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την προσφορά.** Επίσης οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά μέσα με τα οποία να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν

ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2 Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται, κατά την υποβολή της προσφοράς με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: **α)** δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και **β)** πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος I.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του, ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β' αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη ρωσικής εμπλοκής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.α της παρούσας περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της δήλωσης προβλέπεται στο Παράρτημα IV της παρούσας.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

B.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024: ένορκη βεβαίωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024 (βλ. και υπ' αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΠΝΑ10ΞΤΒ-ΗΩ0) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης»).

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

- Όσον αφορά στις **εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες** υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
- Όσον αφορά στις **αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:**

A) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

B) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

ζ) για την παράγραφο 2.2.3.5α, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι καταστάσεις ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο (υπόδειγμα του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XII της παρούσας Διακήρυξης). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό

που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

B.3. Δεν εφαρμόζεται. Παραμένει για λόγους αρίθμησης.

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Σχετικές συμβάσεις και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τις αναθέτουσες αρχές / επιχειρήσεις που να τεκμηριώνουν τα ζητούμενα.

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά ποιότητας που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προσφέροντος, Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 (ή νεότερης έκδοσης) ή άλλο ισοδύναμο και ότι πιστοποιητικό αναφέρεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας διακήρυξης, το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την προσφορά. Επίσης οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά μέσα με τα οποία να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ.ι, ιίκαι ιιίτης περ. β.

B.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Δεν εφαρμόζεται.

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Δεν εφαρμόζεται.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α)

είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. Για την υπογραφή της προδικαστικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή της ένωσης απαιτείται ρητή εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α), είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα συμφωνίας των οικονομικών φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό ως ένωση, είτε στα πρακτικά των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους **ηλεκτρονικά**, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά**», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «**Οικονομική Προσφορά**», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής:

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

- α)** είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
- β)** είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
- γ)** είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),
- δ)** είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
- ε)** είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούσφάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

- α)** η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
- β)** αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α' 188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β' του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,
- β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
- γ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη ρωσικής εμπλοκής

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPΔint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPΔint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ιτης Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (υλικό τεκμηρίωσης όπως τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ.), από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της Διακήρυξης, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του προσφερόμενου είδους, τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς επίσης και τις παρεχόμενες από τον υποψήφιο υπηρεσίες.

Ο σφραγισμένος φάκελος της ανωτέρου παραγράφου, με τον οποίο θα προσκομίζονται τα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και σε έντυπη μορφή, περιέχει διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που θα είναι συραμμένα.

Σε περίπτωση που τα έντυπα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα (ομοίως σε σφραγισμένο φάκελο), με τη συμπληρωματική ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφορά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεά, δωρεάν κ.ά.) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Τα ηλεκτρονικά τυχόν υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) που δύναται να υποβάλλονται στην ελληνική ή άλλη γλώσσα (Ν. 4412/16 άρθρο 92), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο/εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δίγλωσση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον οικονομικό φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι προδιαγραφές και τα λοιπά στοιχεία των εν λόγω φυλλαδίων ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) κατασκευαστικού οίκου/εκδότη ή ότι είναι τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), του κατασκευαστικού οίκου/εκδότη. Τα ανωτέρω τεχνικά φυλλάδια επειδή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα είτε από τον κατασκευαστικό οίκο, είτε από τον οικονομικό φορέα βάσει της ανωτέρω Υ.Δ, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους σε έντυπη μορφή.

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:

1. **Υπεύθυνη Δήλωση** του ν.1599/1986(Α'75) του νόμιμου εκπροσώπου, όπως εκάστοτε ισχύει, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
 1. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβα γνώση και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή,
 2. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και με ποινή αποκλεισμού όλους τους όρους της σχετικής διακήρυξης,
 3. θα διατηρήσω εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσω μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπόλοιπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη μου και αποτελούν κατά δήλωση τους εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.
 4. η προσφορά ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
 5. διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κ.τ.λ.) για την εκτέλεση της σύμβασης.
 6. υπάρχει δυνατότητα αποστολής των απαιτούμενων ειδών άμεσα από την ημερομηνία σύναψης σχετικής σύμβασης.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει:

- Δήλωση του χρόνου παράδοσης των ειδών

Πίνακας συμμόρφωσης

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει αν υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες της οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφή και η αρμίδα Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης τη απαίτησης.
3. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει

υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όσο σύμφωνα με τήν παρούσα,. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των ειδών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης,στη αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχομένων της.
5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
		ΝΑΙ		
		ΝΑΙ		
		ΝΑΙ		

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης τεχνική περιγραφή και κατάλληλο τεκμηριωτικό υλικό (όπως βεβαιώσεις αναγνωρισμένων οργανισμών πιστοποίησης, σημάνσεις CE, άδειες, διπλώματα, καταστάσεις προσωπικού, υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) από το οποίο να προκύπτει η συμμόρφωση της προσφοράς προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτά απαιτούνται ανά τμήμα στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δίδεται σε ευρώ και συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα στο Παράρτημα VI της διακήρυξης.

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης.

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο οικονομικός φορέας θα επισυνάψει στον (υπο) φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη σε μορφή pdf.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: **α)** δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, **β)** δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και **γ)** η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ιτης παρούσας διακήρυξης.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του **ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ** (εφόσον υπάρχουν) και τον κωδικό κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Η προσφερόμενη τιμή των υπηρεσιών, θα πρέπει να είναι χαμηλότερη ή ίση από την τιμή του Παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ. Σε περίπτωση που κάποια υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα **δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.**

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει την προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απaráβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλειπίες, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ' της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας

ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ)εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 23/01/2026 και ώρα 10:00 π.μ.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικά εξακριβώσιμα (Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 του ν. 4781/2021).

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Σημειώνεται ότι αποστολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης πραγματοποιείται πλέον μέσω της μεταφόρτωσης των εν λόγω στοιχείων στον υποφάκελο Δικαιολογητικά Κατακύρωσης ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί από τον χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής. Με τη λήξη της ορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής η μεταφόρτωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης δεν θα είναι δυνατή.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η αναθέτουσα αρχή, τα στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις κατά το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α' & β' της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,

και

δ)(μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης)ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παράβολου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο μέτρων προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησής της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

Γ. Οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 του ν. 4412/2016 για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, **αναστέλλονται κατά το διάστημα από 1η μέχρι και 31 Αυγούστου 2025**. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής οι προδικαστικές προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν σεσυμβάσεις προμηθειών, που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της ΕΑΔΗΣΥ, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της.

3.5 Μатаίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφίλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μηυποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων τωνπροσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώςκαι η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τονοποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονικήεκτέλεση της σύμβασης,δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97,περί χρόνου ισχύος προσφορών,στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίαςτου περιβάλλοντος.

4 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται **σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης** ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα III της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος φείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα τριών (3) μηνών.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας

Δεν εφαρμόζεται. Δεν αφορά την παρούσα Διακήρυξη - Διατηρείται για λόγους Αρίθμησης της παρούσας.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπíπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν.4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπερβολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπερβολάβο/ υπερβολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπερβολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπερβολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπερβολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβειτο ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκειά της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθείσε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την ποιοτική, ποσοτική και οριστική παραλαβή των αγαθών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ειδικότερα απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που συντάσσεται από τη σχετική Επιτροπή Παραλαβής,
2. Τιμολόγιο Αναδόχου,
3. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου (πλην κεντρικής διοίκησης) σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής,
4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής,
5. καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.**

γ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ ψυχικής υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3580/2007.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου: «ΑΔΑ Ανάλιψης».

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ', η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$ Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και

την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπíπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2. Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης αγαθών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών αγαθών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση του συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης αγαθών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του αρμόδιου τμήματος. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: **α)** τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, **β)** έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, **γ)** το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το αγαθό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των αγαθών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το αγαθό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση αγαθού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το αγαθό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.1.4. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή ειδική επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό από την αναθέτουσα αρχή για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Η παραπάνω επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.2 Παραλαβή αγαθών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής αγαθών

6.2.1. Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του ν.4412/16 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του αγαθού με παρατηρήσεις –απόρριψης των αγαθών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν.4412/2016.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:

Αν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από

την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αγαθά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του αγαθού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν εφαρμόζεται. Δεν αφορά την παρούσα Διακήρυξη - Διατηρείται για λόγους Αρίθμησης της παρούσας.

6.4 Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Όπως ορίζεται για κάθε είδος στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, σε περίπτωση που ζητηθούν δείγματα, θα πρέπει να τα προσκομίσουν εντός τριών **(3) εργάσιμων ημερών** από την επομένη του αιτήματος που θα λάβουν μέσω Συστήματος.

Κατά τα άλλα ισχύουν τα όσα προβλέπει το άρθρο 214 του Ν. 4412/2016.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Δεν εφαρμόζεται. Δεν αφορά την παρούσα Διακήρυξη - Διατηρείται για λόγους Αρίθμησης της παρούσας.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

6.7.1 Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

α) η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,

β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),

γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.

6.7.2 Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

$$T = T_{\text{προσφοράς}} \times (1 + \Delta\text{ΤΚ})$$

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. T - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και T: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

Σε συμβάσεις διάρκειας μικρότερης των δώδεκα μηνών, ανεξαρτήτως αν έχει παρέλθει το διάστημα των δώδεκα μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή δύναται να θέτει ειδική ρήτρα αναπροσαρμογής, κάνοντας αναλογική χρήση της ανωτέρω ρήτρας, διαμορφώνοντας αντίστοιχα το περιεχόμενό της, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016.

Στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προβλέπεται άλλος τύπος αναπροσαρμογής της τιμής, εφόσον αυτός είναι σαφής, συγκεκριμένος, αποτυπώνεται μαθηματικά και αιτιολογείται ειδικά, βάσει των ιδιαιτεροτήτων της σύμβασης ή εφόσον οι τιμές των αγαθών υπολογίζονται βάσει επίσημων τιμών αναφοράς (παρατηρητήρια τιμών), οπότε διαμορφώνεται αναλόγως η παράγραφος 6.7.2.

6.7.3 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

6.7.4 Στην περίπτωση, που κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο ανάδοχος.

6.7.5 Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η τελευταία μπορεί να προκύπτει κατά την

προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία (ή βάσει τιμών που έχουν εγκριθεί από ρυθμιστική αρχή στην περίπτωση ρυθμιζόμενων αγορών). Στις περιπτώσεις αυτές η τιμή αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμή αναφοράς, εφαρμοζομένου του ποσοστού έκπτωσης. Όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση ο όρος διαμορφώνεται αντίστοιχα από την Α.Α. (Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 9 α, τελευταίο εδάφιο).

Η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την τιμή αναφοράς, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική του προσφορά, εφαρμοζομένου του ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του αναδόχου.

6.8 Επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Εφόσον, μετά τη σύναψη της σύμβασης έχουν αντικατασταθεί, από τον κατασκευαστή, κάποια εκ των προσφερόμενων αγαθών με νεότερα είδη/ μοντέλα /εκδόσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν πρέπει είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα επικαιροποιημένα αγαθά αντί των αρχικά προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Ο χρόνος παράδοσης των επικαιροποιημένων αγαθών, όπως έχει οριστεί στην παρ. 6.1.1. της παρούσας, εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Θ

«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Δόντσος Χρήστος MD

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια του είδους «**Ιατρικές Προμήθειες**» οικονομικής χρήσης 2025 και 2026 σε εφαρμογή του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2025, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς - ο Άγιος Δημήτριος» (Οργανική Μονάδα «Γ. Γεννηματάς» & Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»).

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), με μονομερή της δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες (παράταση), με έναρξη την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016). Το φυσικό αντικείμενο της κατ' αυτόν τον τρόπο τροποποιημένης αρχικής σύμβασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης), θα αφορά την προμήθεια του είδους «Ιατρικές Προμήθειες» διάρκειας δώδεκα (12) επιπλέον μηνών, και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :33192000-2.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) **ανά είδος**. Ειδικότερα, **για τα ως άνω είδη, η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ποσότητας ανά είδος, με την προϋπόθεση τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις της προμήθειας.**

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη στο **σύνολο** της ποσότητας.

Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων ανά είδος δε θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για επιπλέον **τρεις (3) μήνες** στην περίπτωση που δεν εξαντληθεί το συμβατικό τίμημα κατά τον ετήσιο χρόνο ισχύος της σύμβασης, με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΝΘ ΓΕΝΗΜΑΤΑΣ (ΤΜΧ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΜΧ)	ΣΥΝΟΛΟ
1.	ΑΦΡΟΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - Να δημιουργείται αφρός, που να μαλακώνει τις ακαθαρσίες, ώστε να αφαιρούνται εύκολα. - Να μην απαιτείται η χρήση νερού. - Να μην χρειάζεται ξέπλυμα μετά την εφαρμογή του. Να περιέχει κρεατίνη. Να διαθέτει pH 5,5. - Να εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές. - Να είναι κατάλληλος για χρήση σε κάθε τύπο δέρματος, ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές, ταλαιπωρημένες από την ακράτεια. - Να διατίθεται σε συσκευασία των 400 ml. 	450	50	500
2.	ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ medium	<p>Πάνα ακράτειας ενηλίκων αυτοκόλλητη μίας χρήσεως υποαλλεργική σε μέγεθος medium.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Διαστάσεις περιφέρειας μέσης που καλύπτει: 90 έως >120cm± 10%. - Απορροφητικότητα από 2100ML±10%. - Να διαθέτουν ισχυρές αυτοκόλλητες ταινίες πολλαπλής χρήσεως, για να μη καταστρέφεται η πάνα με το άνοιγμα. - Να έχουν διπλά λαστιχάκια στα πλαϊνά και ασπίδες προστασίας για την αποφυγή διαρροών. - Να έχουν ομοιόμορφα κατανεμημένο ειδικά κατασκευασμένο υπεραπορροφητικό πυρήνα για ενισχυμένη συγκράτηση υγρών και τέλεια απορροφητικότητα. - Να είναι καλυμμένη η απορροφητική μάζα με υδρόφιλο λεπτό απαλό φύλλο προσφέροντας εξαιρετικά λεπτή και απαλή επιφάνεια διατηρώντας στεγνό το δέρμα σε όλη την περιφέρεια. - Να διαθέτουν δείκτη υγρασίας (λωρίδα αποχρωματισμού). - Να είναι υποαλλεργικά. - Να διαθέτουν εξωτερική αδιάβροχη μεμβράνη. - Να μπορεί να εξισορροπεί το PH 5.5 στην επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς, για αποφυγή των δερματικών παθήσεων. - Όλες οι προσφερόμενες πάνες θα πρέπει να φέρουν τον αριθμό καταχώρησης και άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή του προϊόντος. - Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9002 και να διαθέτει βεβαίωση εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων (βάση ΔΥ. 8δ/1348). - Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 (σύστημα διασφάλισης ποιότητας), ISO 14001 (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης) και ISO 45001 (σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο). Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές να αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικού υλικού τεκμηρίωσης (τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια, πιστοποιητικά) το οποίο θα περιλαμβάνεται στον φάκελο τεχνικής προδιαγραφής. - Όλα τα προϊόντα να φέρουν απαραίτητα σήμανση CE το πιστοποιητικό του οποίου θα συμπεριλαμβάνεται στον 	2000	700	2700

		<p>φάκελο τεχνικής προσφοράς.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Να αποσταλούν δείγματα για το κάθε προϊόν σε συσκευασίες ανά κωδικό προσφοράς τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κλινικά για την πρακτική αξιολόγηση και απόδειξη όλων των ανωτέρω. 			
3.	ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Large	<p>Πάνα ακράτειας ενηλίκων αυτοκόλλητη μ.χ.υποαλλεργική σε μέγεθος large:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Διαστάσεις περιφέρειας μέσης που καλύπτει: 110 έως >150cm± 10%. - Απορροφητικότητα από 2300ML±10%. - Να διαθέτουν ισχυρές αυτοκόλλητες ταινίες πολλαπλής χρήσεως, για να μη καταστρέφεται η πάνα με το άνοιγμα. - Να έχουν διπλά λαστιχάκια στα πλαϊνά και ασπίδες προστασίας για την αποφυγή διαρροών. - Να έχουν ομοιόμορφα κατανεμημένο ειδικά κατασκευασμένο υπεραπορροφητικό πυρήνα για ενισχυμένη συγκράτηση υγρών και τέλεια απορροφητικότητα. - Να είναι καλυμμένη η απορροφητική μάζα με υδρόφιλο λεπτό απαλό φύλλο προσφέροντας εξαιρετικά λεπτή και απαλή επιφάνεια διατηρώντας στεγνό το δέρμα σε όλη την περιφέρεια. - Να διαθέτουν δείκτη υγρασίας (λωρίδα αποχρωματισμού). - Να είναι υποαλλεργικά. - Να διαθέτουν εξωτερική αδιάβροχη μεμβράνη. Να μπορεί να εξισορροπεί το PH 5.5 στην επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς, για αποφυγή την δερματικών παθήσεων. - Όλες οι προσφερόμενες πάνες θα πρέπει να φέρουν τον αριθμό καταχώρησης και άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή του προϊόντος. - Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9002 και να διαθέτει βεβαίωση εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων (βάση ΔΥ. 8δ/1348). - Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 (σύστημα διασφάλισης ποιότητας),ISO 14001 (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης) και ISO 45001(σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο). - Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές να αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικού υλικού τεκμηρίωσης (τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια, πιστοποιητικά) το οποίο θα περιλαμβάνεται στον φάκελο τεχνικής προδιαγραφής. - Όλα τα προϊόντα να φέρουν απαραίτητως σήμανση CE το πιστοποιητικό του οποίου θα συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο τεχνικής προσφοράς. - Να αποσταλούν δείγματα για το κάθε προϊόν σε συσκευασίες ανά κωδικό προσφοράς τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κλινικά για την πρακτική αξιολόγηση και απόδειξη όλων των ανωτέρω. 	3000	600	3600

4.	ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ, 2kg-6kg ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	<ul style="list-style-type: none"> – ΠΑΝΑ ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΜΕ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ. ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΑΛΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ. – ΜΕ ΕΠΑΝΑΚΟΛΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ). – ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΦΑΛΟ, ΛΕΠΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΚΑΒΑΛΟ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΟ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΜΕΝΟ 	3000	0	3000
5.	ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ, 7kg-18 kg ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	<ul style="list-style-type: none"> – ΠΑΝΑ ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΜΕ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ. – ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΑΛΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ. ΜΕ ΕΠΑΝΑΚΟΛΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ). – ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΦΑΛΟ, ΛΕΠΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΚΑΒΑΛΟ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΟ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΜΕΝΟ 	3000	0	3000
6.	ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ, 11 kg-25kg ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	<ul style="list-style-type: none"> – ΠΑΝΑ ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΜΕ ΥΠΕΡ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ. ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΑΛΟ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ. – ΜΕ ΕΠΑΝΑΚΟΛΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ). – ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΦΑΛΟ, ΛΕΠΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΚΑΒΑΛΟ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΟ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΜΕΝΟ 	2000	0	2000
7.	ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ	<ul style="list-style-type: none"> – Ποδιές μη αποστειρωμένες, μιας χρήσης , πλαστικές από υλικό PE. – Να φέρουν οπή στο σημείο της κεφαλής και κορδόνια για να δένουν πίσω. – Να είναι τουλάχιστον 82cmx125cmx 0,02mm 	30000	10000	40000
8.	ΣΤΕΓΝΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> – Να είναι κατασκευασμένη από άριστης ποιότητας Non-woven υλικό, σύστασης 100% AIRLAID 50 gr/m²με 2 εξωτερικά στρώματα (sprunbond+ruip). – Να μην αφήνει κανένα ίχνος από χνούδι και να είναι διάτρητης κατασκευής. – Να είναι εξαιρετικά απαλή στην αφή και να μην προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα. Λόγω της πυκνότητας και της ποιότητας κατασκευής της να έχει την υφή/αίσθηση υφάσματος. – Να διαθέτει τεράστια απορροφητική ικανότητα ώστε να μπορεί να απορροφήσει έως και 10 φορές το βάρος της και να είναι εξαιρετικά ανθεκτική κατά χρήση και στο σκίσιμο. – Χάρη στις ανθεκτικές και απορροφητικές της ιδιότητες να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη φροντίδα των ασθενών, όσο και των διάφορων επιφανειών του νοσοκομείου (χώροι εργασίας/κρεβάτια κ.α). – Να διατίθεται σε ερμητικά σφραγισμένη συσκευασία των 50 τεμαχίων, για ευκολότερο άνοιγμα και προστασία του προϊόντος από σκόνη, υγρασία και άλλους εξωγενείς παράγοντες. 	30000	5000	35000

		<ul style="list-style-type: none"> - Να διατίθεται σε διάσταση περίπου 30x33εκ. - Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση. 			
9.	BAMBAKI ΥΔΡΟΦΙΛΟ 1000 gr	<ul style="list-style-type: none"> - 100% υδρόφιλο βαμβάκι, απορροφητικό, καθαρισμένο, λευκασμένο και λαναρισμένο, βάρους 1000 gr. - Να είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Φαρμακοποιίας IV. - Να είναι λευκό, άοσμο, χωρίς χρωστικές ουσίες, μη τοξικό. Να αποτελείται από ίνες μέσου μήκους όχι μικρότερο από 10 mm. - Να μην περιέχει υπολείμματα φύλλων, περικάρπια ή περιβλήματα σπερμάτων ή άλλες προσμίξεις. - Να παρουσιάζει αξιόλογη αντίσταση όταν τραβιέται. Όταν ανακινείται ήπια να μην αναδίδει σημαντική ποσότητα σκόνης. - Να παραμένει αναλλοίωτο μετά την αποστείρωση. - Να είναι εντός πλαστικού στεγανού περιβλήματος που θα προστατεύει το περιεχόμενο από υγρασία και σκόνη. - Οι ατομικές συσκευασίες να είναι σε μορφή αναδίπλωσης zigzag (ζικ – ζακ) ή ρολό, τοποθετημένες σε πλαστικές, διαφανείς σακούλες κατάλληλες για τη μεταφορά και αποθήκευση του προϊόντος. - Επί της συσκευασίας να αναγράφονται: το είδος του περιεχομένου, το καθαρό βάρος, τα στοιχεία του κατασκευαστή, ο αριθμός παρτίδας, η σήμανση πιστοποίησης CE 	1000	900	1900
10.	Υποσέντονα 7 σταγόνων 60x180 εκ. με πλαϊνά πτερύγια	<ul style="list-style-type: none"> - Να διαθέτουν μαλακό υπεραπορροφητικό πυρήνα από 100% πολτό σελουλόζης, ομοιόμορφα κατανεμημένο και κάλυμμα με πλαϊνά πτερύγια, από μη υφασμένο και πλήρως αδιάβροχο και ανθεκτικό στην τριβή υλικό. Περιμετρικά να είναι κλειστά με αδιάβροχη, αντιολισθητική επένδυση πολυαιθυλενίου. - Να έχουν βάρος άνω των 75gr/ τεμάχιο. Να έχουν απορροφητικότητα περίπου 1200gr και να κατατεθεί τοαντίστοιχο πιστοποιητικό προς τεκμηρίωση. - Να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2017/745/EU για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να έχουν ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα ως κλάσης I. - Να είναι διαστάσεων 60x180εκ. 	400	400	800
11.	Κάλυμμα Κλίνης Υψηλής Απορροφητικότητας	<ul style="list-style-type: none"> - Κάλυμμα κλίνης υψηλής απορροφητικότητας τριών φύλλων μίας χρήσεως, με αδιάβροχη επιφάνεια από ανακυκλώσιμο και αντιολισθητικό υλικό. - Η βάση του να μπορεί να μένει σταθερή στην θέση του για να προάγει την ασφάλεια, εγκλωβίζοντας το υγρό η την αιμορραγία μέσα στο απορροφητικό υλικό, διατηρώντας την επιφάνεια της κλίνης καθαρή προφυλάσσοντας έτσι τον ασθενή από μολύνσεις. Να έχει την δυνατότητα απορρόφησης έως και 4 λίτρα. - Να κατατεθούν δείγματα προς χρήση και αξιολόγηση. 	40	40	80
12.	Επικαλλύματα μεγέθους 40cmx60cm	<ul style="list-style-type: none"> - Το επικάλυμμα θα πρέπει να έχει στην εξωτερική του επιφάνεια πλαστικό, υποαλλεργικό και ανθεκτικό υλικό, για την προστασία από οποιαδήποτε διαρροή. - Η εσωτερική επιφάνεια να καλύπτεται από ειδικό non-woven απορροφητικό υλικό άριστης ποιότητας, για την συγκράτηση της μέγιστης ποσότητας υγρών, υποαλλεργικό, για τη μείωση αντιδράσεων στο δέρμα λόγω ζέστης και εφίδρωσης. - Να φέρουν ειδική εσωτερική επένδυση που με την εξωτερική να κάνουν ένα σώμα που να μην αποκολλάται. - Διάσταση: 40cm x60cm 	20000	15000	35000

13.	Επικαλλύματα μεγέθους 60cmx60cm	<ul style="list-style-type: none"> - Το επικάλυμμα θα πρέπει να έχει στην εξωτερική του επιφάνεια πλαστικό, υποαλλεργικό και ανθεκτικό υλικό, για την προστασία από οποιαδήποτε διαρροή. - Η εσωτερική επιφάνεια να καλύπτεται από ειδικό non-woven απορροφητικό υλικό άριστης ποιότητας, για την συγκράτηση της μέγιστης ποσότητας υγρών, υποαλλεργικό, για τη μείωση αντιδράσεων στο δέρμα λόγω ζέστης και εφίδρωσης. Να φέρουν ειδική εσωτερική επένδυση που με την εξωτερική να κάνουν ένα σώμα που να μην αποκολλάται. - Διάσταση: 60cm x 60cm 	60000	30000	90000
14.	Επικαλλύματα μεγέθους 90cmx60cm	<ul style="list-style-type: none"> - Το επικάλυμμα θα πρέπει να έχει στην εξωτερική του επιφάνεια πλαστικό, υποαλλεργικό και ανθεκτικό υλικό, για την προστασία από οποιαδήποτε διαρροή. - Η εσωτερική επιφάνεια να καλύπτεται από ειδικό non-woven απορροφητικό υλικό άριστης ποιότητας, για την συγκράτηση της μέγιστης ποσότητας υγρών, υποαλλεργικό, για τη μείωση αντιδράσεων στο δέρμα λόγω ζέστης και εφίδρωσης. - Να φέρουν ειδική εσωτερική επένδυση που με την εξωτερική να κάνουν ένα σώμα που να μην αποκολλάται. - Διάσταση: 90cm x 60cm 	20000	15000	35000
15.	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - Γλωσσοπίεστρα μίας χρήσεως μη αποστειρωμένα. - Ξύλινα από υλικό άριστης ποιότητας που δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις, κατάλληλα για εξέταση ασθενών. - Να έχουν λεία επιφάνεια, εύκαμπτη και στιλπνή. - Να είναι ανθεκτικά. - Να έχουν το μικρότερο δυνατό πάχος ώστε να μην καταστρέφονται. 	30000	15000	45000
16.	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Γλωσσοπίεστρα μίας χρήσεως αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία. - Ξύλινα από υλικό άριστης ποιότητας που δεν προκαλεί αντιδράσεις, κατάλληλα για εξέταση ασθενών. - Να έχουν λεία επιφάνεια, εύκαμπτη και στιλπνή. - Να είναι ανθεκτικά. - Να έχουν το μικρότερο δυνατό πάχος ώστε να μην καταστρέφονται. - Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η αποστείρωση και η ημερομηνία λήξης τους. 	5000	5000	10000
17.	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Γλωσσοπίεστρα, μίας χρήσεως, από ειδικό πλαστικό υλικό κατάλληλο για εξέταση ασθενών. - Να είναι ανθεκτικά και να διαθέτουν λεία επιφάνεια. 	10000	3000	13000
18.	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Πλαστικά γλωσσοπίεστρα, μη αποστειρωμένα, από ειδικό πλαστικό, σε φωτεινά χρώματα με ζωάκια για εξέταση παιδιατρικών ασθενών. - Σε συσκευασία των 50 τμχ. 	2000	0	2000

19.	ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Να διαθέτουν υπεραπορροφητικό πυρήνα από κυτταρίνη και SAP, για άμεση απορρόφηση και στερεοποίηση των υγρών. - Να διαθέτουν εσωτερικό κάλυμμα από υδρόφιλο πολυπροπυλένιο σε όλη την επιφάνεια της σεργιέτας για να παραμένει το δέρμα στεγνό. Η εξωτερική πλευρά τους να είναι κατασκευασμένη από αδιάβροχο πολυαιθυλένιο. - Να προσφέρουν ανατομική, άριστη εφαρμογή. - Να διαθέτουν ελαστικές πτυχές για προστασία από διαρροές. - Να είναι κατάλληλες για ευαίσθητες επιδερμίδες. - Να είναι λεπτές και διακριτικές. - Να διαθέτουν φαρδιά αυτοκόλλητη ταινία στην κάτω πλευρά. - Να έχουν διαστάσεις 33εκ στο μήκος και 13εκ στο πλάτος. - Να έχουν βάρος περίπου 20gr. - Να έχουν απορροφητικότητα περίπου 500 gr και να επισυναφθεί το σχετικό πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα. - Να είναι κατάλληλες ως προστατευτικό επίθεμα μετά από κολπικές επεμβάσεις ή ως επίθεμα για λεχώνες. - Να διαθέτουν CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EU 2017/745 (MDR) για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να είναι ταξινομημένες ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλάσης I. 	0	1000	1000
20.	ΣΛΙΠ ΑΣΘΕΝΩΝ NONWOVEN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Σλιπ ασθενών μιας χρήσης, κατασκευασμένα από ανθεκτικό μη υφασμένο ύφασμα πολυπροπυλενίου σε λευκό χρώμα. Σχεδιασμένα με λάστιχο περιμετρικά στη μέση και στους μηρούς για να εφαρμόζουν σωστά στο σώμα. - Να μην περιέχει Latex και να διαθέτει σήμανση CE. 	3000	1000	4000
21.	Ποτηράκια φαρμάκων	<ul style="list-style-type: none"> - Ποτηράκια-μεζούρες φαρμάκων μη αποστειρωμένα, πλαστικά, διαφανή, βαθμονομημένα ανά 1 ml, από κατάλληλο για φάρμακα και για χρήση από το στόμα υλικό με πιστοποιητικό καταλληλότητας και χωρητικότητας περίπου 30 ml 	1000	3000	4000
22.	Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού ασθενών	<ul style="list-style-type: none"> - Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού σώματος αποτελούμενα από φυσικά συστατικά κλινικά ελεγμένα. - Να έχουν pH 5,5 και να είναι ελεύθερα από PEGs. - Να είναι κατασκευασμένα από μη υφασμένο υλικό, συνδυασμό βισκόζης και πολυεστέρα, χωρίς οινόπνευμα, χωρίς χρωστικές και εξαιρετικά απαλά. - Να καθαρίζουν και να προστατεύουν το δέρμα με μία μόνο κίνηση διατηρώντας τη φυσική ισορροπία του δέρματος. - Να είναι τοποθετημένα σε πλαστική ανθεκτική συσκευασία με επανακλειόμενο πλαστικό καπάκι. Με ευχάριστο άρωμα και μακρά διάρκεια ζωής (24 μήνες περίπου). - Να είναι δερματολογικά ελεγμένο. Η κάθε συσκευασία να περιλαμβάνει 50 προεμποτισμένα μαντήλια, μεγέθους 20x30cm περίπου. - Να κατατεθεί δείγμα προς χρήση κι αξιολόγηση. 	60000	20000	80000

23.	ΣΕΤ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Σετ για καθαριότητα και περιποίηση της στοματικής κοιλότητας. - Να περιλαμβάνει ατραυματική οδοντόβουρτσα με ειδική κλίση και με μικρό τμήμα ινών, ώστε να μπορεί να εισχωρεί σε δύσκολα σημεία. - Να έχει αντιμικροβιακή οδοντόπαστα με άρωμα μέντας. - Να συμπεριλαμβάνεται φακελάκι με ενυδατικό διάλυμα alcoholfree με 0,12 % χλωρεξιδίνη. - Να διαθέτει σφουγγαράκι με στυλεό για επάλειψη και ποτηράκι διαλύματος. - Να διατίθεται σε ενιαία ατομική συσκευασία. 	500	200	700
24.	ΜΑΞΙΛΑΡΙ GEL ΓΙΑ ΦΤΕΡΝΕΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Να έχει σχήμα κατάλληλο για την τοποθέτηση της φτέρνας με διάσταση 20cmx 11cmx 7cm. - Να μην ρέει σε περίπτωση τυχαίου τρυπήματος και να διατηρεί απόλυτα το σχήμα του διαμοιράζοντας ισομερώς το βάρος. - Να κατατεθεί testreport απόδοσης του προϊόντος που αφορά στις ιδιότητες κατανομής βάρους. - Να μπορεί να θερμανθεί έως τους 40oC ώστε να συμβαδίζει με τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος και να έχει υφή φιλική προς το δέρμα. - Να είναι ακτινοδιαφανές, latex-free, πολλαπλών χρήσεων, με δυνατότητα καθαρισμού με ήπια αντισηπτικές ουσίες. - Το προϊόν να φέρει σήμανση CE, να συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EUMDR 2017/745 και να διαθέτει κωδικούς UDI-DI. - Ο κατασκευαστής να συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές πρότυπο ISO 13485:2016. 	15	5	20
25.	ΜΑΞΙΛΑΡΙ GEL ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Το προστατευτικό μαξιλάρι κεφαλής να είναι πολλαπλών χρήσεων σε σχήμα κουλούρας (σχήματος O) - Να είναι κατασκευασμένο από Gel πολυουρεθάνης - Να μειώνει την πίεση που δέχεται το σώμα του ασθενή - Να είναι ανθεκτικό και ακτινοδιαπερατό - Να υπάρχει δυνατότητα να καθαρίζεται με προϊόντα ήπιας αντισηπτικής δράσης 	5	3	8
26.	ΜΑΞΙΛΑΡΙ GEL ΑΝΟΙΧΤΟ	<ul style="list-style-type: none"> - Το μαξιλάρι Gel (Gel Πολυουρεθάνης) να είναι σε σχήμα ανοιχτής κουλούρας (σχήματος C) Να είναι κατασκευασμένο από Gel Πολυουρεθάνης - Να είναι πολλαπλών χρήσεων - Να παρέχει εξαιρετη προστασία και να έχει τη δυνατότητα στήριξης της κεφαλής. - Να είναι ακτινοδιαπερατό - Να είναι πολλαπλών χρήσεων - Να είναι ανθεκτικό - Να υπάρχει η δυνατότητα να καθαρίζεται με προϊόντα ήπιας αντισηπτικής δράσης. - Να είναι αντιολισθητικό και LatexFree. 	5	4	9

27.	ΠΡΟΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι μίας χρήσεως - Κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό, προεμποτισμένα με απαλή λοσιόν περιποίησης δέρματος, που περιέχει πανθενόλη και αλόη - Να έχουν διακριτικό, ευχάριστο άρωμα - Να μην απαιτείται χρήση νερού - Να μην απαιτείται ξέπλυμα μετά την εφαρμογή - Να είναι εξαιρετικά απαλά - Να μην περιέχουν αλκοόλη και parabens. - Να έχουν pH φιλικό προς το δέρμα - Η συσκευασία να είναι ασφαλής να χρησιμοποιηθεί σε φούρνο μικροκυμάτων για θέρμανση των γαντιών. - Να είναι δερματολογικά ελεγμένα. 	1500	500	2000
28.	ΣΚΟΥΦΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ME ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι μίας χρήσης. - Να περιέχει σαμπουάν και μαλακτικό. - Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία δωματίου και να μπορεί να θερμανθεί σε φούρνο μικροκυμάτων μαζί με τη συσκευασία του. - Να καθαρίζει και να ενυδατώνει το δέρμα καθώς και τις τρίχες της κεφαλής. - Να διαθέτει ρυθμιστή PH. - Να είναι έτοιμο προς χρήση και να μην απαιτείται προσθήκη νερού. - Να μη χρειάζεται επιπρόσθετο ξέβγαλμα ή σκούπισμα. - Να είναι ταξινομημένο ως καλλυντικό σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EU 1223/2009 για τα καλλυντικά. - Να είναι δερματολογικά ελεγμένο. Χωρίς χρωστικές ουσίες ή αρώματα, Latex, lanolin, αλκοόλ. - Να έχει μακρύ χρόνο ζωής. Να διαθέτει σήμανση CE. Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 13485, ISO 45001, ISO 22716, ISO 14001. - Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση. 	400	100	500
29.	ΣΚΟΥΦΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ME ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι μίας χρήσης, σε ατομική επανασφραγιζόμενη συσκευασία. - Να καθαρίζει και να ενυδατώνει το δέρμα καθώς και τις τρίχες της κεφαλής. Να διαθέτει ρυθμιστή PH. - Να περιέχει Βιταμίνη E, Βιταμίνη B, Αλόη βέρα και μαλακτικό δέρματος. - Να περιέχει 2% διγλυκονική χλωρεξιδίνη με αντιβακτηριδιακή και αντιμυκητιακή δράση - Να είναι εύρηστα και θερμαινόμενα σε φούρνο μικροκυμάτων - Να μην περιέχει Latex, lanolin, αλκοόλ. - Να είναι έτοιμο προς χρήση και να μην απαιτείται προσθήκη νερού. - Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα ή σκούπισμα. - Να διαθέτει σήμανση CE. - Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 13485, ISO 45001, ISO 22716, ISO 14001. - Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση. 	50	50	100

30.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - Ιμάντας συγκράτησης ασθενών που να εφαρμόζεται στα άκρα των ασθενών, καρπούς ή αστραγάλους. - Να φέρει ενσωματωμένη σταθερή δέστρα, της οποίας το μήκος να ρυθμίζεται με κλιπ ασφαλείας. - Να είναι κατασκευασμένο από αεριζόμενο υποαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό υλικό με επιπλέον επένδυση αφρώδους υλικού για να μην δημιουργεί τραυματισμούς και έλκη στον καρπό και να περιορίζει τις κινήσεις των μελών (χέρι ή πόδι). - Να είναι κατασκευασμένο από υλικό Latexfree το οποίο να πλένεται . - Να είναι ένα μέγεθος (onesize) 	40	40	80
31.	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Πλαστική σκοραμίδα πολλαπλών χρήσεων, με σκληρή λαβή, κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό 100% πολυπροπυλένιο μη τοξικό, υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής. Να είναι υψηλής χωρητικότητας και να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για την εύκολη τοποθέτησή της με οβάλ καμπυλώσεις και λεία επιφάνεια. Σε λευκό χρώμα. 	30	30	60
32.	Κρέμα χεριών για ενήλικες	<ul style="list-style-type: none"> - Ενυδατική κρέμα προστασίας χεριών για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Με μαλακτικές ουσίες, γλυκερίνη και βιταμίνες για βαθιά ενυδάτωση και ενεργοποίηση της ανάπτυξης του δέρματος. - Να είναι υψηλής μικροβιολογικής καθαρότητας. - Να μην περιλαμβάνει συστατικά και χρωστικές ζωικής προέλευσης. - Χωρίς parabens, προπυλενογλυκόλη και χρωστικές ουσίες στην σύσταση της. - Να περιποιείται το δέρμα, να απορροφάται εύκολα και να μην αφήνει λιπαρότητα. - Να έχει άριστη συμβατότητα με το δέρμα, να μην προκαλεί ερεθισμούς και να είναι δερματολογικά ελεγμένη (να κατατεθεί η μελέτη). - Με ήπιο ευχάριστο άρωμα. - Σε συσκευασία έως 500 ml με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου. - Να δίνεται το κόστος ανά συσκευασία και ανά 100ml. - Να κατατεθεί για την αξιολόγηση το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η δήλωση έκθεσης ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό 1223/2009 , η καταχώρηση στο CPNP του σκευάσματος και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001 και ISO 22716 της παραγωγού εταιρείας. - Να έχει μακρά διάρκεια ζωής. - Να κατατεθεί δείγμα προς χρήση κι αξιολόγηση. 	100	100	200
33.	Σαμπουάν- Αφρόλουτρο για βρέφη και παιδιά	<ul style="list-style-type: none"> - Σαμπουάν και αφρόλουτρο κλινικά ελεγμένο, για απαλό καθαρισμό, κατάλληλο για βρέφη και παιδιά. - Να έχει ουδέτερο PH, να είναι δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο που να τεκμηριώνεται από αντίστοιχες μελέτες. - Να αποτελείται από φυσικά συστατικά (πάνω από 95%) και να μην περιέχονται parabens, σιλικόνες, φαινοξαιθανόλη, χρωστικές ουσίες και αλλεργιογόνα. - Να διατίθεται σε συσκευασία με δοσομετρική αντλία και να είναι χαμηλού αφρισμού. - Να πιστοποιείται η χρήση σε βρέφη και παιδιά. - Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση. Να επισυναφθεί αντίγραφο της καταχώρησης του σκευάσματος στο CPNP. 	40	0	40

		<ul style="list-style-type: none"> - Να προσφέρεται σε συσκευασία με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου. - Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης τα παρακάτω <ul style="list-style-type: none"> ο Τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος και έκθεση ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1223/2009 ο Καταχώρηση του προϊόντος στο CPNP. ο Αντίγραφο της ετικέτας του προϊόντος ο Δερματολογική μελέτη και μελέτη μη οφθαλμικού ερεθισμού ο Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού σε ισχύ κατά ISO 9001: 2015 και ISO 22717: 2007. 			
34.	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - Παιδικό λάδι κλινικά ελεγμένο από 100% φυσικά συστατικά. - Να περιέχει καθαρό αμυγδαλέλαιο - Να αποτελείται μόνο από αμυγδαλέλαιο και τοκοφερόλη. - Να διατίθεται σε συσκευασία με σύστημα ψεκασμού. Να πιστοποιείται η χρήση σε βρέφη και παιδιά. 	40	0	40
35.	ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Θρεπτική και ενυδατική κρέμα προσώπου και σώματος, κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. - Να αποτελείται από φυσικά συστατικά (πάνω από 95%) και να είναι εμπλουτισμένη με βούτυρο καριτέ και γλυκερίνη. - Να είναι κλινικά ελεγμένη και να παρέχει αποδεδειγμένα ενυδάτωση (>30%) λίγες ώρες (περίπου 8) μετά την εφαρμογή. - Να διατίθεται σε σωληνάριο των 100 ml περίπου. - Να πιστοποιείται η χρήση σε βρέφη και παιδιά. 	40	0	40
36.	ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Να κάνει απαλό καθαρισμό του ευαίσθητου δέρματος - Να περιέχει πανθενόλη και αμυγδαλέλαιο - Να έχει ουδέτερο για το δέρμα Ph - Να εξουδετερώνει τις οσμές - Να είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση - Να περιέχεται με ενσωματωμένη αντλία χορήγησης - Να είναι ταξινομημένο ως καλλυντικό προϊόν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία (EC) 1223/2209 - Να περιέχει συστατικά που επιτρέπονται σύμφωνα με την οδηγία (EC) 1223/2209 - Με μακριά διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια 	20	10	30

37.	ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΝΗΛΙΚΕΣ	ΓΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Να κάνει απαλό καθαρισμό των μαλλιών και του ξηρού δέρματος της κεφαλής - Να περιέχει πανθενόλη και αμυγδαλέλαιο - Να έχει ουδέτερο για το δέρμα pH - Να περιέχεται σε φιάλη με ενσωματωμένη αντλία χορήγησης - Να είναι ταξινομημένο ως καλλυντικό προϊόν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία (EC) 1223/2209 - Να περιέχει συστατικά που επιτρέπονται σύμφωνα με την οδηγία (EC) 1223/2209 - Με μακρά διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια 	20	10	30
38.	Προστατευτική κρέμα με ψευδάργυρο		<ul style="list-style-type: none"> - Προστατευτική κρέμα για πρόληψη ρήξης της συνέχειας του δέρματος με ενυδατικούς παράγοντες και οξείδιο ψευδαργύρου 12% +2% σε συσκευασία 50gr + 10%. 	40	20	60
39.	Κρέμα προστασίας δέρματος για ενήλικες		<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι κατάλληλη για προστασία του δέρματος - Να περιέχει κρεατίνη, αιθέρια λιπαρά οξέα, αμινοξέα και αμυγδαλέλαιο - Να περιέχει οξείδιο του ψευδαργύρου σε συγκέντρωση περίπου 20% - Να περιέχεται σε σωληνάριο 200ml με καπάκι που κλείνει - Να είναι κατάλληλη για χρήση σε κάθε τύπο δέρματος, ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές, ταλαιπωρημένες από την ακράτεια - Να είναι λεία και να απλώνεται εύκολα - Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα 	30	20	50
40.	Κρέμα αντιμετώπισης δερματικών βλάβων		<ul style="list-style-type: none"> - Κρέμα με Νατριούχο άλας Γαλουρονικού οξέος 0,2% χαμηλού μοριακού βάρους για την αντιμετώπιση δερματικών ερεθισμών και βλαβών, οξέων και χρόνιων τραυμάτων. - Συσκευασία 100gr 	0	20	20
41.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ 02 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ		<ul style="list-style-type: none"> - ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΡΙΝΙΚΕΣ ΧΟΑΝΕΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ, ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΝΑΘΟ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ. - ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΙΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΠΛΩΘΕΙ. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΤΟ LOTNUMBER ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ LATEXFREE 	4000	2500	6500
42.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ 02 ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ		<ul style="list-style-type: none"> - ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΑΛΑΚΗ, ΑΝΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΨΗΛΕΣ ΡΟΕΣ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΙΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. 	3000	1500	4500

		<ul style="list-style-type: none"> - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ, ΑΤΟΞΙΚΟ, ΚΑΘΑΡΟ, ΜΑΛΑΚΟ, ΕΛΑΦΡΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. - Η ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΙΝΙΟ ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Η ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΥΠΕΛΙΔΙΟ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6cc., - ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ 2Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ. - ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΤΟ LOTNUMBER ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ LATEXFREE. 			
43.	ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΠΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΑΠΛΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ % ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. - ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 2 ΜΕΤΡΑ. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΌ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ PVC, ΑΧΡΩΜΗ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. ΝΑ Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΠΛΩΘΕΙ. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΤΟ LOTNUMBER ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ LATEXFREE. 	4000	3000	7000
44.	ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΜΕ ΑΣΚΟ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ, ΚΑΘΑΡΟ, ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ. - Η ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ. - Η ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΚΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000 CC ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 2 Μ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ. - Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΙΣΕΩΣ 90°, ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. - Η ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ LATEX. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΠΛΩΘΕΙ. - Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΗ. - ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΤΟ LOTNUMBER ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ LATEXFREE. 	1000	800	1800

		– ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.			
45.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> – Οι βελόνες να έχουν διαγώνια κόπτουσα άκρη, την χορήγηση υγρών, φαρμάκων ή αίματος στο κεντρικό αγγειακό σύστημα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. – Να μπορούν να τοποθετηθούν με εξαιρετική ευκολία και ακρίβεια στο επιλεγμένο σημείο διάτρησης χάρη στον οδηγό (Driver). – Να διατίθενται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία για μία μόνο χρήση. – Να είναι διαθέσιμες σε 3 μεγέθη: <ul style="list-style-type: none"> ○ 5mm για χρήση σε ασθενείς 3-39kg, ○ 25mm για χρήση σε ασθενείς άνω των 39kg ○ 45mm για ενήλικες και παχύσαρκους ασθενείς – Να είναι απόλυτα συμβατές με το ηλεκτροκίνητο μηχανικό οδηγό (τύπου EZ-IO). – Να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (CE – ISO) . 	0	30	30

46.	ΜΑΣΚΕΣ ΤΥΠΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7 ΒΑΛΒΙΔΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι κατασκευασμένες από ελαφρύ, μαλακό, ατοξικό, διάφανο, πλαστικό υλικό. - Να είναι για ενήλικες (μεγέθη SMALL, MEDIUM, LARGE, XLARGE) και να έχουν ανατομική κατασκευή ώστε να προσαρμόζονται σωστά στο πηγούνι και τη μύτη. - Να φέρουν ειδική επιρρίνια ταινία που να έχει πλαστικότητα, να λαμβάνει την επιθυμητή κάθε φορά γωνίωση ώστε η μάσκα να προσαρμόζεται εύκολα και σταθερά. - Να έχουν πλάγιες οπές εκπνοής - Να συνοδεύονται από ειδικό πλαστικό δακτύλιο ο οποίος εφαρμοζόμενος γύρω από την βαλβίδα VENTURI να μην επιτρέπει την απόφραξή της. - Να έχουν αυξομειούμενη ελαστική ταινία για συγκράτηση της μάσκας στο κεφάλι. - Οι συσκευές να συνδέονται με κρικοειδή πλαστικό σωλήνα διαμέτρου 20-22mm περίπου και μήκους 15-17 cm. Ο σωλήνας να περιλαμβάνεται στην συσκευασία και να είναι από υλικό που δεν τσακίζει - Να έχουν διαφορετική βαλβίδα Venturi για διαφορετικά μείγματα Οξυγόνου. Κάθε βαλβίδα να είναι διαφορετικού χρώματος και να αναγράφεται ευκρινώς με ανεξίτηλα ή ανάγλυφα γράμματα η απαραίτητη ροή οξυγόνου για την εξασφάλιση του ζητούμενου μείγματος οξυγόνου. Οι βαλβίδες Venturi να καλύπτουν τις ανάγκες για χορήγηση οξυγόνου τουλάχιστον για μείγματα 24%, 28%, 31%, 35%, 40%,50% και 60%. - Η βαλβίδα να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων, να επιδέχεται γωνίωση έως 90ο χωρίς να διακόπτεται η ροή οξυγόνου. Τα σημεία σύνδεσης του σωλήνα μεταφοράς οξυγόνου με την παροχή οξυγόνου και τη βαλβίδα να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν εύκολα τη σύνδεση και την αποσύνδεση. Επιπλέον να εξασφαλίζουν σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέονται με τις υψηλές ροές. - Το σύνολο της μάσκας να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένο. - Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος, ο κατασκευαστής, ο ευρωπαϊός αντιπρόσωπος, το lotnumber και να υπάρχει η ένδειξη latexfree. - Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EOK και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10- 94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη. - Να σταλούν δείγματα προς αξιολόγηση 	1200	600	1800
47.	ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΠΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ	<ul style="list-style-type: none"> - ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ο2 ΑΠΛΕΣ ΠΑΙΔΩΝ , ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ % ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. - ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 2 ΜΕΤΡΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΌ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ PVC, ΑΧΡΩΜΗ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΡΡΙΝΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. - Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ 	1000	0	1000

		<p>ΔΙΠΛΩΘΕΙ.</p> <p>– ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΤΟ LOTNUMBER ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ LATEXFREE.</p>			
48.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ο2 ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΙΚΕΣ	<p>– ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΑΛΑΚΗ, ΑΝΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΨΗΛΕΣ ΡΟΕΣ.</p> <p>– ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΙΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.</p> <p>– ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.</p> <p>– ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ, ΑΤΟΞΙΚΟ, ΚΑΘΑΡΟ, ΜΑΛΑΚΟ, ΕΛΑΦΡΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.</p> <p>– Η ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΙΝΙΟ ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Η ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΥΠΕΛΙΔΙΟ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6cc., ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ 2Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ.</p> <p>– ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΤΟ LOTNUMBER ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ LATEXFREE.</p>	1000	0	1000
49.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ο2 ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ	<p>– ΜΑΣΚΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΑΛΑΚΗ, ΑΝΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΕ ΨΗΛΕΣ ΡΟΕΣ.</p> <p>– ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΙΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.</p> <p>– ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ, ΑΤΟΞΙΚΟ, ΚΑΘΑΡΟ, ΜΑΛΑΚΟ, ΕΛΑΦΡΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.</p> <p>– Η ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΙΝΙΟ ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.</p> <p>– Η ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΥΠΕΛΙΔΙΟ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΛΟΥΣΙΑ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ.</p> <p>– ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6cc., ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ 2Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ.</p> <p>– ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΤΟ LOTNUMBER ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ LATEXFREE.</p>	500	0	500

50.	ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΜΕ ΣΥΣΤΗΜ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Φίλτρα – Υγραντήρες τραχειοστομίας, να είναι εξαιρετικοί εναλλάκτες ύγρανσης –θέρμανσης, υψηλής ποιότητας και απόδοσης. - Να έχουν ανατομικό σχεδιασμό, να παρέχουν άριστη λειτουργικότητα και μέγιστη άνεση στον ασθενή. - Να έχουν πολύ μικρές διαστάσεις, γύρω στο 35 x 45mm, να είναι διακριτικά και να προεξέχουν ελάχιστα από το σωλήνα τραχειοστομίας. - Να διαθέτουν ειδική οπή για αναρρόφηση και υποδοχή για εφαρμογή σωλήνα O2. - Να λειτουργούν ως άριστοι εναλλάκτες ύγρανσης –θέρμανσης, υγραίνοντας και θερμαίνοντας τον εισπνεόμενο αέρα ενώ ταυτόχρονα να προφυλάσσουν από ενδεχόμενο κίνδυνο απόφραξης του σωλήνα τραχειοστομίας από συσσωρεύσεις εκκρίσεων. - Να συνδέονται με κάθε τύπο σωλήνα τραχειοστομίας και αναπνευστικό σύστημα. - Για ασθενείς άνω των 15 kg - Διάρκεια χρήσης 24 ώρες τουλάχιστον. - Για αναπν/κούς όγκους 200-1500ml - Νεκρός χώρος έως 7 ml - Επιφάνεια φιλτραρίσματος >500 cm² - Βάρος έως 9,5 gr. - Αντιστάσεις ροής 0,3 cmH₂O στα 30 lt/min, 0,5 cmH₂O στα 60 lt/min & 0,7 cmH₂O στα 90 lt/min - Υλικό ύγρανσης από πεπιεσμένο χαρτί διπλής στρώσης. - Απόδοση υγρασίας 30mg/ltH₂O (500ml αν. όγκο) - Συνδέσεις 15 mmF / 5,5mm υποδοχή O₂ & 6,1mm υποδοχή αναρρόφησης - Να είναι DEHP-FREE, LATEX-FREE, PVCFREE & ελεύθερα ζωικών ή βιολογικών παραγόντων. - Να είναι αποστειρωμένα. 	500	0	500
51.	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Σωλήνας αναρρόφησης πλαστικός, μήκους 210cm για συσκευές αναρρόφησης. - Να είναι αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία - Με εσωτερική διάμετρο 6,3mm και εξωτερική διάμετρο 8,3mm περίπου. - Με δύο θηλυκά συνδετικά που ταιριάζουν σε κάθε συσκευή 	4000	3000	7000
52.	ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΠΟΥ ΥΑΝΚΑΥΕΡ ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Ρύγχος αναρρόφησης Yankauer με οπή ελέγχου της αναρρόφησης. - Να είναι αποστειρωμένο και να διαθέτει ατραυματικό στρογγυλεμένο ανοικτό άκρο, 4 πλάγιες οπές, εργονομικού σχεδιασμού για πολλές χρήσεις. Να είναι κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό. - Να δέχεται σωλήνα διαμέτρου 6,35 χιλ και 9,50 χιλ περίπου. 	3000	3000	6000

53.	ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (ΤΥΠΟΥ ΣΠΥΡΟΜΕΤΡΟΥ TRIFLON) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας πλαστικό και ανθεκτικό. - Να αποτελείται από 3 διαφανείς αεροθαλάμους με ροές 600, 900 και 1200 cc/δευτερόλεπτο ή από 200- 1200 cc/sec. - Τα μπαλάκια του εξασκητή πνευμόνων να είναι χρωματισμένα με διαφορετική απόχρωση για να είναι ποιο εύκολα αντιληπτές οι διαφορές ροών και να μπορεί να καθοδηγεί ποιο εύκολα του χρήστες της συσκευής. - Να είναι κατάλληλος για ενήλικες και παιδιά. 	500	400	900
54.	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	<ul style="list-style-type: none"> - Συνδετικά-βαλβίδες για ρυθμιζόμενη , ελεγχόμενη αναρρόφησης ευθέα, με βαλβίδα ελέγχου κενού και άγκιστρο στερέωσης από υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας υλικό, νοσοκομειακό PVC. - Να είναι LATEX και DEHPFree, μίας χρήσεως σποστειρωμένα. - Να διαθέτουν αμφότερα εγκοπές αυξανόμενης διαμέτρου για ασφαλή εφαρμογή σωλήνων αναρρόφησης διαφορετικών διαμέτρων. - Να είναι ευθέα και διαφανή για οπτικό έλεγχο. Να διαθέτουν οπή και πώμα για κλείσιμο σε μη χρήση. 	500	300	800

55.	Μάσκα Στοματορινική για CPAP πολλαπλών χρήσεων σε όλα τα μεγέθη με σωλήνα κυκλώματος συμβατό με μηχανήματα Cpap/Bipap	<ul style="list-style-type: none"> - Μάσκα Στοματορινική για CPAP πολλαπλών χρήσεων για διάφορους ασθενείς. - Να είναι κατάλληλη για κάλυψη μύτης και στόματος. - Να διαθέτει βαλβίδα εκπνοής γρήγορης αποδέσμευσης - Να είναι ελαφριά και εύκολη στη χρήση και συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση. - Να διαθέτει μαξιλαράκι διπλού τοιχώματος ώστε να ενισχύει τη σφράγιση όπου είναι απαραίτητο. - Να έχει καθαρή οπτική επαφή κατά τη χρήση. - Να διαθέτει τεχνολογία σιλικόνης η οποία μειώνει την πίεση στο πρόσωπό διατηρώντας ταυτόχρονα σφράγιση υψηλής απόδοσης. - Να είναι με ρυθμιζόμενο, ευλύγιστο σημείο αντιρρόπησης μετώπου, για μικρότερη πίεση τοπικά και μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς. - Αθόρυβη λειτουργία. Το στήριγμα μετώπης να παρέχει σωστή σταθερότητα και αξιόπιστη σφράγιση, άνευ σιλικόνης. Να διαθέτει ιμάντες στήριξης κεφαλής (κεφαλοδέτες). - Να διαθέτει κεφαλοδέτη 4 σημείων, με δύο άκρα Velcro® και με δύο μαγνητικά κλιπ για εύκολη τοποθέτησή της αλλά και απομάκρυνσή της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Ρύθμιση κεφαλοδέτη από την πρώτη εφαρμογή για κάθε επόμενη χρήση της μάσκας, αποτρέποντας την επανατοποθέτησή της - Να διαθέτει θύρα πίεσης/οξυγόνου - Να είναι απολυμαινόμενη θερμικά με ατμό (έως τους 93 οC). - Να διαθέτει ειδικό μετρητή για την επιλογή κατάλληλου μεγέθους. - Με συνδετικό swivel με το κύκλωμα αναπνοής, κίνησης 360 μοιρών, για μεγαλύτερη ευελιξία. - Να διατίθεται σε μεγέθη : S, M, L, XL - Να διαθέτει σήμανση CE και τα απαραίτητα πιστοποιητικά για διακίνηση, διανομή και εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων. - Προδιαγραφές Συνοδευτικού σωλήνα κυκλώματος: Να είναι κατάλληλος για τα περισσότερα μηχανήματα cpap/bipap - Να συνδέει το μηχανήμα με την μάσκα - Να είναι εύκαμπτο και εύκολο στη χρήση. - Να έχει μήκος περίπου 1,80 - 2,00 cm. - Να διαθέτει σήμανση CE και τα απαραίτητα πιστοποιητικά για διακίνηση, διανομή και εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 	10	10	20
56.	Συσκευή οξυγόνου για T με νεφελοποιητή	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι από διαφανές πλαστικό υποαλλεργικό υλικό κατάλληλο για ιατρική χρήση - Να είναι LATEX FREE - Να είναι κατάλληλη για χορήγηση οξυγόνου μέσω συστήματος T και με δυνατότητα επιπλέον χορήγησης φαρμάκων μέσω του νεφελοποιητή. - Να φέρει ειδικό υγραντήρα νεφελοποίησης σε όλες τις θέσεις. - Να συνοδεύεται από σωλήνα παροχής οξυγόνου που δεν τσακίζει - Να είναι για έναν ασθενή και μιας χρήσης. 	500	50	550

57.	Εισπνεόμενο Αποστειρωμένο Υπέρτονο Διάλυμα Χλωριούχου Νατρίου 3% και Υαλουρονικού 0,1% κατάλληλο για νεφελοποίηση	<ul style="list-style-type: none"> - Εισπνεόμενο Αποστειρωμένο Υπέρτονο Διάλυμα 3% & Υαλουρονικού 0,1% σε αμπούλες των 5ml για την καλή λειτουργία του κατώτερου αναπνευστικού, κατάλληλο για νεφελοποίηση. - Να είναι κατάλληλο για συγχρόνηση με άλλα εισπνεόμενα σκευάσματα και μπορεί να προστεθεί ως διαλύτης στη νεφελοποίηση άλλης αγωγής. - Να χορηγείται σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες. - Να φέρει σήμανση CE. - Να διατίθεται σε ενιαία συσκευασία των 30 αμπούλων-δόσεων. 	500	100	600
58.	Ποτήρια για καλλιέργεια ούρων με καπάκι 100ml	<ul style="list-style-type: none"> - ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 100ML. - Να είναι διαφανή-ημιδιαφανή, με καπάκι αποστειρωμένο το οποίο να εφαρμόζει πολύ καλά, βιδωτό, μίας χρήσεως. - Να είναι συσκευασμένα αεροστεγώς, έκαστος, εντός φακέλου σελοφάν και να είναι στείρα μικροβίων. 	40000	30000	70000
59.	ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2000CC ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΡΥΣΑΚΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	<ul style="list-style-type: none"> - Ουροσυλλέκτες μη αποστειρωμένοι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου PVC με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. - Να αποτελούνται από σάκο συλλογής ούρων χωρητικότητας 2.000 ml με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml. - Ο σωλήνας να έχει μήκος τουλάχιστον 90 cm. - Να έχει τις κατάλληλες εγκοπές στο πάνω μέρος για να προσαρμόζεται είτε σε μεταλλικά ή σε πλαστικά στατώ ουροσυλλεκτών. 	80000	60000	140000
60.	ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2000CC ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	<ul style="list-style-type: none"> - Ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου PVC με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. - Να αποτελούνται από σάκο συλλογής ούρων χωρητικότητας 2.000 ml με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml. Να είναι αποστειρωμένοι και ατομικά συσκευασμένοι. Ο σωλήνας να έχει μήκος τουλάχιστον 90 cm. - Να έχει τις κατάλληλες εγκοπές στο πάνω μέρος για να προσαρμόζεται είτε σε μεταλλικά ή σε πλαστικά στατώ ουροσυλλεκτών. 	1000	500	1500
61.	ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2000CC ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙ	<ul style="list-style-type: none"> - Ουροσυλλέκτες μη αποστειρωμένοι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου PVC με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. - Να αποτελούνται από σάκο συλλογής ούρων χωρητικότητας 2.000 ml με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml. - Να διαθέτουν ειδική βαλβίδα μη παλινδρόμησης και διαφανή στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων τύπου T ή ισοδύναμου συστήματος με ασφαλή και ελεγχόμενη ροή εκκένωσης. - Ο σωλήνας να έχει μήκος τουλάχιστον 90 cm. - Να έχει τις κατάλληλες εγκοπές στο πάνω μέρος για να προσαρμόζεται είτε σε μεταλλικά ή σε πλαστικά στατώ ουροσυλλεκτών. 	1000	800	1800
62.	Σάκων συλλογής εκκρινμάτων μίας χρήσεως 3 lt με παραχώρηση	<ul style="list-style-type: none"> - Το σύστημα αναρρόφησης - συλλογής εκκρινμάτων να καλύπτει όλες τις ανάγκες στον νοσοκομειακό χώρο. Να έχει δυνατότητα συλλογής εκκρινμάτων για 2lt ή 3lt. - Να έχει διαφορετική είσοδο σύνδεσης κενού – ασθενούς και με διαφορετική διάμετρο σε κάθε είσοδο, ούτως ώστε 	1000	0	1000

	συνοδού εξοπλισμού	να μην είναι δυνατόν να γίνει λάθος σύνδεσης. Να συνοδεύεται από αντιμικροβιακή βαλβίδα και υδρόφοβο φίλτρο για την πλήρη προστασία του κυκλώματος κενού από υπερχειλίση και μικρόβια.			
63.	Σάκων συλλογής εκκρίματων μίας χρήσεως 2 lt με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού	<ul style="list-style-type: none"> - Να διαθέτει αντιμικροβιακές εξωτερικές επιφάνειες για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιμόλυνσης με αντιμικροβιακή ουσία βασισμένη στον άργυρο. - Να συνοδεύεται από χειρολαβή μεταφοράς για την ασφαλή απομάκρυνσή του. - Το σχήμα τους να είναι κατάλληλο ώστε να αποθηκεύονται εύκολα, χωρίς να τσαλακώνονται και να φουσκώνουν αμέσως μόλις συνδεθούν στο κενό. - Να είναι κατασκευασμένος - ελεύθερος από υλικά PVC – σε καύση 100% να παράγει διοξείδιο του άνθρακα και νερό. - Να παραχωρηθούν αντίστοιχα κάνιστρα και βάσεις στήριξης ως συνοδός εξοπλισμός και σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. - Να φέρουν επάνω στο σάκο σήμανση CE, ημερομηνία λήξης και part/lot αριθμό. - Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση και επαλήθευση των ανωτέρω προδιαγραφών. - Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 & την Υπ. Αποφ. ΔΥ8δ/1348. 	3000	0	3000
64.	ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ANTI-ΙΚΟ/ COVID	<ul style="list-style-type: none"> - ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ANTI-ΙΚΟ/ COVID. - Σάκοι αναρρόφησης χωρητικότητας 2LT, με ενσωματωμένο αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σύστημα προστασίας από υπερχειλίση, με ασφαλές πώμα κλεισίματος και χειρολαβή απομάκρυνσης. - Με μια μόνο έξοδο στο καπάκι, αυτή προς τον ασθενή. - Να παρέχεται δωρεάν αντιβακτηριδιακό/ αντι-ικό φίλτρο πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο και για COVID, για χρήση μεταξύ κανίστρου και κενού. - Να συνοδεύονται από έγγραφα κατασκευαστή για πιστοποίηση των ακόλουθων εργαστηριακών δοκιμών – έλεγχο σωστής εφαρμογής σάκου-κανίστρου, διαρροών αέρα, αντοχών σάκου σε συνθήκες αυξημένης εσωτερικής και εξωτερικής πίεσης.. Να παραχωρηθούν αντίστοιχα κάνιστρα και βάσεις στήριξης ως συνοδός εξοπλισμός και σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. 	0	800	800
65.	ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ANTI-ΙΚΟ/ COVID	<ul style="list-style-type: none"> - ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ANTI-ΙΚΟ/ COVID. - Σάκοι αναρρόφησης χωρητικότητας 3LT, με ενσωματωμένο αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σύστημα προστασίας από υπερχειλίση, με ασφαλές πώμα κλεισίματος και χειρολαβή απομάκρυνσης. - Με μια μόνο έξοδο στο καπάκι, αυτή προς τον ασθενή. - Να παρέχεται δωρεάν αντιβακτηριδιακό/ αντι-ικό φίλτρο πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο και για COVID, για χρήση μεταξύ κανίστρου και κενού. - Να συνοδεύονται από έγγραφα κατασκευαστή για πιστοποίηση των ακόλουθων εργαστηριακών δοκιμών – έλεγχο σωστής εφαρμογής σάκου-κανίστρου, διαρροών αέρα, αντοχών σάκου σε συνθήκες αυξημένης εσωτερικής και εξωτερικής πίεσης. - Να παραχωρηθούν αντίστοιχα κάνιστρα και βάσεις στήριξης ως συνοδός εξοπλισμός και σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. 	0	800	800
66.	ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Σάκος ούρησης ανδρών που να μετατρέπει τα υγρά σε στερεά με στόμιο και κορδόνι ασφαλείας. Με σύστημα φραγίσματος οσμών. 	3000	2000	5000

	ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ				
67.	ΣΑΚΟΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Σακούλες ειδικά σχεδιασμένες για δοχεία ούρων και κοπράνων (σκωραμίδων), που να στερεοποιούν τα απεκκρίματα και να προστατεύουν τον ασθενή από οσμές και παθογόνους οργανισμούς. - Οι σακούλες σκωραμίδων πρέπει να περιέχουν ειδικό υλικό το οποίο να στερεοποιεί τα ούρα και τα απεκκρίματα σε δευτερόλεπτα μειώνοντας οσμές, τον κίνδυνο των διαρροών και την πιθανότητα να λερωθεί κάποιος. - Οι σακούλες σκωραμίδων να τοποθετούνται και να εφαρμόζουν άψογα σε σκωραμίδες και χάρη στο ασφαλές κλείσιμο τους να είναι εύκολη η απόρριψή τους. Μετά τη χρήση να απορρίπτονται κανονικά. 	4000	2500	6500
68.	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 24ΩΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2500CC	<ul style="list-style-type: none"> - Διαβαθμισμένο δοχείο συλλογής ούρων 24ώρου χωρητικότητας 2500CC, κατασκευασμένο από μαλακό, ημιδιάφανο πλαστικό. - Να φέρει μεγάλο βιδωτό καπάκι ασφαλείας απολύτου στεγανότητας και μικρό βιδωτό πώμα ασφαλείας απολύτου στεγανότητας κατασκευασμένο από σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό. - Να διαθέτει εργονομική λαβή μεταφοράς και ανάγλυφη ογκομετρική διαβάθμιση ανα 100 ml 	1000	1000	2000
69.	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ.	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι αποστειρωμένος, μιας χρήσης, αρίστης ποιότητας και απαλλαγμένος από λάτεξ, υδράργυρο, PVC, DEHP& αλογονωμένα επιβραδυντικά φλόγας. - Να είναι άνετα στην εφαρμογή και να προστατεύουν και φροντίζουν το τρυφερό/ευαίσθητο δέρμα. - Να διαθέτει διαφανές αυτοκόλλητο σε σχήμα πεταλούδας που κάνει την εφαρμογή και την αφαίρεση εύκολη και ακριβή. - Να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να είναι άνετος και συμβατός τόσο με την αρσενική όσο και με τη θηλυκή ανατομία. - Να διαθέτει κατασκευή διπλού θαλάμου με βαλβίδα μη επιστροφής, που κρατάει τα ούρα μακριά από το δέρμα αποτρέποντας τον ερεθισμό και την μόλυνση του δείγματος. Το αυτοκόλλητο που διαθέτει να μπορεί να διπλωθεί στη μέση ώστε να σφραγιστεί το δείγμα για την αποστολή του στο εργαστήριο. - Να διαθέτει αυτοκόλλητη επιφάνεια πορώδους υφάσματος. - Να έχει χωρητικότητα 200ml. - Να κατατεθεί δείγμα για την πλήρη γνώση του υλικού καθώς και της χρήσης, ούτως ώστε να γίνει επιλογή του κατάλληλου υλικού. Να πληροί όλα τα διεθνή standard ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE. - Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία σε κουτί των 100 τεμαχίων. - Πάνω σε κάθε ατομική συσκευασία να αναγράφεται ο κωδικός, το LotNo. και η ημερομηνία λήξης. - Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 & την Υπ. Αποφ. ΔΥ8δ/1348 	2000	0	2000
70.	ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΑΚΚΩΝ ΟΥΡΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΑΚΚΩΝ ΟΥΡΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΛΟ ΤΟΥ 	500	500	1000

71.	ΣΑΚΟΣ ΕΜΕΤΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Απορροφητικοί σάκοι που εγκλωβίζουν τον εμετό φυλακίζοντας τις δυσάρεστες οσμές, μειώνοντας συγχρόνως την πιθανότητα για δυσάρεστες συνέπειες όπως το λέρωμα των σκεπασμάτων. Χάρη στο ασφαλές κλείσιμο τους και στο απορροφητικό μαξιλαράκι που διαθέτουν στο εσωτερικό τους, μετατρέπουν τον εμετό σε gel και αποτρέπουν τη διασπορά μικροβίων. 	3000	2000	5000
72.	ΤΑΠΕΣ-ΠΩΜΑΤΑ ΟΥΡΟΚΑΘΗΤΗΡΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους καθετήρων, σπειροειδές, εύχρηστο, σχήμα κωνικό, ασφαλές, αποστειρωμένο, μίας χρήσεως σε ατομική συσκευασία και με εύκολο πιάσιμο. 	1500	1500	3000
73.	Συσκευές ωριαίας μέτρησης αποστειρωμένες	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι χωρητικότητας 2000 ml και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100 ml στην μπροστινή διαφανή πλευρά. - Η πίσω πλευρά να είναι αδιαφανής. - Να έχουν φίλτρο και ειδική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη. - Να έχουν εύκαμπτο σωλήνα που να μην τσακίζει, με μεγάλη εσωτερική διάμετρο (τουλάχιστον 7 mm) ώστε να διευκολύνει τη διέλευση των πηγμάτων και με μήκος τουλάχιστον 120 cm. - Να φέρουν στο σωλήνα ειδική υποδοχή δειγματοληψίας, με ενσωματωμένο ειδικό αντιβακτηριδιακό φίλτρο καθώς και ειδικό κλιπ διακοπής της ροής. - Ο σωλήνας να διαθέτει κλιμακωτό ακροφύσιο, συμβατό με όλους τους τύπους καθετήρων και αποχετευτικών σωλήνων και να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα. Επίσης ο σωλήνας να φέρει αεραγωγούς στον ογκομετρικό θάλαμο και στον ουροσυλλέκτη για την εξαγωγή του αέρα από το σύστημα, με υδρόφοβο φίλτρο κατακράτησης των βακτηριδίων για την αποφυγή μολύνσεων. Να διαθέτουν σκληρό πλαστικό διαφανή συλλεκτικό θάλαμο, συνδεδεμένο με το σάκο. - Η χωρητικότητα του να είναι 500 ml με ευκρινή διαβάθμιση ανά 5 ml έως τα 50 ml και ανά 25 ml έως τα 500ml. - Επίσης: α) ο σάκος να φέρει στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων καθώς και ορατό διαφανή εξωτερικό σταγονοθάλαμο, με ειδική (εσωτερική) βαλβίδα μη παλινδρόμησης, β) η αποχετευτική έξοδος του σάκου να είναι εκκεντρη, διαφανής, τύπου T, της οποίας η άκρη να είναι συμβατή με απλούς ουροσυλλέκτες. Η ειδική στρόφιγγα εκκένωσης του σάκου να είναι ασφαλής, κλειστή κατά την αποθήκευση και εύχρηστη, γ) ο σάκος να διαθέτει ειδική θέση τοποθέτησης της αποχετευτικής εξόδου, για αποφυγή σταξίματος μετά το άδειασμα και να διατηρείται καθαρή, δ) ο σάκος να διαθέτει δυνατότητα στήριξης με ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα (άγκιστρο) ή ενισχυμένες οπές ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας για σίγουρη και ασφαλή στήριξη. - Να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού προϊόντος την προβλεπόμενη σήμανση CE, που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. - Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 8669- 2:1996: urine collection bags: Part 2: "Requirements and test methods". - Να είναι αποστειρωμένες με διεργασία η οποία επικυρώνεται και ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. Να είναι ελεύθερες πυρετογόνων ουσιών, τοξικών και πλαστικοποιητών (DEHPfree). - Να διατίθενται σε ατομική συσκευασία μίας χρήσης, όπου θα αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο στην Ελληνική γλώσσα τα παρακάτω: όνομα/ εμπορική ονομασία κατασκευαστή / χώρα κατασκευής, υλικό κατασκευής, ένδειξη αποστείρωσης, μέθοδος αποστείρωσης, συνθήκες αποστείρωσης, κωδικός παρτίδας (LOT), ημερομηνία κατασκευής και λήξης. 	300	300	600

		<ul style="list-style-type: none"> - Οι συσκευές να έχουν υπόλοιπο ζωής τουλάχιστον 2 έτη μέχρι την ημερομηνία λήξης. Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09). - Προσφορές ουροσυλλεκτών που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. - Να κατατεθεί δείγμα και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης. 			
74.	Συσκευές χορήγησης υγρών μεγαλοσταγόνων με αεραγωγό	<ul style="list-style-type: none"> - Να διαθέτει αιχμηρό ρύγχος διάτρησης, από ενισχυμένο αδρανές υλικό, κατάλληλο για το τρύπημα της πλαστικής και γυάλινης φιάλης ως προς την κωνικότητα και την σκληρότητα σύμφωνα με το ISO8536-4/2010, και να είναι απαλλαγμένο καδμίου. - Το ρύγχος να φέρει προστατευτικό κάλυμμα. - Διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο (20 μεγαλοσταγόνες=1ml±0.1) από διάφανο και εύκαμπτο υλικό - Αεραγωγό με μικροβιοκρατές υδρόφοβο φίλτρο κατά προτίμηση από teflon το οποίο να διατηρεί ανεμπόδιστη την ροή, να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση αέρα, να μην παρυσιάζει διαρροή υγρών. - Πώμα του αεραγωγού με ενσωματωμένη υδρόφοβη μεμβράνη, που κατά την πλήρωση της συσκευής να εμποδίζει την ελεύθερη ροή και να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επιμόλυνσης. - Φίλτρο με διάμετρο πόρων μικρότερη ή ίση με 15μm ώστε να κατακρατεί το 80% τουλάχιστον των πλαστικών σωματιδίων - Σωλήνα εύκαμπτο, διαφανή, άχρωμο και ισοπαχή που δεν τσακίζει κατά την χρήση του. - Το μήκος να είναι πάνω από 200 cm και η εσωτερική διάμετρος να είναι ίδια σε όλο το μήκος του (περίπου 3 ±0.1mm). - Όγκος εξαέρωσης <20ml - Διακόπτη ροής κυλιόμενο (adelberg) για άμεση διακοπή της ροής. Ο διακόπτης να είναι ανοικτός κατά την αποθήκευση. - Να υπάρχει flashback για bolus χορήγηση υγρών μετά το ρυθμιστή υγρών - Να καταλήγει σε άκρο Luerlock το οποίο να φέρει προστατευτικό κάλυμμα ώστε να εξαερώνεται η συσκευή χωρίς την απομάκρυνση του πώματος και χωρίς αυτή να χάνει την αποστείρωσή της - Να φέρουν ένδειξη ότι η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χορήγηση αίματος ή παραγώγων αυτού. - Να είναι αποστειρωμένα και συσκευασμένα σε στεγανή συσκευασία, του ενός τεμαχίου. - Να αναγράφονται οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά 	80000	80000	16000 0
75.	Συσκευές χορήγησης αίματος με φίλτρο	<ul style="list-style-type: none"> - Άριστη ποιότητα πλαστικού αυλού από απόλυτα διαυγές, βιοσυμβατό υλικό, για καλύτερη ορατότητα και έλεγχο της ποιότητας μετάγγισης του αίματος - Το ρύγχος της συσκευής να είναι ικανού μήκους, κατάλληλης σκληρότητας και διαμέτρου έτσι ώστε να μπορεί να 	4000	3000	7000

		<p>τρύπησει όλους τους τύπους ασκών χωρίς να τσακίζει και χωρίς την πιθανότητα καταστροφής αυτών (σκίσιμο ή τρύπημα του ασκού και της υποδοχής του)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Η συσκευή θα πρέπει να φέρει ειδική εσοχή για ασφαλή τοποθέτηση του ρύγχους διάτρησης μετά το πέρας της χορήγησης (συμμόρφωση με το ΠΔ 6/2013) για την προστασία του προσωπικού από αιχμηρά αντικείμενα - Ο θάλαμος να είναι από ευπίεστη πλαστική ύλη μη αεριζόμενο, με δυνατότητα επακριβούς σταγονομετρικής ρύθμισης της ροής, δυνατότητα απεμπλοκής και χορήγησης ταχείας μετάγγισης - Με φίλτρο αίματος ηθμού 170μ.-210μ. ικανής διηθητικής επιφάνειας ώστε να επιτυγχάνεται η αφαίρεση πηγμάτων χωρίς να δυσκολεύεται η ροή του αίματος. - Με ειδικό ρυθμιστή ροής ολισθαίνοντα τύπου ADELBERG (συνολικό εύρος ρύθμισης 23,5mm) για σταθερότητα ρύθμισης ροής και άμεση διακοπή της ροής - Μεγάλο μήκος συσκευής >170cm για ευχέρεια πρόσβασης από τον ασκό προς τον μεταγγιζόμενο ασθενή - Το άκρο να καταλήγει σε Luer -lock ασφαλείας 9. Να αναγράφονται οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά 			
76.	Συσκευές χορήγησης υγρών με μικροσταγόνες	<ul style="list-style-type: none"> - Ρύγχος διάτρησης οξύ, από ενισχυμένο αδρανές υλικό, κατάλληλο για το τρύπημα της πλαστικής και γυάλινης φιάλης ως προς την κωνικότητα και την σκληρότητα, ελεύθερο καδμίου. Το ρύγχος να φέρει προστατευτικό κάλυμμα. - Διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο (60 μικροσταγόνες=1ml±0.1) από διάφανο και εύκαμπτο υλικό για τον οπτικό έλεγχο της ροής του διαλύματος. - Αεραγωγό με μικροβιοκρατές υδρόφοβο φίλτρο κατά προτίμηση από teflon το οποίο να διατηρεί ανεμπόδιστη την ροή, να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση αέρα, να μην παρουσιάζει διαρροή υγρών. - Πώμα του αεραγωγού με ενσωματωμένη υδρόφοβη μεμβράνη, που κατά την πλήρωση της συσκευής να εμποδίζει την ελεύθερη ροή και να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επιμόλυνσης. - Φίλτρο με διάμετρο πόρων έως 15μm ώστε να κατακρατεί το 80% τουλάχιστον των πλαστικών σωματιδίων - Σωλήνα εύκαμπτο, διαφανή, άχρωμο και ισοπαχή που δεν τσακίζει κατά την χρήση του. Το μήκος να είναι από 180 cm έως 230cm και η εσωτερική διάμετρος να είναι ίδια σε όλο το μήκος του (περίπου 3±0.1mm). - Όγκος εξαέρωσης <20ml - Ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής (dial-flow) με διαβάθμιση και δυνατότητα χορήγησης από 5-250 ml/ώρα. Ο ρυθμιστή ροής να βρίσκεται στο μέσον περίπου του μήκους του σωλήνα. - Διακόπτη ροής κυλιόμενο (adelberg) ή τύπου κλειστρου για άμεση διακοπή της ροής. Ο διακόπτης να είναι ανοικτός κατά την αποθήκευση. - Να υπάρχει πλάγια διακλάδωση τυπου Y με υποδοχέα latexfree για ταχεία χορήγηση υγρών, σε απόσταση 10-15cm από το τελικό άκρο - Να καταλήγει σε περιστρεφόμενο άκρο Luerlock το οποίο να φέρει προστατευτικό κάλυμμα ώστε να εξαερώνεται η συσκευή χωρίς την απομάκρυνση του πώματος και χωρίς αυτή να χάνει την αποστείρωσή της - Να φέρουν ένδειξη ότι η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χορήγηση αίματος ή παραγώγων αυτού - Να αναγράφονται οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά 	20000	9000	29000

77.	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (3-WAY) ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι από polycarbonate – polyethylene (χημικά αδρανή), με αντοχές σε πιέσεις 2bar, lipidresistant και χορηγήσεις αίματος, κυτταροστατικών, ναρκωτικών φαρμάκων, χωρίς διαρροές και σε παρατεταμένη χρήση, με όγκο πλήρωσης 0,22ml. - Να διαθέτουν ένα διαφανές male άκρο περιστρεφόμενο LUER-LOCKSAFE που εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση χωρίς διαρροές και επιτρέπει την περιστροφή του σώματος σε κάθε πράξη χωρίς να μεταφέρει την κίνηση στον συνδεδεμένο καθετήρα, για αποφυγή και της ελάχιστης αποσύνδεσης. - Να είναι διαφανή με λευκό άξονα εργονομικά σχεδιασμένο και περιστρεφόμενο κάθε 45 μοίρες, αισθανόμενο από τον χρήστη. - Να επιτρέπουν ευθεία γραμμική ροή στις μετρήσεις πιέσεων για να μην τις αλλοιώνουν. - Να διαθέτουν διακριτικά χρωματικά πώματα (κόκκινο-μπλε) και θέση τοποθέτησής τους για αναγνώριση της γραμμής χρήσης (αρτηρία ή φλέβα). - Να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ENISO 8536-10 κατασκευής και ποιότητας και classIIa. - Να είναι PVCFREE σε όλα τα μέρη τους. - Να είναι LATEXFREE- DEHPFREE και MRI συμβατό. - Μίας χρήσης, αποστειρωμένα πενταετούς διάρκειας. 	3000	2000	5000
78.	Στροφυγγα 3 way με κάθετη βαλβίδα	<ul style="list-style-type: none"> - Στρόφιγγα 3 way με εγκοπές κλειδώματος ανά 45°, με προέκταση που δεν τσακίζει 7cm, μιας χρήσης, ειδική ξεχωριστή κάθετη βαλβίδα μόνο έγχυσης (τέταρτη οδό) με αντιμικροβιακό κύλινδρο και μη αποσπώμενο καπάκι για την ασφαλή έγχυση χωρίς άνοιγμα του συστήματος και αποφυγή ενδοσσοκομειακών λοιμώξεων. 	1000	400	1400
79.	Πώματα φλεβοκαθετήρα LuerLock αποστειρωμένα	<ul style="list-style-type: none"> - Πώματα για φλεβοκαθετήρες και συνδετικά, πλαστικά σκληρά, luer-lock, βιδωτά, ταυτόχρονα με μια πλευρά αρσενική και μια πλευρά θηλυκή, με περιφερικές ραβδώσεις. Να είναι LATEXfree και DEHPfree, μιας χρήσεως, αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία. 	10000	8000	18000
80.	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ, 3-WAY STOP-COCK ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Κατασκευασμένες από υλικό απολύτως ανθεκτικό στην παρακράτηση λιπιδίων, κυτταροστατικών, χημειοθεραπευτικών και άλλων χορηγήσεων, ανεξαρτήτως φαρμακευτικής σύνθεσης - Να παρέχουν απόλυτη προστασία από μολύνσεις και αεροεμβολή - Να διαθέτουν σταθερή σύνδεση, για την αποτροπή διαρροών, ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση - Να διαθέτουν σύνδεση συμβατή με το στόμιο των υφιστάμενων καθετήρων και συρίγγων απλών και Luerlock - Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο DINENISO 8536-10 ή αντίστοιχο διεθνή φορέα πιστοποίησης - Να είναι κατάλληλες για εγχύσεις υπό πίεση έως 5bar χωρίς διαρροές, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του παραπάνω προτύπου - Να διαθέτουν χαμηλό αδρανή όγκο - Να διαθέτουν επίπεδη καθαρή επιφάνεια - Να διαθέτουν στρόφιγγα 3 οδών (ανά 45 μοίρες), με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής μετά την σύνδεση του σωλήνα - Να διαθέτουν δυο άκρα με θηλυκό άκρο luerlock και ένα άκρο με αρσενικό luerlock, όλα με πώμα και κάλυμμα - Να είναι συμβατά με όλες τις σύριγγες LuerLock 12. Να φέρουν CE mark 	30000	20000	50000

81.	Προέκταση ορού χαμηλής πίεσης μικρούς luerlock ΑΡΣ-ΘΥΛ	<ul style="list-style-type: none"> - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ- ΘΗΛΥΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, αρίστης ποιότητας, αποστειρωμένες μιας χρήσεως, απυρογενείς με αντοχή έως 250psi, άκρα σύνδεσης luerlock με προστατευτικά καλύμματα, male – female, διαφανείς και με ολισθαίνον κλείστρο ροής. - Να εφαρμόζει εύκολα, να είναι εύκαμπτο, να βιδώνεται στην έξοδο, να είναι 100 cm και πάνω, από διαφανές υλικό PVC/DEHP-FREE υψηλής ποιότητας νοσοκομειακού τύπου, latexfree. 	20000	8000	28000
82.	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ MALE TO MALE	<ul style="list-style-type: none"> - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60 CM. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΚΛΗΡΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 	500	100	600
83.	ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (EXTENSIONWITHT)	<ul style="list-style-type: none"> - ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (EXTENSIONWITHT) ΓΙΑ ΑΡΤΗΡ. ΓΡΑΜΜΗ FREELATEX ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Η ΙΣΗ ΜΕ 15cm Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΝΗ 	2000	200	2200
84.	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> - ΧΑΡΤΙΝΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΣΚΛΗΡΟ, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 250 ΕΩΣ 300 CC. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ. 	40000	20000	60000
85.	ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> - ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΡΟΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΑΜΑ 	600	600	1200
86.	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ (τύπου SOLUSET)	<ul style="list-style-type: none"> - Ρύγχος διάτρησης οξύ, από ενισχυμένο αδρανές υλικό, κατάλληλο για το τρύπημα της πλαστικής και γυάλινης φιάλης ως προς την κωνικότητα και την σκληρότητα, ελεύθερο καδμίου. - Το ρύγχος να φέρει προστατευτικό κάλυμμα. - Να έχει ογκομετρικό κύλινδρο χωρητικότητας 100ml και 150ml, διαβαθμισμένο ανά 1cm, ξεχωριστή υποδοχή για προσθήκη ενέσιμων υγρών, με βαλβίδα ρυθμιστή ροής, φίλτρο αέρος - Να φέρει σύστημα κλεισίματος της οπής του ογκομετρικού κυλίνδρου με ειδική βαλβίδα και διάταξη ασφαλείας για διακοπή της ροής με το άδειασμα του κυλίνδρου, ώστε να μην επιτρέπει την είσοδο αέρα στο σωλήνα. - Να έχει διαφανή σταγονοθάλαμο από βιοσυμβατό υλικό (1ml=60σταγόνες), με φίλτρο διαλύματος. Να φέρει ρυθμιστή ροής τύπου ALDEBERG μετά τον ογκομετρικό θάλαμο και διακόπτη (κλείστρο) ροής μεταξύ διατρητικού ρύγχους και ογκομετρικού θαλάμου. - Ο σωλήνας να είναι άχρωμος και διαφανής από βιοσυμβατό υλικό μήκους τουλάχιστον 200cm. - Το τελικό άκρο του σωλήνα να καταλήγει σε εσωτερικό κώνο LUERLOCK. - Να έχει πλάγια διακλάδωση Υ 10-15cm πριν την υποδοχή LUERLOCK. - Τα προστατευτικά καλύμματα να παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη χρήση και να απομακρύνονται εύκολα. Να αναγράφονται οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 	600	500	1100

87.	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (τύπου ΗΕΜΟΣΕΤ)	<ul style="list-style-type: none"> - Να έχουν συμβατό ρύγχος για ασκούς αίματος που διαθέτουν ISO, με εύκολη εισαγωγή στο στόμιο των ασκών χωρίς τον κίνδυνο ρήξης και διαρροής. Ο ογκομετρικός θάλαμος χωρητικότητας 100 ml να είναι διαβαθμισμένος ανά 1cm και να φέρει: α) Στην άνω εξωτερική του επιφάνεια αεραγωγό με φίλτρο και σημείο εμπλουτισμού. β) Στην άνω εσωτερική του επιφάνεια, φίλτρο αίματος με ηθμό 170-270 μ για κατακράτηση μικροπηγμάτων και διηθητική επιφάνεια $\geq 10\text{cm}^2$. γ) Στην κάτω εσωτερική του επιφάνεια βαλβίδα ασφαλείας, η οποία με το πέρας της μετάγγισης να κλείνει, μην επιτρέποντας την είσοδο αέρα στο σωλήνα της συσκευής και την απορύθμιση της. Κάτω από τον κύλινδρο να υπάρχει διαφανής σταγονομετρικός υποθάλαμος για εύκολη μέτρηση των σταγόνων (1ml = 10 – 20 σταγόνες). - Ο σωλήνας να έχει μήκος ≥ 175 cm και να φέρει ρυθμιστή ροής. Πριν την υποδοχή luerlock του σωλήνα σε απόσταση 10-15cm, να υπάρχει σημείο ενέσεων Υ για επείγουσες χορηγήσεις. Το επιστόμιο του σωλήνα να φέρει σημείο σύνδεσης luerlock με πώμα. - Να αναγράφονται οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 	500	10	510
88.	ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Να διαθέτουν πολύ λεπτή βελόνα και καλυμμένη με σιλικόνη για ασφαλή και ανώδυνα τρυπήματα. Να είναι συμβατοί με όλες τις συσκευές τρυπήματος-στυλό που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Να διαθέτουν προστατευτικό κάλυμμα το οποίο να αφαιρείται εύκολα. - Κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του ΦΕΚ 681/τ.Β'/8-8-1991 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, η επισήμανση της εξωτερικής συσκευασίας των αποστειρωμένων βελόνων θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία κατασκευής τους και την ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης τους. - Να είναι αποστειρωμένες με την μέθοδο της ακτινοβολίας γ' σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 53516/30-9-2004 εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. - Να κατατεθούν οι επίσημες οδηγίες χρήσης στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα βάση του άρθρου 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016. - Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο στην αγγλική γλώσσα επικυρωμένο από δικηγόρο βάση του άρθρου 1, παρ. 2 του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2024). - Να κατατεθεί το Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων στην αγγλική γλώσσα επικυρωμένο από δικηγόρο βάση του άρθρου 1, παρ. 2 του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2024). - Κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 Απόφασης (ΦΕΚ 4898/τ.Β'/01-11-2018), οι σκαρφιστήρες να διατίθενται σε συσκευασία των πενήντα (50) τεμαχίων προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση τους στους εξωτερικούς ανασφάλιστους του Ν.4368/2016 και κατ' επέκταση η υποβολή τους στο e ΔΑΠΥ Παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Να κατατεθεί το Πιστοποιητικό CE της κατασκευάστριας εταιρείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα βάση του άρθρου 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016. - Να κατατεθεί η Δήλωση Συμμόρφωσης CE της κατασκευάστριας εταιρείας στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα βάση του άρθρου 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016. - Να έχουν κοινοποιηθεί στο Μητρώο του Ε.Ο.Φ. για την θέση τους στην ελληνική αγορά βάση του άρθρου 87 του Νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/9-3-2019). 	4000	3000	7000

		– Να κατατεθεί το ISO 13485:2016 του κατασκευαστή στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα βάση του άρθρου 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016.			
89.	ΣΑΚΟΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΗΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> – Να είναι κατάλληλοι για χορήγηση νερού και άλλων τύπων υγρών ή σίτισης. – Να είναι χωρητικότητας γύρω στα 2000cc. – Να συνδέεται σε ρινογαστρικό σωλήνα η στομία. – Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό , κατάλληλο για επαφή με υγρά και τροφές, ελεύθερο από LATEX και DEHP. – Να έχει μεγάλο στόμιο με καπάκι για την εύκολη τοποθέτηση των υγρών /τροφών που να κλείνει με ασφάλεια. 	30	0	30
90.	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΤΡΟΥ	Λάστιχο αιμοληψίας του μέτρου κατασκευασμένο από Latex κατάλληλο για αιμοληψία σε διαστάσεις Μέγεθος, 3mmx 1mm. Εξαιρετικής ποιότητα αντιολισθητικό υλικό για μέγιστη σταθερότητα και φιλικό προς το δέρμα.	100	100	200
91.	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ	<ul style="list-style-type: none"> – Ιμάντας αιμοληψίας με κλείστρο ασφαλείας που να παρέχει ευκολία στο κλείσιμο και στο άνοιγμά της με το ένα χέρι, ασφαλές κράτημα στη θέση του ώστε να μην μπορεί να ανοίξει κατά λάθος. καθώς και δυνατότητα αυξομείωσης της πίεσης της για να μένει σταθερή η πίεση του χεριού, ελαστικό, να μην δημιουργεί τραυματισμούς ή αιματώματα. Να έχει την δυνατότητα σύσφιξης για ανάδειξη της φλέβας. Να πλένεται σε υψηλή θερμοκρασία (60-90°C) και με ισχυρά απολυμαντικά. Να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό. Να έχει μήκος 40-50cm. – Να έχουν σήμανση CE. 	100	20	120
92.	ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ KENZ A.50MM X 30MT		100	0	100
93.	ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ 80mmX 20mt		600	200	800
94.	ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒ ΜΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 110cmX20mt		50	100	150
95.	ΣΕΤ PADS ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ LIFEPACK 20 MEDRONICS		5	5	10

96.	ΣΕΤ PATCH ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BENEHEART D3 MINDRAY	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι παιδων μιας χρήσης. - Να είναι κατάλληλα για χρήση με τους απινιδωτές BeneHeartD3/D6, BeneHeartD30/D60 και BeneHeartC1A&C2 - Να είναι κατάλληλα για αυτόματη εξωτερική απινίδωση, εξωτερική βηματοδότηση και μέτρηση ΗΚΓ. - Να φέρουν ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 1.2m, με τμήμα αυτού μήκους 0.45m εκτός της συσκευασίας για δυνατότητα προσύνδεσης. - Να είναι ακτινοδιαπερατά. - Να έχουν υψηλής ποιότητας αυτοκόλλητη επιφάνεια. - Να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής με ευκρινή αναγραφή της ημερομηνίας λήξης. 	5	5	10
97.	ΣΕΤ PATCH ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BENEHEARTD3 MINDRAY	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι ενηλίκων μιας χρήσης. - Να είναι κατάλληλα για χρήση με τους απινιδωτές BeneHeartD3/D6, BeneHeartD30/D60 και BeneHeartC1A&C2 - Να είναι κατάλληλα για αυτόματη εξωτερική απινίδωση, εξωτερική βηματοδότηση και μέτρηση ΗΚΓ. - Να φέρουν ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 1.2m, με τμήμα αυτού μήκους 0.45m εκτός της συσκευασίας για δυνατότητα προσύνδεσης. - Να είναι ακτινοδιαπερατά. - Να έχουν υψηλής ποιότητας αυτοκόλλητη επιφάνεια. - Να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής με ευκρινή αναγραφή της ημερομηνίας λήξης. 	10	8	18
98.	ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤΕ Σ	<ul style="list-style-type: none"> - ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ - ΝΑ ΜΟΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΑΡΙΣΤΑ ΤΟ 90% ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 160cm*220cm - ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 	500	1500	2000

99.	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - Κουβέρτες Πλήρους Προσέλασης Ύπτιας Θέσης, διαστάσεων 220 x 90 cm κατ' ελάχιστο. Να είναι μαλακές, ακτινοδιαπερατές, να μην περιέχουν λάτεξ ούτε PVC. - Να είναι κατασκευασμένες από υλικό στρωμάτων πολυπροπυλενίου με πολυμερές φιλμ θερμοκολλημένα. Ο τρόπος μεταφοράς (διάχυση) του αέρα να πραγματοποιείται με ροή εξαναγκασμένου αέρα και όχι εξ' επαφής ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος μερικού πάχους στα σημεία επαφής με τον ασθενή. - Οι κουβέρτες να είναι σύννομες με το πρότυπο ISO10993 περί μη κυτταροτοξικότητας, για αποφυγή πρόκλησης αλλεργίας σε ασθενή. - Οι κουβέρτες να μην έχουν ένα μη ενεργό τμήμα (να μην φουσκώνει) στο τμήμα των κάτω άκρων, για προστασία από θερμικό τραυματισμό σε ισχαιμικά άκρα. - Να φέρουν οπές αποστράγγισης υγρών, που να δημιουργούν σύστημα παροχέτευσης των υγρών ώστε ν' απομακρύνονται οποιαδήποτε υγρά από την επιφάνεια του δέρματος του ασθενούς. - Να φέρουν δύο στόμια υποδοχής σωλήνα αέρος. - Να διαθέτουν στα πλάγια συνεχείς διατρήσεις σε κάθε πλευρά της κουβέρτας, για τα χέρια του ασθενούς, χωρίς να εμποδίζεται η απρόσκοπτη ροή του αέρα. - Να φέρουν ένα αποσπώμενο, διάτρητο περιφερικά τμήμα στη θέση τοποθέτησης της κεφαλής. - Να φέρουν ενσωματωμένες αυτοκόλλητες λωρίδες και αναδιπλούμενα τμήματα για συγκράτηση της κουβέρτας στο χειρουργικό τραπέζι. - Να περιλαμβάνουν ένα διάφανο πλαστικό οθόνιο κεφαλής 60cm περίπου, για διατήρηση της θερμότητας γύρω από το κεφάλι του ασθενούς. Να πληρούν το πρότυπο αναφλεξιμότητας 16 CFR 1610. - Η εταιρεία υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική και οικονομική της προφορά ότι παρέχει ως συνοδό εξοπλισμό, καινούργια και αμεταχείριστα μηχανήματα επί ποινή απόρριψης. 	100	80	180
-----	---	--	-----	----	-----

100.	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - Μεγάλη Παιδιατρική Κουβέρτα Υπτιας Θέσης, ώστε να παρέχει άνετη θέρμανση στο κάτω μέρος με εξαναγκασμένη ροή αέρα σε ένα μεγάλο παιδί ή έναν νεαρό ενήλικα ασθενή, ενώ ταυτόχρονα να επιτρέπει στους κλινικούς ιατρούς πλήρη πρόσβαση στον ασθενή. - Να είναι κατάλληλη για Προεγχειρητικά, Παιδιατρικό Στηθοσκόπιο, Κάτω από το Σώμα, Καρδιολογικές και ειδικές εφαρμογές. - Να έχει διαστάσεις 150 x 80cm και να είναι συσκευασμένη σε κουτί από ανακυκλώσιμο υλικό καθώς και η κάθε ατομική συσκευασία τους να είναι 100% ανακυκλώσιμη. - Να είναι ελαφριά για εξοικονόμηση κόστους απόρριψης, με βάρος που να μην υπερβαίνει τα 200 gr. - Να είναι μαλακή, ακτινοδιαπερατή, να μην περιέχει λάτεξ ούτε PVC. - Να είναι κατασκευασμένη από υλικό στρωμάτων πολυπροπυλενίου με πολυμερές φιλμ θερμοκολλημένα. - Να έχει ειδικό σχεδιασμό με πολλαπλά κεντρικά κανάλια αέρα για συγκέντρωση της θερμότητας στον πυρήνα του σώματος και γρήγορη μεταφορά του αέρα σε όλη την επιφάνεια της κουβέρτας. - Να έχει συμμετρικό, γεωμετρικό σχεδιασμό των διατηρήσεων κατά μήκος της επιφάνειάς της, για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας, χωρίς να αφήνει ινίδια η υπολείμματα από τις οπές. - Να φέρει πολλαπλές οπές κατά μήκος της επιφάνειας της κουβέρτας, που να δημιουργούν σύστημα παροχέτευσης των υγρών ώστε να απομακρύνονται οποιαδήποτε υγρά από την επιφάνεια του δέρματος του ασθενούς. Οι θύρες για τους εύκαμπτους σωλήνες σε κάθε άκρο της κουβέρτας να παρέχουν τη δυνατότητα επανατοποθέτησης του σωλήνα. - Να φέρει δύο στόμια υποδοχής σωλήνα αέρος επανασφραγιζόμενα, ένα προς το μέρος της κεφαλής και το άλλο προς το μέρος των ποδιών για ευελιξία σύνδεσης του μηχανήματος παροχής εξαναγκασμένου αέρα. Το άνοιγμα για τον σωλήνα θερμού αέρα να έχει διάμετρο 5,5 cm και μήκος τουλάχιστον 2 μέτρα. - Η κουβέρτα να έχει ένα μη ενεργό τμήμα (να μην φουσκώνει) στο κεντρικό τμήμα της στους άκρους πόδες, για προστασία από θερμικό τραυματισμό σε ισχαιμικά άκρα. - Να φέρει ενσωματωμένες δυο μακριές συνεχείς διατηρήσεις (που ανοίγονται) σε κάθε πλευρά της κουβέρτας, ώστε να περνά σεντόνι μεταφοράς του ασθενούς, επίσης τα χέρια του ασθενούς σε έκταση καθώς και σε υπέρβαρους ασθενείς, χωρίς να εμποδίζεται η απρόσκοπτη ροή του αέρα. - Να φέρει ένα αποσπώμενο, διάτρητο περιφερικά τμήμα στη θέση τοποθέτησης της κεφαλής, όταν ο ασθενής είναι σε πρηνή θέση για πρόσβαση στον αεραγωγό και έλεγχο του ασθενούς. - Να φέρει ενσωματωμένες αυτοκόλλητες λωρίδες και αναδιπλούμενα τμήματα για συγκράτηση της κουβέρτας στο χειρουργικό τραπέζι. - Να περιλαμβάνει ένα διάφανο πλαστικό οθόνιο κεφαλής 60cm περίπου, για διατήρηση της θερμότητας γύρω από το κεφάλι του ασθενούς. - Να ταιριάζει σε θέση ύπτια, πρηνή και πλάγια, με τα χέρια μαζεμένα ή σε έκταση. Να φέρει ειδική ορατή ένδειξη για την σωστή τοποθέτηση στο χειρουργικό τραπέζι. - Να πληροί το πρότυπο αναφλεξιμότητας 16 CFR 1610 (Code of Federal Regulations, Τίτλος 16, Παράγραφος 1610). Η εταιρεία υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική και οικονομική της προφορά ότι παρέχει ως συνοδό εξοπλισμό, καινούργια και αμεταχειρίστα μηχανήματα επί ποινή απόρριψης. 	100	0	100
------	---	--	-----	---	-----

101.	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ)	<ul style="list-style-type: none"> - Παιδιατρική Κουβέρτα Ύπτιας Θέσης, 91 x 84 cm, με μοναδικό σχεδιασμό ώστε να διασφαλίζει πλήρη, απρόσκοπτη πρόσβαση και ευέλικτη τοποθέτηση. - Να απαρτίζεται από δυο διάφανα πλαστικά οθόνια, τα οποία να επιτρέπουν στο θερμό αέρα να περιβάλλει τον ασθενή. - Να φέρει δυο επανασφραγιζόμενες υποδοχές σωλήνα στα δύο άκρα, τα οποία να δίνουν τη δυνατότητα θέρμανσης μέσω σωλήνα. - Να διαθέτει ομοιόμορφες οπές και να είναι κατασκευασμένη από μαλακό, ακτινοδιαπερατό υλικό, το οποίο να διασφαλίζει ομοιόμορφη θερμότητα με ροή εξαναγκασμένου αέρα (convective) και όχι εξ' επαφής (conductive). - Οι κουβέρτες να είναι σύννομες με το πρότυπο ISO10993 περί μη κυτταροτοξικότητας, για αποφυγή πρόκλησης αλλεργίας σε ασθενή. - Να είναι ελαφριές για εξοικονόμηση κόστους απόρριψης, να είναι μαλακές, ακτινοδιαπερατές και να μην περιέχουν λάτεξ και PVC. - Να πληρούν το πρότυπο αναφλεξιμότητας 16 CFR 1610. - Η εταιρεία υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική και οικονομική της προφορά ότι παρέχει ως συνοδό εξοπλισμό, καινούργια και αμεταχειρίστα μηχανήματα επί ποινή απόρριψης. 	100	0	100
102.	ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΗΧΟΑΓΩΓΙΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 Η΄ 500 Μ	<ul style="list-style-type: none"> - Να έχει τέλεια ακουστική για το εύρος των συχνοτήτων που χρησιμοποιείται. - Να είναι υδατοδιαλυτό, να μην λερώνει ρούχα ή να καταστρέφει ηλεκτρικές συσκευές. - Να είναι υποαλλεργικό, με αντιβακτηριδιακή φόρμουλα και απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες. - Να επιτρέπει την καθαρή μεταφορά κυμάτων ΗΚΓ στον εξοπλισμό. - Να είναι υποαλλεργικό, να μην ερεθίζει το δέρμα, να είναι άοσμο. 	500	2000	2500
103.	ΨΗΦΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Το θερμόμετρο να διαθέτει αξιόπιστη, ακριβή και γρήγορη μέτρηση σωματικής θερμοκρασίας από το στόμα, την μασχάλη και τον πρωκτό. - Να είναι εύκολο στην χρήση και η μέτρηση να ξεκινάει με το πάτημα ενός κουμπιού. Επίσης, να περιέχει ηχητικό σήμα στην αρχή και στο τέλος της μέτρησης και ηχητική σήμανση στον πυρετό. - Να αποθηκεύεται η τελευταία μέτρηση και να διαθέτει μεγάλη ευαναγνωστή οθόνη. Να έχει ένδειξη χαμηλής μπαταρίας η οποία να είναι αποσπώμενη για να αντικαθίσταται. - Να διαθέτει εξωτερική προστατευτική θήκη αποθήκευσης. Να μην περιέχει υδράργυρο ή latex. Εύρος μέτρησης από 32.0ο C έως 43.9 °C. - Να είναι αδιάβροχο και να περιλαμβάνει αυτόματη απενεργοποίηση μετά από λίγα λεπτά. - Να είναι κατάλληλο για χρήση από άτομα όλων των ηλικιών, βρεφών και παιδιών. Στη συσκευασία να περιέχονται οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. - Να έχουν εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών. Για τα ανωτέρω, να κατατεθούν επίσημες πιστοποιήσεις της κατασκευάστριας εταιρίας. - Να κατατεθεί δείγμα προς χρήση κι αξιολόγηση. 	200	50	250
104.	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ		0	50	50

	ΔΕΡΜΑΤΟΣ				
105.	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> Μίας χρήσεως με όλες τις πιστοποιήσεις, εξαλείφοντας τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων στους ασθενείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Να μην έχουν λιπαντικό, και θήκη για το σπέρμα όπως έχουν τα κοινά προφυλακτικά. Να είναι διαφανή λεία και κυλινδρικά, με μήκος από 20cm ως 30 cm, όχι αποστειρωμένα με καλή διαπερατότητα στους υπέρηχους, εξασφαλίζοντας την καλή εφαρμογή σε κάθε τύπο κεφαλής για να προστατεύεται αποτελεσματικά ο ευαίσθητος εξοπλισμός. 	1000	2000	3000
106.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 80mmx180mm	<ul style="list-style-type: none"> Θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες, πολλαπλής πλαινής συρραφής, με έτοιμη προδίπλωση με δύο χημικούς δείκτες (ατμού, οξειδίου του αιθυλενίου) χωρίς διάτρηση και χαρτί βάρους ανώτερο ή ίσο των 60 gr/m και με πλαστικό φιλμ πολλαπλών στρωμάτων, διαφόρων διαστάσεων. Να μην είναι υδατοπερατές, να φέρουν τους δείκτες αποστείρωσης μεταξύ χαρτιού και πλαστικού έξω όμως από την περιοχή του προς αποστείρωση υλικού. Οι πλαινές συγκολλήσεις να είναι τριών ή τεσσάρων σειρών για μεγαλύτερη αντοχή. 	8000		8000
107.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 150mmx300mm	<ul style="list-style-type: none"> Να είναι ανθεκτικές και να μην σχίζονται ούτε να αφήνουν ινίδια κατά το άνοιγμα τους μετά τον κλιβανισμό. Να διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις (απόκλιση +/- 10%): 	28000	1000	29000
108.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 200mmx340mm		18000		18000
109.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 150mmx320mm		5000	1000	6000
110.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 100mmx350mm		5000		5000
111.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ		2000		2000

	ΜΕΓΕΘΗ 150mmX450 mm				
112.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 200 mmX 400mm		1000	1000	
113.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 250mmx 480mm		1000	1000	
114.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 320mmx 560mm		1000	1000	
115.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 200mmX350mm	<ul style="list-style-type: none"> - Θήκες αποστείρωσης κατασκευασμένες από χαρτί βάρους 70gr/m² , που ανοίγει χωρίς ινίδια και αντέχει στα βαριά αντικείμενα, και από την άλλη από φιλμ πάχους κατ' ελάχιστον 52μm και βάρους 53gr/m², αποτελούμενη από PET/PP 9 (εννέα) στρώσεων ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. - Με χημικούς δείκτες μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής αλλαγής για ατμό ή για αποστειρώσεις αερίων, 	2000	3000	5000

116.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 90mmx200mm	<p>εκτός του πεδίου εργασίας, στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς αλλά εκτός της περιοχής εργασίας ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή και να εμποδίζεται η διαρροή μελανιών προς το περιεχόμενο.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Το χαρτί να είναι μη ανακυκλωμένο που ανθίσταται στην υγρασία και παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας. - Να υπάρχει ένδειξη της φοράς ανοίγματος που αποκλείει κατά το άνοιγμα του πακέτου να πέσουν ινίδια στα αποστειρωμένα υλικά. - Η ένωση της ραφής των δυο πλευρών να είναι συνεχής και ομοιόμορφη σε όλο το μήκος, με τριπλή θερμοσυρραφή, πλάτους τουλάχιστον 6mm. - Να κατατίθεται μελέτη ανεξάρτητου φορέα για τον χρόνο διατήρησης της αποστείρωσης, τουλάχιστον 60 μηνών. 	2000	2000	4000
117.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 130mmx270mm		2000	5000	7000
118.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 250mmx 400mm		1000	2000	3000
119.	ΚΩΝΟΙ ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΑΙΔΩΝ	- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, latexfree, ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΩΝ, ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 2.5 mm (παιδιατρικά)	1500	0	1500
120.	ΚΩΝΟΙ ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΩΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, latexfree, ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΩΝ, 4mm (ενηλίκων)	3000	100	3100

121.	Αντιθρομβωτικές καλτσες ριζομηρίου σε μεγέθη S,M,L,XL,XXL	<ul style="list-style-type: none"> - ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΡΟΜΒΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΝΗΡΕΙΣ Η ΜΗ, ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ Η ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΑΤΕΧ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΝΗ 18% (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 82% (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΩΣΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΡΟ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΥΦΑΝΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. Η ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 18ΜΜΗΓ -21ΜΜΗΓ ΣΤΟΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΡΟ ΣΤΑ 14 -10 ΚΑΙ 8ΜΜΗΓ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΣΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΜΗΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 90CM. - ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ. - ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ. - ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΑ ΖΕΥΓΟΣ 	500	500	1000
122.	ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4 -6 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΕΛΟΝΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ.ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5,4 lt. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. - ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΔΜΙΟ Η΄ΑΛΛΑ ΒΑΡΙΑ ΥΛΙΚΑ, ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΚΑΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΜΟΝΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΩΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. - Να καλύπτει τα πρότυπα ασφαλείας κατά ΤΥΥ/ΥΝ, ISO 23907 και TRBA 250. 	1000	4000	5000
123.	ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 2,5-3 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΕΛΟΝΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ.ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2,5-3lt. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. - ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΔΜΙΟ Η΄ΑΛΛΑ ΒΑΡΙΑ ΥΛΙΚΑ, ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΚΑΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΦΗΝΕΙ ΜΟΝΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΩΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Να καλύπτει τα πρότυπα ασφαλείας κατά ΤΥΥ/ΥΝ, ISO 23907 και TRBA 250. 	3000	1000	4000
124.	ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 1280 ΓΡΑΜ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Κεσεδάκια πλαστικά λευκά με καπάκι που να εφαρμόζει τέλεια χωρίς διαρροές. Από κατάλληλο και ασφαλές υλικό που δεν σπάει, κατάλληλο για αποθήκευση τροφίμων, σαλάτες, φαγητά. - Σε μέγεθος 1280 γραμμάρια. 	10000	20000	30000

125.	ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 640 ΓΡΑΜ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Κεσεδάκια πλαστικά λευκά με καπάκι που να εφαρμόζει τέλεια χωρίς διαρροές. Από κατάλληλο και ασφαλές υλικό που δεν σπάει, κατάλληλο για αποθήκευση τροφίμων, σαλάτες, φαγητά. - Σε μέγεθος 640 γραμμάρια. 	2000	2500	4500
126.	ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 240 ΓΡΑΜ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Κεσεδάκια πλαστικά λευκά με καπάκι που να εφαρμόζει τέλεια χωρίς διαρροές. Από κατάλληλο και ασφαλές υλικό που δεν σπάει, κατάλληλο για αποθήκευση τροφίμων, σαλάτες, φαγητά. - Σε μέγεθος 240 γραμμάρια. 	1000	2500	3500
127.	ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Ξυραφάκια χειρουργείου μίας χρήσης. - Ιδανικά για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις. 	1000	1000	2000
128.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 10 FR	<ul style="list-style-type: none"> - Η φιάλη να είναι κατασκευασμένη από σκληρό, διαφανές υλικό με διαβαθμίσεις στο πλαϊνό της (ογκομετρητή των υγρών), προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση (κενό) και με ένδειξη του βαθμού της υπάρχουσας αρνητικής πίεσης στο πάνω μέρος του θαλάμου μέσω ειδικής διαβάθμισης επιπέδου αρνητικής πίεσης min-max που να βρίσκεται πάνω σε πλαστικό κάλυμμα της φουσούνας κενού. - Να φέρει επίσης κλειστό διακόπτη ροής στο σημείο σύνδεσης με τον σωλήνα. Η χωρητικότητά του να είναι 600 ml. - Να φέρουν σωλήνα παροχέτευσης PVC ο οποίος να είναι ακτινοσκιερός, να φέρει πολλαπλές μεγάλες οπές, να μην συμπίπτει το τοίχωμα του, να μην αποφράσσεται εύκολα, να είναι μήκους 50cm με οδηγό τροκάρ από ανοξείδωτο ατσάλι με αιχμηρό και κοφτερό άκρο. - Να φέρουν συνδετικό σωλήνα δοχείου συλλογής υγρών και παροχτετευτικό σωλήνα με συνδέσεις τύπου και κλειστό διακοπής ροής. - Η συσκευασία να περιέχει 1. Δοχείο συλλογής σκληρό διαφανές και συνδετικό σωλήνα και 2. Παροχτετευτικό σωλήνα με τροκάρ σε διαφορετική συσκευασία. 	50	20	70
129.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 12 FR	<ul style="list-style-type: none"> - Η φιάλη να είναι κατασκευασμένη από σκληρό, διαφανές υλικό με διαβαθμίσεις στο πλαϊνό της (ογκομετρητή των υγρών), προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση (κενό) και με ένδειξη του βαθμού της υπάρχουσας αρνητικής πίεσης στο πάνω μέρος του θαλάμου μέσω ειδικής διαβάθμισης επιπέδου αρνητικής πίεσης min-max που να βρίσκεται πάνω σε πλαστικό κάλυμμα της φουσούνας κενού. - Να φέρει επίσης κλειστό διακόπτη ροής στο σημείο σύνδεσης με τον σωλήνα. Η χωρητικότητά του να είναι 600 ml. - Να φέρουν σωλήνα παροχέτευσης PVC ο οποίος να είναι ακτινοσκιερός, να φέρει πολλαπλές μεγάλες οπές, να μην συμπίπτει το τοίχωμα του, να μην αποφράσσεται εύκολα, να είναι μήκους 50cm με οδηγό τροκάρ από ανοξείδωτο ατσάλι με αιχμηρό και κοφτερό άκρο. - Να φέρουν συνδετικό σωλήνα δοχείου συλλογής υγρών και παροχτετευτικό σωλήνα με συνδέσεις τύπου και κλειστό διακοπής ροής. - Η συσκευασία να περιέχει 1. Δοχείο συλλογής σκληρό διαφανές και συνδετικό σωλήνα και 2. Παροχτετευτικό σωλήνα με τροκάρ σε διαφορετική συσκευασία. 	200	100	300

130.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 14 FR	<ul style="list-style-type: none"> - Η φιάλη να είναι κατασκευασμένη από σκληρό, διαφανές υλικό με διαβαθμίσεις στο πλαϊνό της (ογκομετρητή των υγρών), προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση (κενό) και με ένδειξη του βαθμού της υπάρχουσας αρνητικής πίεσης στο πάνω μέρος του θαλάμου μέσω ειδικής διαβάθμισης επιπέδου αρνητικής πίεσης min-max που να βρίσκεται πάνω σε πλαστικό κάλυμμα της φουσούνας κενού. - Να φέρει επίσης κλειστό διακόπτη ροής στο σημείο σύνδεσης με τον σωλήνα. Η χωρητικότητά του να είναι 600 ml. - Να φέρουν σωλήνα παροχέτευσης PVC ο οποίος να είναι ακτινοσκιερός, να φέρει πολλαπλές μεγάλες οπές, να μην συμπίπτει το τοίχωμα του, να μην αποφράσσεται εύκολα, να είναι μήκους 50cm με οδηγό τροκάρ από ανοξείδωτο ατσάλι με αιχμηρό και κοφτερό άκρο. - Να φέρουν συνδετικό σωλήνα δοχείου συλλογής υγρών και παροχетеυτικό σωλήνα με συνδέσεις τύπου και κλειστό διακοπής ροής. - Η συσκευασία να περιέχει 1. Δοχείο συλλογής σκληρό διαφανές και συνδετικό σωλήνα και 2. Παροχетеυτικό σωλήνα με τροκάρ σε διαφορετική συσκευασία. 	300	500	800
131.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 16 FR	<ul style="list-style-type: none"> - Η φιάλη να είναι κατασκευασμένη από σκληρό, διαφανές υλικό με διαβαθμίσεις στο πλαϊνό της (ογκομετρητή των υγρών), προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση (κενό) και με ένδειξη του βαθμού της υπάρχουσας αρνητικής πίεσης στο πάνω μέρος του θαλάμου μέσω ειδικής διαβάθμισης επιπέδου αρνητικής πίεσης min-max που να βρίσκεται πάνω σε πλαστικό κάλυμμα της φουσούνας κενού. - Να φέρει επίσης κλειστό διακόπτη ροής στο σημείο σύνδεσης με τον σωλήνα. Η χωρητικότητά του να είναι 600 ml. - Να φέρουν σωλήνα παροχέτευσης PVC ο οποίος να είναι ακτινοσκιερός, να φέρει πολλαπλές μεγάλες οπές, να μην συμπίπτει το τοίχωμα του, να μην αποφράσσεται εύκολα, να είναι μήκους 50cm με οδηγό τροκάρ από ανοξείδωτο ατσάλι με αιχμηρό και κοφτερό άκρο. - Να φέρουν συνδετικό σωλήνα δοχείου συλλογής υγρών και παροχетеυτικό σωλήνα με συνδέσεις τύπου και κλειστό διακοπής ροής. - Η συσκευασία να περιέχει 1. Δοχείο συλλογής σκληρό διαφανές και συνδετικό σωλήνα και 2. Παροχетеυτικό σωλήνα με τροκάρ σε διαφορετική συσκευασία. 	200	500	700
132.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 18 FR	<ul style="list-style-type: none"> - Η φιάλη να είναι κατασκευασμένη από σκληρό, διαφανές υλικό με διαβαθμίσεις στο πλαϊνό της (ογκομετρητή των υγρών), προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση (κενό) και με ένδειξη του βαθμού της υπάρχουσας αρνητικής πίεσης στο πάνω μέρος του θαλάμου μέσω ειδικής διαβάθμισης επιπέδου αρνητικής πίεσης min-max που να βρίσκεται πάνω σε πλαστικό κάλυμμα της φουσούνας κενού. - Να φέρει επίσης κλειστό διακόπτη ροής στο σημείο σύνδεσης με τον σωλήνα. Η χωρητικότητά του να είναι 600 ml. - Να φέρουν σωλήνα παροχέτευσης PVC ο οποίος να είναι ακτινοσκιερός, να φέρει πολλαπλές μεγάλες οπές, να μην συμπίπτει το τοίχωμα του, να μην αποφράσσεται εύκολα, να είναι μήκους 50cm με οδηγό τροκάρ από ανοξείδωτο ατσάλι με αιχμηρό και κοφτερό άκρο. - Να φέρουν συνδετικό σωλήνα δοχείου συλλογής υγρών και παροχетеυτικό σωλήνα με συνδέσεις τύπου και κλειστό διακοπής ροής. - Η συσκευασία να περιέχει 1. Δοχείο συλλογής σκληρό διαφανές και συνδετικό σωλήνα και 2. Παροχетеυτικό σωλήνα με τροκάρ σε διαφορετική συσκευασία. 	100	80	180

133.	Φιάλη 600 ml χωρίς τροκαρ και σωληνα για κλειστη παροχετευση	<ul style="list-style-type: none"> - Η φιάλη να είναι κατασκευασμένη από σκληρό, διαφανές υλικό με διαβαθμίσεις στο πλαϊνό της (ογκομετρητή των υγρών), προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση (κενό) και με ένδειξη του βαθμού της υπάρχουσας αρνητικής πίεσης στο πάνω μέρος του θαλάμου μέσω ειδικής διαβάθμισης επιπέδου αρνητικής πίεσης min-max που να βρίσκεται πάνω σε πλαστικό κάλυμμα της φυσούνας κενού. - Η χωρητικότητά του να είναι 600 ml. 	0	1000	1000
134.	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Ποδονάρια μιας χρήσης με λαστιχάκι περιμετρικά. Κατασκευασμένα από ανθεκτικό στην τριβή υλικό, αδιάβροχα, αντιολισθητικά, ανθεκτικά στο σκίσιμο. - Να είναι μεγέθους onesize, κατάλληλο για όλους τους τύπους και μεγέθη παπουτσιών. - Να διαθέτουν σήμανση CE και να είναι σύμφωνα με τα ISO και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 	80000	50000	13000 0
135.	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ Μ.Χ.	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι σχήματος μπερέ με λάστιχο γύρω από το κεφάλι με διάμετρο πάνω από 50cm. Να είναι μίας χρήσεως, φτιαγμένο από υγροαπωθητικό υλικό (nonwoven) latexfree που να αφήνει το δέρμα να αφήνει το δέρμα να αναπνέει, υπο-αλλεργικό, άνετο, αντιδρωτικό. - Να έχουν βάρος επιφανείας 14gsm περίπου και να κατασκευασμένες από 100% πολυπροπυλένιο. Να είναι ανθεκτικά στο σκίσιμο. - Να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2017/745/EU για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να έχουν ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα ως κλάσης I. - Να κατατεθεί δείγμα προς χρήση κι αξιολόγηση. 	15000	15000	30000
136.	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ Μ.Χ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ -ΑΝΤΡΙΚΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι υποαλλεργικά, μη αποστειρωμένα μιας χρήσης, από μη υφασμένο υλικό (non-woven) άριστης ποιότητας χωρίς χνουδία και χωρίς ατέλειες. - Να διαθέτουν λάστιχο στο πίσω μέρος του καπέλου προκειμένου να επιτυγχάνεται απόλυτη εφαρμογή και προστασία. - Να διαθέτουν ραμμένες ραφές για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. - Να καλύπτουν εξ ολοκλήρου το τριχωτό της κεφαλής. - Όλες οι ραφές να είναι εσωτερικές. - Να είναι ανθεκτικά και να μην σκίζονται εύκολα. 	5000	5000	10000
137.	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΕΤΑ Μ.Χ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ - ΑΝΤΡΙΚΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι υποαλλεργικά, μη αποστειρωμένα μιας χρήσης, από μη υφασμένο υλικό (non-woven) άριστης ποιότητας χωρίς χνουδία και χωρίς ατέλειες. - Να διαθέτουν στην απόληξη του καπέλου δύο πλευρικές ενισχύσεις προκειμένου να επιτυγχάνεται ασφαλές δέσιμο, παρέχοντας ταυτόχρονα άνεση και τέλεια εφαρμογή στον χρήστη. - Να διαθέτουν ραμμένες ραφές για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. - Να καλύπτουν εξ ολοκλήρου το τριχωτό της κεφαλής. Όλες οι ραφές να είναι εσωτερικές. - Να είναι ανθεκτικά και να μην σκίζονται εύκολα. 	3000	200	3200

138.	Μπλούζες Αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μίας χρήσης	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι μιάς χρήσης, μη αποστειρωμένη - Να έχει δέσιμο στο λαιμό και στη μέση - Να έχει μακρύ μανίκι με ελαστική μανσέτα - Να παρέχει πλήρη κάλυψη πλάτης - Να διαθέτει CE (Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ 2016/425) - Να είναι κατασκευασμένη από nonwoven υλικό υγροαπωθητικό και αδιάβροχο - Να πληροί το πρότυπο EN 13034 – TypePB (6) - Να είναι μεγέθους onesize 	5000	4000	9000
139.	Μπλούζες Χειρουργικές αποστειρωμένες Αδιάβροχες	<ul style="list-style-type: none"> - ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ – NONWOOVEN- ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ, ΥΔΡΟΦΟΒΕΣ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΠΛΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ, ΖΩΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ. ΜΕΓΕΘΟΣ L, XL 	2000	2000	4000
140.	ΠΟΔΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ ΜΑΝΙΚΙ	<ul style="list-style-type: none"> - ΠΟΔΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ, ΔΕΤΕΣ ΠΙΣΩ, ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150cm, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ.ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ Μ.Χ 	1500	1000	2500
141.	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ – ΜΠΛΟΥΖΑ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ S, M, L, XL, XXL.	<ul style="list-style-type: none"> - ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ – ΜΠΛΟΥΖΑ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΥΓΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ, ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ. ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ S, M, L, XL, XXL. 	1000	1000	2000

142.	ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΙ ΣΑΚΟΙ ΓΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ	<ul style="list-style-type: none"> - Αυτοδιαλυόμενοι σάκοι υδατοδιαλυτοί μεταφοράς ακάθαρτου/ μολυσματικού ιματισμού. - Να είναι κατασκευασμένοι από πολυβινυλική αλκοόλη (PVA) διαφανούς χρώματος το οποίο ελαχιστοποιεί τη διασπορά μικροβίων στο περιβάλλον. - Να διαλύονται άμεσα στη επαφή τους με το νερό. - Να τοποθετούνται στο πλυντήριο και κατά την επαφή τους με το νερό να λιώνουν και το περιεχόμενο πλένεται χωρίς να έρθει καθόλου σε επαφή με τα χέρια. - Να είναι ανθεκτικοί ώστε να αποφεύγεται τυχόν καταστροφή τους κατά την τοποθέτηση των ρούχων. - Να είναι πλήρως βιοδιασπώμενοι και να μην αφήνουν υπολείμματα στα ρούχα καθώς επίσης και στα πλυντήρια. - Να διαθέτουν ενσωματωμένη κορδέλα έντονου χρώματος (π.χ. κόκκινη) από το ίδιο υδατοδιαλυτό υλικό ώστε να κλείνουν ερμητικά και να γίνεται εύκολα αντιληπτή ειδική διαχείριση του περιεχομένου. Το κορδόνι να λιώνει κατά την άμεση επαφή του με το νερό ώστε να επιτυγχάνεται πρόπλυση του ακάθαρτου ιματισμού. - Ο σάκος να λιώνει και διαλύεται πλήρως στους 55°C ± 2°C. Διαστάσεις: 92cmx 100cm(±2cm) x 25 micron (±2micr). Βάρος 60-70gr. - Να φέρουν την εκτύπωση «Προσοχή Ακάθαρτος Ιματισμός», σύμφωνα με τις Διεθνείς Οδηγίες. - Να είναι κατασκευασμένες βάσει του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. - Να είναι πιστοποιημένες βάσει ISO 11014:2009 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας για χημικά προϊόντα και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες οδηγίες για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών 2011/65/EU παράρτημα II, Τροπολογία 1 παράρτημα 2015/863/EU και Τροπολογία 2 παράρτημα 2017/2102/EU. 	1500	1200	2700
143.	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΣΠΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ 100X110cm ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων, όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ, εξαιρετικής αντοχής. Πάχος: 30-40 μ. Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο - Συσκευασία: Ρολό 10 τεμαχίων Διαστάσεις : 100x 110cm. - Να αναγράφεται το πάχος και το βάρος της κάθε σακούλας , η απόδοση τεμαχίων /κιλό και να προσκομιστούν δείγματα για να διαπιστωθεί η αντοχή της σακούλας. - Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος στα Ελληνικά, τα εν ισχύ πιστοποιητικά συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001: 2015 και 14001: 2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του εργοστασίου κατασκευής και του διανομέα καθώς και δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος. 	10000	10000	20000

144.	ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι κατασκευασμένος από πλήρως αδιαφανές υλικό με πάχος >150μm για μεγάλη αντοχή σε σκίσιμο, τρύπημα και διαρροή. - Να φέρει εσωτερική επένδυση από πλαστικό για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ασφάλεια κατά την τοποθέτηση και μεταφορά. - Να είναι διαστάσεων 220 X 90 cm (± 10 cm και στις δύο διαστάσεις). - Να είναι μαλακός και εύκαμπτος για εύκολη χρήση - Να είναι μιας χρήσεως. - Να κλείνει με φερμουάρ και να φέρει χερούλια σε όλες τις πλευρές του. - Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001. Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά. - Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση. 	500	400	900
145.	Ηλεκτρόδια Αυτοκόλλητα Υφασμάτινα Βρεφών- παιδιών	<ul style="list-style-type: none"> - Κατάλληλα για χρήση σε βρέφη και παιδιά. Να διαθέτουν αυτοκόλλητη αφρώδη ταινία και στο εσωτερικό να υπάρχει συμπαγές υποαλλεργικό τζελ, χαμηλής περιεκτικότητας σε χλωριούχα, ανθεκτικό που να διασφαλίζει την άψογη επαφή με το δέρμα και κούμπωμα για στέρεη σύνδεση και ακριβείς μετρήσεις. - Τα υλικά να είναι εξαιρετικής ποιότητας, να προσφέρουν καλό κράτημα και ανθεκτικότητα έως 5 ημέρες κολλημένο στο δέρμα του ασθενή με εξαιρετικά αποτελέσματα και άνεση. - Να είναι υφασμάτινα, nonwoven, freeofLatex και PVC και να έχουν στρογγυλό σχήμα. - Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. Να διαθέτουν σήμανση CE - Να κατατεθούν δείγματα 	2000	0	2000
146.	Ηλεκτρόδια Αυτοκόλλητα Υφασμάτινα Ενηλίκων	<ul style="list-style-type: none"> - Να διαθέτουν αυτοκόλλητη αφρώδη ταινία και στο εσωτερικό να υπάρχει συμπαγές υποαλλεργικό τζελ, χαμηλής περιεκτικότητας σε χλωριούχα, ανθεκτικό που να διασφαλίζει την άψογη επαφή με το δέρμα και κούμπωμα για στέρεη σύνδεση και ακριβείς μετρήσεις. - Τα υλικά να είναι εξαιρετικής ποιότητας, να προσφέρουν καλό κράτημα και ανθεκτικότητα έως 5 ημέρες κολλημένο στο δέρμα του ασθενή με εξαιρετικά αποτελέσματα και άνεση. Να είναι υφασμάτινα, nonwoven, freeofLatex και PVC και να έχουν στρογγυλό σχήμα. - Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων. - Να διαθέτουν σήμανση CE - Να κατατεθούν δείγματα 	20000	10000	30000
147.	Διατηρητικό ρύγχος ανάμιξης και αναρρόφησης διαλυμάτων	<ul style="list-style-type: none"> - Διατηρητικό ρύγχος ανάμιξης και αναρρόφησης διαλυμάτων για μικρού και μεγάλου όγκου περιέκτες, με ενσωματωμένο καπάκι που κουμπώνει και αποτρέπει επαφή με το στόμιο σύνδεσης καθώς και αντιμικροβιακό φίλτρο αέρος 0,45μm. 	1000	1000	2000

148.	Ambu με αποθεματικό ασκό μίας χρήσεως σε 3 μεγέθη: Για παιδιά και για ενήλικες	<ul style="list-style-type: none"> - Συσκευή εφαρμογής τεχνητής αναπνοής μιας χρήσεως, τύπου AMBU με μάσκα, σύμφωνα με τα iso και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. - Να είναι στιβαρής κατασκευής με ασκό από PVC και να εξασφαλίζεται η ταχεία επαναφορά του ασκού μετά από κάθε χειρισμό. Διαθέτει ειδική βαλβίδα ελεγχόμενου αερισμού η οποία περιορίζει τα υψηλά επίπεδα ροής, τις υψηλές πιέσεις, καθώς και τη μη ελεγχόμενη μειωμένη απόδοση εισπνεόμενου όγκου, προστατεύοντας από γαστρική εισπνοή και βαρότραυμα του αεραγωγού. - Να διαθέτει διαφανή μάσκα, από PVC που εφαρμόζει στο πρόσωπο στεγανά και παρέχει άριστο αερισμό στον ασθενή με αεροθάλαμο. - Να συνδέεται στην παροχή O2 με ασφάλεια, χωρίς διαρροές. Να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού και απολύμανσης όλων των εξαρτημάτων της (εύκολη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση) καθώς και έγγραφες, σαφείς οδηγίες για το σωστό καθαρισμό και απολύμανσή της. Να είναι Latexfree. - Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία. 	30	20	50
149.	Σωλήνες Αερίων σε μεγέθη CH	<ul style="list-style-type: none"> - Καθετήρας αερίων, μιας χρήσης, αποστειρωμένος. - Να είναι κατασκευασμένος από ιατρικού τύπου PVC. Το άκρο του να είναι κλειστό, στρογγυλοποιημένο και μη τραυματικό, ενώ οι πλάγιες οπές του να είναι λείες και στρογγυλοποιημένες προκειμένου να μην τραυματίζουν. - Το μήκος του καθετήρα αερίων να είναι 40cm και να μην τσακίζει. Η υποδοχή του να διαθέτει χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα για γρήγορη ταυτοποίηση των μεγεθών. - Να είναι ατομικά συσκευασμένοι σε αποστειρωμένη διαφανή συσκευασία. - Το επιστόμιο του καθετήρα να είναι χρωματισμένο ανάλογα με το μέγεθος - Να διατίθεται σε μεγέθη FR20, FR 22, FR24, FR 26, FR 28 ΚΑΙ FR 30. 	500	500	1000
150.	Προγεμισμένη σύριγγα με αποστειρωμένο λιπαντικό με λιδοκαΐνη και χλωρεξιδίνη	<ul style="list-style-type: none"> - Προγεμισμένη, αποστειρωμένη σύριγγα με λιπαντική, αντισηπτική, αναισθητική δράση για καθετηριασμούς. - Κατάλληλο για τη λίπανση και προστασία της ουρήθρας κατά τη χρήση καθετήρων και ιατρικών εργαλείων σε καθετηριασμούς, ενδοσκοπήσεις και κυστεοσκοπήσεις. - Να είναι latexfree, υποαλλεργικό και βακτηριοστατικό, άχρωμο, να μην στεγνώνει, να περιέχει κυτταρίνη, να μην έχει κολλώδη υφή, να επιτυγχάνεται ακριβής και ελεγχόμενη εφαρμογή των ιατρικών χειρισμών, να φέρει σήμανση CE, - Κωδικός γνωστοποίησης ΕΟΦ και λήξη ημερομηνίας προϊόντος. - Να υπάρχει σύμβαση αποκλειστικότητας για ιχνηλασιμότητα με τον κατασκευαστή. - Να υπάρχουν κλινικές μελέτες. 	600	600	1200

151.	ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΦΙΑΛΩΝ 3L,ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ LUERLOCK Ή ONE WAY. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ.	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι σύμφωνα με τα ISO και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές - Να διαθέτουν CE - Να διαθέτουν μανόμετρο υψηλής πίεσης > 300 mmHg, και πουάρ μεγάλου μεγέθους για ευκολότερο φούσκωμα - Να είναι μεγάλης αντοχής - Στο σωλήνα μεταξύ πουάρ και ασκού να φέρουν ειδικό κλείστρο από ανθεκτικό υλικό για τη διατήρηση σταθερής και ασφαλούς πίεσης στον ασκό - Να είναι από ανθεκτικό νάυλον λευκού χρώματος, latexfree, εύχρηστοι και αρκετά ανθεκτικοί. Το μπροστινό τμήμα τους να αποτελείται από διάφανο υλικό το οποίο να επιτρέπει την καλύτερη πιστοποίηση της ροής 	10	5	15
152.	ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ 2L,ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ LUERLOCK Ή ONE WAY. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ.	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι σύμφωνα με τα ISO και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές - Να διαθέτουν CE - Να διαθέτουν μανόμετρο υψηλής πίεσης > 300 mmHg, και πουάρ μεγάλου μεγέθους για ευκολότερο φούσκωμα - Να είναι μεγάλης αντοχής - Στο σωλήνα μεταξύ πουάρ και ασκού να φέρουν ειδικό κλείστρο από ανθεκτικό υλικό για τη διατήρηση σταθερής και ασφαλούς πίεσης στον ασκό - Να είναι από ανθεκτικό νάυλον λευκού χρώματος, latexfree, εύχρηστοι και αρκετά ανθεκτικοί. Το μπροστινό τμήμα τους να αποτελείται από διάφανο υλικό το οποίο να επιτρέπει την καλύτερη πιστοποίηση της ροής 	10	10	20
153.	ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ 1L,ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ LUERLOCK Ή ONE WAY. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ.	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι σύμφωνα με τα ISO και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές - Να διαθέτουν CE - Να διαθέτουν μανόμετρο υψηλής πίεσης > 300 mmHg, και πουάρ μεγάλου μεγέθους για ευκολότερο φούσκωμα - Να είναι μεγάλης αντοχής - Στο σωλήνα μεταξύ πουάρ και ασκού να φέρουν ειδικό κλείστρο από ανθεκτικό υλικό για τη διατήρηση σταθερής και ασφαλούς πίεσης στον ασκό - Να είναι από ανθεκτικό νάυλον λευκού χρώματος, latexfree, εύχρηστοι και αρκετά ανθεκτικοί. Το μπροστινό τμήμα τους να αποτελείται από διάφανο υλικό το οποίο να επιτρέπει την καλύτερη πιστοποίηση της ροής 	30	20	50

154.	ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ 500ML, ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ LUERLOCK Ή ONE WAY. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ.	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι σύμφωνα με τα ISO και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές - Να διαθέτουν CE - Να διαθέτουν μανόμετρο υψηλής πίεσης > 300 mmHg, και πουάρ μεγάλου μεγέθους για ευκολότερο φούσκωμα - Να είναι μεγάλης αντοχής - Στο σωλήνα μεταξύ πουάρ και ασκού να φέρουν ειδικό κλείστρο από ανθεκτικό υλικό για τη διατήρηση σταθερής και ασφαλούς πίεσης στον ασκό - Να είναι από ανθεκτικό νάυλον λευκού χρώματος, latexfree, εύχρηστοι και αρκετά ανθεκτικοί. Το μπροστινό τμήμα τους να αποτελείται από διάφανο υλικό το οποίο να επιτρέπει την καλύτερη πιστοποίηση της ροής 	50	10	60
155.	Μανταλάκια για τους Καρδιογράφους ενηλίκων	<ul style="list-style-type: none"> - Μανταλάκια καρδιογράφου, ενηλίκων, συμβατά για αντάπτορες με κλιπ & τύπου μπανάνα. - Το μεταλλικό τμήμα που έρχεται σε επαφή με το δέρμα να έχει στρογγυλές άκρες για να μην τραυματίζει και να έχει καλή αγωγιμότητα. - Διατίθενται σε σετ 4 χρωμάτων: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μαύρο. - Να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. - Να διαθέτουν σήμανση CE. - Να είναι ανθεκτικές στις πολλαπλές χρήσεις και στην απολύμανση με αντισηπτικά 	160	200	360
156.	Μανταλάκια για τους Καρδιογράφους για παιδιά	<ul style="list-style-type: none"> - Μανταλάκια καρδιογράφου, ενηλίκων, συμβατά για αντάπτορες με κλιπ & τύπου μπανάνα. - Το μεταλλικό τμήμα που έρχεται σε επαφή με το δέρμα να έχει στρογγυλές άκρες για να μην τραυματίζει και να έχει καλή αγωγιμότητα. - Διατίθενται σε σετ 4 χρωμάτων: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μαύρο. - Να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. - Να διαθέτουν σήμανση CE. Να είναι ανθεκτικές στις πολλαπλές χρήσεις και στην απολύμανση με αντισηπτικά 	40	0	40
157.	Πουάρ πιεσομέτρων με βαλβίδα		20	20	40
158.	ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΙΔΙΚΑ 15mm , ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - Προκάρδια Παιδιατρικά Ηλεκτρόδια τύπου βεντούζας για ΗΚΓ: - Στην υποδοχή της βεντούζας να υπάρχει βίδα ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα καλώδια με ακροδέκτη - Το υλικό να είναι φιλικό προς τον ασθενή - Να αναγράφεται η εμπορική ονομασία του κατασκευαστή 	60	0	60

159.	BENTOΥΖΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑ ΦΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 24mm , ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - Προκάρδια Ηλεκτρόδια ενηλίκων τύπου βεντούζας για ΗΚΓ: - Στην υποδοχή της βεντούζας να υπάρχει βίδα ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε όλα τα καλώδια με ακροδέκτη - Το υλικό να είναι φιλικό προς τον ασθενή - Να αναγράφεται η εμπορική ονομασία του κατασκευαστή 	120	200	320
160.	Ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος 2 ξεχωριστών προγεμισ μένων δοχείων χωρητικότητας 35ml και 55ml αντίστοιχα για συλλογή βιοψιών.	<ul style="list-style-type: none"> - Το πρώτο δοχείο (35ml) να περιέχει 10ml φορμαλδεΐδης 12% και το δεύτερο δοχείο 20ml ρυθμιστικού διαλύματος. - Το δοχείο που περιέχει τη φορμαλδεΐδη να διαθέτει ειδικό διπλό καπάκι και να είναι συμβατό με το καπάκι του δοχείου του ρυθμιστικού διαλύματος. - Η ροή της φορμαλδεΐδης μεταξύ των 2 δοχείων να επιτυγχάνεται μέσω δυο οπών στο διπλό καπάκι που ευθυγραμμίζονται μετά την περιστροφή του. - Η σφράγιση να εγγυάται μέσω δυο σφαιρών σιλικόνης για την απόφραξη των οπών. - Να εμποδίζεται η παλινδρόμηση της φορμαλδεΐδης στο προηγούμενο δοχείο για ασφάλεια της βιοψίας. - Η συνολική χωρητικότητα των 2 δοχείων να είναι 90ml. - Η τελική συγκέντρωση φορμαλίνης να είναι 10% 	100	20	120
161.	Ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος 2 ενωμένων δοχείων χωρητικότητας 190ml και 190ml αντίστοιχα για συλλογή βιοψιών.	<ul style="list-style-type: none"> - Το πρώτο δοχείο (190ml) να περιέχει 90ml φορμαλδεΐδης 10% και το δεύτερο δοχείο 190ml να είναι κενό. - Τα δοχεία να συνδέονται με ειδικό καπάκι. - Η ροή της φορμαλδεΐδης μεταξύ των 2 δοχείων να επιτυγχάνεται μέσω δυο οπών στο διπλό καπάκι που ευθυγραμμίζονται μετά την περιστροφή του. - Η σφράγιση να εγγυάται μέσω δυο σφαιρών σιλικόνης για την απόφραξη των οπών. - Να εμποδίζεται η παλινδρόμηση της φορμαλδεΐδης στο προηγούμενο δοχείο για ασφάλεια της βιοψίας. - Η συνολική χωρητικότητα των 2 δοχείων να είναι 380ml. - Η τελική συγκέντρωση φορμαλίνης να είναι 10%. 	100	0	100
162.	Ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος 2 ενωμένων δοχείων χωρητικότητας 190ml και 290ml αντίστοιχα για συλλογή βιοψιών.	<ul style="list-style-type: none"> - Το πρώτο δοχείο (190ml) να περιέχει 160ml φορμαλδεΐδης 10% και το δεύτερο δοχείο 290ml να είναι κενό. - Τα δοχεία να συνδέονται με ειδικό καπάκι. - Η ροή της φορμαλδεΐδης μεταξύ των 2 δοχείων να επιτυγχάνεται μέσω δυο οπών στο διπλό καπάκι που ευθυγραμμίζονται μετά την περιστροφή του. - Η σφράγιση να εγγυάται μέσω δυο σφαιρών σιλικόνης για την απόφραξη των οπών. - Να εμποδίζεται η παλινδρόμηση της φορμαλδεΐδης στο προηγούμενο δοχείο για ασφάλεια της βιοψίας. - Η συνολική χωρητικότητα των 2 δοχείων να είναι 480ml. - Η τελική συγκέντρωση φορμαλίνης να είναι 10%. 	100	0	100

163.	ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 900ml	<ul style="list-style-type: none"> - Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμώλη 10% σε ουδέτερο ρυθμιστικό διάλυμα. - Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος 2700 ml και από προγεμισμένο καπάκι με ερμητικά σφραγισμένη φορμώλη 900ml. - Η φορμώλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. - Να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές και δακτύλιο ασφαλείας 	20	0	20
164.	ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 1200ml	<ul style="list-style-type: none"> - Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμώλη 10% σε ουδέτερο ρυθμιστικό διάλυμα. Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος 2700 ml και από προγεμισμένο καπάκι με ερμητικά σφραγισμένη φορμώλη 1200ml. - Η φορμώλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. - Να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές και δακτύλιο ασφαλείας 	20	0	20
165.	ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 2000ml	<ul style="list-style-type: none"> - Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμώλη 10% σε ουδέτερο ρυθμιστικό διάλυμα. - Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος 2700 ml και από προγεμισμένο καπάκι με ερμητικά σφραγισμένη φορμώλη 2000ml. Η φορμώλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. - Να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές και δακτύλιο ασφαλείας 	20	0	20
166.	Σύστημα έγχυσης με ενσωματωμένο ελατήριο και περιστρεφόμενο δακτύλιο	<ul style="list-style-type: none"> - Να διαθέτει βαθμονομημένη κλίμακα για επιλογή του όγκου δόσης. Να διαθέτει ειδικό μοχλό πίεσης για τη φόρτωση της συσκευής. Να περιλαμβάνει διαφανή σύριγγα χωρίς βελόνα τύπου luerlock, με σπή περίπου 0,15mm και μεγέθους 0,5ml που να επιτρέπει την εκροή φαρμάκου σε λιγότερο από 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Να επιτυγχάνει έγχυση σε 1/3 του δευτερολέπτου. Να διατίθεται σε 3 διαφορετικές εκδόσεις για διαφοροποιημένο επίπεδο βάθους της έγχυσης. Να είναι συμβατό μέσω της χρήσης ανταπτόρων με όλους τους τύπους φιαλιδίων και αμπουλών. Για χρήση έως και 10.000 εγχύσεων. Να διαθέτει σήμανση CE και να ταξινομείται ως ιατρική συσκευή κατηγορίας IIB. 	2	0	2
167.	Σύριγγα διαφανής συμβατή με το σύστημα έγχυσης	<ul style="list-style-type: none"> - Σύριγγα διαφανής με βαθμονομημένη κλίμακα και σπή περίπου 0,15mm που να επιτρέπει την εκροή φαρμάκου σε λιγότερα από 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Να είναι συμβατή με το σύστημα έγχυσης με ενσωματωμένο ελατήριο και περιστρεφόμενο δακτύλιο 	1500	0	1500
168.	Προσαρμογέας για τα φιαλίδια συμβατός με το σύστημα έγχυσης	<ul style="list-style-type: none"> - Προσαρμογέας για όλους τους τύπους φιαλιδίων συμβατός με το σύστημα έγχυσης με ενσωματωμένο ελατήριο και περιστρεφόμενο δακτύλιο. 	200	200	400

169.	Συνδετικό ασφαλείας για κεντρικές και περιφερικές γραμμές	<ul style="list-style-type: none"> – Διαφανές συνδετικό ασφαλείας από σιλικόνη πολλαπλών προσβάσεων προσαρμόσιμο στη LuerLock εγκοπή κεντρικών και περιφερικών καθετήρων. Να διαθέτει απαραίτητα λεία & διαφανή επιφάνεια, για να καθαρίζεται εύκολα προς αποφυγή μόλυνσης της ενδοφλέβιας ή κεντρικής φλεβικής οδού. – Να επιτρέπει την προσαρμογή συσκευών, χωρίς τη χρήση βελόνας, για χορήγηση σκευασμάτων με σκοπό την αποφυγή τυχαίων τρυπημάτων και την πρόληψη της αναρροής αίματος και υγρών με αποτέλεσμα την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. – Να είναι κατάλληλο σε χρήση CT και αντοχή σε δυναμική έγχυση 350psi. Με ρυθμό ροής μεγαλύτερο από 500ml/min και 30L/Hr χωρίς άσκηση πίεσης και να είναι κατάλληλο για χρήση παρεντερικής διατροφής. Η κατασκευή του να είναι διαφανής χωρίς κενό χώρο γύρω από το σημείο εισαγωγής της σύριγγας και χωρίς εσωτερικούς κινούμενους μηχανισμούς για να διαπιστώνεται οπτικά ότι δεν υπάρχουν κατάλοιπα αίματος ή φαρμάκου στη δίοδο. Να είναι ελεύθερο από Latex και PVC για την αποφυγή αλλεργιών. – Να είναι αποστειρωμένο με ETO (οξείδιο του αιθυλενίου). Με όγκο πλήρωσης 0,1ml. 	400	150	550
170.	Ταινίες για τον ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης στο αίμα με τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου	<ul style="list-style-type: none"> – Οι αντιδραστήριες ταινίες μέτρησης σακχάρου δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από υψηλά επίπεδα βιταμίνης C, ξυλόζης, χολερυθρίνης, ουρικού οξέος, ακεταμινοφαίνης, ντοπαμίνης, μαννιτόλης και ικοδεξτρίνης ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από το προσωπικό του νοσοκομείου και να δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες μελέτες στην αγγλική γλώσσα επικυρωμένες από δικηγόρο βάση του άρθρου 1, παρ. 2 του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2024). – Το αποτέλεσμα των μετρήσεων να μην επηρεάζεται από λαμβανόμενα φάρμακα ή άλλες ουσίες (π.χ. υψηλές τιμές ουρικού οξέως) και εξωγενείς παράγοντες (π.χ. θερμοκρασία), καθώς και από συγκεντρώσεις χολιστερινής έως 500mg/dL και τριγλυκεριδίων έως 1500mg/dL. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες μελέτες στην αγγλική γλώσσα επικυρωμένες από δικηγόρο βάση του άρθρου 1, παρ. 2 του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2024). – Να υπάρχει συμβατότητα των ταινιών με το διάλυμα περιτοναϊκής κάθαρσης (icodextrin) για μέτρηση γλυκόζης των νεφροπαθών με ΣΦΠΚ. Να κατατεθεί η αντίστοιχη μελέτη στην αγγλική γλώσσα επικυρωμένη από δικηγόρο βάση του άρθρου 1, παρ. 2 του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2024). – Να συνοδεύονται από διαλύματα ελέγχου (controlsolutions). Τα διαλύματα ελέγχου θα πρέπει να είναι τρία και να έχουν χαμηλή, φυσιολογική και υψηλή συγκέντρωση γλυκόζης (low, normal, high) ώστε να είναι εφικτός ο ποιοτικός έλεγχος των ταινιών με τους μετρητές σε όλο το φάσμα της γραμμικότητας σύμφωνα με το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή. Η ημερομηνία απόρριψης των διαλυμάτων ελέγχου να είναι 6 μήνες μετά το πρώτο άνοιγμα του φιαλιδίου. – Να κατατεθούν οι επίσημες οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα βάση του άρθρου 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016 – Να κατατεθεί το ISO 13485:2016 του κατασκευαστή στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα βάση του άρθρου 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016. – Να κατατεθεί το Πιστοποιητικό ECCERTIFICATE σύμφωνα με την Οδηγία 98/79/EK για τα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα του κατασκευαστή στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα βάση του άρθρου 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016. – Να κατατεθεί η Δήλωση Συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή για το αντίστοιχο Πιστοποιητικό CE σύμφωνα με 	45000	30000	75000

		<p>υπόδειγμα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα βάση του άρθρου 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Να πληρούν το πρότυπο EN ISO 15197:2015 σύμφωνα με την Οδηγία 98/79/EK για τα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Να κατατεθεί το πρότυπο ENISO 15197:2015 στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα βάση του άρθρου 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016. - Οι ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος και τα διαλύματα ελέγχου να έχουν κοινοποιηθεί στο Μητρώο του Ε.Ο.Φ. για την θέση τους στην ελληνική αγορά βάση του άρθρου 87 του Νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/9-3-2019). - Να έχουν κοινοποιηθεί στον ΕΟΠΥΥ και να έχουν λάβει ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ βάση της υπ' αριθμ. 360/23.12.2022 Απόφασης (ΦΕΚ 89/τ.Β'/16-01-2023) για την χορήγηση τους στους δικαιούχους του Ν. 4368/2016 και την αποζημίωση τους από τον ΕΟΠΥΥ. Να κατατεθεί το Πιστοποιητικό Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ των ταινιών μέτρησης γλυκόζης επικυρωμένο από δικηγόρο βάση του άρθρου 1, παρ. 2 του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2024). - Κατ' εφαρμογή των άρθρων 11,13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 για τα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, απαιτείται στην επισήμανση της εξωτερικής συσκευασίας των προσφερόμενων ειδών να αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και του εισαγωγέα με σαφήνεια. Να κατατεθούν δείγματα με την εργοστασιακή τους της συσκευασία προς απόδειξη της συμμόρφωσης τους. Για το συνοδό εξοπλισμό, την συσκευή μέτρησης σακχάρου οι προδιαγραφές διατυπώνονται ως εξής: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ο μετρητής να είναι φορητός, να διαθέτει θήκη μεταφοράς, να λειτουργεί με μπαταρίες ,το μενού, καθώς και το εγχειρίδιο να είναι στα ελληνικά. ○ Η μεθοδολογία να είναι ηλεκτροχημική. ○ Να μην απαιτείται κωδικοποίηση. ○ Να μην απαιτείται βαθμονόμηση ή δοκιμή ποιοτικού ελέγχου κάθε φορά που ανοίγεται νέο κουτί ταινιών μέτρησης γλυκόζης αίματος. ○ Ο μετρητής να ενεργοποιείται αυτόνομα με την αναρρόφηση της αναγκαίας ποσότητας αίματος.(Το σύστημα μέτρησης πρέπει να υποστηρίζει την δυνατότητα συμπλήρωσης δείγματος αίματος (re-dosing) προς αποφυγή άσκοπης σπατάλης αναλώσιμων ταινιών). ○ Να απενεργοποιείται αυτόνομα για την εξοικονόμηση ενέργειας. ○ Να έχει μνήμη στην οποία να μπορούν να αποθηκεύονται 300 αποτελέσματα με ημερομηνία και ώρα. ○ Το εύρος των μετρήσεων να είναι 9 -600 mg/dL , με ένδειξη HYPO για τιμές γλυκόζης < 20 mg/dl και ένδειξη HYPER για τιμές γλυκόζης > 600 mg/ml . ○ Ο χρόνος εμφάνισης του αποτελέσματος να είναι σύντομος και μέχρι 5 δευτερόλεπτα. ○ Να χρειάζεται μικρό όγκο δείγματος μέχρι όγκος δείγματος 0,6 ml περίπου το πολύ. ○ Ο μετρητής να διαθέτει σύστημα απόρριψης ταινίας ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του επαγγελματία υγείας. ○ Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 έτη. ○ Οι συσκευές μέτρησης να συνοδεύονται από συσκευές τρυπήματος (στυλό) συμβατές με όλους τους σκαρφιστήρες για χρήση κατ' οίκον από τους εξωτερικούς ασθενείς του Ν. 4368/2016 του Νοσοκομείου. Η συμβατότητα να αποδεικνύεται από το επίσημο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή. ○ Να κατατεθούν οι επίσημες οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύονται από 			
--	--	---	--	--	--

		<p>επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα βάση του άρθρου 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Να κατατεθεί το ISO 13485:2016 του κατασκευαστή στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα βάση του άρθρου 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016. ○ Να κατατεθεί το Πιστοποιητικό ECCERTIFICATE σύμφωνα με την Οδηγία 98/79/ΕΚ για τα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα του κατασκευαστή στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα βάση του άρθρου 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016. ○ Να κατατεθεί η Δήλωση Συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή για το αντίστοιχο Πιστοποιητικό CE σύμφωνα με υπόδειγμα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα βάση του άρθρου 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016. ○ Να πληρούν το πρότυπο EN ISO 15197:2015 σύμφωνα με την Οδηγία 98/79/ΕΚ για τα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Να κατατεθεί το πρότυπο ENISO 15197:2015 στην αγγλική γλώσσα και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα βάση του άρθρου 80 παρ. 10 του Νόμου 4412/2016. ○ Να πληρούν τα πρότυπα ENISO 14971: 2019, ENISO 17511:2021, EN 62366-1:2015+A1:2020 και EN ISO 15223-1:2021 σύμφωνα με την Οδηγία 98/79/ΕΚ για τα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. ○ Να έχουν κοινοποιηθεί στο Μητρώο του Ε.Ο.Φ. για την θέση τους στην ελληνική αγορά βάση του άρθρου 87 του Νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/9-3-2019). ○ Κατ' εφαρμογή των άρθρων 11,13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 για τα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, απαιτείται στην επισήμανση της εξωτερικής συσκευασίας των προσφερόμενων ειδών να αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και του εισαγωγέα με σαφήνεια. Να κατατεθούν δείγματα με την εργοστασιακή τους της συσκευασία προς απόδειξη της συμμόρφωσης τους. 			
171.	ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	<ul style="list-style-type: none"> – ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΡΙΧΩΤΟΥ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΤΟΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ) – ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΟ ΟΣΟ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΞΥΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΤΙΣ ΤΡΙΧΕΣ ΣΣΕ ΒΑΘΟΣ 0,3mm, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΛΕΠΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 30mm, ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ, – ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΟΠΗ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΓΙΑ ΟΥΡΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 25mm – ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΜΗ, ΓΙΑ ΑΠΟΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΓΙΑ 60' ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΦΟΡΤΗΣΗ, – ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (<70 db) ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ (<115 GRAM.) – ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ (ΣΕ ΝΕΡΟ Η' ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ) ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ. – ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 	1500	1000	2500

172.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 2	<ul style="list-style-type: none"> - ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ. - ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΠΟ PVC ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΦΗ. ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΥΡΡΗΥΕΥΕ. ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΡΑΧΙΑΙΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ, ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΜΑΥΡΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 2 ΕΚ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. 	20	0	20
173.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 2,5	<ul style="list-style-type: none"> - Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΓΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15ΜΜ. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 1.41 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ. 	30	0	30
174.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν03	<ul style="list-style-type: none"> - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΓΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15ΜΜ. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ 1.41 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ. 	30	0	30
175.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν0 3,5	<ul style="list-style-type: none"> - ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ, ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΔΕΗΡ-FREE&LATEX-FREE. 	30	0	30
176.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν0 4	<ul style="list-style-type: none"> - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 	40	20	60
177.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν0 4,5		50	20	70
178.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν0 5		50	30	80
179.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν0 5,5		50	20	70
180.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν0 6		100	30	130
181.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν06,5		100	20	120
182.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 7		30	20	50
183.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 2,5	<ul style="list-style-type: none"> - ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΑΠΟ PVC ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ISO 5361., ΥΨΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ $\leq 30 \text{ cm H}_2\text{O}$. 	50	0	50
184.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 3	<ul style="list-style-type: none"> - ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΡΑΧΙΑΙΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ(ΤΙΡΤΟΤΙΡ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΡΡΗΥΕΥΕ ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. 	50	0	50
185.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 3,5	<ul style="list-style-type: none"> - ΜΕ ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΜΑΥΡΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 1- 2 ΕΚ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. ΤΟ CUFF ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ 	100	5	105
186.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 4		100	10	110

187.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF NO 4,5	ΞΕΦΟΥΣΚΩΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΟΤΑΝ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ.	150	10	160
188.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF NO 5	– Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15MM ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ(ΦΑΚΑΡΟΛΑ).	150	10	160
189.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF NO 5,5	– Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 1,32-1,34 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ.	300	10	310
190.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF NO 6	– ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ DEHP-FREE & LATEX FREE .	500	50	550
191.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF NO 6,5	– ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 2,5-8,5	500	50	550
192.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF NO 7	– ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	1000	1500	2500
193.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF NO 7,5		1000	1500	2500
194.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF NO 8		1000	1500	2500
195.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF NO 8,5		1000	1000	2000
196.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE NO 3,5	– ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΒΑΘΜΙΑΙΑΣ ΜΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ Η΄ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ.	50	0	50
197.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE NO 4	– ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΣΑΚΙΣΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.	100	0	100
198.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE NO 4,5	– Ο ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΓΗ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΙΚΡΟ-ΕΙΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ.	100	0	100
199.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE NO 5	– ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ PVC ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΧΗΜΑ ΜΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ.	100	0	100
200.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE NO 5,5	– ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ FDA ΟΤΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟ-ΕΙΣΡΟΦΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 90% ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ ΗΙ – ΛΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ PVC ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΓΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΜΕ ΜΥΡΗΡΥ ΕΥΕ, ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΤΙΡΤΟΤΙΡ) ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ. ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15 MM	100	0	100
201.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE NO 6		100	0	100
202.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE NO 6,5	– ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ LATEX-FREE	200	0	200
203.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE NO 7	– ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ	200	0	200
204.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE NO 7,5		200	10	210
205.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE NO 8		200	10	210

206.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE NO 8,5		100		100
207.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ MLT No 4	<ul style="list-style-type: none"> - ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣ·ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΥΨΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ –ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΑΥΡΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ CUFF ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΗΣΜΕΝΟΙ - ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15Μ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 350mm ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ LATEX-FREE - ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ 4.0,5.0,6.0 - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 	30	0	30
208.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ MLT No 5		80	0	80
209.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ MLT No 6		100	0	100
210.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo3,5		<ul style="list-style-type: none"> - Ενδοτραχειακοί σωλήνες από PVC ενισχυμένοι εσωτερικά με σπιράλ. - Να είναι ακτινοσκοπικοί ακόμη και κάτω από το cuff, και να έχουν καμπύλο σχήμα για ευκολότερη εισαγωγή. - Ο σωλήνας να φέρει μαύρο ακτινοσκοπικό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα 1 cm -3mm πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. 	30	0
211.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 4	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι ανθεκτικοί, να μην τσακίζουν και να επανέρχονται στο αρχικό σχήμα μετά από έντονη καταπόνηση. - Το cuff να ελέγχεται από οδηγό μπαλόνι στο οποίο να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για εύκολη αναγνώριση. 	50	0	50
212.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 4,5	<ul style="list-style-type: none"> - Να έχουν ατραυματικό άκρο, οπή Murphy και να έχουν προτοποθετημένο οδηγό διασωλήνωσης για πιο ακριβή εισαγωγή. 	50	0	50
213.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 5	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι σε μεγέθη 3,0 έως 8,5 ανά μισό. - Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία και ελεύθεροι από Latex. 	50	0	50
214.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 5,5	<ul style="list-style-type: none"> - Να έχουν επαρκές μήκος και η αναλογία εξωτερικής προς εσωτερική διαμετρου να είναι <1,4 σε όλα τα προσφερόμενα είδη. - Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας latex επί της συσκευασίας. - Να κατατεθούν δείγματα. 	50	0	50
215.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 6		70	10	80
216.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 6,5		100	10	110
217.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ		200	100	300

	MECUFFNo 7					
218.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 7,5			200	100	300
219.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 8			250	80	330
220.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 8,5			200	20	220
221.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 22 FR No5	<ul style="list-style-type: none"> - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ - Η ΟΔΟΝΤΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ - ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΕΠΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 	50	20	70	
222.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 24 FR No5,5		100	50	150	
223.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 26 FR No6		100	50	150	
224.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 28 FR No6,5		100	50	150	
225.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 30 FR No7		100	50	150	
226.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 32 FR No7,5		100	20	120	
227.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 34 FR No8		50	20	70	
228.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ No 000 45mm		<ul style="list-style-type: none"> - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΟ PVC, LATEXFREE ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΡΚΕΣ ΕΥΡΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - Να κατατεθούν δείγματα 	300	0	300
229.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ No 00 55mm	300		0	300	
230.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ No 0 65mm	300		0	300	
231.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ No 1 1,75mm	500		0	500	
232.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ No 2 2,85mm	1500		500	2000	

233.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΙΚΟΙ No 3 3,95mm		1500	1000	2500
234.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΙΚΟΙ No 4 4,10mm		1000	1000	2000
235.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΙΚΟΙ No 5 115mm		800	800	1600
236.	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	<p>Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Βελόνα επισκληριδίου Tuohy 18gX 90mm με αφαιρούμενα πτερύγια και πλαστικό στυλεό, στη λαβή του οποίου να αναγράφεται το μέγεθος τής βελόνης (σε g και σε mm) . - Φίλτρο αντιμικροβιακό. - Σύριγγα Luer Lock 10ml. - Καθετήρα 20gX 90cm, κλειστού άκρου με 3 πλάγιες οπές. - Κουμπωτό συνδετικό καθετήρα (όχι βιδωτό), για χρήση με το ένα χέρι. - Να είναι αποστειρωμένο, LatexFree. - Απαιτείται κατάθεση δείγματος και προσέκτους τού κατασκευαστή για πιστοποίηση των ανωτέρω. 	400	200	600
237.	ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Μία βελόνα ραχιαίας τύπου PencilPoint με λαβή από γυαλί, απόλυτα διάφανη που να λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός, για άμεσο οπτικό εντοπισμό τής επιστροφής τού ENY. Να φέρει ένδειξη (marking) ακινητοποίησης τής βελόνης, κατά την εισαγωγή της, ώστε να επιτυγχάνεται η προώθηση τής άκρης τής βελόνης για 14mm από το άκρο τής βελόνης επισκληριδίας. Απαραιτήτως να αναγράφεται το μέγεθος τής βελόνας στον στυλεό της (σε gauge και σε mm), για άμεση κι ασφαλή αναγνώριση μεγέθους. - Μία βελόνα Tuohy 18g X 90mm με αφαιρούμενα πτερύγια, η οποία να διαθέτει και δεύτερη οπή, πίσω από τον ώμο της και διαμέσου αυτής να προωθείται η βελόνα ραχιαίας. - Με κουμπωτό σύστημα κλειδώματος των βελονών και κουμπωτό συνδετικό καθετήρα (όχι βιδωτά), για χρήση με το ένα χέρι. - Ένα φίλτρο αντιμικροβιακό. - Μία σύριγγα Luer Lock 10ml - Έναν καθετήρα επισκληριδίου 20gX90cm, κλειστού άκρου με 3 πλάγιες οπές. 	50	30	80
238.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL No 1	- ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΓΕΛΗΣ .	10	0	10
239.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I- GEL No1,5	- ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ Η ΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ.	10	0	10
240.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL No 2	- ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ Ievain ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ.	20	0	20
241.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I- GEL No2,5	- ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ biteblock ΠΟΥ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ .	50	0	50
242.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ	- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗ ΔΙΟΔΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ .	100	80	180

	I-GEL No 3	<ul style="list-style-type: none"> - ΝΑ ΕΙΝΑΙ Latexfree. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 				
243.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL No 4			100	80	180
244.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL No 5			100	50	150
245.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL No 1	<ul style="list-style-type: none"> - Λαρυγγική μάσκα πολλαπλών χρήσεων, με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωση στομάχου, ενσωματωμένο BiteBlock, δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 32 cmH2O και δυνατότητα τοποθέτησης μεταλλικής λαβής για καλύτερη τοποθέτηση. - Να διατίθεται σε μεγέθη 1 έως 5. 	4	0	4	
246.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL No 1,5		4	0	4	
247.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL No 2		7	0	7	
248.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL No 2,5		7	0	7	
249.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL No 3		7	10	17	
250.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL No 4		7	10	17	
251.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL No 5		7	10	17	
252.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FASTRACH No 3	<ul style="list-style-type: none"> - Λαρυγγική μάσκα πολλαπλών χρήσεων για το δύσκολο αεραγωγό με μεταλλική λαβή για καλύτερο χειρισμό με δυνατότητα να περάσει ενδοτραχειακός σωλήνας σπιράλ και δυνατότητα αφαίρεσης της λαρυγγικής μάσκας με σκοπό να συνεχιστεί το χειρουργείο με τον ειδικό ενδοτραχειακό σωλήνα. Σε μεγέθη 3, 4 και 5. 	2	5	7	
253.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FASTRACH No 4		3	5	8	
254.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FASTRACH No 5		3	2	5	
255.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff No 6	<ul style="list-style-type: none"> - Σωλήνας τραχειοστομίας, μεταβαλλόμενου μήκους ακτινοσκοπικός, ενισχυμένος με spiral, ευλύγιστος για να μην μεταβάλλεται το εύρος του αυλού και να μην παρεμποδίζεται η ροή του αέρα ακόμη και σε ανατομικά δύσκολες περιπτώσεις. - Να διαθέτει ρυθμιζόμενη φλάντζα για βέλτιστη εφαρμογή ανάλογα με τις ανατομικές του ανάγκες του κάθε ασθενή, για εξασφάλιση της ελάχιστης καταπόνησης του. - Να έχουν ενσωματωμένο cuff χαμηλής πίεσης το οποίο να ελέγχεται από οδηγό μπαλόνι (pilot) στο οποίο να 	3	3	6	
256.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου		3	3	6	

	μήκους με cuff No 7	αναγράφεται το μέγεθος του σωλήνα.			
257.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff No 7,5	<ul style="list-style-type: none"> - Με μαλακά πτερύγια στήριξης που περιστρέφονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. - Με υποδοχή για σύνδεση με κύκλωμα αναπνευστήρα, φίλτρα ύγρανσης/θέρμανσης κ.α. - Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. - Στη συσκευασία να περιέχονται: ανατομικός επίδεσμος σταθεροποίησης από μαλακό υποαλλεργικό υλικό με αυτοκόλλητα Velcro, οδηγός τοποθέτησης, κάρτα στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ασθενούς και της τραχειοστομίας. 	2	5	7
258.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff No 8	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι διαθέσιμοι σε μεγέθη 6.0, 7.0,7,5. 8.0, 8,5,9.0 . - Να προσκομιστούν δείγματα. 	10	5	15
259.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff NO 8,5		10	5	15
260.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff No 9		8	2	10
261.	ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΟΠΗ 75*90cm	<ul style="list-style-type: none"> - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΗ NONWOVEN ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 75*90 - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 	1000	1000	2000
262.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 10	<ul style="list-style-type: none"> - Λεπίδες χειρουργικές απλές, χωρίς λαβή, από ανοξείδωτο χάλυβα ή άνθρακα, αποστειρωμένες με ακτινοβολία γάμα, σε συσκευασία που να εξασφαλίζει εύκολο άνοιγμα. 	4000	0	4000
263.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 11		8000	5000	13000
264.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 12		1000	1000	2000
265.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 15		4000	1000	5000
266.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 20		2000	1200	3200

267.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ Νο 22		3000	1000	4000
268.	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ Νο 11	– Να είναι υψηλής αντοχής από ανοξείδωτο ατσάλι, με πλαστική λαβή και καπάκι ασφαλείας που να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της λεπίδας, αποστειρωμένο, μιας χρήσης σε μεμονωμένη συσκευασία	300	200	500
269.	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ Νο 12	– Να είναι υψηλής αντοχής από ανοξείδωτο ατσάλι, με πλαστική λαβή και καπάκι ασφαλείας που να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της λεπίδας, αποστειρωμένο, μιας χρήσης σε μεμονωμένη συσκευασία	300	0	300
270.	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ Νο 15	– Να είναι υψηλής αντοχής από ανοξείδωτο ατσάλι, με πλαστική λαβή και καπάκι ασφαλείας που να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της λεπίδας, αποστειρωμένο, μιας χρήσης σε μεμονωμένη συσκευασία	300	100	400
271.	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ Νο 20	– Να είναι υψηλής αντοχής από ανοξείδωτο ατσάλι, με πλαστική λαβή και καπάκι ασφαλείας που να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της λεπίδας, αποστειρωμένο, μιας χρήσης σε μεμονωμένη συσκευασία	300	100	400
272.	ΠΡΟΣΩΠΙΔ.ΕΝΗΛ.ΣΙΛΙ Κ. Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ σε διάφορα μεγέθη	<ul style="list-style-type: none"> – Να έχουν κατάλληλο σχήμα για ανατομική προσαρμογή και αποτελεσματικό σφράγισμα. – Να είναι εύκαμπτες, μαλακές, με διαφανές σώμα, το οποίο να παρέχει άνετη συγκράτηση. – Να είναι ανθεκτικές, σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες – Να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού. – Τα μεγέθη μάσκας 00 έως 1 να είναι κατάλληλα για σύνδεση σε προϊόν με εσωτερική διάμετρο 15 mm (0,59 in). – Τα μεγέθη μάσκας 2 έως 5 να προορίζονται για σύνδεση σε προϊόν με εξωτερική διάμετρο 22 mm (0,87 in) – Να διατίθενται σε τουλάχιστον 7 μεγέθη. 	30	20	50
273.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο4		15	8	23
274.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο5		15	8	23
275.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Π.Χ. ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ν.0 ΜΑΥΡΕΣ		10	0	10

276.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Π.Χ. ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 1 ΜΑΥΡΕΣ		10	0	10
277.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Π.Χ. ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 2 ΜΑΥΡΕΣ		10	0	10
278.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Π.Χ. ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 3 ΜΑΥΡΕΣ		15	2	17
279.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 1		3	0	3
280.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 2		4	3	7
281.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 3		4	5	9
282.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 4		8	5	13
283.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 0 ΚΥΡΤΗ MAC		8	0	8
284.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 1 ΚΥΡΤΗ MAC		8	0	8
285.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 2 ΚΥΡΤΗ MAC		7	2	9
286.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 3 ΚΥΡΤΗ MAC		7	4	11
287.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 4 ΚΥΡΤΗ MAC		4	5	9
288.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 0 ΕΥΘΕΙΑ		4	0	4

289.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 1 ΕΥΘΕΙΑ		4	0	4
290.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΥΡΤΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ		30	20	50
291.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ		30	20	50
292.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΜΥΤΗ	<ul style="list-style-type: none"> - Το επίθεμα να είναι αυτοκόλλητο, κατασκευασμένο από διαπνεόμενο υλικό, να προλαμβάνει τον ερεθισμό, τη διάβρωση ή ακόμα και την νέκρωση του δέρματος. Να είναι ασφαλές και φιλικό στο δέρμα του ασθενή. Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, MDR (Κανονισμός 745/2017) ClassI. - Να διαθέτει διπλή σπειροειδή επικόλληση γύρω από τον σωλήνα για την βέλτιστη καθήλωση στη μύτη έως και 3 ημέρες. Να είναι προσηματοπισμένο, ενιαίο και ελαστικό για να μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε διάφορα μεγέθη και σχήματα μύτης ενός ενήλικα ασθενή. Να συμβάλει στην αποφυγή μετακίνησης ή αφαίρεσης του ρινογαστρικού σωλήνα. - Να διαθέτει άκρα χωρίς αυτοκόλλητο για εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση χωρίς να κολλά στα γάντια - Να είναι freelatex και να διατίθεται σε δύο μεγέθη <ul style="list-style-type: none"> o A)Ενηλίκων o B) Παιδών 	1000	150	1150
293.	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΡΟΛΛΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Σωλήνας αναρρόφησης Σιλικόνης αρκετής σκληρότητας για να μην κολαψάζεται, να μην υπάρχει αλλαγή συμπεριφοράς υπό συνθήκες θερμότητας (να μην αλλάζει χρώμα, να μην κολλάει, να μην τσακίζει) 	30	20	50
294.	ΔΙΑΦΑΝΗ ΟΘΩΝΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Διαφανή οθώνια για όλες τις χρήσεις: αποστειρωμένα, χωρίς latex, υποαλλεργικά, αυτοκόλλητα, τεμνόμενα. Διαστάσεις αυτοκόλλητου 30-35cmX 35-40cm. Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία που να μην καταλύει την άσηπτη τεχνική 	100	50	150
295.	ΔΙΑΦΑΝΗ ΟΘΩΝΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Διαφανή οθωνια για όλες τις χρήσεις: αποστειρωμένα, χωρίς latex, υποαλλεργικά, αυτοκόλλητα, τεμνόμενα. Διαστάσεις αυτοκόλλητου 60-65cmX 45-50cm. Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία που να μην καταλύει την άσηπτη τεχνική 	100	100	200

296.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΛΟΞΟΤΜΗΜΕΝΕΣ No22	<ul style="list-style-type: none"> - Βελόνες ενδοραχιαίας αναισθησίας με λοξοτόμηση τύπου QUINCKE 22G μήκους 90mm, χωρίς οδηγό εισαγωγέα. - Να διαθέτουν: <ul style="list-style-type: none"> ο Διαφανή πλαστική λαβή, για γρήγορη και άμεση οπτική θεώρηση επιστροφής του νωτιαίου υγρού. ο Στυλεό εσωτερικά που εφάπτεται με το άκρο της βελόνας και επιτυγχάνει την μείωση τραυματισμών των ιστών και κατ' επέκταση μείωση πονοκεφάλων. - Διακριτικό χρώμα μαύρο. - Να είναι latex-free, DEHP-free, μιας χρήσης αποστειρωμένες. - Να κατατεθούν δείγματα προς αξιολόγηση. 	200	20	220
297.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΛΟΞΟΤΜΗΜΕΝΕΣ No 25	<ul style="list-style-type: none"> - Βελόνες ενδοραχιαίας αναισθησίας με λοξοτόμηση τύπου QUINCKE 25G μήκους 80mm, χωρίς οδηγό εισαγωγέα. - Να διαθέτουν: <ul style="list-style-type: none"> ο Διαφανή πλαστική λαβή, για γρήγορη και άμεση οπτική θεώρηση επιστροφής του νωτιαίου υγρού. ο Στυλεό εσωτερικά που εφάπτεται με το άκρο της βελόνας και επιτυγχάνει την μείωση τραυματισμών των ιστών και κατ' επέκταση μείωση πονοκεφάλων. - Διακριτικό χρώμα πορτοκαλί. - Να είναι latex-free, DEHP-free, μιας χρήσης αποστειρωμένες. 	200	20	220
298.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ No 22	<ul style="list-style-type: none"> - Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας με λοξότμηση Pencilpoint ατραυματικές 22G, 90mm, με διάφανη λαβή και ειδική οπτική σήμανση για την άμεση παρατήρηση επιστροφής του ENY. Με λεία εξωτερική επιφάνεια για την αποφυγή ερεθισμού της μήνιγγας. Να φέρουν στυλεούς με χρωματική σήμανση, Αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης. - Να κατατεθούν δείγματα. 	200	10	210
299.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ No 25	<ul style="list-style-type: none"> - Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας με λοξότμηση ατραυματικές 25G, 90mm, με διάφανη λαβή και ειδική οπτική σήμανση (κρύσταλλο) για την άμεση παρατήρηση επιστροφής του ENY. Με λεία εξωτερική επιφάνεια για την αποφυγή ερεθισμού της μήνιγγας. Να φέρουν στυλεούς με χρωματική σήμανση, Αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης. Να κατατεθούν δείγματα. 	200	10	210
300.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ No 24	<ul style="list-style-type: none"> - Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας με λοξότμηση ατραυματικές 25G, 90mm, με διάφανη λαβή και ειδική οπτική σήμανση (κρύσταλλο) για την άμεση παρατήρηση επιστροφής του ENY. Με λεία εξωτερική επιφάνεια για την αποφυγή ερεθισμού της μήνιγγας. Να φέρουν στυλεούς με χρωματική σήμανση, Αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης. Να κατατεθούν δείγματα. 	150	10	160
301.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ No 0		2	0	2
302.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ No 1		2	0	2
303.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ No		2	0	2

	2				
304.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 3		10	5	15
305.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 4		10	10	20
306.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 5		2	3	5
307.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 6		2	0	2
308.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ Νο 00	<ul style="list-style-type: none"> - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΝΕΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ - ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΑΣΚΑΣ 00 ΕΩΣ 1 ΝΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 15ΜΜ ΚΑΙ ΤΑ 2 ΕΩΣ 6 ΜΕ 22ΜΜ 	10	0	10
309.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ Νο 0		10	0	10
310.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ Νο 1		10	0	10
311.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ Νο 2		10	0	10
312.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ Νο 3		15	0	15
313.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ Νο 4		15	0	15

314.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ No 5		15	2	17
315.	ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓ. ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 3 ΛΙΤΡ	– Δοχείο για την εμβάπτιση των προς απολύμανση αντικειμένων όπως χειρουργικά εργαλεία, αναισθησιολογικός εξοπλισμός κ α. Να είναι κατασκευασμένο από ισχυρό πολυπροπυλένιο ανθεκτικό στα απολυμαντικά διαλύματα. Να φέρει καπάκι για κλείσιμο του δοχείου και αποφυγή διαρροής οσμών. Στο καπάκι να υπάρχει αποσπώμενη θυρίδα από την οποία ο χρήστης να μπορεί να απορρίπτει τα εργαλεία εντός του διαλύματος χωρίς να ανοίξει πλήρως το καπάκι. Εσωτερικά του να φέρει διάτρητο καλάθι για την ασφαλή εισαγωγή και εξαγωγή των εργαλείων. Η ωφέλιμη χωρητικότητά του να είναι 3 λίτρα. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος στα Ελληνικά τα εν ισχύ πιστοποιητικά συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του εργοστασίου κατασκευής και του διανομέα καθώς και δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος.	5	5	10
316.	ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓ. ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 5 ΛΙΤΡ	– Δοχείο για την εμβάπτιση των προς απολύμανση αντικειμένων όπως χειρουργικά εργαλεία, αναισθησιολογικός εξοπλισμός κ α Κατασκευασμένο από ισχυρό πολυπροπυλένιο ανθεκτικό στα χημικά απολυμαντικά το οποίο δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του απολυμαντικού όπως τα κοινά πλαστικά δοχεία να φέρει διάφανο καπάκι για οπτικό έλεγχο των αντικειμένων Εσωτερικά του να φέρει διάτρητο καλάθι για την ασφαλή εισαγωγή και εξαγωγή των εργαλείων Η ωφέλιμη χωρητικότητά του να είναι 5 λίτρα. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος στα Ελληνικά, τα εν ισχύ πιστοποιητικά συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του εργοστασίου κατασκευής και του διανομέα καθώς και δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος.	5	5	10
317.	ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΠΥΡΟΜΕΤΡΟ MIR	– Φίλτρα βακτηριδίων για το σπυρόμετρο MIR. Τα φίλτρα να έχουν μεγάλη αποδοχή σε ιούς και βακτήρια, και να έχει μηδαμινή απώλεια ροής και ελαχιστο νεκρο χώρο 45ml περίπου	100	200	300
318.	ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ	– ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ 83-CM.Χ. ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ HYPAIR	200	300	500
319.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ	– ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0	20	20
320.	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ MIRSPIROLAB	– Τουρμπίνα μιας χρήσης FlowMIR Disposable Turbine σπιρομέτρου Mir Spirolab New. Να προσφέρει μέγιστη ακρίβεια και υγιεινή. Κάθε τουρμπίνα να έχει καλιμπραριστεί ατομικά στο εργοστάσιο μέσω υπολογιστή. Να περιλαμβάνει χάρτινο επιστόμιο και είναι να ατομικά συσκευασμένη. Να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ακρίβειας ATS/ERS και να είναι ικανή για μια πλήρη μέτρηση.	100	200	300
321.	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ	– ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ OXYLOGVE 300 DRAEGER ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 1,8m 200m ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΗΣ 2m ΕΚΑΣΤΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΑΠΟ 100-2000ml. ΧΩΡΙΣ LATEX ΥΠΟ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ.ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ. – ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	30	10	40

322.	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 15mm ΑΠΟΡVNC ΜΕ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 150cm ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 150cm ,ΚΑΙ ΑΣΚΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ - ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΛΑΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ LATEX- FREE - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 	100	2	102
323.	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 200cm ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ (Υ) ΝΑ ΜΗΝ ΚΡΑΤΑΕΙ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ,ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,50cm ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΚΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΩΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEXFREE –PVCFREE ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ . ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ. 	1000	1000	2000
324.	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - ΚΥΚΛΩΜΑ PVC DEHP FREE ΝΕΟΓΝΙΚΟ 150-180 cm ΜΕ ΕΞΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ 150cm ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10mm ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΝΕΟΓΝΙΚΟ Υ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ, ΜΕ ΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟ 0,5 ΛΙΤΡΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΑΛΑΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 22FLEX ΚΑΙ ΣΤΑ 3 ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΡΑΤΑΕΙ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ. LATEX FREE - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ. 	70	0	70
325.	ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙ Σ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ TRANSPACK TRANSDUCER	<ul style="list-style-type: none"> - Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών μιας χρήσης για μέτρηση αιματηρής πίεσης, με ενσωματωμένο το chip και τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισμένου ορού. - Να έχει εύρος μέτρησης από -50 έως 300 mmHg και ανοχή σε υπερπίεση από -500 έως 5000mmHg . Να διαθέτει σύστημα για τον έλεγχο των μετρήσεων και ιδανική απόσβεση ταλάντωσης (damping) που να αποδεικνύεται με ανεξάρτητη βιβλιογραφική αναφορά για μεγιστοποίηση της ακρίβειας. Η μετατροπή του σήματος να γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών. Να έχει δυνατότητα να τοποθετηθεί τόσο στο μπράτσο του ασθενούς για ευκολότερη μεταφορά, όσο και σε στατώ. - Να είναι ελεύθερα φθαλικών ενώσεων (non -DEHP). - Να συνδέονται απευθείας με τα υπάρχοντα Monitors χωρίς μεσολάβηση βάσης η άλλου συστήματος που να τα καταστούν δύσχρηστα. Τα καλώδια θα πρέπει απαραίτητως να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές. - Να είναι συμβατά με τους παραπάνω μορφομετατροπείς πίεσης και με τα παρακλίνια monitor του Νοσοκομείου μας. - Να είναι επαρκούς μήκους (άνω των 2 μέτρων). Οι περόνες επαφής να είναι επιχρυσωμένες και τοποθετημένες σε εσοχή για προστασία των ασθενών από επαφές με εξαρτήματα υπό τάση (να αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως των καλωδίων). Επιπρόσθετα η εταιρεία να προμηθεύει τα απαιτούμενα καλώδια τα οποία να εξασφαλίζουν εύκολη σύνδεση. 	400	100	500

326.	ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ 5,7,12	<ul style="list-style-type: none"> - Φορητή αντλία με ελαστομερές μπαλόνι από πολυισοπρένιο και μεταβλητό ρυθμό χορήγησης ροής 2-4-6 ml/ώραΚΑΙ 5-7-12ml/h με κλειδί ασφαλείας, όγκου εως 300ml. Να διαθέτει μόνο εσωτερικό φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων. Να προσφέρει σταθερότητα στη ροή του διαλύματος. Να μην φερειδιακοπτες ή μέσα τα οποία μπορεί να διακόψουν τη ζητούμενη ροή του Φαρμάκου, να έχει εύκαμπτη προέκταση που να μην “τσακίζει”. - Το περίβλημα της αντλίας να είναι με ανθεκτικόπερίβλημα και να είναι εύκολο στη μεταφορά από τους ασθενείς. Να είναι εύχρηστη, ασφαλής, μιας χρήσης, αποστειρωμένη. - Να φερειCE - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 	50	30	80
327.	ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ 2,4,6	<ul style="list-style-type: none"> - Τα αντλιομετρικά φίλτρα να είναι κατάλληλα για νεογνά. Να διαθέτουν ηλεκτροστατική μεμβράνη φιλτραρίσματος.Να είναι αποστειρωμένα και μιας χρήσης. Η αποστείρωση των φίλτρων να πιστοποιείται από το πρότυπο EN 566-1.Να πετυχαίνουν υψηλή αντιβακτηριδιακή δράση >99,99999%. Η αντιική δράση τους να είναι τουλάχιστον >99,99%. Να είναι κατάλληλα για αναπνευστικούς όγκους από 20– 150 ml και να φέρουν οπή καπνογραφίας. Να διαθέτουν ενσωματωμένο εναλλάκτη ύγρανσης θέρμανσης με απόδοση 33 mgH2O/L για Vt50ml, 30 mgH2O/L για 100 Vt και 30 mgH2O/L για Vt 250. Η αντίσταση ροής να μην υπερβαίνει τα 1,4 cmH2O στα 20 L/min.Ο νεκρός όγκος των φίλτρων να μην υπερβαίνει τα 12 ml.Να είναι μικρού βάρους και να μην υπερβαίνουν τα 15gr.Να είναι LatexFree, PVC – Free, Pthalate- Free. - Να κατατεθεί δείγμα για περαιτέρω ποιοτική αξιολόγηση. 	40	20	60
328.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Τα αντλιομετρικά φίλτρα να είναι κατάλληλα για νεογνά. Να διαθέτουν ηλεκτροστατική μεμβράνη φιλτραρίσματος.Να είναι αποστειρωμένα και μιας χρήσης. Η αποστείρωση των φίλτρων να πιστοποιείται από το πρότυπο EN 566-1.Να πετυχαίνουν υψηλή αντιβακτηριδιακή δράση >99,99999%. Η αντιική δράση τους να είναι τουλάχιστον >99,99%. Να είναι κατάλληλα για αναπνευστικούς όγκους από 20– 150 ml και να φέρουν οπή καπνογραφίας. Να διαθέτουν ενσωματωμένο εναλλάκτη ύγρανσης θέρμανσης με απόδοση 33 mgH2O/L για Vt50ml, 30 mgH2O/L για 100 Vt και 30 mgH2O/L για Vt 250. Η αντίσταση ροής να μην υπερβαίνει τα 1,4 cmH2O στα 20 L/min.Ο νεκρός όγκος των φίλτρων να μην υπερβαίνει τα 12 ml.Να είναι μικρού βάρους και να μην υπερβαίνουν τα 15gr.Να είναι LatexFree, PVC – Free, Pthalate- Free. - Να κατατεθεί δείγμα για περαιτέρω ποιοτική αξιολόγηση. 	100	0	100
329.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΑΚΤΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΥΔΡΟΦΟΒΗ ΠΤΥΧΩΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ –ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ-ΙΩΝ. - ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 99,999% ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 99,99% ΤΩΝ ΙΩΝ. - ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 100% ΠΡΟΣΤΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΩΝ ΓΙΑ AIDS-HIV,ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ, ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ. - ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ 75-300ML - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ NaCl>96% - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ <22gr - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΝΕΚΡΟ ΟΓΚΟ>30ML - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ LUERLOCK. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX-FREE,PVC-FREE,ΡΑΤΗΑΛΑΤΕ-FREE. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟEN566-1 - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΕΡΩ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 	400	0	400

330.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - Τα φίλτρα να είναι κατάλληλα για ενήλικες, να διαθέτουν ηλεκτροστατική μεμβράνη φιλτραρίσματος με υψηλή αντιβακτηριδιακή δράση >99,99999%. Η αντιϊκή δράση τους να είναι τουλάχιστον >99,999%. - Η απόδοση των φίλτρων να είναι πιστοποιημένη κατά EN ISO 23328-1. Να είναι κατάλληλα για αναπνευστικούς όγκους από 150 – 1500ml και να φέρει οπή καπνογραφίας. - Να διαθέτουν ενσωματωμένο εναλλάκτη ύγρανσης θέρμανσης με απόδοση τουλάχιστον 31 mgH₂O/L σε αναπνευστικό όγκο 500ml. - Η αντίσταση ροής να μην υπερβαίνει τα 1,8 cmH₂O στα 60 L/min. Ο νεκρός όγκος των φίλτρων να μην υπερβαίνει τα 35 ml. Να είναι μικρού βάρους και να μην υπερβαίνουν τα 30-31gr. - Να είναι αποστειρωμένα και πιστοποιημένα βάσει του EN 556-1. - Να είναι Latex Free, PVC – Free, Pthalate- Free. - Να κατατεθεί δείγμα για περαιτέρω ποιοτική αξιολόγηση. 	400	300	700
331.	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ	<ul style="list-style-type: none"> - ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΤΥΧΟΜΕΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ-ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ≥99,9999%, 100% ΥΔΡΟΦΟΒΑ ΚΛΑΣΗΣ ΗΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ EN ISO 23328-1. ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΗΛΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 40gr ΟΧΙ ΟΓΚΩΔΗ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ≤80ml .ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ≤ 2,8 cm H₂O στα 60 L/min, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ .ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ 300-1200ml .ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑ EN 556-1. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX- FREE ,PVCFREE,ΡΗΤΑΛΑΤΕFREE. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ,ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ HIV, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ HCV, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ MYCOBACTERIUMTURBECULOSIS. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ. 	1000	500	1500
332.	ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ /ΠΑΙΔΙΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΙΔΩΝ/ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΦΤΩΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΥΠΟΞΑΙΜΙΑΣ. - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ. - ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΙΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΡΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. - ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟ. - ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 100% - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, LATEXFREE ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝCEMARK - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 	100	50	150

333.	Μετωπιαίος/σωματικός αισθητήρας για μη επεμβατική μέτρηση του τοπικού κορεσμού σε οξυγόνο Rso2	<ul style="list-style-type: none"> - Μη επεμβατικός αισθητήρας για την μέτρηση της ιστικής οξυγόνωσης ο οποίος να παρέχει την δυνατότητα τοποθέτησης στο μέτωπο ή στο σώμα του ασθενή. Ο αισθητήρας θα πρέπει να εκπέμπει σε μήκη κύματος (685, 730, 770, 810, 870 nm) για μεγιστοποίηση της ακρίβειας - Να έχει την δυνατότητα μέτρησης σε βάθος έως και 2,5cm. - Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής αισθητήρα κατάλληλου για χρήση σε ενήλικες παιδιά νεογνά και βρέφη. Οι παιδιατρικοί αισθητήρες θα πρέπει να διαθέτουν ειδική προστασία από την αύξηση θερμοκρασίας λόγω εκπομπής φωτός. - Να μπορεί να συνδεθεί με το οποίο να μετρά και αιμοδυναμικές παραμέτρους για την διαφορική διάγνωση του αιτίου του αποκορεσμού 	30	0	30
334.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Αισθητήρας μιας χρήσης με προέκταση υψηλής πίεσης 150 cm και σύστημα ασφαλούς αιμοληψίας, συνεχούς παρακολούθησης CO, SVR, SV, SVV, με αυτόματη βαθμονόμηση που να συνδέεται με τον υπάρχοντα μη ειδικό αρτηριακό καθετήρα του ασθενούς. - Να είναι συμβατός με όλα τα παρακλίνια monitors για τη συνεχή απεικόνιση της αρτηριακής πίεσης - Να διαθέτει έμβολο για την ασφαλή λήψη αίματος χωρίς να απαιτείται λήψη δείγματος προς απόρριψη. Να διαθέτει 2 σημεία αιμοληψίας (το ένα με βαλβίδα σιλικόνης). - Να μπορεί να συνδεθεί με monitor που να μπορεί να μετρήσει τις ίδιες παραμέτρους με αναίμακτη μέθοδο ή να παρέχει την δυνατότητα πρόβλεψης υπότασης. - Να διατίθενται 4 τουλάχιστον κλινικές μελέτες ασθενών που να πιστοποιούν την αξιοπιστία των μετρήσεων. 	30	10	40
335.	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (ΒΟΥΓΙΕ)	<ul style="list-style-type: none"> - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΡΘΡΩΤΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΚΡΗ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΜΕΣΩ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΓΛΩΤΙΔΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΛΑΚΗ ΑΚΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΦΩΣΦΩΡΟΥ - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΡΑΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 10cm ΩΣ 50cm - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ >7mm - ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 	10	30	40
336.	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> - Αισθητήρας δαχτύλου μιας χρήσεως, για την συνεχή μη επεμβατική μέτρηση της καρδιακής παροχής (CO), καρδιακού δείκτη (CI), όγκου παλμού (SV), δείκτη όγκου παλμού (SVI), μεταβολής του όγκου παλμού (SVV), συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων (SVR) και αρτηριακής πίεσης χωρίς βαθμονόμηση. Ο αισθητήρας θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα αυτόματου υπολογισμού της απόστασης από τον φλεβοστατικό άξονα του ασθενή για μεγιστοποίηση της ακρίβειας, να διατίθεται σε 3 μεγέθη, και να εφαρμόζει με scratch ώστε να είναι δυνατή η επανατοποθέτηση αν δεν έχει γίνει σωστή εφαρμογή. - Να διατίθεται σε μεγέθηS-M-L 	20	10	30

337.	ΣΕΤ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> - Η βελόνα να έχει ειδικές "ανακλαστικές γωνιώσεις" στην επιφάνειά της, κατελάχιστον σε μήκος 20mm από την άκρη της, για καθοδήγηση - Να είναι νέας γενιάς με εγγυημένη 100% ορατότητα στον υπέρηχο και για καθοδήγηση και μέσω υπερήχου και μέσω νευροδιεγέρτη ακόμη και σε κλίση εισαγωγής της 60 και 70 μοίρες (πιστοποίηση από επίσημο προσπέκτους) - Με επίστρωση, εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά, για άριστη μόνωση και ροή (πιστοποίηση από επίσημο προσπέκτους) - Με καμπυλοειδή καθετήρα υπερήχου 20gX90cm, κλειστού άκρου με 6 οπές, με ειδικό ελικοειδές σπείραμα και σύρμα οδηγό - Να προωθείται αποστειρωμένος μέσα στη βελόνα με το ένα χέρι μέσω προστατευτικής θήκης. - Με ένα συνδετικό καθετήρα κουμπωτό (όχι βιδωτό) για χρήση με το ένα χέρι, ένα αυτοκόλλητο πλαστικό στηρικτικό φίλτρου, ένα φίλτρο και σωλήνα έγχυσης - Να διατίθεται σε μεγέθη βελόνας: 18gX50mm και 18gX100mm - Να κατατεθούν δείγματα 	30	0	30
338.	ΣΕΤ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> - Σετ για περιφερικούς αποκλεισμούς νεύρων διπλής καθοδήγησης . Κατάλληλο για υπερήχους. - Με επικάλυψη χρυσού η οποία μειώνει την πίεση που ασκείται κατά την εισαγωγή της βελόνας. - με βελόνα ηχογενή με άκρο FACET - Με βελόνα με ειδικές "ανακλαστικές γωνιώσεις" στην επιφάνειά της, κατελάχιστον σε μήκος 20mm από την άκρη της, για καθοδήγηση. - Το σετ να περιλαμβάνει: - Βελόνα: 19gX50mm 19gX100mm - Καθετήρα 20GX5 με οδηγό από ανοξείδωτο ατσάλι ακτινοσκοπικό ,διαβαθμισμένο από τα πρώτα 30cm. - Καλώδιο με συνδετικό Luer-lock. - Οδηγό από ατσάλι 0,25mm. - Στηρικτικό επισκληρίδιου καθετήρα - Με ένα συνδετικό καθετήρα κουμπωτό (όχι βιδωτό) για χρήση με το ένα χέρι. - Αποστειρωμένο με αιθυλενοξειδίο για 5 χρόνια, για έναν ασθενή και μιας χρήσης 	20	10	30
339.	ΕΥΘΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ	<ul style="list-style-type: none"> - ΕΥΘΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΕΚΤΙΝΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 15cm - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 	300	50	350
340.	ΛΑΜΕΣ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ insightI3-L	<ul style="list-style-type: none"> - ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΑΜΕΣ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ insightI3-L - ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ: SS,S ,M, L - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 	100	0	100
341.	ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ KING VISION	<ul style="list-style-type: none"> - ΛΑΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ KingVision - Σε μέγεθος Νο 3 και Νο 4 . Να κατατεθούν δείγματα 	0	20	20

342.	Καθετήρας -οδηγός για δύσκολη διασωλήνωση bougieboussignac	<ul style="list-style-type: none"> - Να έχει κυρτό άκρο και ειδικό συνδετικό για δυνατότητα ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου όταν απαιτείται. - Να διαθέτει εσωτερικά δύο κανάλια, ένα για την παροχή οξυγόνου και ένα με πολλαπλές οπές για την αποσυμπίεση και την αποφυγή βαροτραύματος στον ασθενή. - Να προσφερθεί σε μεγέθη ενηλίκων, παιδιών και νεογνών σε μήκη 70,60 και 50 εκατοστών αντίστοιχα. - Να είναι βαθμονομημένος κάθε 10 εκατοστά. - Να είναι latex-free/dehp-free, μ.χ, αποστειρωμένος. - Να κατατεθούν δείγματα 	5	5	10
343.	ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ ΠΑΙΔΩΝ(BIS)	<ul style="list-style-type: none"> - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΦΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ,ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ MONITOR/ΕΝΙΣΧΥΤΗ BIS. - ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ, ΝΑ ΠΑΡΑΧΟΡΗΘΟΥΝ MONITORBIS ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΟΘΟΝΗ BISVISTA, AMS ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ BIS 4ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ EUBIS - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ 	100	100	200
344.	ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ CO2	<ul style="list-style-type: none"> - ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ CO2 ΤΥΠΟΥ LuerLock ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΠΑΚΙ (ΒΙΔΩΤΟ) - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 	2000	0	2000
345.	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΠΙΡΑΛ 15cm ΜΕ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	<ul style="list-style-type: none"> - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΠΙΡΑΛ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 15CMΜΕ ΓΩΝΙΑ. - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΩΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ Expandi-flex ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΓΩΝΙΩΣΗ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Smooth-floflexΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 	300	300	600
346.	ΚΑΛΩΔΙΟ ECG ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> - Το καλώδιο να είναι 5 απολήξεων ενός ασθενούς - Τα ηλεκτρόδια να είναι προσυνδεδεμένα - Να είναι πλήρως ακτινοδιαπερατό με συνδετικό τηλεφωνικού τύπου - Να υπάρχει δυνατότητα παραμονής στον ίδιο ασθενή έως και 5 ημέρες - Να υπάρχει δυνατότητα αποκόλλησης και επανατοποθέτησης στον ίδιο ασθενή - Να είναι πλήρως συμβατό με τον υπάρχον εξοπλισμό monitorMINDRAY του νοσοκομείου. Να κατατεθούν δείγματα προς αξιολόγηση. 	100	10	110

347.	ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Κλειστό σύστημα προστατευμένης αναρρόφησης με συνδετικό διπλής περιστροφής για ενδοτραχειακό σωλήνα (καθετήρας μήκους 59 εκ.) σε μεγέθη 14 Fr και 16 Fr για χρήση ως 168 ώρες/7 ημέρες συνεχούς χρήσης, ενιαίο χωρίς ανταλλακτικά μέρη, αποστειρωμένο. - Στο συνδετικό διπλής περιστροφής να έχει ειδική βαλβίδα για χορήγηση φαρμάκου σε μορφή δόσεων αεροζόλ (MDI), υποδοχή με πώμα και βαλβίδα για ασφαλή είσοδο βρογχοσκοπίου, βαλβίδα μίας οδού για την πλύση του άκρου του καθετήρα και περιστρεφόμενο διακόπτη ON/OFF προώθησης ή απομόνωσης του καθετήρα. - Ο καθετήρας να έχει ανοιχτό ακτινοσκοιερό άκρο με δύο πλευρικές οπές, και να είναι πλήρως αριθμημένος σε όλο το μήκος του. - Να έχει εσωτερική βαλβίδα που να επιτρέπει την εισαγωγή του καθετήρα και κατά την έξοδό του τον περισφίγγει αφαιρώντας κάθε ρυπαρότητα. - Να διαθέτει βαλβίδα αναρρόφησης με δυνατότητα κλειδώματος και πριν από αυτή διάφανο τμήμα ελέγχου των αναρροφούμενων εκκρίσεων. - Να διατίθεται σε ατομική και αποστειρωμένη συσκευασία. - Στην ατομική συσκευασία να υπάρχουν αυτοκόλλητα με την ημέρα που πρέπει να γίνει η αλλαγή του συστήματος και οδηγίες χρήσης. - Να συνοδεύεται από μελέτη αξιολόγησης ασφάλειας χρήσης έως 168 ώρες/7ημέρες. Να κατατεθούν δείγματα. 	40	20	60
348.	ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣ ΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Κλειστό σύστημα προστατευμένης αναρρόφησης με συνδετικό διπλής περιστροφής για ενδοτραχειακό σωλήνα τραχειοστομίας (καθετήρας μήκους 39 εκ.) σε μεγέθη 14 Fr και 16 Fr για χρήση ως 168 ώρες/7 ημέρες συνεχούς χρήσης, ενιαίο χωρίς ανταλλακτικά μέρη, αποστειρωμένο. - Στο συνδετικό διπλής περιστροφής να έχει ειδική βαλβίδα για χορήγηση φαρμάκου σε μορφή δόσεων αεροζόλ (MDI), υποδοχή με πώμα και βαλβίδα για ασφαλή είσοδο βρογχοσκοπίου, βαλβίδα μίας οδού για την πλύση του άκρου του καθετήρα και περιστρεφόμενο διακόπτη ON/OFF προώθησης ή απομόνωσης του καθετήρα. - Ο καθετήρας να έχει ανοιχτό ακτινοσκοιερό άκρο με δύο πλευρικές οπές, και να είναι πλήρως αριθμημένος σε όλο το μήκος του. - Να έχει εσωτερική βαλβίδα που να επιτρέπει την εισαγωγή του καθετήρα και κατά την έξοδό του τον περισφίγγει αφαιρώντας κάθε ρυπαρότητα. - Να διαθέτει βαλβίδα αναρρόφησης με δυνατότητα κλειδώματος και πριν από αυτή διάφανο τμήμα ελέγχου των αναρροφούμενων εκκρίσεων. - Να διατίθεται σε ατομική και αποστειρωμένη συσκευασία. - Στην ατομική συσκευασία να υπάρχουν αυτοκόλλητα με την ημέρα που πρέπει να γίνει η αλλαγή του συστήματος και οδηγίες χρήσης. - Να συνοδεύεται από μελέτη αξιολόγησης ασφάλειας χρήσης έως 168 ώρες/7ημέρες. Να κατατεθούν δείγματα. 	70	15	85

349.	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ (ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ) ΤΡΑΧΕΙΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Το σετ να φέρει σωλήνα τραχειοστομίας με κωνικό cuff χαμηλής πίεσης - μη-τοξικό (latexfree) PVC, αρίστης ποιότητας, με κλίση περίπου 1050 μοιρών για καλή εφαρμογή στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή τουλάχιστον 15mm παροχής οξυγόνου. - Το σέτ να περιέχει 2 εσωτερικούς σωλήνες από πολυπροπυλένιο ένα διάφανο εσωτερικό σωλήνα ο οποίος βοηθάει στην εκτίμηση των εκκρίσεων και - ένα λευκό ακτινοσκοιρό εσωτερικό σωλήνα. - Το σετ να φέρει μονό διαστολέα κωνικού σχήματος με υδρόφιλη επίστρωση, ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή, με ειδική λαβή - Να φέρει χειρουργικό νυστέρι για την τομή - Να φέρει οδηγό σύρμα περίπου 50cm - Να διαθέτει βελόνα 14G με ενσωματωμένο οδηγό - Να διαθέτει σύριγγα 10ml ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας - Να διαθέτει λιπαντικό τζέλ LATEXFREE -DEHPFREE 	7	3	10
350.	ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ Νο7, Νο8, Νο9	<ul style="list-style-type: none"> - Το σετ να φέρει σωλήνα τραχειοστομίας με κωνικό cuff χαμηλής πίεσης - μη-τοξικό (latexfree) PVC, με κλίση 1050 μοίρες για άριστη εφαρμογή στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου. - Το σετ να περιέχει 2 εσωτερικούς σωλήνες από πολυπροπυλένιο: - 1) έναν διάφανο εσωτερικό σωλήνα ο οποίος βοηθάει στην εκτίμηση των εκκρίσεων και - 2) έναν λευκό εσωτερικό σωλήνα ακτινοσκοιρό. - Το σετ να φέρει ειδική λαβίδα (διαστολέα) για την διάνοιξη των ιστών. - Να φέρει ειδικό ατραυματικό οδηγό, με σπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου seldinger - Να φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό - Να φέρει σύριγγα 10ml ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας - Να φέρει χειρουργικό νυστέρι για την τομή - Να φέρει οδηγό σύρμα τουλάχιστον 50cm. - Να περιέχει λιπαντικό τζέλ LATEXFREE -DEHPFREE - Να διατίθεται σε νούμερα 7, 8 και 9. Να κατατεθούν δείγματα προς αξιολόγηση 	10	10	20
351.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ	<ul style="list-style-type: none"> - Το σύστημα για τη διαδερμική τοποθέτηση τραχειοστομίας να είναι με μονό κοχλιωτό διαστολέα (βίδα) για την αποφυγή τραυματισμού της τραχείας. Εντός της συσκευασίας να περιέχονται, εκτός του διαστολέα, σετ εισαγωγής με βελόνα και οδηγό σύρμα, σωλήνας τραχειοστομίας με cuff και οδηγό, ένα στηρικτικό για την τραχειοστομία. - Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία. - Να κατατεθούν δείγματα προς αξιολόγηση. 	4	2	6
352.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΩΜΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ (ΘΗΛΥΚΟ)	<ul style="list-style-type: none"> - Το αντιμικροβιακό πώμα αντισηψίας να είναι κατάλληλο για αυλούς ΚΦΚ, αρτηριακούς ή άλλους συμβατούς συνδετικούς καθετήρες. Η δραστική ουσία να είναι η Ισοπροπυλική αλκοόλη περιεκτικότητας 70% με δυνατότητα αντισηψίας σε ένα λεπτό (FDA) - Να βοηθάει στη μείωση Gram θετικών και αρνητικών βακτηρίων. - Να απαιτείται για την εφαρμογή του μέχρι 45μοίρες στροφή (παθητική αντισηψία). - Να μπορεί να παραμείνει μέχρι 7 ημέρες εφόσον δεν ανοιχτεί μετά την αρχική τοποθέτηση στο 3way. Το κάλυμμα 	3000	500	3500

		<p>του πώματος να είναι από αλουμίνιο για την αποφυγή ξήρανσης της δραστικής ουσίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Να είναι υποαλλεργικό και βιοσυμβατό χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα, ερεθισμό, συστηματική τοξικότητα, αιμόλυση σύμφωνα με την σειρά προτύπων ISO και να προσκομίζεται δήλωση συμμόρφωσής από την κατασκευάστρια εταιρεία. – Να φέρει CEmarkClassII με την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία ή και σε λωρίδα (5 τεμαχίων) 			
353.	ΠΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> – Το αντιμικροβιακό πώμα αντισηψίας να είναι κατάλληλο για αυλούς ΚΦΚ, αρτηριακούς ή άλλους συμβατούς συνδετικούς καθετήρες. – Η δραστική ουσία να είναι η Ισοπροπυλική αλκοόλη περιεκτικότητας 70% με δυνατότητα αντισηψίας σε ένα λεπτό (FDA). – Να βοηθάει στη μείωση Gram θετικών και αρνητικών βακτηρίων. – Να απαιτείται για την εφαρμογή του μέχρι 45μοίρες στροφή (παθητική αντισηψία). – Να μπορεί να παραμείνει μέχρι 7 ημέρες εφόσον δεν ανοιχτεί μετά την αρχική τοποθέτηση στο 3way. Το κάλυμμα του πώματος να είναι από αλουμίνιο για την αποφυγή ξήρανσης της δραστικής ουσίας. – Να είναι υποαλλεργικό και βιοσυμβατό χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα, ερεθισμό, συστηματική τοξικότητα, αιμόλυση σύμφωνα με την σειρά προτύπων ISO και να προσκομίζεται δήλωση συμμόρφωσής από την κατασκευάστρια εταιρεία. Να φέρει CEmarkClassII με την προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού. – Να κατατεθούν δείγματα προς αξιολόγηση. 	1000	100	1100
354.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> – Τα κυκλώματα να είναι αντιμικροβιακά με ιόντα αργύρου και να μειώνουν κατά 99,9% το μετρήσιμο επίπεδο των βακτηρίων από ανθεκτικά στελέχη. – Να διατηρούν ενεργές τις αντιμικροβιακές ιδιότητές τους για τουλάχιστον 5 χρόνια. – Να είναι μήκους τουλάχιστον 160cm , να έχουν δύο υδατοπαγίδες με συνδετικό Y το οποίο να φέρει κλιπ για λόγους ασφαλείας. – Να φέρουν επιπλέον επεκτεινόμενο σωλήνα 80cm και άνω. – Να είναι Latex Free. – Να αναγράφεται στην εξωτερική πλευρά της συσκευασίας ευκρινώς, ότι παρέχουν αντιμικροβιακή προστασία. Να κατατεθούν δείγματα προς αξιολόγηση. 	80	50	130
355.	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> – Περισκελίδες από τον μηρό ως τα σφυρά να αποτελούνται από 3 αεροθαλάμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνημία, την άνω γαστροκνημία και μέρος του μηρού. – Η ύφανση τους να είναι τριών στρώσεων, το κατώτερο τμήμα να αποτελείται από μαλακό (Comfort/Soft) υλικό με μικρές οπές που να επιτρέπουν τον αερισμό του δέρματος μέσω αυτών, το μεσαίο να αποτελείται από PVC με οπές εξαερισμού και το ανώτερο από μαλακό ύφασμα με μεγαλύτερες οπές για να παρέχει αίσθημα δροσιάς στον ασθενή – Να έχουν την δυνατότητα αφαιρώντας αποσπώμενο τμήμα να μετατραπούν σε περικνημίδες. – Να φέρουν CE και να υποστηρίζονται από τουλάχιστον 3 κλινικές μελέτες. – Να μην φέρουν footcuff για αποφυγή εφίδρωσης ή πιθανής δυσοσμίας. – Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά, σταδιακά, με φορά απ' τον αστράγαλο προς το γόνατο να 	40	20	60

		<p>ασκούνται τρεις διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της περισκελίδας και ο συνολικός χρόνος συμπίεσης να είναι 11 sec.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Στην περιοχή του γονάτου να υπάρχει άνοιγμα τόσο προς διευκόλυνση των κινήσεων του ασθενή όσο και προς αποφυγή υπερβολικής συμπίεσης στα αγγεία της περιοχής που είναι επιφανειακά. - Η συμπίεση να ασκείται σ' όλη την περιφέρεια του άκρου εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή απόδοση και συγκεκριμένα η πίεση που ασκείται να είναι διαφορετική για την περιοχή του αστραγάλου ,γάμπας και μηρού (45 ,35 και 30mmHg) σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και υποστηρίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής διαφορετικής πίεσης ανά τμήμα της περισκελίδας. Η εφαρμογή τους να αποδίδει όγκο κυκλοφορίας αίματος >7,5 l/h. - Να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης του χρόνου επαναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ασθενή ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως ο κύκλος συμπίεσης – αποσυμπίεσης . Συγκεκριμένα ο χρόνος επαναπλήρωσης να καθορίζεται από την μεταβολή του όγκου στο πόδι η οποία ανιχνεύεται από την αλλαγής της πίεσης στον αεροθάλαμο του γαστροκνημίου. Να περιγράφεται η μέθοδος ακριβώς προς αξιολόγηση. - Σε περίπτωση μειοδοσίας, να παρέχεται δωρεάν για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος η συσκευή πνευματικής συμπίεσης η οποία συνδέεται με τις περισκελίδες/περικνημίδες και η οποία θα πρέπει να είναι σύμμορφη με τα UL60601-1, CSAC22.2 NO. 60601-1: 2014, EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + AMD 1(2012) και IEC 60601-1-2:2007 StandardsULClassifiedFile # E351453. - Η λειτουργία της συσκευής να είναι αυτοματοποιημένη και να λειτουργεί με το άνοιγμα ενός κουμπιού στις προαναφερόμενες πιέσεις (45 ,40 και 30mmHg) χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις. 			
356.	ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ -Υ-	<ul style="list-style-type: none"> - ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 180cm ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ (Υ) ΝΑ ΜΗΝ ΚΡΑΤΑΕΙ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ ,ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,20cm ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΚΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΩΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEXFREE, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 	60	20	80

357.	ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ	<ul style="list-style-type: none"> - ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΤΥΧΩΜΕΝΗ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΩΝ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΙΝΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΞΕΛΟΥΛΟΖΗ. - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 99,9999% ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ. ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ BACILLUSSUBTILIS ΚΑΙ BACTERIOPHAGEMS-2. - ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ 300-1500 ML. - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ NaCl >99,75%. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ <2.6 CMΗ2Ο ΣΤΑ 60 L/MIN. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΡΟΣ <50G - ΝΕΚΡΟ ΟΓΚΟ <97ML. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ >33 MG/L ΣΕ VT 500ML ΓΙΑ 24HR ΧΡΗΣΗ. - ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LUER-LOCK. - ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΙΘΥΛΕΝΟΞΕΙΔΙΟ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ. ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΦΘΑΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ (DEHP FREE). 	500	100	600
358.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 6	<ul style="list-style-type: none"> - Οι σωλήνες τραχειοστομίας να φέρουν cuff χαμηλής πίεσης και ακτινοσκοπική γραμμή. - Να μπορούν να δεχτούν εσωτερικά δεύτερη κάνουλα για ευκολότερη συντήρηση και καθαρισμό. Ο σωλήνας να φέρει άκρο στο οποίο να μειώνεται η εξωτερική διάμετρος στο τελευταίο εκατοστό περίπου για ατραυματική τοποθέτηση του σωλήνα τραχειοστομίας στην τραχεία. - Να φέρουν pilotballoon στο οποίο να αναγράφεται το μέγεθος του σωλήνα τραχειοστομίας. Εντός της συσκευασίας να περιέχονται ο σωλήνας τραχειοστομίας, οδηγός για την τοποθέτηση και δύο κάνουλες για να καλύπτουν τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της χρήσης. - Να συμπεριλαμβάνεται ένα σθηκτικό με Velcro για την τραχειοστομία κι ένα λιπαντικό για την τοποθέτηση. - Να είναι αποστειρωμένοι, μίας χρήσης και Latex-free. - Να υπάρχουν οι αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης και απουσίας Latex επί της συσκευασίας. 	30	5	35
359.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 6,5		30	10	40
360.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 7		30	10	40
361.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 7,5		30	10	40
362.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 8		30	20	50
363.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 8,5		30	10	40
364.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 9		20	5	25

365.	ΜΑΣΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	<ul style="list-style-type: none"> - Η προσωπίδα παροχής οξυγόνου να φέρει ειδικά φίλτρα για την αποφυγή της διασποράς των μικροβίων. - Να φέρει ποτηράκι νεφελοποίησης . - Να υπάρχουν πιστοποιημένα φίλτρα φραγμού 99,99% των εκπνεόμενων αναπνευστικών αερολυμάτων (respiratory aerosols), στις θύρες εκπνοής. - Να υπάρχει δυνατότητα παροχής O2 (40%, 50% και 60% στα 5, 6 και 8 L/min). - Να φέρει προέκταση O2 μήκους περίπου 2,10 μέτρα. - Να είναι κατασκευασμένη από PVC - LATEXFREE - Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία για έναν ασθενή. 	40	40	80
366.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ (MINIBAL ΠΟΤΗΡΑΚΙ) ΜΕ	<ul style="list-style-type: none"> - Συσκευές συλλογής και καλλιέργειας βρογχικών εκκρίσεων, αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων, μιας χρήσης, σε διπλή συσκευασία ασφαλείας, latex – free. - Να φέρουν φιαλίδιο χωρητικότητας 40 ml, με πλήρη διαγράμμιση ανά 2cc και αρίθμηση ανά 10cc, με επίπεδη βάση για ασφαλή εναπόθεση και βιδωτό καπάκι ασφαλείας με δύο υποδοχές, ετικέτα ασθενούς & αυτοκόλλητο. - Να είναι πλήρως κλειστό σύστημα και να παρέχει δυνατότητα αναρρόφησης και συλλογής εκκρίσεων υπό άσηπτες συνθήκες και ασφάλεια στη μεταφορά του. - Στη συσκευασία να διατίθενται δύο ακτινοσκιεροί καθετήρες αναρρόφησης 8ch& 16ch. Η συσκευή να διαθέτει ένα συνδετικό σωλήνα εξ αρχής συνδεδεμένο στη μια υποδοχή του καπακιού, με ελαστικό άκρο σύνδεσης στην αναρρόφηση. Ο σωλήνας να έχει δυνατότητα απόσπασης μέρους του μέσω συνδετικού και το κατάλληλα διαμορφωμένο άκρο του να σφραγίζει με ασφάλεια τη δεύτερη υποδοχή στο καπάκι δημιουργώντας ένα πλήρως κλειστό σύστημα και χερούλι μεταφοράς.» 	200	100	300
367.	POLYWAY - MANIFOLDS 4ΠΛΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ)	<ul style="list-style-type: none"> - Να διαθέτουν επίπεδο σχήμα - Να είναι κατάλληλα για χορήγηση λιπιδίων και να είναι ανθεκτικά σε αντισηπτικά - Να έχουν αντοχή σε πιέσεις τουλάχιστον 250 psi σε χορήγηση λιπιδίων - Να μπορούν να παραμείνουν στον ασθενή έως 7 ημέρες - Να είναι κλειστό το σύστημα χορήγησης - Να διαθέτουν εργονομικές στρόφιγγες μαλακής περιστροφής 3600, αριστερόστροφα και δεξιόστροφα - Να υπάρχει εκτυπωμένη σήμανση στο σώμα τους και χρωματική κωδικοποίηση ώστε να εξασφαλίζονται γρήγορες συνδέσεις - Να διαθέτουν προέκταση από pvc 2,5 * 4,1 mm περίπου, άκρα σύνδεσης luermale/male σε μήκη 100 ή 150 εκατοστά με πώμα κάλυψης - Να διαθέτουν αποσπώμενη βάση στήριξης – στερέωσης με δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης με βίδα προσαρμογής - Να διαθέτουν προστατευτικά, στεγανά πώματα σε κάθε άκρο - Να είναι ελεύθερα latex και dehr και φθαλικών, απυρογενή - Να είναι αποστειρωμένα, ανά τεμάχιο και μιας χρήσης - Να διατίθενται σε συσκευασία των 25 και 50 τεμαχίων 	150	50	200

368.	ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - Να είναι κατάλληλο για στήριξη τραχειοστομίας με ασφαλή τρόπο αποτρέποντας την περίπτωση αποκόλλησης. - Να είναι κατασκευασμένο από ειδικό υποαλλεργικό υλικό καλυμμένο από ειδικής σύστασης υλικό για αποτροπή ελκών πίεσης. - Να είναι εύκολο στη χρήση με δυνατότητα μετατροπής του μήκους του. - Να περιέχει ειδικό σημείο στήριξης-σταθεροποίησης (VELCRO) που σταθεροποιεί την τραχειοστομία. - Να διατίθεται με ή χωρίς οπή για καλύτερο αερισμό. - Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σε στήριγμα ενός ενιαίου τεμαχίου ή δύο τεμα-χίων για ειδικές περιπτώσεις. - Το προϊόν να είναι μιας χρήσης και υποαλλεργικό. - Να είναι συσκευασμένο σε ατομική καθαρή συσκευασία. 	150	50	200
369.	ΑΦΡΩΔΗ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> - Τα στρώματα να είναι υποαλλεργικά και απορροφητικά ώστε να διατηρούν στεγνό το δέρμα του ασθενούς - Να έχουν διαστάσεις 190*90*2,5 με απόκλιση περίπου 3 εκατοστά 	100	100	200
370.	ΓΩΝΙΕΣ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Οι γωνίες εκπνευστικού σκέλους να είναι πλήρως συμβατές με τις κασέτες εκπνοής των αναπνευστήρων MaquetServo-i και MaquetServo-s που διαθέτει η ΜΕΘ - Οι γωνίες να είναι κατασκευασμένες από σκληρό πλαστικό λευκού χρώματος - Να κουμπώνουν σφιχτά κατά την εφαρμογή τους για την αποφυγή διαρροών κατά τον αερισμό. 	50	50	100
371.	ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Το πλαστικό αντιβακτηριακό φίλτρο να είναι ικανό να κατακρατά το 99,97% των σωματιδίων 0,3μm - Να διαθέτει μοναδικό σειριακό αριθμό ή αριθμό παρτίδας στη συσκευασία του για την βέλτιστη ιχνηλάτιση του - Να είναι εμφανής η ένδειξη της σήμανσης CE με τον αντίστοιχο αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση στη συσκευασία του είδους. - Να διατίθεται σε συσκευασία 10 τεμαχίων - Να είναι πλήρως συμβατά με την υπάρχουσα κονσόλα της ΜΕΘ 	150	200	350

372.	<p>ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ</p>	<p>Το σετ να αποτελείται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αποσπώμενο δοχείο συλλογής εκκρίσεων 250ml με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη με ενσωματωμένο βακτηριακό φίλτρο με προστασία υπερχειλίσης και οσμών και ενσωματωμένο σωλήνα luer που να συνδέεται απευθείας με τον σωλήνα αναρρόφησης της τραχειοστομίας. Το δοχείο να είναι απόλυτα συμβατό με αντίστοιχη φορητή αντλία κενού - Σωλήνα τραχειοστομίας με ενσωματωμένο αυλό υπογλωττιδικής αναρρόφησης, από-λυτα συμβατό με το σύστημα αυτόματης υπογλωττιδικής αναρρόφησης. - Να παρέχεται συνοδός εξοπλισμός (αντλία κενού) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Η αντλία κενού CUFFM έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: - Είναι απλή, ασφαλής και εύκολη στη χρήση. - Υπάρχει επιλογή προηγμένης διαλείπουσας λειτουργίας αρνητικής πίεσης. - Υπάρχει η δυνατότητα αρνητικής πίεσης ON/OFF προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ασθενούς. - Το εύρος αρνητικής πίεσης κυμαίνεται από -60 έως - 300mbar (ανα 10mbar) - Ο χρόνος ON μπορεί να ρυθμιστεί από 10 -60 δευτερόλεπτα - Ο χρόνος OFF μπορεί να ρυθμιστεί από 3 έως 60 λεπτά - Να διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς για μέγιστη ασφάλεια - Αθόρυβη λειτουργία - Η απορροφητική ικανότητα να είναι περίπου 8 lt/min - Η μέγιστη πίεση να είναι έως -300mmHg - Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού - Να διαθέτει αυτονομία με μπαταρία τουλάχιστον 18 ώρες 	0	2	2
------	---	---	---	---	---

373.	<p>ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ</p>	<p>Το σετ να αποτελείται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αποσπώμενο δοχείο συλλογής εκκρίσεων 250ml με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη με ενσωματωμένο βακτηριακό φίλτρο με προστασία υπερχειλίσσης και οσμών και ενσωματωμένο σωλήνα luer που να συνδέεται απευθείας με τον σωλήνα αναρρόφησης του τραχειοσωλήνα. Το δοχείο να είναι απόλυτα συμβατό με αντίστοιχη φορητή αντλία κενού - Ενδοτραχειακό σωλήνα με ενσωματωμένο αυλό υπογλωττιδικής αναρρόφησης, απόλυτα συμβατό με το σύστημα αυτόματης υπογλωττιδικής αναρρόφησης. - Να παρέχεται συνοδός εξοπλισμός (αντλία κενού) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: <p>Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Η αντλία κενού CUFFM έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: - Είναι απλή, ασφαλής και εύκολη στη χρήση. - Υπάρχει επιλογή προηγμένης διαλείπουσας λειτουργίας αρνητικής πίεσης. - Υπάρχει η δυνατότητα αρνητικής πίεσης ON/OFF προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ασθενούς. - Το εύρος αρνητικής πίεσης κυμαίνεται από -60 έως - 300mbar (ανα 10mbar) - Ο χρόνος ON μπορεί να ρυθμιστεί από 10 -60 δευτερόλεπτα - Ο χρόνος OFF μπορεί να ρυθμιστεί από 3 έως 60 λεπτά - Να διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς για μέγιστη ασφάλεια - Αθόρυβη λειτουργία - Η απορροφητική ικανότητα να είναι περίπου 8 lt/min - Η μέγιστη πίεση να είναι έως -300mmHg - Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού - Να διαθέτει αυτονομία με μπαταρία τουλάχιστον 18 ώρες 	0	2	2
------	--	---	---	---	---

374.	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Αποσπώμενο δοχείο συλλογής εκκρίσεων 250ml με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη με ενσωματωμένο βακτηριακό φίλτρο με προστασία υπερχειλίσης και οσμών και ενσωματωμένο σωλήνα luer που να συνδέεται απευθείας με τον σωλήνα αναρρόφησης της τραχειοστομίας ή του τραχειοσωλήνα. Το δοχείο να είναι απόλυτα συμβατό με αντίστοιχη φορητή αντλία κενού - Να παρέχεται συνοδός εξοπλισμός (αντλία κενού) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας: - Η αντλία κενού CUFFM έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: - Είναι απλή, ασφαλής και εύκολη στη χρήση. - Υπάρχει επιλογή προηγμένης διαλείπουσας λειτουργίας αρνητικής πίεσης. - Υπάρχει η δυνατότητα αρνητικής πίεσης ON/OFF προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ασθενούς. - Το εύρος αρνητικής πίεσης κυμαίνεται από -60 έως - 300mbar (ανα 10mbar) - Ο χρόνος ON μπορεί να ρυθμιστεί από 10 -60 δευτερόλεπτα - Ο χρόνος OFF μπορεί να ρυθμιστεί από 3 έως 60 λεπτά - Να διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς για μέγιστη ασφάλεια - Αθόρυβη λειτουργία - Η απορροφητική ικανότητα να είναι περίπου 8 lt/min - Η μέγιστη πίεση να είναι έως -300mmHg - Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη και εύκολο μενού - Να διαθέτει αυτονομία με μπαταρία τουλάχιστον 18 ώρες 	0	2	2
375.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ TEST - PAP ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΟΥ - ΕΞΩΤ		0	1000	1000
376.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕ ΜΕΘ. THIN PREP		0	1000	1000
377.	ΡΙΝΟΠΙΕΣΤΡΑ	- (ΠΛΑΣΤΙΚΑ) ΡΙΝΟΠΙΕΣΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΔΕ-ΑΡ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ	0	60	60
378.	Συνδετικά πλαστικά σωλήνων ευθέα ισοδιαμετρικά	- Συνδετικά πλαστικά σωλήνων ευθέα ισοδιαμετρικά, τα οποία να έχουν κάθετες εγκοπές, ώστε να μην είναι εύκολη η αποσύνδεση. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένα και να προσφερθούν στις κάτωθι διαστάσεις: 7,8-15,7 / 7,8-15,7 mm.	30	30	60

379.	Βασικό σετ προετοιμασίας / παρακέντησης	<ul style="list-style-type: none"> - Βασικό σετ προετοιμασίας / παρακέντησης (ραχιαίας αναισθησίας, επισκληριδίου αναισθησίας, υποκλειδίου, βιοψίας κ.λ.π.), το οποίο να αποτελείται από: Ένα δίσκο περιεχομένων, τρεις σύριγγες luer των 2,5, 5 & 10ml, ένα χειρουργικό πεδίο 70x80cm με αυτοκόλλητη πλευρά και αυτοκόλλητο άνοιγμα 7x12cm, μια λαβίδα προετοιμασίας (τύπου Kocher), τέσσερα τολύπια μικρά, δύο τολύπια μεγάλα, ένα κυπελλάκι 60ml, μία υποδερμική βελόνη 18G 40mm με φίλτρο 5μm, δυο υποδερμικές βελόνες 25G 16mm& 21Gx 38mm αντίστοιχα, μια απορροφητική πετσέτα 33x38cm, και ένα εξωτερικό πεδίο 75x70cm για την τοποθέτηση των ανωτέρω. - Να είναι LATEXfree και DEHPfree, μ.χ αποστειρωμένο. 	10	10	20
380.	Κρέμα περιποίησης δέρματος με αλλαντοΐνη και πανθενολη	<ul style="list-style-type: none"> - Κρέμα Περιποίησης Δέρματος να αναπλάθει, προστατεύει και ταυτόχρονα ενυδατώνει το δέρμα. Ενδείκνυται για καθημερινή φροντίδα σε δέρμα ξηρό, τραχύ, με αίσθημα κνησμού. - Να περιέχει αλλαντοΐνη που προωθεί την επούλωση και να καταπραΰνει το δέρμα με ενυδατική και κερατολυτική δράση. - Να περιέχει πανθενόλη που ανακουφίζει από τον κνησμό, προωθεί την αναγέννηση των κυττάρων και μειώνει την φλεγμονή και αμυγδαλέλαιο με θετικό αποτέλεσμα στην ατοπική δερματίτιδα. - Να διατίθεται σε σωληνάριο των 100 ml. 	0	5	5

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2025 του Νοσοκομείου.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων ΚΑΕ: 1311 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές δεσμεύσεις πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2025 με τις εξής αποφάσεις:

- Την υπ' αρ. πρωτ. 58018/26.11.2025 έγκριση ανάληψης πολυετούς της 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), ΑΔΑ: ΨΜΟΕΟΡΕΠ-ΡΛΡ,
- Την υπ αρ. 1290 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης (αρ. πρωτ. 20941/02.12.2025), ΑΔΑ: Ψ9Η146904Κ-Ζ53 της οργανικής μονάδας «Γ. Γεννηματάς»,
- Την υπ' αρ. 960 απόφαση (αρ. πρωτ. 15152/27.11.2025), ΑΔΑ: Ψ8Β24690Β1-4ΛΒ της οργανικής μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 631.988,55€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 783.665,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ενώ με το δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος διαμορφώνεται συνολικά σε 1.263.977,10€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 1.567.331,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΝΘ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ / ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1.	ΑΦΡΟΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ	450	50	500	5,0000 €	2.500,00 €	600,00 €	3.100,00 €
2.	ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ medium	2000	700	2700	0,4600 €	1.242,00 €	298,08 €	1.540,08 €
3.	ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Large	3000	600	3600	0,5300 €	1.908,00 €	457,92 €	2.365,92 €
4.	ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ, 2kg-6kg ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	3000	0	3000	0,0100 €	30,00 €	7,20 €	37,20 €
5.	ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ, 7kg -18 kg ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	3000	0	3000	0,0200 €	60,00 €	14,40 €	74,40 €
6.	ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ, 11 kg -25kg ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	2000	0	2000	0,1500 €	300,00 €	72,00 €	372,00 €
7.	ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ	30000	10000	40000	0,0169 €	676,00 €	162,24 €	838,24 €
8.	ΣΤΕΓΝΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	30000	5000	35000	0,1330 €	4.655,00 €	1.117,20 €	5.772,20 €
9.	ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ 1000 gr	1000	900	1900	2,3840 €	4.529,60 €	1.087,10 €	5.616,70 €

10.	Υποσέντονα 7 σταγόνων 60x180 εκ. με πλαϊνά πτερύγια	400	400	800	0,5000 €	400,00 €	96,00 €	496,00 €
11.	Κάλυμμα Κλίνης Υψηλής Απορροφητικότητας	40	40	80	37,0000 €	2.960,00 €	710,40 €	3.670,40 €
12.	Επικαλλύματα μεγέθους 40cmx60cm	20000	15000	35000	0,0624 €	2.184,00 €	524,16 €	2.708,16 €
13.	Επικαλλύματα μεγέθους 60cmx60cm	60000	30000	90000	0,0970 €	8.730,00 €	2.095,20 €	10.825,20 €
14.	Επικαλλύματα μεγέθους 90cmx60cm	20000	15000	35000	0,0980 €	3.430,00 €	823,20 €	4.253,20 €
15.	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	30000	15000	45000	0,0086 €	387,00 €	92,88 €	479,88 €
16.	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	5000	5000	10000	0,0098 €	98,00 €	23,52 €	121,52 €
17.	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	10000	3000	13000	0,0086 €	111,80 €	26,83 €	138,63 €
18.	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ	2000	0	2000	0,2000 €	400,00 €	96,00 €	496,00 €
19.	ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ	0	1000	1000	0,1400 €	140,00 €	33,60 €	173,60 €
20.	ΣΛΙΠ ΑΣΘΕΝΩΝ NONWOVEN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	3000	1000	4000	0,1420 €	568,00 €	136,32 €	704,32 €
21.	Ποτηράκια φαρμάκων	1000	3000	4000	0,0550 €	220,00 €	52,80 €	272,80 €
22.	Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού ασθενών	60000	20000	80000	0,0370 €	2.960,00 €	710,40 €	3.670,40 €
23.	ΣΕΤ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ	500	200	700	4,3000 €	3.010,00 €	722,40 €	3.732,40 €
24.	ΜΑΞΙΛΑΡΙ GEL ΓΙΑ ΦΤΕΡΝΕΣ	15	5	20	7,0000 €	140,00 €	33,60 €	173,60 €
25.	ΜΑΞΙΛΑΡΙ GEL ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ	5	3	8	9,0000 €	72,00 €	17,28 €	89,28 €
26.	ΜΑΞΙΛΑΡΙ GEL ΑΝΟΙΧΤΟ	5	4	9	12,0000 €	108,00 €	25,92 €	133,92 €
27.	ΠΡΟΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	1500	500	2000	0,2300 €	460,00 €	110,40 €	570,40 €
28.	ΣΚΟΥΦΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ	400	100	500	2,4000 €	1.200,00 €	288,00 €	1.488,00 €
29.	ΣΚΟΥΦΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ	50	50	100	2,4500 €	245,00 €	58,80 €	303,80 €

30.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	40	40	80	39,0000 €	3.120,00 €	748,80 €	3.868,80 €
31.	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ	30	30	60	3,6900 €	221,40 €	53,14 €	274,54 €
32.	Κρέμα χεριών για ενήλικες	100	100	200	3,7000 €	740,00 €	177,60 €	917,60 €
33.	Σαμπουάν-Αφρόλουτρο για βρέφη και παιδιά	40	0	40	6,5000 €	260,00 €	62,40 €	322,40 €
34.	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ	40	0	40	3,0000 €	120,00 €	28,80 €	148,80 €
35.	ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ	40	0	40	5,5000 €	220,00 €	52,80 €	272,80 €
36.	ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ	20	10	30	3,3000 €	99,00 €	23,76 €	122,76 €
37.	ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ	20	10	30	3,0000 €	90,00 €	21,60 €	111,60 €
38.	Προστατευτική κρέμα με ψευδάργυρο	40	20	60	5,5400 €	332,40 €	79,78 €	412,18 €
39.	Κρέμα προστασίας δέρματος για ενήλικες	30	20	50	4,0600 €	203,00 €	48,72 €	251,72 €
40.	Κρέμα αντιμετώπισης δερματικών βλάβων	0	20	20	15,0000 €	300,00 €	72,00 €	372,00 €
41.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ 02 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	4000	2500	6500	0,1848 €	1.201,20 €	288,29 €	1.489,49 €
42.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ 02 ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	3000	1500	4500	0,3938 €	1.772,10 €	425,30 €	2.197,40 €
43.	ΜΑΣΚΕΣ 02 ΑΠΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	4000	3000	7000	0,3390 €	2.373,00 €	569,52 €	2.942,52 €
44.	ΜΑΣΚΕΣ 02 ΜΕ ΑΣΚΟ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ	1000	800	1800	0,4770 €	858,60 €	206,06 €	1.064,66 €
45.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ	0	30	30	200,0000 €	6.000,00 €	1.440,00 €	7.440,00 €
46.	ΜΑΣΚΕΣ ΤΥΠΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7 ΒΑΛΒΙΔΩΝ	1200	600	1800	0,6000 €	1.080,00 €	259,20 €	1.339,20 €
47.	ΜΑΣΚΕΣ 02 ΑΠΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ	1000	0	1000	0,3790 €	379,00 €	90,96 €	469,96 €
48.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ 02 ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΙΚΕΣ	1000	0	1000	0,3873 €	387,30 €	92,95 €	480,25 €
49.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ 02 ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ	500	0	500	1,5000 €	750,00 €	180,00 €	930,00 €
50.	ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΜΕ ΣΥΣΤΗΜ	500	0	500	1,1000 €	550,00 €	132,00 €	682,00 €

	ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ							
51.	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	4000	3000	7000	0,7400 €	5.180,00 €	1.243,20 €	6.423,20 €
52.	ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΠΟΥ ΥΑΝΚΑΥΕΡ ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	3000	3000	6000	0,3000 €	1.800,00 €	432,00 €	2.232,00 €
53.	ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (ΤΥΠΟΥ ΣΠΥΡΟΜΕΤΡΟΥ TRIFLON) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	500	400	900	1,6000 €	1.440,00 €	345,60 €	1.785,60 €
54.	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	500	300	800	1,1500 €	920,00 €	220,80 €	1.140,80 €
55.	Μάσκα Στοματορινική για CPAP πολλαπλών χρήσεων σε όλα τα μεγέθη με σωλήνα κυκλώματος συμβατό με μηχανήματα Cpap/Bipap	10	10	20	50,0000 €	1.000,00 €	240,00 €	1.240,00 €
56.	Συσκευή οξυγόνου για T με νεφελοποιητή	500	50	550	0,9370 €	515,35 €	123,68 €	639,03 €
57.	Εισπνεόμενο Αποστειρωμένο Υπέρτονο Διάλυμα Χλωριούχου Νατρίου 3% και Υαλουρονικού 0,1% κατάλληλο για νεφελοποίηση	500	100	600	0,6000 €	360,00 €	86,40 €	446,40 €
58.	Ποτήρια για καλλιέργεια ούρων με καπάκι 100ml	40000	30000	70000	0,0772 €	5.404,00 €	1.296,96 €	6.700,96 €
59.	ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2000CC ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΡΥΣΑΚΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	80000	60000	140000	0,1506 €	21.084,00 €	5.060,16 €	26.144,16 €
60.	ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2000CC ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	1000	500	1500	0,8400 €	1.260,00 €	302,40 €	1.562,40 €
61.	ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2000CC ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙ	1000	800	1800	6,0000 €	10.800,00 €	2.592,00 €	13.392,00 €
62.	Σάκων συλλογής εκκριμάτων μίας χρήσεως 3 lt με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού	1000	0	1000	1,9000 €	1.900,00 €	456,00 €	2.356,00 €
63.	Σάκων συλλογής εκκριμάτων μίας χρήσεως 2 lt με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού	3000	0	3000	1,7500 €	5.250,00 €	1.260,00 €	6.510,00 €
64.	ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΙ-ΙΚΟ/ COVID	0	800	800	2,3500 €	1.880,00 €	451,20 €	2.331,20 €
65.	ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΙ-ΙΚΟ/ COVID	0	800	800	2,9900 €	2.392,00 €	574,08 €	2.966,08 €

66.	ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ	3000	2000	5000	0,5000 €	2.500,00 €	600,00 €	3.100,00 €
67.	ΣΑΚΟΣ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ	4000	2500	6500	0,5500 €	3.575,00 €	858,00 €	4.433,00 €
68.	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 24ΩΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2500CC	1000	1000	2000	0,7840 €	1.568,00 €	376,32 €	1.944,32 €
69.	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ -ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ.	2000	0	2000	1,6500 €	3.300,00 €	792,00 €	4.092,00 €
70.	ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΑΚΚΩΝ ΟΥΡΩΝ	500	500	1000	0,1420 €	142,00 €	34,08 €	176,08 €
71.	ΣΑΚΟΣ ΕΜΕΤΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ	3000	2000	5000	0,5000 €	2.500,00 €	600,00 €	3.100,00 €
72.	ΤΑΠΕΣ-ΠΩΜΑΤΑ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ	1500	1500	3000	0,2900 €	870,00 €	208,80 €	1.078,80 €
73.	Συσκευές ωριαίας μέτρησης αποστειρωμένες	300	300	600	3,6800 €	2.208,00 €	529,92 €	2.737,92 €
74.	Συσκευές χορήγησης υγρών μεγαλοσταγόνων με αεραγωγό	80000	80000	160000	0,0936 €	14.976,00 €	3.594,24 €	18.570,24 €
75.	Συσκευές χορήγησης αίματος με φίλτρο	4000	3000	7000	0,2588 €	1.811,60 €	434,78 €	2.246,38 €
76.	Συσκευές χορήγησης υγρών με μικροσταγόνες	20000	9000	29000	0,3543 €	10.274,70 €	2.465,93 €	12.740,63 €
77.	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (3-WAY) ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ	3000	2000	5000	0,9900 €	4.950,00 €	1.188,00 €	6.138,00 €
78.	Στροφυγγα 3 way με κάθετη βαλβίδα	1000	400	1400	2,4900 €	3.486,00 €	836,64 €	4.322,64 €
79.	Πώματα φλεβοκαθετήρα LuerLock αποστειρωμένα	10000	8000	18000	0,1000 €	1.800,00 €	432,00 €	2.232,00 €
80.	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ , 3-WAY STOP-COCK ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	30000	20000	50000	0,4500 €	22.500,00 €	5.400,00 €	27.900,00 €
81.	Προέκταση ορού χαμηλής πίεσης μηκους luerlock ΑΡΣ-ΘΥΛ	20000	8000	28000	0,2500 €	7.000,00 €	1.680,00 €	8.680,00 €
82.	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ MALE TO MALE	500	100	600	1,3500 €	810,00 €	194,40 €	1.004,40 €
83.	ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (EXTENSIONWITHHT)	2000	200	2200	0,4500 €	990,00 €	237,60 €	1.227,60 €
84.	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	40000	20000	60000	0,0504 €	3.024,00 €	725,76 €	3.749,76 €
85.	ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ	600	600	1200	16,0000 €	19.200,00 €	4.608,00 €	23.808,00 €

86.	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ (τύπου SOLUSET)	600	500	1100	0,7200 €	792,00 €	190,08 €	982,08 €
87.	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (τύπου HEMOSET)	500	10	510	1,3600 €	693,60 €	166,46 €	860,06 €
88.	ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	4000	3000	7000	0,0150 €	105,00 €	25,20 €	130,20 €
89.	ΣΑΚΟΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΗΣΗΣ	30	0	30	5,9000 €	177,00 €	42,48 €	219,48 €
90.	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΤΡΟΥ	100	100	200	2,0500 €	410,00 €	98,40 €	508,40 €
91.	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ	100	20	120	4,1000 €	492,00 €	118,08 €	610,08 €
92.	ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ KENZ A.50MM X 30MT	100	0	100	0,9500 €	95,00 €	22,80 €	117,80 €
93.	ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ 80mmX 20mt	600	200	800	1,4900 €	1.192,00 €	286,08 €	1.478,08 €
94.	ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒ ΜΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 110cmX20mt	50	100	150	5,0000 €	750,00 €	180,00 €	930,00 €
95.	ΣΕΤ PADS ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ LIFEPACK 20 MEDRONICS	5	5	10	12,0000 €	120,00 €	28,80 €	148,80 €
96.	ΣΕΤ PATCH ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΕΝΕHEART D3 MINDRAY	5	5	10	44,0000 €	440,00 €	105,60 €	545,60 €
97.	ΣΕΤ PATCH ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΕΝΕHEARTD3 MINDRAY	10	8	18	35,0000 €	630,00 €	151,20 €	781,20 €
98.	ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ	500	1500	2000	1,4500 €	2.900,00 €	696,00 €	3.596,00 €
99.	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	100	80	180	5,4000 €	972,00 €	233,28 €	1.205,28 €
100.	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ	100	0	100	5,4000 €	540,00 €	129,60 €	669,60 €
101.	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ)	100	0	100	5,4000 €	540,00 €	129,60 €	669,60 €
102.	ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΗΧΟΑΓΩΓΙΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 Η΄ 500 Μ	500	2000	2500	0,4430 €	1.107,50 €	265,80 €	1.373,30 €

103.	ΨΗΦΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ	200	50	250	2,0000 €	500,00 €	120,00 €	620,00 €
104.	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	0	50	50	7,5000 €	375,00 €	90,00 €	465,00 €
105.	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	1000	2000	3000	0,0480 €	144,00 €	34,56 €	178,56 €
106.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 80mmx180mm	8000		8000	0,0160 €	128,00 €	30,72 €	158,72 €
107.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 150mmx300mm	28000	1000	29000	0,0250 €	725,00 €	174,00 €	899,00 €
108.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 200mmx340mm	18000		18000	0,0363 €	653,40 €	156,82 €	810,22 €
109.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 150mmx320mm	5000	1000	6000	0,0700 €	420,00 €	100,80 €	520,80 €
110.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 100mmx350mm	5000		5000	0,0710 €	355,00 €	85,20 €	440,20 €
111.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 150mmX450 mm	2000		2000	0,0720 €	144,00 €	34,56 €	178,56 €
112.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 200 mmX 400mm	1000		1000	0,0850 €	85,00 €	20,40 €	105,40 €
113.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 250mmx 480mm	1000		1000	0,0860 €	86,00 €	20,64 €	106,64 €
114.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 320mmx 560mm	1000		1000	0,0870 €	87,00 €	20,88 €	107,88 €
115.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 200mmX350mm	2000	3000	5000	0,1880 €	940,00 €	225,60 €	1.165,60 €
116.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 90mmx200mm	2000	2000	4000	0,0660 €	264,00 €	63,36 €	327,36 €
117.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 130mmx270mm	2000	5000	7000	0,0950 €	665,00 €	159,60 €	824,60 €
118.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 250mmx 400mm	1000	2000	3000	0,2690 €	807,00 €	193,68 €	1.000,68 €
119.	ΚΩΝΟΙ ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΑΙΔΩΝ	1500	0	1500	0,0270 €	40,50 €	9,72 €	50,22 €
120.	ΚΩΝΟΙ ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	3000	100	3100	0,0192 €	59,52 €	14,28 €	73,80 €

121.	Αντιθρομβωτικές καλτσές ριζομηρίου σε μεγέθη S,M,L,XL,XXL	500	500	1000	2,2299 €	2.229,90 €	535,18 €	2.765,08 €
122.	ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4 -6 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΕΛΟΝΩΝ	1000	4000	5000	0,5300 €	2.650,00 €	636,00 €	3.286,00 €
123.	ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 2,5-3 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΕΛΟΝΩΝ	3000	1000	4000	0,6189 €	2.475,60 €	594,14 €	3.069,74 €
124.	ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 1280 ΓΡΑΜ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	10000	20000	30000	0,0998 €	2.994,00 €	718,56 €	3.712,56 €
125.	ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 640 ΓΡΑΜ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	2000	2500	4500	0,0698 €	314,10 €	75,38 €	389,48 €
126.	ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 240 ΓΡΑΜ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1000	2500	3500	0,0298 €	104,30 €	25,03 €	129,33 €
127.	ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1000	1000	2000	0,1450 €	290,00 €	69,60 €	359,60 €
128.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 10 FR	50	20	70	4,0000 €	280,00 €	67,20 €	347,20 €
129.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 12 FR	200	100	300	4,0000 €	1.200,00 €	288,00 €	1.488,00 €
130.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 14 FR	300	500	800	4,0000 €	3.200,00 €	768,00 €	3.968,00 €
131.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 16 FR	200	500	700	4,0000 €	2.800,00 €	672,00 €	3.472,00 €
132.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 18 FR	100	80	180	4,0000 €	720,00 €	172,80 €	892,80 €
133.	Φιάλη 600 ml χωρίς τροκαρ και σωληνα για κλειστη παροχетеυση	0	1000	1000	3,5000 €	3.500,00 €	840,00 €	4.340,00 €
134.	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	80000	50000	130000	0,0180 €	2.340,00 €	561,60 €	2.901,60 €
135.	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ Μ.Χ.	15000	15000	30000	0,1220 €	3.660,00 €	878,40 €	4.538,40 €
136.	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ Μ.Χ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ -ΑΝΤΡΙΚΑ	5000	5000	10000	0,0599 €	599,00 €	143,76 €	742,76 €
137.	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΕΤΑ Μ.Χ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ - ΑΝΤΡΙΚΑ	3000	200	3200	0,0599 €	191,68 €	46,00 €	237,68 €
138.	Μπλούζες Αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μίας χρήσης	5000	4000	9000	0,7400 €	6.660,00 €	1.598,40 €	8.258,40 €
139.	Μπλούζες Χειρουργικές αποστειρωμένες	2000	2000	4000	4,8900 €	19.560,00 €	4.694,40 €	24.254,40 €

	Αδιάβροχες							
140.	ΠΟΔΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ ΜΑΝΙΚΙ	1500	1000	2500	0,3680 €	920,00 €	220,80 €	1.140,80 €
141.	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ – ΜΠΛΟΥΖΑ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ S, M, L, XL, XXL.	1000	1000	2000	2,6700 €	5.340,00 €	1.281,60 €	6.621,60 €
142.	ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΙ ΣΑΚΟΙ ΓΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ	1500	1200	2700	0,3700 €	999,00 €	239,76 €	1.238,76 €
143.	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΣΠΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ 100Χ110cm ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ	10000	10000	20000	0,4000 €	8.000,00 €	1.920,00 €	9.920,00 €
144.	ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ	500	400	900	11,0000 €	9.900,00 €	2.376,00 €	12.276,00 €
145.	Ηλεκτρόδια Αυτοκόλλητα Υφασμάτινα Βρεφών-παιδιών	2000	0	2000	0,0400 €	80,00 €	19,20 €	99,20 €
146.	Ηλεκτρόδια Αυτοκόλλητα Υφασμάτινα Ενηλίκων	20000	10000	30000	0,0348 €	1.044,00 €	250,56 €	1.294,56 €
147.	Διατρητικό ρύγχος ανάμιξης και αναρρόφησης διαλυμάτων	1000	1000	2000	2,7000 €	5.400,00 €	1.296,00 €	6.696,00 €
148.	Αμβυ με αποθεματικό ασκό μίας χρήσεως σε 3 μεγέθη: Για παιδιά και για ενήλικες	30	20	50	7,3000 €	365,00 €	87,60 €	452,60 €
149.	Σωλήνες Αερίων σε μεγέθη CH	500	500	1000	2,4600 €	2.460,00 €	590,40 €	3.050,40 €
150.	Προγεμισμένη σύριγγα με αποστειρωμένο λιπαντικό με λιδοκαΐνη και χλωρεξιδίνη	600	600	1200	1,4200 €	1.704,00 €	408,96 €	2.112,96 €
151.	ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΦΙΑΛΩΝ 3L, ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ LUERLOCK Ή ONE WAY. ΝΑ ΕΪΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ.	10	5	15	8,9400 €	134,10 €	32,18 €	166,28 €

152.	ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ 2L,ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ LUERLOCK Ή ONE WAY. ΝΑ ΕΪΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ.	10	10	20	8,9400 €	178,80 €	42,91 €	221,71 €
153.	ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ 1L,ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ LUERLOCK Ή ONE WAY. ΝΑ ΕΪΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ.	30	20	50	8,9400 €	447,00 €	107,28 €	554,28 €
154.	ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ 500ML,ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ LUERLOCK Ή ONE WAY. ΝΑ ΕΪΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ.	50	10	60	6,6100 €	396,60 €	95,18 €	491,78 €
155.	Μανταλάκια για τους Καρδιογράφους ενηλίκων	160	200	360	2,0500 €	738,00 €	177,12 €	915,12 €
156.	Μανταλάκια για τους Καρδιογράφους για παιδιά	40	0	40	3,6500 €	146,00 €	35,04 €	181,04 €
157.	Πουάρ πιεσομέτρων με βαλβίδα	20	20	40	3,4500 €	138,00 €	33,12 €	171,12 €
158.	ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΙΔΙΚΑ 15mm , ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	60	0	60	3,5000 €	210,00 €	50,40 €	260,40 €
159.	ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 24mm , ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	120	200	320	3,0000 €	960,00 €	230,40 €	1.190,40 €
160.	Ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος 2 ξεχωριστών προγεμισμένων δοχείων χωρητικότητας 35ml και 55ml αντίστοιχα για συλλογή βιοψιών.	100	20	120	4,4000 €	528,00 €	126,72 €	654,72 €
161.	Ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος 2 ενωμένων δοχείων χωρητικότητας 190ml και 190ml αντίστοιχα για συλλογή βιοψιών.	100	0	100	8,3000 €	830,00 €	199,20 €	1.029,20 €
162.	Ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος 2 ενωμένων δοχείων χωρητικότητας 190ml και 290ml αντίστοιχα για συλλογή βιοψιών.	100	0	100	9,9000 €	990,00 €	237,60 €	1.227,60 €

163.	ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 900ml	20	0	20	34,0000 €	680,00 €	163,20 €	843,20 €
164.	ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 1200ml	20	0	20	37,0000 €	740,00 €	177,60 €	917,60 €
165.	ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 2000ml	20	0	20	43,0000 €	860,00 €	206,40 €	1.066,40 €
166.	Σύστημα έγχυσης με ενσωματωμένο ελατήριο και περιστρεφόμενο δακτύλιο	2	0	2	698,0000 €	1.396,00 €	335,04 €	1.731,04 €
167.	Σύριγγα διαφανής συμβατή με το σύστημα έγχυσης	1500	0	1500	1,4900 €	2.235,00 €	536,40 €	2.771,40 €
168.	Προσαρμογέας για τα φιαλίδια συμβατός με το σύστημα έγχυσης	200	200	400	2,8500 €	1.140,00 €	273,60 €	1.413,60 €
169.	Συνδετικό ασφαλείας για κεντρικές και περιφερικές γραμμές	400	150	550	1,4900 €	819,50 €	196,68 €	1.016,18 €
170.	Ταινίες για τον ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης στο αίμα με τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου	45000	30000	75000	0,0380 €	2.850,00 €	684,00 €	3.534,00 €
171.	ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	1500	1000	2500	2,1300 €	5.325,00 €	1.278,00 €	6.603,00 €
172.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 2	20	0	20	0,8500 €	17,00 €	4,08 €	21,08 €
173.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 2,5	30	0	30	0,8500 €	25,50 €	6,12 €	31,62 €
174.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο3	30	0	30	0,8500 €	25,50 €	6,12 €	31,62 €
175.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 3,5	30	0	30	0,8500 €	25,50 €	6,12 €	31,62 €
176.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 4	40	20	60	0,8500 €	51,00 €	12,24 €	63,24 €
177.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 4,5	50	20	70	0,8500 €	59,50 €	14,28 €	73,78 €
178.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 5	50	30	80	0,8500 €	68,00 €	16,32 €	84,32 €
179.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 5,5	50	20	70	0,8500 €	59,50 €	14,28 €	73,78 €
180.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 6	100	30	130	0,8500 €	110,50 €	26,52 €	137,02 €
181.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο6,5	100	20	120	0,8500 €	102,00 €	24,48 €	126,48 €

182.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 7	30	20	50	0,8500 €	42,50 €	10,20 €	52,70 €
183.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 2,5	50	0	50	1,6000 €	80,00 €	19,20 €	99,20 €
184.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 3	50	0	50	1,6000 €	80,00 €	19,20 €	99,20 €
185.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 3,5	100	5	105	1,6000 €	168,00 €	40,32 €	208,32 €
186.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 4	100	10	110	1,6000 €	176,00 €	42,24 €	218,24 €
187.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 4,5	150	10	160	1,6000 €	256,00 €	61,44 €	317,44 €
188.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 5	150	10	160	1,6000 €	256,00 €	61,44 €	317,44 €
189.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 5,5	300	10	310	1,6000 €	496,00 €	119,04 €	615,04 €
190.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 6	500	50	550	1,6000 €	880,00 €	211,20 €	1.091,20 €
191.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 6,5	500	50	550	1,6000 €	880,00 €	211,20 €	1.091,20 €
192.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 7	1000	1500	2500	1,6000 €	4.000,00 €	960,00 €	4.960,00 €
193.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 7,5	1000	1500	2500	1,6000 €	4.000,00 €	960,00 €	4.960,00 €
194.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 8	1000	1500	2500	1,6000 €	4.000,00 €	960,00 €	4.960,00 €
195.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 8,5	1000	1000	2000	1,6000 €	3.200,00 €	768,00 €	3.968,00 €
196.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE Νο 3,5	50	0	50	2,5000 €	125,00 €	30,00 €	155,00 €
197.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE Νο 4	100	0	100	2,5000 €	250,00 €	60,00 €	310,00 €
198.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE Νο 4,5	100	0	100	2,5000 €	250,00 €	60,00 €	310,00 €
199.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE Νο 5	100	0	100	2,5000 €	250,00 €	60,00 €	310,00 €
200.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE Νο 5,5	100	0	100	2,5000 €	250,00 €	60,00 €	310,00 €
201.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE Νο 6	100	0	100	2,5000 €	250,00 €	60,00 €	310,00 €
202.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE Νο 6,5	200	0	200	2,5000 €	500,00 €	120,00 €	620,00 €
203.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE Νο 7	200	0	200	2,5000 €	500,00 €	120,00 €	620,00 €
204.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE Νο 7,5	200	10	210	2,5000 €	525,00 €	126,00 €	651,00 €
205.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE Νο 8	200	10	210	2,5000 €	525,00 €	126,00 €	651,00 €

206.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE Νο 8,5	100		100	2,5000 €	250,00 €	60,00 €	310,00 €
207.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜLT Νο 4	30	0	30	6,0000 €	180,00 €	43,20 €	223,20 €
208.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜLT Νο 5	80	0	80	6,0000 €	480,00 €	115,20 €	595,20 €
209.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜLT Νο 6	100	0	100	6,0000 €	600,00 €	144,00 €	744,00 €
210.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo3,5	30	0	30	7,0000 €	210,00 €	50,40 €	260,40 €
211.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 4	50	0	50	7,0000 €	350,00 €	84,00 €	434,00 €
212.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 4,5	50	0	50	7,0000 €	350,00 €	84,00 €	434,00 €
213.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 5	50	0	50	7,0000 €	350,00 €	84,00 €	434,00 €
214.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 5,5	50	0	50	7,0000 €	350,00 €	84,00 €	434,00 €
215.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 6	70	10	80	7,0000 €	560,00 €	134,40 €	694,40 €
216.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 6,5	100	10	110	7,0000 €	770,00 €	184,80 €	954,80 €
217.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 7	200	100	300	7,0000 €	2.100,00 €	504,00 €	2.604,00 €
218.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 7,5	200	100	300	7,0000 €	2.100,00 €	504,00 €	2.604,00 €
219.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 8	250	80	330	7,0000 €	2.310,00 €	554,40 €	2.864,40 €
220.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ MECUFFNo 8,5	200	20	220	7,0000 €	1.540,00 €	369,60 €	1.909,60 €
221.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 22 FR Νο5	50	20	70	0,8920 €	62,44 €	14,99 €	77,43 €
222.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 24 FR Νο5,5	100	50	150	0,8920 €	133,80 €	32,11 €	165,91 €
223.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 26 FR Νο6	100	50	150	0,8920 €	133,80 €	32,11 €	165,91 €
224.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 28 FR Νο6,5	100	50	150	0,8920 €	133,80 €	32,11 €	165,91 €
225.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 30 FR Νο7	100	50	150	0,8920 €	133,80 €	32,11 €	165,91 €
226.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 32 FR Νο7,5	100	20	120	0,8920 €	107,04 €	25,69 €	132,73 €
227.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 34 FR Νο8	50	20	70	0,8920 €	62,44 €	14,99 €	77,43 €

228.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΡΥΓΙΚΟΙ Νο 000 45mm	300	0	300	0,2080 €	62,40 €	14,98 €	77,38 €
229.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΡΥΓΙΚΟΙ Νο 00 55mm	300	0	300	0,2080 €	62,40 €	14,98 €	77,38 €
230.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΡΥΓΙΚΟΙ Νο 0 65mm	300	0	300	0,2080 €	62,40 €	14,98 €	77,38 €
231.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΡΥΓΙΚΟΙ Νο 1 1,75mm	500	0	500	0,2080 €	104,00 €	24,96 €	128,96 €
232.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΡΥΓΙΚΟΙ Νο 2 2,85mm	1500	500	2000	0,2080 €	416,00 €	99,84 €	515,84 €
233.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΡΥΓΙΚΟΙ Νο 3 3,95mm	1500	1000	2500	0,2080 €	520,00 €	124,80 €	644,80 €
234.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΡΥΓΙΚΟΙ Νο 4 4,10mm	1000	1000	2000	0,2080 €	416,00 €	99,84 €	515,84 €
235.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΡΥΓΙΚΟΙ Νο 5 115mm	800	800	1600	0,2080 €	332,80 €	79,87 €	412,67 €
236.	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	400	200	600	7,3000 €	4.380,00 €	1.051,20 €	5.431,20 €
237.	ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	50	30	80	49,0000 €	3.920,00 €	940,80 €	4.860,80 €
238.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL Νο 1	10	0	10	55,0000 €	550,00 €	132,00 €	682,00 €
239.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL Νο1,5	10	0	10	55,0000 €	550,00 €	132,00 €	682,00 €
240.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL Νο 2	20	0	20	55,0000 €	1.100,00 €	264,00 €	1.364,00 €
241.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL Νο2,5	50	0	50	55,0000 €	2.750,00 €	660,00 €	3.410,00 €
242.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL Νο 3	100	80	180	55,0000 €	9.900,00 €	2.376,00 €	12.276,00 €
243.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL Νο 4	100	80	180	55,0000 €	9.900,00 €	2.376,00 €	12.276,00 €
244.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL Νο 5	100	50	150	55,0000 €	8.250,00 €	1.980,00 €	10.230,00 €
245.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL Νο 1	4	0	4	264,0000 €	1.056,00 €	253,44 €	1.309,44 €
246.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL Νο 1,5	4	0	4	264,0000 €	1.056,00 €	253,44 €	1.309,44 €
247.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL Νο 2	7	0	7	264,0000 €	1.848,00 €	443,52 €	2.291,52 €
248.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL Νο 2,5	7	0	7	264,0000 €	1.848,00 €	443,52 €	2.291,52 €
249.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL Νο 3	7	10	17	264,0000 €	4.488,00 €	1.077,12 €	5.565,12 €
250.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL Νο 4	7	10	17	264,0000 €	4.488,00 €	1.077,12 €	5.565,12 €

251.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSELNo 5	7	10	17	264,0000 €	4.488,00 €	1.077,12 €	5.565,12 €
252.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FISTRACHNo 3	2	5	7	513,0000 €	3.591,00 €	861,84 €	4.452,84 €
253.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FISTRACHNo 4	3	5	8	513,0000 €	4.104,00 €	984,96 €	5.088,96 €
254.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FISTRACHNo 5	3	2	5	513,0000 €	2.565,00 €	615,60 €	3.180,60 €
255.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff No 6	3	3	6	102,1200 €	612,72 €	147,05 €	759,77 €
256.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff No 7	3	3	6	102,1200 €	612,72 €	147,05 €	759,77 €
257.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff No 7,5	2	5	7	102,1200 €	714,84 €	171,56 €	886,40 €
258.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff No 8	10	5	15	102,1200 €	1.531,80 €	367,63 €	1.899,43 €
259.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff NO 8,5	10	5	15	102,1200 €	1.531,80 €	367,63 €	1.899,43 €
260.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff No 9	8	2	10	102,1200 €	1.021,20 €	245,09 €	1.266,29 €
261.	ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΟΠΗ 75*90cm	1000	1000	2000	0,2969 €	593,80 €	142,51 €	736,31 €
262.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 10	4000	0	4000	0,0249 €	99,60 €	23,90 €	123,50 €
263.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 11	8000	5000	13000	0,0320 €	416,00 €	99,84 €	515,84 €
264.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 12	1000	1000	2000	0,0320 €	64,00 €	15,36 €	79,36 €
265.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 15	4000	1000	5000	0,0320 €	160,00 €	38,40 €	198,40 €
266.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 20	2000	1200	3200	0,3200 €	1.024,00 €	245,76 €	1.269,76 €

267.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ Νο 22	3000	1000	4000	0,3200 €	1.280,00 €	307,20 €	1.587,20 €
268.	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ Νο 11	300	200	500	0,1047 €	52,35 €	12,56 €	64,91 €
269.	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ Νο 12	300	0	300	0,1047 €	31,41 €	7,54 €	38,95 €
270.	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ Νο 15	300	100	400	0,1047 €	41,88 €	10,05 €	51,93 €
271.	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ Νο 20	300	100	400	0,1047 €	41,88 €	10,05 €	51,93 €
272.	ΠΡΟΣΩΠΙΔ.ΕΝΗΛ.ΣΙΛΙΚ. Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ σε διάφορα μεγέθη	30	20	50	12,0000 €	600,00 €	144,00 €	744,00 €
273.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο4	15	8	23	6,4900 €	149,27 €	35,82 €	185,09 €
274.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο5	15	8	23	6,4900 €	149,27 €	35,82 €	185,09 €
275.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Π.Χ. ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ν.0 ΜΑΥΡΕΣ	10	0	10	11,0000 €	110,00 €	26,40 €	136,40 €
276.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Π.Χ. ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 1 ΜΑΥΡΕΣ	10	0	10	11,0000 €	110,00 €	26,40 €	136,40 €
277.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Π.Χ. ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 2 ΜΑΥΡΕΣ	10	0	10	11,0000 €	110,00 €	26,40 €	136,40 €
278.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Π.Χ. ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 3 ΜΑΥΡΕΣ	15	2	17	11,0000 €	187,00 €	44,88 €	231,88 €
279.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 1	3	0	3	186,0000 €	558,00 €	133,92 €	691,92 €
280.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 2	4	3	7	186,0000 €	1.302,00 €	312,48 €	1.614,48 €
281.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 3	4	5	9	186,0000 €	1.674,00 €	401,76 €	2.075,76 €
282.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 4	8	5	13	90,0000 €	1.170,00 €	280,80 €	1.450,80 €
283.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 0 ΚΥΡΤΗ ΜΑC	8	0	8	60,0000 €	480,00 €	115,20 €	595,20 €
284.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 1 ΚΥΡΤΗ ΜΑC	8	0	8	4,0000 €	32,00 €	7,68 €	39,68 €

285.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ No 2 ΚΥΡΤΗ ΜΑΣ	7	2	9	85,0000 €	765,00 €	183,60 €	948,60 €
286.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ No 3 ΚΥΡΤΗ ΜΑΣ	7	4	11	59,0000 €	649,00 €	155,76 €	804,76 €
287.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ No 4 ΚΥΡΤΗ ΜΑΣ	4	5	9	59,0000 €	531,00 €	127,44 €	658,44 €
288.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ No 0 ΕΥΘΕΙΑ	4	0	4	80,0000 €	320,00 €	76,80 €	396,80 €
289.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ No 1 ΕΥΘΕΙΑ	4	0	4	95,0000 €	380,00 €	91,20 €	471,20 €
290.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΥΡΤΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ	30	20	50	4,3000 €	215,00 €	51,60 €	266,60 €
291.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ	30	20	50	4,3000 €	215,00 €	51,60 €	266,60 €
292.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΜΥΤΗ	1000	150	1150	5,0000 €	5.750,00 €	1.380,00 €	7.130,00 €
293.	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΡΟΛΛΑ	30	20	50	25,0000 €	1.250,00 €	300,00 €	1.550,00 €
294.	ΔΙΑΦΑΝΗ ΟΘΩΝΙΑ	100	50	150	4,3500 €	652,50 €	156,60 €	809,10 €
295.	ΔΙΑΦΑΝΗ ΟΘΩΝΙΑ	100	100	200	4,8990 €	979,80 €	235,15 €	1.214,95 €
296.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΛΟΞΟΤΜΗΜΕΝΕΣ No22	200	20	220	3,0000 €	660,00 €	158,40 €	818,40 €
297.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΛΟΞΟΤΜΗΜΕΝΕΣ No 25	200	20	220	0,4720 €	103,84 €	24,92 €	128,76 €
298.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ No 22	200	10	210	1,1800 €	247,80 €	59,47 €	307,27 €
299.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ No 25	200	10	210	2,9800 €	625,80 €	150,19 €	775,99 €
300.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ No 24	150	10	160	7,8000 €	1.248,00 €	299,52 €	1.547,52 €
301.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ No 0	2	0	2	18,0000 €	36,00 €	8,64 €	44,64 €
302.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ No 1	2	0	2	18,0000 €	36,00 €	8,64 €	44,64 €
303.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ No 2	2	0	2	18,0000 €	36,00 €	8,64 €	44,64 €
304.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ No 3	10	5	15	18,0000 €	270,00 €	64,80 €	334,80 €
305.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ No 4	10	10	20	18,0000 €	360,00 €	86,40 €	446,40 €

306.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 5	2	3	5	18,0000 €	90,00 €	21,60 €	111,60 €
307.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 6	2	0	2	18,0000 €	36,00 €	8,64 €	44,64 €
308.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ Νο 00	10	0	10	15,0000 €	150,00 €	36,00 €	186,00 €
309.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ Νο 0	10	0	10	15,0000 €	150,00 €	36,00 €	186,00 €
310.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ Νο 1	10	0	10	15,0000 €	150,00 €	36,00 €	186,00 €
311.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ Νο 2	10	0	10	15,0000 €	150,00 €	36,00 €	186,00 €
312.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ Νο 3	15	0	15	15,0000 €	225,00 €	54,00 €	279,00 €
313.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ Νο 4	15	0	15	15,0000 €	225,00 €	54,00 €	279,00 €
314.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ Νο 5	15	2	17	15,0000 €	255,00 €	61,20 €	316,20 €
315.	ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓ. ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 3 ΛΙΤΡ	5	5	10	94,0000 €	940,00 €	225,60 €	1.165,60 €
316.	ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓ. ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 5 ΛΙΤΡ	5	5	10	114,0000 €	1.140,00 €	273,60 €	1.413,60 €
317.	ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΠΥΡΟΜΕΤΡΟ MIR	100	200	300	1,0000 €	300,00 €	72,00 €	372,00 €
318.	ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ	200	300	500	1,4500 €	725,00 €	174,00 €	899,00 €
319.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ	0	20	20	10,0000 €	200,00 €	48,00 €	248,00 €
320.	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ MIRSPIROLAB	100	200	300	1,7900 €	537,00 €	128,88 €	665,88 €
321.	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ	30	10	40	30,8000 €	1.232,00 €	295,68 €	1.527,68 €
322.	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ	100	2	102	7,2500 €	739,50 €	177,48 €	916,98 €
323.	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	1000	1000	2000	12,4800 €	24.960,00 €	5.990,40 €	30.950,40 €
324.	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ	70	0	70	11,2200 €	785,40 €	188,50 €	973,90 €

325.	ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ TRANSPACK TRANSDUCER	400	100	500	11,0000 €	5.500,00 €	1.320,00 €	6.820,00 €
326.	ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ 5,7,12	50	30	80	25,5000 €	2.040,00 €	489,60 €	2.529,60 €
327.	ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ 2,4,6	40	20	60	17,0000 €	1.020,00 €	244,80 €	1.264,80 €
328.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	100	0	100	1,2000 €	120,00 €	28,80 €	148,80 €
329.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ	400	0	400	0,5500 €	220,00 €	52,80 €	272,80 €
330.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	400	300	700	0,5100 €	357,00 €	85,68 €	442,68 €
331.	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ	1000	500	1500	3,5000 €	5.250,00 €	1.260,00 €	6.510,00 €
332.	ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ /ΠΑΙΔΙΩΝ	100	50	150	20,0000 €	3.000,00 €	720,00 €	3.720,00 €
333.	Μετωπιαίος/σωματικός αισθητήρας για μη επεμβατική μέτρηση του τοπικού κορεσμού σε οξυγόνο Rso2	30	0	30	95,0000 €	2.850,00 €	684,00 €	3.534,00 €
334.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	30	10	40	169,0000 €	6.760,00 €	1.622,40 €	8.382,40 €
335.	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (BOUGIE)	10	30	40	19,6400 €	785,60 €	188,54 €	974,14 €
336.	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ	20	10	30	170,0000 €	5.100,00 €	1.224,00 €	6.324,00 €
337.	ΣΕΤ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ	30	0	30	58,0000 €	1.740,00 €	417,60 €	2.157,60 €
338.	ΣΕΤ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	20	10	30	58,0000 €	1.740,00 €	417,60 €	2.157,60 €
339.	ΕΥΘΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ	300	50	350	0,6100 €	213,50 €	51,24 €	264,74 €
340.	ΛΑΜΕΣ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ insightiS3-L	100	0	100	9,0000 €	900,00 €	216,00 €	1.116,00 €
341.	ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ KING VISION	0	20	20	20,0000 €	400,00 €	96,00 €	496,00 €

342.	Καθετήρας -οδηγός για δύσκολη διασωλήνωση bougieboussignac	5	5	10	45,0000 €	450,00 €	108,00 €	558,00 €
343.	ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ ΠΑΙΔΩΝ(BIS)	100	100	200	26,0000 €	5.200,00 €	1.248,00 €	6.448,00 €
344.	ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ CO2	2000	0	2000	0,3900 €	780,00 €	187,20 €	967,20 €
345.	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΠΙΡΑΛ 15cm ΜΕ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	300	300	600	0,6300 €	378,00 €	90,72 €	468,72 €
346.	ΚΑΛΩΔΙΟ ECG ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	100	10	110	6,1500 €	676,50 €	162,36 €	838,86 €
347.	ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ	40	20	60	14,7500 €	885,00 €	212,40 €	1.097,40 €
348.	ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ	70	15	85	8,8000 €	748,00 €	179,52 €	927,52 €
349.	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ (ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ) ΤΡΑΧΕΙΑΣ	7	3	10	125,0000 €	1.250,00 €	300,00 €	1.550,00 €
350.	ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ Νο7, Νο8, Νο9	10	10	20	130,0000 €	2.600,00 €	624,00 €	3.224,00 €
351.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ	4	2	6	380,0000 €	2.280,00 €	547,20 €	2.827,20 €
352.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΩΜΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ (ΘΗΛΥΚΟ)	3000	500	3500	0,7000 €	2.450,00 €	588,00 €	3.038,00 €
353.	ΠΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ	1000	100	1100	0,7000 €	770,00 €	184,80 €	954,80 €
354.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ	80	50	130	50,0000 €	6.500,00 €	1.560,00 €	8.060,00 €
355.	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	40	20	60	42,0000 €	2.520,00 €	604,80 €	3.124,80 €
356.	ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ -Υ-	60	20	80	12,0000 €	960,00 €	230,40 €	1.190,40 €
357.	ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ	500	100	600	3,5000 €	2.100,00 €	504,00 €	2.604,00 €

358.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 6	30	5	35	21,0000 €	735,00 €	176,40 €	911,40 €
359.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 6,5	30	10	40	21,0000 €	840,00 €	201,60 €	1.041,60 €
360.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 7	30	10	40	21,0000 €	840,00 €	201,60 €	1.041,60 €
361.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 7,5	30	10	40	21,0000 €	840,00 €	201,60 €	1.041,60 €
362.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 8	30	20	50	21,0000 €	1.050,00 €	252,00 €	1.302,00 €
363.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 8,5	30	10	40	21,0000 €	840,00 €	201,60 €	1.041,60 €
364.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 9	20	5	25	21,0000 €	525,00 €	126,00 €	651,00 €
365.	ΜΑΣΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	40	40	80	26,0000 €	2.080,00 €	499,20 €	2.579,20 €
366.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ –ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ (MINIVAL ΜΕ ΠΟΤΗΡΑΚΙ)	200	100	300	2,1500 €	645,00 €	154,80 €	799,80 €
367.	POLYWAY – MANIFOLDS 4ΠΛΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ)	150	50	200	4,5500 €	910,00 €	218,40 €	1.128,40 €
368.	ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	150	50	200	4,0000 €	800,00 €	192,00 €	992,00 €
369.	ΑΦΡΩΔΗ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ	100	100	200	7,3100 €	1.462,00 €	350,88 €	1.812,88 €
370.	ΓΩΝΙΕΣ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	50	50	100	85,0000 €	8.500,00 €	2.040,00 €	10.540,00 €
371.	ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	150	200	350	2,9800 €	1.043,00 €	250,32 €	1.293,32 €
372.	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ	0	2	2	70,0000 €	140,00 €	33,60 €	173,60 €
373.	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ	0	2	2	80,0000 €	160,00 €	38,40 €	198,40 €

374.	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	0	2	2	70,0000 €	140,00 €	33,60 €	173,60 €
375.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ TEST -ΡΑΡ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΟΥ -ΕΞΩΤ	0	1000	1000	0,1200 €	120,00 €	28,80 €	148,80 €
376.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕ ΜΕΘ. THIN PREP	0	1000	1000	2,1200 €	2.120,00 €	508,80 €	2.628,80 €
377.	ΡΙΝΟΠΙΕΣΤΡΑ	0	60	60	1,2000 €	72,00 €	17,28 €	89,28 €
378.	Συνδετικά πλαστικά σωλήνων ευθεία ισοδιαμετρικά	30	30	60	4,5000 €	270,00 €	64,80 €	334,80 €
379.	Βασικό σετ προετοιμασίας / παρακέντησης	10	10	20	14,9000 €	298,00 €	71,52 €	369,52 €
380.	Κρέμα περιποίησης δέρματος με αλλαντοΐνη και πανθενολη	0	5	5	13,0000 €	65,00 €	15,60 €	80,60 €
Σύνολο						631.988,55 €	151.677,25 €	783.665,80 €

7.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

Το αρχείο του ΕΕΕΣ είναι αναρτημένο στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήθηκε στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

7.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών

1. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Εκδότης

Ημερομηνία έκδοσης:

Προς:

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ:(διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ:(διεύθυνση) ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη..... της (Αναθέτουσας Αρχής), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης:

“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιότελος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

2. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»

Εκδότης

Ημερομηνία έκδοσης:

Προς:

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ.....υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ:(διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ:(διεύθυνση)ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθμ σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη

..... της..... (Αναθέτουσας Αρχής).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάρτησης της εγγύησης, το ποσό της κατάρτησης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιοτέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

3. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

Εκδότης

Ημερομηνία έκδοσης:

Προς:

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ:(διεύθυνση), ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση), ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή λειτουργία της του/ων τμήματος/των .. /της υπ αριθμ σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)Διακήρυξη..... της..... (Αναθέτουσας Αρχής).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής, που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»

7.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Πίνακες Συμμόρφωσης

Αναλυτικός πίνακας συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης ης με τον οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων - Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Ι καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου.

α/α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
		ΝΑΙ		
		ΝΑΙ		

Ημερομηνία

Ο / Η δηλών/ούσα

(Υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο σφραγίδα)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Επί ποινή αποκλεισμού:

να δηλώνεται ρητά η συμμόρφωση ή απόκλιση από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους, τηρώντας την ίδια σειρά και αρίθμηση του Παραρτήματος Ι. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά και αναλυτική περιγραφή.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ», για έστω και έναν από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στον σχετικό όρο.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια , ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των ειδών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., ή έγγραφες βεβαιώσεις που κατά την κρίση του υποψηφίου Προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά (π.χ. ΝΑΙ ή ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ κ.λ.π.), με απλή κατάφαση ή επεξήγηση δηλαδή, χωρίς τεκμηρίωση

και παραπομπές δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης ή της απόρριψής της ως απαράδεκτης με την αιτιολογία της μη πλήρωσης των όρων της διακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω.

7.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια του είδους «Ιατρικές Προμήθειες»

Προς:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για την Προμήθεια του είδους
«Ιατρικές Προμήθειες»**

Επωνυμία:

ΑΦΜ / ΔΟΥ:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Email:

Αρμόδιος / Υπεύθυνος:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ (ΤΜΧ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ / ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1.	ΑΦΡΟΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ	500				
2.	ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ medium	2700				
3.	ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Large	3600				
4.	ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ, 2kg-6kg ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	3000				
5.	ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ, 7kg -18 kg ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	3000				
6.	ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ, 11 kg -25kg ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	2000				
7.	ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ	40000				
8.	ΣΤΕΓΝΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	35000				
9.	ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ 1000 gr	1900				
10.	Υποσέντονα 7 σταγόνων 60x180 εκ. με πλαϊνά πτερύγια	800				
11.	Κάλυμμα Κλίνης Υψηλής Απορροφητικότητας	80				
12.	Επικαλύματα μεγέθους 40cmx60cm	35000				
13.	Επικαλύματα μεγέθους 60cmx60cm	90000				
14.	Επικαλύματα μεγέθους 90cmx60cm	35000				
15.	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	45000				
16.	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	10000				
17.	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	13000				

18.	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ	2000			
19.	ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ	1000			
20.	ΣΛΙΠ ΑΣΘΕΝΩΝ NONWOVEN ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	4000			
21.	Ποτηράκια φαρμάκων	4000			
22.	Υγρά μαντηλάκια καθαρισμού ασθενών	80000			
23.	ΣΕΤ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ	700			
24.	ΜΑΞΙΛΑΡΙ GEL ΓΙΑ ΦΤΕΡΝΕΣ	20			
25.	ΜΑΞΙΛΑΡΙ GEL ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ	8			
26.	ΜΑΞΙΛΑΡΙ GEL ΑΝΟΙΧΤΟ	9			
27.	ΠΡΟΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	2000			
28.	ΣΚΟΥΦΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ	500			
29.	ΣΚΟΥΦΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ	100			
30.	ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	80			
31.	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ	60			
32.	Κρέμα χεριών για ενήλικες	200			
33.	Σαμπουάν-Αφρόλουτρο για βρέφη και παιδιά	40			
34.	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ	40			
35.	ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ	40			
36.	ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ	30			
37.	ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ	30			
38.	Προστατευτική κρέμα με ψευδάργυρο	60			
39.	Κρέμα προστασίας δέρματος για ενήλικες	50			

40.	Κρέμα αντιμετώπισης δερματικών βλάβων	20				
41.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ο2 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	6500				
42.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ο2 ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	4500				
43.	ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΠΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	7000				
44.	ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΜΕ ΑΣΚΟ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ	1800				
45.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ	30				
46.	ΜΑΣΚΕΣ ΤΥΠΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7 ΒΑΛΒΙΔΩΝ	1800				
47.	ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΠΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ	1000				
48.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ο2 ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΙΚΕΣ	1000				
49.	ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ο2 ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ	500				
50.	ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΜΕ ΣΥΣΤΗΜ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ	500				
51.	ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	7000				
52.	ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΠΟΥ YANKAUER ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	6000				
53.	ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (ΤΥΠΟΥ ΣΠΥΡΟΜΕΤΡΟΥ TRIFLON) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	900				
54.	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	800				
55.	Μάσκα Στοματορινική για CPAP πολλαπλών χρήσεων σε όλα τα μεγέθη με σωλήνα κυκλώματος συμβατό με μηχανήματα Cpap/Bipap	20				
56.	Συσκευή οξυγόνου για T με νεφελοποιητή	550				
57.	Εισπνεόμενο Αποστειρωμένο Υπέρτονο Διάλυμα Χλωριούχου Νατρίου 3% και Γαλουρονικού 0,1% κατάλληλο για νεφελοποίηση	600				

58.	Ποτήρια για καλλιέργεια ούρων με καπάκι 100ml	70000				
59.	ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2000CC ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΡΥΣΑΚΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	140000				
60.	ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2000CC ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	1500				
61.	ΣΑΚΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2000CC ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙ	1800				
62.	Σάκων συλλογής εκκρινμάτων μίας χρήσεως 3 lt με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού	1000				
63.	Σάκων συλλογής εκκρινμάτων μίας χρήσεως 2 lt με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού	3000				
64.	ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΙ-ΙΚΟ/ COVID	800				
65.	ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΙ-ΙΚΟ/ COVID	800				
66.	ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ	5000				
67.	ΣΑΚΟΣ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ	6500				
68.	ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 24ΩΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2500CC	2000				
69.	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ -ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜ.	2000				
70.	ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΑΚΚΩΝ ΟΥΡΩΝ	1000				
71.	ΣΑΚΟΣ ΕΜΕΤΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ	5000				
72.	ΤΑΠΕΣ-ΠΩΜΑΤΑ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ	3000				
73.	Συσκευές ωριαίας μέτρησης αποστειρωμένες	600				
74.	Συσκευές χορήγησης υγρών μεγαλοσταγόνων με αεραγωγό	160000				
75.	Συσκευές χορήγησης αίματος με φίλτρο	7000				

76.	Συσκευές χορήγησης υγρών με μικροσταγόνες	29000				
77.	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (3-WAY) ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ	5000				
78.	Στροφυγγα 3 way με κάθετη βαλβίδα	1400				
79.	Πώματα φλεβοκαθετήρα LuerLock αποστειρωμένα	18000				
80.	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ , 3-WAY STOP-COCK ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	50000				
81.	Προέκταση ορού χαμηλής πίεσης μικρούς luerlock ΑΡΣ-ΘΥΛ	28000				
82.	ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ MALE TO MALE	600				
83.	ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΓΩΝΙΩΔΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (EXTENSIONWITHT)	2200				
84.	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	60000				
85.	ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ	1200				
86.	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ (τύπου SOLUSET)	1100				
87.	ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (τύπου HEMOSET)	510				
88.	ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	7000				
89.	ΣΑΚΟΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΗΣΗΣ	30				
90.	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΤΡΟΥ	200				
91.	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ	120				
92.	ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ KENZ A.50MM X 30MT	100				
93.	ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ 80mmX 20mt	800				
94.	ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒ ΜΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 110cmX20mt	150				

95.	ΣΕΤ PADS ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ LIFEPACK 20 MEDRONICS	10				
96.	ΣΕΤ PATCH ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BENEHEART D3 MINDRAY	10				
97.	ΣΕΤ PATCH ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BENEHEARTD3 MINDRAY	18				
98.	ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ	2000				
99.	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	180				
100.	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ	100				
101.	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟ ΑΕΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ (ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ)	100				
102.	ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΗΧΟΑΓΩΓΙΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 Η΄ 500 Μ	2500				
103.	ΨΗΦΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ	250				
104.	ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	50				
105.	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	3000				
106.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 80mmx180mm	8000				
107.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 150mmx300mm	29000				
108.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 200mmx340mm	18000				
109.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 150mmx320mm	6000				
110.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 100mmx350mm	5000				
111.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 150mmX450 mm	2000				

112.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 200 mmX 400mm	1000			
113.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 250mmx 480mm	1000			
114.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 320mmx 560mm	1000			
115.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 200mmX350mm	5000			
116.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 90mmx200mm	4000			
117.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 130mmx270mm	7000			
118.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 250mmx 400mm	3000			
119.	ΚΩΝΟΙ ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΑΙΔΩΝ	1500			
120.	ΚΩΝΟΙ ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	3100			
121.	Αντιθρομβωτικές καλτσες ριζομηρίου σε μεγέθη S,M,L,XL,XXL	1000			
122.	ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4 -6 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΕΛΟΝΩΝ	5000			
123.	ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 2,5-3 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΕΛΟΝΩΝ	4000			
124.	ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 1280 ΓΡΑΜ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	30000			
125.	ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 640 ΓΡΑΜ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	4500			
126.	ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ 240 ΓΡΑΜ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	3500			
127.	ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	2000			
128.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 10 FR	70			
129.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 12 FR	300			

130.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 14 FR	800				
131.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 16 FR	700				
132.	ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ REDOVAC 18 FR	180				
133.	Φιάλη 600 ml χωρίς τροκαρ και σωληνα για κλειστη παροχτευση	1000				
134.	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	130000				
135.	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ Μ.Χ.	30000				
136.	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ Μ.Χ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ - ΑΝΤΡΙΚΑ	10000				
137.	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΕΤΑ Μ.Χ. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ -ΑΝΤΡΙΚΑ	3200				
138.	Μπλούζες Αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μίας χρήσης	9000				
139.	Μπλούζες Χειρουργικές αποστειρωμένες Αδιάβροχες	4000				
140.	ΠΟΔΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ ΜΑΝΙΚΙ	2500				
141.	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ – ΜΠΛΟΥΖΑ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ S, M, L, XL, XXL.	2000				
142.	ΑΥΤΟΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΙ ΣΑΚΟΙ ΓΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ	2700				
143.	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΣΠΡΕΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ 100X110cm ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ	20000				
144.	ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ	900				
145.	Ηλεκτρόδια Αυτοκόλλητα Υφασμάτινα Βρεφών-παιδιών	2000				
146.	Ηλεκτρόδια Αυτοκόλλητα Υφασμάτινα Ενηλίκων	30000				

147.	Διατρητικό ρύγχος ανάμιξης και αναρρόφησης διαλυμάτων	2000				
148.	Αμibu με αποθεματικό ασκό μίας χρήσεως σε 3 μεγέθη: Για παιδιά και για ενήλικες	50				
149.	Σωλήνες Αερίων σε μεγέθη CH	1000				
150.	Προγεμισμένη σύριγγα με αποστειρωμένο λιπαντικό με λιδοκαΐνη και χλωρεξιδίνη	1200				
151.	ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΦΙΑΛΩΝ 3L,ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ LUERLOCK Ή ONE WAY. ΝΑ ΕΪΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ.	15				
152.	ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ 2L,ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ LUERLOCK Ή ONE WAY. ΝΑ ΕΪΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ.	20				
153.	ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ 1L,ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ LUERLOCK Ή ONE WAY. ΝΑ ΕΪΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ.	50				
154.	ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΑΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ 500ML,ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ LUERLOCK Ή ONE WAY. ΝΑ ΕΪΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ.	60				
155.	Μανταλάκια για τους Καρδιογράφους ενηλίκων	360				
156.	Μανταλάκια για τους Καρδιογράφους για παιδιά	40				
157.	Πουάρ πιεσομέτρων με βαλβίδα	40				
158.	ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΑΙΔΙΚΑ 15mm , ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	60				

159.	ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 24mm , ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	320				
160.	Ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος 2 ξεχωριστών προγεμισμένων δοχείων χωρητικότητας 35ml και 55ml αντίστοιχα για συλλογή βιοψιών.	120				
161.	Ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος 2 ενωμένων δοχείων χωρητικότητας 190ml και 190ml αντίστοιχα για συλλογή βιοψιών.	100				
162.	Ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος 2 ενωμένων δοχείων χωρητικότητας 190ml και 290ml αντίστοιχα για συλλογή βιοψιών.	100				
163.	ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 900ml	20				
164.	ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 1200ml	20				
165.	ΔΟΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ 2000ml	20				
166.	Σύστημα έγχυσης με ενσωματωμένο ελατήριο και περιστρεφόμενο δακτύλιο	2				
167.	Σύριγγα διαφανής συμβατή με το σύστημα έγχυσης	1500				
168.	Προσαρμογέας για τα φιαλίδια συμβατός με το σύστημα έγχυσης	400				
169.	Συνδετικό ασφαλείας για κεντρικές και περιφερικές γραμμές	550				
170.	Ταινίες για τον ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης στο αίμα με τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου	75000				
171.	ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	2500				
172.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 2	20				
173.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 2,5	30				
174.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο3	30				

175.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν0 3,5	30				
176.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν0 4	60				
177.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν0 4,5	70				
178.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν0 5	80				
179.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν0 5,5	70				
180.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν0 6	130				
181.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Ν06,5	120				
182.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF Νο 7	50				
183.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 2,5	50				
184.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 3	50				
185.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 3,5	105				
186.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 4	110				
187.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 4,5	160				
188.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 5	160				
189.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 5,5	310				
190.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 6	550				
191.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 6,5	550				
192.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 7	2500				
193.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 7,5	2500				
194.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 8	2500				
195.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν0 8,5	2000				
196.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE Ν0 3,5	50				
197.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE Ν0 4	100				
198.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ RAE Ν0 4,5	100				

199.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΡΑΕ ΝΟ 5	100				
200.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΡΑΕ ΝΟ 5,5	100				
201.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΡΑΕ ΝΟ 6	100				
202.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΡΑΕ ΝΟ 6,5	200				
203.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΡΑΕ ΝΟ 7	200				
204.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΡΑΕ ΝΟ 7,5	210				
205.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΡΑΕ ΝΟ 8	210				
206.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΡΑΕ ΝΟ 8,5	100				
207.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜLT Νο 4	30				
208.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜLT Νο 5	80				
209.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜLT Νο 6	100				
210.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕCUFFNo3,5	30				
211.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕCUFFNo 4	50				
212.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕCUFFNo 4,5	50				
213.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕCUFFNo 5	50				
214.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕCUFFNo 5,5	50				
215.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕCUFFNo 6	80				
216.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕCUFFNo 6,5	110				
217.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕCUFFNo 7	300				
218.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕCUFFNo 7,5	300				
219.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕCUFFNo 8	330				
220.	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕCUFFNo 8,5	220				
221.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 22 FR Νο5	70				
222.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 24 FR Νο5,5	150				

223.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 26 FR Νο6	150				
224.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 28 FR Νο6,5	150				
225.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 30 FR Νο7	150				
226.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 32 FR Νο7,5	120				
227.	ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 34 FR Νο8	70				
228.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ Νο 000 45mm	300				
229.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ Νο 00 55mm	300				
230.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ Νο 0 65mm	300				
231.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ Νο 1 1,75mm	500				
232.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ Νο 2 2,85mm	2000				
233.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ Νο 3 3,95mm	2500				
234.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ Νο 4 4,10mm	2000				
235.	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ Νο 5 115mm	1600				
236.	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ	600				
237.	ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	80				
238.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL Νο 1	10				
239.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL Νο1,5	10				
240.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL Νο 2	20				
241.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL Νο2,5	50				
242.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL Νο 3	180				
243.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL Νο 4	180				
244.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL Νο 5	150				
245.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL Νο 1	4				

246.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL No 1,5	4			
247.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL No 2	7			
248.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL No 2,5	7			
249.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL No 3	17			
250.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSEL No 4	17			
251.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ PROSELNo 5	17			
252.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FASTRACHNo 3	7			
253.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FASTRACHNo 4	8			
254.	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FASTRACHNo 5	5			
255.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff No 6	6			
256.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff No 7	6			
257.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff No 7,5	7			
258.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff No 8	15			
259.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff NO 8,5	15			
260.	Τραχειοσωλήνας (τραχειόστομο) μεταβαλλόμενου μήκους με cuff No 9	10			
261.	ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΟΠΗ 75*90cm	2000			
262.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 10	4000			
263.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ No 11	13000			

264.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ Νο 12	2000				
265.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ Νο 15	5000				
266.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ Νο 20	3200				
267.	ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ Νο 22	4000				
268.	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 11	500				
269.	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 12	300				
270.	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 15	400				
271.	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΝΟ 20	400				
272.	ΠΡΟΣΩΠΙΔ.ΕΝΗΛ.ΣΙΛΙΚ. Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ σε διάφορα μεγέθη	50				
273.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο4	23				
274.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο5	23				
275.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Π.Χ. ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Ν.0 ΜΑΥΡΕΣ	10				
276.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Π.Χ. ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 1 ΜΑΥΡΕΣ	10				
277.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Π.Χ. ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 2 ΜΑΥΡΕΣ	10				
278.	ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Π.Χ. ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 3 ΜΑΥΡΕΣ	17				
279.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 1	3				

280.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 2	7			
281.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 3	9			
282.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 4	13			
283.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 0 ΚΥΡΤΗ ΜΑC	8			
284.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 1 ΚΥΡΤΗ ΜΑC	8			
285.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 2 ΚΥΡΤΗ ΜΑC	9			
286.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 3 ΚΥΡΤΗ ΜΑC	11			
287.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 4 ΚΥΡΤΗ ΜΑC	9			
288.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 0 ΕΥΘΕΙΑ	4			
289.	ΛΑΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Νο 1 ΕΥΘΕΙΑ	4			
290.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΚΥΡΤΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ	50			
291.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ	50			
292.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΜΥΤΗ	1150			
293.	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΡΟΛΛΑ	50			
294.	ΔΙΑΦΑΝΗ ΟΘΩΝΙΑ	150			
295.	ΔΙΑΦΑΝΗ ΟΘΩΝΙΑ	200			
296.	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑC ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑC ΛΟΞΟΤΜΗΜΕΝΕC Νο22	220			
297.	ΒΕΛΟΝΕC ΡΑΧΙΑΙΑC ΑΝΑΙCΘΗCΙΑC ΛΟΞΟΤΜΗΜΕΝΕC Νο 25	220			
298.	ΒΕΛΟΝΕC ΡΑΧΙΑΙΑC ΑΝΑΙCΘΗCΙΑC Νο 22	210			
299.	ΒΕΛΟΝΕC ΡΑΧΙΑΙΑC ΑΝΑΙCΘΗCΙΑC Νο 25	210			
300.	ΒΕΛΟΝΕC ΡΑΧΙΑΙΑC ΑΝΑΙCΘΗCΙΑC Νο 24	160			

301.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 0	2			
302.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 1	2			
303.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 2	2			
304.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 3	15			
305.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 4	20			
306.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 5	5			
307.	ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Νο 6	2			
308.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ No 00	10			
309.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ No 0	10			
310.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ No 1	10			
311.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ No 2	10			
312.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ No 3	15			
313.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ No 4	15			
314.	ΜΑΣΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Π.Χ. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΑΙΔΩ No 5	17			
315.	ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓ. ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 3 ΛΙΤΡ	10			
316.	ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓ. ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 5 ΛΙΤΡ	10			
317.	ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΠΥΡΟΜΕΤΡΟ MIR	300			
318.	ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ	500			
319.	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ	20			

320.	ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ MIRSPIROLAB	300				
321.	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ	40				
322.	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ	102				
323.	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	2000				
324.	ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ	70				
325.	ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ TRANSPACK TRANSDUCER	500				
326.	ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ 5,7,12	80				
327.	ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ 2,4,6	60				
328.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ	100				
329.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ	400				
330.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	700				
331.	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ	1500				
332.	ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ /ΠΑΙΔΙΩΝ	150				
333.	Μετωπιαίος/σωματικός αισθητήρας για μη επεμβατική μέτρηση του τοπικού κορεσμού σε οξυγόνο Rso2	30				
334.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	40				
335.	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (ΒΟΥΓΙΕ)	40				
336.	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ	30				
337.	ΣΕΤ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ	30				

338.	ΣΕΤ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ	30				
339.	ΕΥΘΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ	350				
340.	ΛΑΜΕΣ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ insightiS3-L	100				
341.	ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ KING VISION	20				
342.	Καθετήρας -οδηγός για δύσκολη διασωλήνωση bougieboussignac	10				
343.	ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ ΠΑΙΔΩΝ(BIS)	200				
344.	ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ CO2	2000				
345.	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΠΙΡΑΛ 15cm ΜΕ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	600				
346.	ΚΑΛΩΔΙΟ ECG ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	110				
347.	ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ	60				
348.	ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ	85				
349.	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ (ΡΙΝΟΚΕΡΟΣ) ΤΡΑΧΕΙΑΣ	10				
350.	ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΜΕ ΛΑΒΙΔΑ Νο7, Νο8, Νο9	20				
351.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ	6				
352.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΩΜΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ (ΘΗΛΥΚΟ)	3500				

353.	ΠΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ	1100				
354.	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ	130				
355.	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	60				
356.	ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ -Υ-	80				
357.	ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ	600				
358.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 6	35				
359.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 6,5	40				
360.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 7	40				
361.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 7,5	40				
362.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 8	50				
363.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 8,5	40				
364.	ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΔΙΚΑΝΑΛΕΣ Νο 9	25				
365.	ΜΑΣΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	80				
366.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ –ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ (MINIVAL ΜΕ ΠΟΤΗΡΑΚΙ)	300				
367.	POLYWAY – MANIFOLDS 4ΠΛΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ)	200				
368.	ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	200				
369.	ΑΦΡΩΔΗ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ	200				
370.	ΓΩΝΙΕΣ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ	100				

371.	ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	350				
372.	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ	2				
373.	ΣΕΤ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ	2				
374.	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	2				
375.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ TEST -ΡΑΡ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΟΥ -ΕΞΩΤ	1000				
376.	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕ ΜΕΘ. THIN PREP	1000				
377.	ΡΙΝΟΠΙΕΣΤΡΑ	60				
378.	Συνδεδετικά πλαστικά σωλήνων ευθέα ισοδιαμετρικά	60				
379.	Βασικό σετ προετοιμασίας / παρακέντησης	20				
380.	Κρέμα περιποίησης δέρματος με αλλαντοΐνη και πανθενολη	5				
			Σύνολο			

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως και αριθμητικώς)

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή/Σφραγίδα)
(Όνομα/Ιδιότητα)

7.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
2.2.3.1	<p>Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες για τα αδικήματα που ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016:</p> <p>Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση</p> <p>Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα</p> <p>Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης</p> <p>Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες</p> <p>Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας</p> <p>Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων</p>	<p>Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.</p> <p>Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.</p> <p>(Μεταβατικά έως τη σύσταση και λειτουργία ποινικού μητρώου νομικών προσώπων/ οντοτήτων):</p> <p>Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024:</p> <p>ένορκη βεβαίωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024</p> <p>(βλ. και υπ' αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης»).</p>
2.2.3.2	<p>Ο οικονομικός φορέας δεν έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στην Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης</p>	<p>Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή</p>

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		<p>εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.</p> <p>Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.</p>
	<p>Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος, όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;</p>	<p>Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής (ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.</p> <p>Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: Ασφαλιστική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται)</p>
		<p>Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ)</p>
		<p>Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.</p>
2.2.3.4.α	Αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας	Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
2.2.3.4.β	Καταστάσεις οικονομικής αφερεγγυότητας: Πτώχευση Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό	Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
	ή ειδική εκκαθάριση Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο ή εκκαθαριστή Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης	πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4.β: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις <i>(μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis))</i> και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά, για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. Προκειμένου περί των σωματείων και των συνεταιρισμών,, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η..
	Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων	γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxishnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
2.2.3.4.γ	Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού	Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, άλλως, ότι τυγχάνει στη περίπτωση του εφαρμογής η περίπτωση β' της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α' 93), και δεν έχει υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης
2.2.3.4.δ	Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης	Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
2.2.3.4.ε	Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας	Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας, ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν, δεν έχει

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
	σύναψης της σύμβασης	παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης [άλλως, σε περίπτωση προηγούμενης εμπλοκής, αυτή δηλώνεται ως πραγματικό γεγονός]
2.2.3.4.στ	Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις από προηγούμενη σύμβαση	Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει υποστεί πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με προηγούμενη σύμβαση.
2.2.3.4.ζ και η	Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, αδυναμία υποβολής δικαιολογητικών, απόπειρα επηρεασμού, με αθέμιτο τρόπο, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών.	Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
2.2.3.4.θ	Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος	Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) οικονομικός φορέας δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός του από αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες.
2.2.3.9	Οριζόντιος αποκλεισμός από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης	Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης.
2.2.3.5.α	Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού	[Μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ και μόνο για ανώνυμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα στη μετοχική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν ανώνυμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία] i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου. ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		<p>δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.</p> <p>iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. - Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. <p>Ειδικότερα:</p> <p>A) Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.</p> <p>B) Όσον αφορά τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:</p> <p>A) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές. ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. <p>B) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		<p>iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.</p> <p>iv) Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγου αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 οι Α.Α. δύνανται να απαιτούν υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν είναι εξωχώριες και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει.</p>
2.2.3.5.α	Μη συνδρομή κατάστασης συνδεόμενης με ρωσική εμπλοκή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κυρώσεων κατά της Ρωσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 833/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων).	<p>Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο οικονομικός φορέας δηλώνει: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.</p> <p>Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:</p> <p>(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·</p> <p>(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου·</p> <p>(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,</p> <p>(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»</p>
2.2.4	Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο	Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
	Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό	Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο, το

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
	μητρώο	<p>οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.</p> <p>Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο).</p> <p>Για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οικονομικών φορέων που δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η., πρβλ. εγκύκλιο – Οδηγία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με αρ. πρωτ. 39937 – 28/04/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΥΓ46ΜΤΛΡ-ΖΟΨ).</p>
		<p>Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικείμενου της υπό ανάθεση σύμβασης.</p>
2.2.6.α	<p>Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί</p> <p>Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κυριότερες παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς</p>	<p>α) Κατάλογο των κυριότερων προμηθειών που παραδόθηκαν, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία εμπειρίας: Αναλυτικότερα:</p> <p>(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα και θα είναι τα κάτωθι:</p> <p>α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία. β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης. γ. Επιμερισμός των παραδόσεων κάθε επιχείρησης στη σύμβαση (Ποσοστό και είδος συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας). δ. Εργοδότης (αποδέκτης). ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης. στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ θ. Σύντομη περιγραφή του αντικείμενου της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.</p> <p>(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται , εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία περιγράφεται το αντικείμενο της σύμβασης και θαναφέρεται ο χρόνος υλοποίησής της και θα βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα,</p>

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2)		
α/α	Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής	Δικαιολογητικό
		στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης.
2.2.6.ιβ	Ποσοστό υπεργολαβίας	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνονται οι υπεργολάβοι στους οποίους θα ανατεθεί τμήμα της σύμβασης και το ποσοστό της υπεργολαβίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση των προτεινόμενων υπεργολάβων ότι αποδέχονται την ανάθεση της υπεργολαβίας με το σχετικό ποσοστό, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ανακηρυχθεί ανάδοχος.
2.2.6.ιγ	Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες χωρίς την πιστοποίηση γνησιότητας	Προσκομίζονται, κατά περίπτωση, οι ζητούμενες φωτογραφίες ή περιγραφή των υπό προμήθεια αγαθών. Σε περίπτωση που η διακήρυξη προβλέπει την προσκόμιση δειγμάτων, μπορεί να ζητείται να περιλαμβάνεται στον φάκελο δελτίο αποστολής των δειγμάτων.
2.2.6.ιδ	Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας	Τα κατά περίπτωση ζητούμενα ή ισοδύναμα πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πιστοποιητικά, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγήσει τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
2.2.7.α	Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες	Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγήσει τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
2.2.7.β	Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγήσει τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

7.8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Συμφωνητικό για την προμήθεια του είδους «Ιατρικές Προμήθειες», οικονομικής χρήσης 2025, σε εφαρμογή του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2025, , προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς - ο Άγιος Δημήτριος» (Οργανική Μονάδα «Γ. Γεννηματάς» & Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»).

CPV: 38437000-7

Είδος:

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ημέρα

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ΝΠΔΔ με ΑΦΜ 999476217, Δ.Ο.Υ. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον (στο εξής η «**Αναθέτουσα Αρχή**»)
2. Ο/η (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμίακαι τον διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει (. ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, Τ.Κ., νομίμως εκπροσωπούμενο από τον (στο εξής ο «**Ανάδοχος**»)

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ διακήρυξη (ΑΔΑΜ...) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση προμήθειας.
2. Την υπ' αριθμ ... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ...), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ. ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την.....
3. Την απόυπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016
4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:
-η υπ' αριθ. διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της
-οι υπ' αριθ. τεχνικές προδιαγραφές

-..... (Συμπληρώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και τα λοιπά σχετικά έγγραφα της σύμβασης) (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»

-η προσφορά του Αναδόχου.

5. Ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/, ποσού ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και στην προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτουςτης Αναθέτουσας Αρχής.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων ΚΑΕ: ... και έχουν εκδοθεί οι σχετικές δεσμεύσεις πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους

.....

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ότι:

4.1. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'(και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηκούσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια

της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.3. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2. της διακήρυξης, με δεδομένο ότι η παρούσα σύμβαση προμηθειών προϊόντων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1.4 και 1.5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021.

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού.....είναι ο

4.4. καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 5

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε, πλέον ΦΠΑ.....%

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της διακήρυξης και συγκεκριμένα: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την ποιοτική, ποσοτική και οριστική παραλαβή των αγαθών.

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στη διακήρυξη και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος βαρύνεται, ιδίως, με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της διακήρυξης.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην Αναθέτουσα Αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη από την ημέρα προσκόμισής τους.

Άρθρο 6

Αναπροσαρμογή τιμής

6.1 Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης

Ειδικότερα:

6.2 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή.

6.3 Στην περίπτωση, που, κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο Ανάδοχος.

Άρθρο 7

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον χρόνο, τον τόπο και με τον τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης καθώς και στο Παράρτημα Ι αυτής

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα με το άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως εκπτώτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης

7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:

.....

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

7.4.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8

Ειδικοί όροι ναύλωσης –ασφάλισης -ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν εφαρμόζεται

Άρθρο 9

Δείγματα –Δειγματοληψία –Εργαστηριακές εξετάσεις

.....

Άρθρο 10

Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

10.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης.

10.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

10.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται, αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή, την καλή συντήρηση, αποκατάσταση βλάβης και λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας με τρόπο, περιεχόμενο ευθύνης και σε χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 6.6. της Διακήρυξης.

Η Αναθέτουσα Αρχή, για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.6. της Διακήρυξης και έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

Άρθρο 12

Υπεργολαβία

12.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

12.2. Ο Ανάδοχος με το από έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος

υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του/των τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

12.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. αυτής. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

Άρθρο 13

Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου –Κυρώσεις

13.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

13.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης.

13.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi \text{ Όπου: } \Delta = \text{Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.}$

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

$\Pi = \text{Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην Αναθέτουσα Αρχή από την έκπτωση του Αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,01.}$

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 14

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

14.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5, 6.7 και 6.8 της Διακήρυξης

14.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 15

Ανωτέρα Βία

15.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

15.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 16

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τα αγαθά που παραδόθηκαν, αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 17

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 18

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

18.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

18.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), να ασκήσει τα δικαιώματα του άρθρου 5.3. της Διακήρυξης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.

18.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

Άρθρο 19

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / GeneralDataProtectionRegulation – GDPR) και του ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

A) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας σχετικά με δημόσια σύμβαση, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email /τηλ.....).

B. Ως προς την επεξεργασία από τον Ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:

ο Ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία)

α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (Αναθέτουσα Αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ι) δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 20

Λοιποί όροι

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β' 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

.....

.....

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

7.9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ενημερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνο επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστεθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.