



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
«ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (CPV: 33141114-2)» του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30^η Ιουνίου 2026 οι:

1. ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής «Γ.Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
2. ΤΣΟΥΛΦΑΪΔΟΥ ΒΙΚΥ - ΑΝΝΕΤΑ, κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής «Γ.Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
3. ΤΑΤΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ, κατηγορίας και κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

οι οποίοι ορισθήκαμε με την 49/1492/29-01-2026 [ΑΔΑ: ΨΣΧΣ4690Β1-Π02] Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Νοσοκομείο Έδρας & Οργανική Μονάδα), συνεδριάσαμε και συντάξαμε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και την ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη, για την προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (CPV: 33141114-2)» του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»..

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ

Η υπό προμήθεια γάζα να πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο **EN 14079:2003**, το οποίο τελεί σε εναρμόνιση με τον ισχύοντα **Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR)** για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και με τις σχετικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΚΥΑ ΔΥ8δ/οικ.130648/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Α. Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Ποιότητα Κατασκευής:

1. Να είναι υδρόφιλη, κατασκευασμένη από 100% υψηλής ποιότητας βαμβάκι, να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση, να είναι καθαρή, λευκή, άοσμη, σιδερωμένη και απαλλαγμένη από κόλλες, συνδετικά μέσα, οπτικούς λευκαντές ή άλλες χημικές προσμίξεις.
2. Να μην παρουσιάζει ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών) και να μην φέρει ρύπους από μηχανέλαια ή άλλες ουσίες σε κανένα σημείο της.

3. Ως προς την πυκνότητα ύφανσης και τη μάζα, να ανήκει στον πέμπτο τύπο του Πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003 και να πληροί τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις:

- **Αριθμός κλωστών:** 18 ± 2 τουλάχιστον ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm^2).
- **Στήμονας:** 100 ± 5 κλωστές ανά 10 εκ.
- **Κρόκη :** 80 ± 5 κλωστές ανά 10 εκ.
- **Ελάχιστο φορτίο θραύσης (κατά στήμονα):** 50 Newtons ανά 5 εκ.
- **Ελάχιστο φορτίο θραύσης (κατά κρόκη):** 30 Newtons ανά 5 εκ.
- **Ελάχιστο βάρος (μάζα):** 24 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m^2).

4. Τα είδη γάζας πρέπει να είναι κομμένα και αναδιπλωμένα με τέτοιο τρόπο (εσωτερική αναδίπλωση), ώστε να αποκλείεται η αποκάλυψη ελεύθερων κλωστών στα άκρα και η δημιουργία χνουδιού ή ξεφτιών κατά τη χρήση.

Β. Διαστάσεις – Συσκευασία:

1. Οι γάζες σε τόπια θα έχουν πλάτος 90 ± 5 εκατοστά και μήκος 100 ± 1 μέτρα.
2. Θα είναι συσκευασμένες σε μορφή αναδίπλωσης (ZIK-ZAK) ανά ένα μέτρο, με εμφανή σήμανση/διαγράμμιση αλλαγής μέτρου, ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90 εκατοστά, εντός απαραβίαστης και ανθεκτικής συσκευασίας.
3. Τα υλικά της εσωτερικής και εξωτερικής συσκευασίας πρέπει, να παρέχουν πλήρη προστασία από την υγρασία, τη σκόνη και τη ρύπανση, και να είναι ανθεκτικά κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.

Γ. Σήμανση Συσκευασίας & Πιστοποιήσεις:

Στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία (όπου εφαρμόζεται) πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα, με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο, τα ακόλουθα στοιχεία:

- Στοιχεία κατασκευαστή και προμηθευτή / χώρα παραγωγής.
- Περιγραφή και είδος περιεχομένου, διαστάσεις (μήκος, πλάτος) και τρόπος δίπλωσης.
- Αριθμός παρτίδας παραγωγής (Lot Number) και κωδικός προϊόντος (Ref Number).
- Ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης εκφρασμένη σε μήνα και έτος.
- Η ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ» με κόκκινη ανεξίτηλη μελάνη στην εξωτερική συσκευασία.

Η ένδειξη "ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ" με κόκκινη ανεξίτηλη μελάνη πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην εξωτερική συσκευασία (χαρτοκιβώτιο) καθώς και στην αμέσως εσωτερική εμπορική συσκευασία (pack). Επιτρέπεται η χρήση μόνιμης, ανθεκτικής, αυτοκόλλητης ετικέτας με την ένδειξη αυτή επί της συσκευασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η αποκόλλησή της είναι αδύνατη χωρίς την καταστροφή της συσκευασίας. Απαγορεύεται αυστηρά η αναγραφή ή η εκτύπωση οποιασδήποτε ένδειξης με μελάνη πάνω στο ίδιο το σώμα της ιατρικής γάζας.

- Η σήμανση ποιότητας **CE Mark** σε ισχύ, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό **MDR 2017/745**, συνοδευόμενη από τον 4ψήφιο κωδικό του Κοινοποιημένου Οργανισμού όπου απαιτείται.
- Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» (Sterile), η μέθοδος αποστείρωσης και ο σχετικός δείκτης, για τα είδη που ζητούνται αποστειρωμένα.
- Η ένδειξη ή το διεθνές σύμβολο για προϊόν μίας μόνο χρήσης.

Δ. Λοιποί Όροι Συμμετοχής:

1. Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική τους προσφορά:
 - Πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 13485 του κατασκευαστικού οίκου.
 - Επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR).
 - Τεχνικά φυλλάδια (Data Sheets) του εργοστασίου, όπου θα αποδεικνύεται η πλήρωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του προτύπου EN 14079.
2. Όλα τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά ελέγχου των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος πρέπει να εκδίδονται από διαπιστευμένα εργαστήρια και να αναγράφουν ρητά ότι οι δοκιμές διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμής που ορίζει το πρότυπο EN 14079:2003.
3. Οι Εκθέσεις Δοκιμών, τα Πιστοποιητικά και κάθε είδους ξενόγλωσσο έγγραφο που περιέχει κείμενο, πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Πιστοποιητικά που αναφέρουν γενικά και αόριστα "συμμόρφωση" χωρίς αναλυτική παράθεση των αποτελεσμάτων των δοκιμών, ή υποβάλλονται χωρίς την αντίστοιχη επίσημη ελληνική μετάφραση, θα απορρίπτονται.
4. Στο Φύλλο Συμμόρφωσης που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι προμηθευτές, πρέπει να απαντώνται αναλυτικά, όρος προς όρο, όλες οι γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Πρέπει να αναγράφεται με απόλυτη σαφήνεια η συγκεκριμένη παραπομπή (π.χ. αριθμός σελίδας, παραγράφου ή ενότητας) στα κατατεθειμένα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Data Sheets), στις Εκθέσεις Δοκιμών (Test Reports) ή στα Πιστοποιητικά του προϊόντος, όπου αποδεικνύεται η ζητούμενη προδιαγραφή.
5. Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης επαρκή δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα δείγματα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά στην επίσημη, σφραγισμένη και τελική εμπορική τους συσκευασία (π.χ. συσκευασία των 100 τεμαχίων ή τόπι 100 μέτρων αντίστοιχα) και όχι ως μεμονωμένα ή αποσπασματικά τεμάχια, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο πλήρης έλεγχος των μακροσκοπικών χαρακτήρων, της ποιότητας του υλικού, της αντοχής της συσκευασίας και των υποχρεωτικών σημάνσεων.

Τα κατατεθειμένα δείγματα του μειοδότη θα παραμείνουν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ως «δείγματα αναφοράς». Ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι όλες οι ποσότητες που θα παραδίδονται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα είναι απολύτως ταυτόσημες σε ποιότητα, συσκευασία και χαρακτηριστικά με το δείγμα που αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε. Οποιαδήποτε απόκλιση κατά την παράδοση θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου.
6. Τα ζητούμενα είδη γάζας πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους τόσο τις γενικές όσο και τις ειδικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
7. Οι προμηθευτές δύνανται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο, για ομάδα ειδών ή για μεμονωμένα είδη και διαστάσεις, όπως αυτά εξειδικεύονται στις ειδικές προδιαγραφές.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ανά προσφερόμενο είδος είναι οι εξής:

α/α	Είδος	Τεχνική περιγραφή
1	ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΑΚΤΝΟΣΚΙΕΡΗ (8ply) ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ.	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, άριστης ποιότητας, με πυκνότητα 18 ± 2 κλωστών/cm² και βάρος τουλάχιστον 24gr/m². Η γάζα πρέπει να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση, να είναι υψηλής απορροφητικότητας, καθαρή, σιδερωμένη, άοσμη, για χειρουργική χρήση, προπλυμένη μη αποστειρωμένη, μίας χρήσης. Να μην αφήνει υπολείμματα κλωστής κατά την χρήση της(χνούδια, ξέφτια). Να είναι απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα στην ύφανση(σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π)και απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία χωρίς κατάλοιπα από κόλλα. Το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση και η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να είναι κομμένη ισομετρικά και γαζωμένη περιμετρικά και χιαστί ή σταυρωτά, χωρίς ατέλειες. Να φέρει υφασμένο βαριούχο ακτινοσκοιρό νήμα σε όλο το μήκος της γάζας με περιεκτικότητα θεικού βαρίου από 45% έως 60%, το οποίο να είναι ραμμένο εσωτερικά κατά μήκος της γάζας και όχι κολλημένο στην επιφάνειά της και ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το βαριούχο νήμα να έχει χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών και να είναι latexfree. Να φέρει μακρύ βρόγχο ασφαλείας από βαμβάκι 100%, καλά γαζωμένο, μήκους 22 ± 2cm. Με 8 διπλώσεις (8PLY) Θα πρέπει να είναι διπλωμένη και να προσφέρεται ανά 5 τεμάχια. Τα υλικά συσκευασίας να παρέχουν υψηλή προστασία από υγρασία και ρύπους και ανθεκτικότητα κατά τη μεταφορά. Η εσωτερική συσκευασία να είναι από νάυλον και η εξωτερική να είναι χάρτινο κιβώτιο υψηλής αντοχής. Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745
		Διάσταση: 40cmX40cm
		Διάσταση: 45cmX45cm
2	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ 10cmX20cm ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ (12ply) ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, με πυκνότητα 18 ± 2 κλωστών/cm² και βάρος τουλάχιστον 24gr/m². Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, καθαρή, λευκή, για χειρουργική χρήση. Να είναι μη αποστειρωμένη, μίας χρήσης, να μην αφήνει υπόλειμμα και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Τα επιθέματα να είναι σιδερωμένα με διπλωμένες τις άκρες και να είναι 12 διπλώσεων ανά τεμάχιο. Με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να φέρουν υφασμένο βαριούχο ακτινοσκοιρό νήμα το οποίο να είναι ραμμένο εσωτερικά κατά το μήκος της γάζας, και όχι κολλημένο στην επιφάνειά της, με περιεκτικότητα θεικού βαρίου από 45% έως 60%, το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το βαριούχο νήμα να είναι με τα χαμηλότερα επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών και να είναι latexfree. Να είναι διπλωμένη και να προσφέρεται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. Τα υλικά συσκευασίας να παρέχουν υψηλή προστασία από υγρασία και ρύπους και ανθεκτικότητα κατά τη μεταφορά. Να προσφέρονται συσκευασμένα σε χάρτινη συσκευασία εσωτερικά και χάρτινο κιβώτιο υψηλής αντοχής εξωτερικά. Τα επιθέματα να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745
		Διάσταση: 10cmX20cm
		Διάσταση: 7,5cmX7,5cm

3	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ 10cmX20cm ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ (24ply) ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, με πυκνότητα 18 ± 2 κλωστών/cm² και βάρος τουλάχιστον 24gr/m². Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, καθαρή, λευκή, για χειρουργική χρήση. Να είναι μη αποστειρωμένη, μίας χρήσης, να μην αφήνει υπόλειμμα και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλτες και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Τα επιθέματα να είναι σιδερωμένα με διπλωμένες τις άκρες και να είναι 24 διπλώσεων ανά τεμάχιο. Με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να φέρουν υφασμένο βαριούχο ακτινοσκοιρό νήμα το οποίο να είναι ραμμένο εσωτερικά κατά το μήκος της γάζας και όχι κολλημένο στην επιφάνειά της με περιεκτικότητα θεικού βαρίου από 45% έως 60%, το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το βαριούχο νήμα να είναι με τα χαμηλότερα επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών και να είναι latexfree. Να είναι διπλωμένη και να προσφέρεται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. Τα υλικά συσκευασίας να παρέχουν υψηλή προστασία από υγρασία και ρύπους και ανθεκτικότητα κατά τη μεταφορά. Να προσφέρονται συσκευασμένα σε χάρτινη συσκευασία εσωτερικά και χάρτινο κιβώτιο υψηλής αντοχής εξωτερικά. Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745
4	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ (12PLY) ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, με πυκνότητα 18 ± 2 κλωστών/cm² και βάρος τουλάχιστον 24gr/m². Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, καθαρή, λευκή, για χειρουργική χρήση. Να είναι μη αποστειρωμένη, μίας χρήσης, να μην αφήνει υπόλειμμα και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλτες και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Τα επιθέματα να είναι σιδερωμένα με διπλωμένες τις άκρες και να είναι 12 διπλώσεων ανά τεμάχιο. Με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να είναι διπλωμένη και να προσφέρεται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. Τα υλικά συσκευασίας να παρέχουν υψηλή προστασία από υγρασία και ρύπους και ανθεκτικότητα κατά τη μεταφορά. Να προσφέρονται συσκευασμένα σε χάρτινη συσκευασία εσωτερικά και χάρτινο κιβώτιο υψηλής αντοχής εξωτερικά. Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745
5	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ NON WOVEN 10cmX10cm 4PLY ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	Τα επιθέματα να είναι κατασκευασμένα από λευκό μη υφασμένο υλικό (nonwoven) αρίστης ποιότητας και υψηλής απορροφητικότητας. Να είναι 4 διπλώσεων, υποαλλεργικά, μη αποστειρωμένα. Να διατίθενται σε χάρτινη, σφραγισμένη συσκευασία των 100 τεμαχίων, εντός σφραγισμένου χαρτοκιβωτίου, για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση. Να είναι κατασκευασμένα από ίνες κυτταρίνης, βισκόζης-πολυεστέρα, υψηλής αντοχής σύμφωνα με το πρότυπα EN 1644-1 και EN 1644-2. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745

		Διαστάσεις 10cmX10cm.
6	ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΚΟΜΜΕΝΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 35X35cm ±5cm	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, με πυκνότητα 18 ± 2 κλωστών/cm² και βάρος τουλάχιστον 24gr/m². Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, καθαρή, λευκή, για χειρουργική χρήση. Να είναι αποστειρωμένη, μίας χρήσης, να μην αφήνει υπόλειμμα και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Η γάζα να είναι σιδερωμένη με διπλωμένες τις άκρες και να είναι 8 διπλώσεων ανά τεμάχιο. Με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να προσφέρεται σε συσκευασία των 3 ± 2 τεμαχίων. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003 Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745
		Διάσταση: 35X35cm ±5cm
7	ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ	Να είναι υδρόφιλη, κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι, να έχει υποστεί λεύκανση, να είναι λευκή, καθαρή, σιδερωμένη, άοσμη χωρίς ατέλειες (χνούδια, ξέφτια) χωρίς ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.). Να είναι απαλλαγμένη από κόλλες και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια). Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN14079/2003: - Αριθμός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm²) 18 ± 2 τουλάχιστον. - Κλωστές ανά στήμονα ανά 10 εκ. 100 ± 5. - Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5 εκ. στη διεύθυνση του στήμονα 50. - Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80 ± 5. - Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5 εκ. στη διεύθυνση της κρόκης 30. Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m²) 24gr/m² Η γάζα να είναι τυλιγμένη σε συμπαγές ρολό και να φέρεται εντός ατομικής συσκευασίας από ανθεκτικό πλαστικό ή άλλο ισοδύναμο προστατευτικό περίβλημα, σφραγισμένο από τον κατασκευαστή, ώστε να προστατεύεται από επιμολύνσεις και φθορές κατά τη μεταφορά και αποθήκευση του. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003 και εναρμονισμένη με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2017/745
		Διαστάσεις γάζας 90cm±5cmX100m±1m
8	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ	Να είναι κατασκευασμένα από γάζα 100% βαμβάκι, άριστης ποιότητας, υψηλής απορροφητικότητας, σιδερωμένα, να έχουν υποστεί πλήρη λεύκανση, να είναι καθαρά, λευκά, άοσμα, δίχως ατέλειες (χνούδια, ξέφτια). Να είναι απαλλαγμένα από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.). Η πυκνότητα της ύφανσης να είναι 18 ± 2 κλωστών και βάρος 24gr/m². Το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση και η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Το σχήμα τους να είναι σφαιρικό, ανά τεμάχιο, με τις άκρες γυρισμένες στο εσωτερικό, ώστε να μην ξεφτίζουν. Πρέπει να είναι σφιχτά διπλωμένα και να μην αλλοιώνεται το σχήμα τους κατά την χρήση. Να έχουν ενσωματωμένο ακτινοσκιερό νήμα περιεκτικότητας θειικού βαρίου από 45% έως 60% ραμμένο σταθερά στην μάζα της γάζας, το οποίο να είναι ορατό και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το βαριούχο νήμα να είναι με τα χαμηλότερα επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών, να είναι latexfree. Να διατίθενται σε νάυλον σφραγισμένη συσκευασία των 100 τεμαχίων, εντός σφραγισμένου χαρτοκιβωτίου, για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση. Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745

		Διαστάσεις: 6cmX6cm ±1 cm
		8cmX8cm ±1 cm
		20cmX20cm ±1 cm
		30cmX30cm ±1 cm
		40cmX40cm ±1 cm
9	ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ (PATTIES) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ ΥΛΙΚΟ (NON- WOVEN) ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ	Επιθέματα για χρήση σε επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης και εγκεφάλου. Να είναι αποστειρωμένα και κατασκευασμένα από αρίστης ποιότητας μη υφαντό υλικό (non-woven) και συγκεκριμένα από συνθετικές ίνες, βαμβάκι ή μείγμα αυτών, Latexfree. Υψηλής καθαρότητας και ειδικής επεξεργασίας (lint-free), ώστε να μην απελευθερώνουν καθόλου ίνες ή χνούδι στο χειρουργικό πεδίο. Να διακρίνονται για την υψηλή απορροφητικότητά τους και συγκεκριμένα πρέπει να απορροφούν 10-20 φορές το βάρος τους σε υγρά (αίμα, ENY), διατηρώντας το σχήμα τους και τη συνεκτικότητά τους. Να έχουν λεία επιφάνεια και να είναι ατραυματικά (non-adhered) ώστε να μη προσφύονται στον νευρικό ιστό και να αποτρέπουν τον τραυματισμό του κατά την αφαίρεσή τους. Κάθε επίθεμα (patty) πρέπει να έχει ενσωματωμένο, σταθερά προσαρτημένο, ακτινοσκοπικό στοιχείο (νήμα ή ταινία) από θεϊκό βάριο ή ισοδύναμο βιοσυμβατό υλικό, ποσότητας από 45% έως 60%, ώστε να είναι ορατά και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Πρέπει να διαθέτουν έγχρωμο νήμα μήκους 25-30cm σταθερά προσαρτημένο (ραμμένο ή θερμοσυγκολλημένο). Να προσφέρονται σε αποστειρωμένη συσκευασία, τοποθετημένα πάνω σε ειδική καρτέλα μέτρησης. Η συσκευασία πρέπει να είναι ατομική (peel-pack) και αποστειρωμένη με ακτινοβολία γ ή ΕΤΟ (EthyleneOxide). Να συμμορφώνονται με τα πρότυπα αποστείρωσης ISO 11135 ή ISO 11137 και το εργοστάσιο πρέπει να διαθέτει ISO 13485. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745
		Διαστάσεις: 12,5mmX40mm ±5 mm
10	ΡΟΛΟ ΓΑΖΑΣ (MIKULICZ) ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, σε μορφή συνεχόμενης κορδέλας, με πυκνότητα 18±2 κλωστών/cm² και βάρος τουλάχιστον 24gr/m². Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας (ικανότητα απορρόφησης 6-8 φορές το βάρος της), άοσμη, λευκή καθαρή για χειρουργική χρήση. Να είναι μη αποστειρωμένη, να μην αφήνει υπόλειμμα χνούδια ή ίνες (lint-free) και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλτες και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Τα άκρα της κορδέλας πρέπει να είναι εσωτερικά διπλωμένα και ΟΧΙ κομμένα. Να φέρει βαριούχο ακτινοσκοπικό νήμα σε όλο το μήκος της γάζας με περιεκτικότητα θεϊκού βαρίου από 45% έως 60% το οποίο να είναι ραμμένο εσωτερικά κατά μήκος της γάζας και όχι κολλημένο στην επιφάνειά της και ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το βαριούχο νήμα να έχει χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών και να είναι latexfree. Να είναι 4 διπλώσεων. Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU) 2017/745
		Διαστάσεις: 5cm±2 X100m

11	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ (ΛΩΡΙΔΕΣ MIKULICZ) ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ – ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, σε μορφή συνεχόμενης κορδέλας, με πυκνότητα 18 ± 2 κλωστών/cm² και βάρος τουλάχιστον 24gr/m². Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας (ικανότητα απορρόφησης 6-8 φορές το βάρος της), άοσμη, λευκή καθαρή για χειρουργική χρήση. Να είναι μη αποστειρωμένη, να μην αφήνει υπόλειμμα χνούδια ή ίνες(lint-free) και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλεις και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Τα άκρα της κορδέλας πρέπει να είναι εσωτερικά διπλωμένα και ΟΧΙ κομμένα. Να φέρει βαριούχο ακτινοσκοπικό νήμα σε όλο το μήκος της γάζας με περιεκτικότητα θειικού βαρίου από 45% έως 60% το οποίο να είναι ραμμένο εσωτερικά κατά μήκος της γάζας και όχι κολλημένο στην επιφάνειά της και ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το βαριούχο νήμα να έχει χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών και να είναι latexfree. Να είναι 4 διπλώσεων. Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU) 2017/745
12	ΡΟΛΟ ΓΑΖΑΣ (ΚΟΡΔΕΛΑ) ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα,σε μορφή συνεχόμενης κορδέλας, με πυκνότητα 18 ± 2 κλωστών/cm² και βάρος τουλάχιστον 24gr/m². Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας (ικανότητα απορρόφησης 6-8 φορές το βάρος της), άοσμη, λευκή καθαρή για χειρουργική χρήση. Να είναι μη αποστειρωμένη, να μην αφήνει υπόλειμμα χνούδια ή ίνες(lint-free) και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλεις και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Τα άκρα της κορδέλας πρέπει να είναι εσωτερικά διπλωμένα και ΟΧΙ κομμένα. Να είναι 4 διπλώσεων. Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745

13	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ (16PLY)	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, με πυκνότητα 18±2 κλωστών/cm² και βάρος τουλάχιστον 24gr/m². Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, καθαρή, λευκή, για χειρουργική χρήση. Να είναι μη αποστειρωμένη, μίας χρήσης, να μην αφήνει υπόλειμμα και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλεις και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Τα επιθέματα να είναι σιδερωμένα με διπλωμένες τις άκρες και να είναι 16 διπλώσεων ανά τεμάχιο. Με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να φέρουν βαριούχο ακτινοσκοπικό νήμα το οποίο να είναι ραμμένο εσωτερικά κατά το μήκος της γάζας και όχι κολλημένο στην επιφάνειά της με περιεκτικότητα θειικού βαρίου από 45% έως 60% ,το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το βαριούχο νήμα να είναι με τα χαμηλότερα επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών και να είναι latexfree. Να είναι διπλωμένη και να προσφέρεται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. Τα υλικά εσωτερικής συσκευασίας να παρέχουν υψηλή προστασία από υγρασία και ρύπους και ανθεκτικότητα κατά τη μεταφορά. Να προσφέρονται συσκευασμένα σε χάρτινο κιβώτιο υψηλής αντοχής εξωτερικά Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745 Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος στο στάδιο της αξιολόγησης, όχι μεμονωμένα τεμάχια αλλά στη ζητούμενη συσκευασία για κάθε είδος π.χ συσκευασία των 100 τεμαχίων. Διαστάσεις: 5cmX5cm±5%
----	--	---

Οι ποσότητες που αναλογούν στο κάθε είδος αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Είδος	Τεχνική περιγραφή	ΠΟΣΟΤΗΤΑ			ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ	ΑΝΕΥ ΦΠΑ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 13%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
			Γ.ΓΕΝ/ΤΑΣ	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Γ.ΓΕΝ/ΤΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ			
1	ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΑΚΤΝΟΣΚΙΕΡΗ (8ply) ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, άριστης ποιότητας, με πυκνότητα 18±2 κλωστών/cm2 και βάρος τουλάχιστον 24gr/m2. Η γάζα πρέπει να έχει υποστεί πλήρη λεύκανση, να είναι υψηλής απορροφητικότητας, καθαρή, σιδερωμένη, άοσμη, για χειρουργική χρήση, προπλυμένη μη αποστειρωμένη, μίας χρήσης. Να μην αφήνει υπολείμματα κλωστής κατά την χρήση της(χνούδια, ξέφτια).Να είναι απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα στην ύφανση(σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π)και απόλυτα καθαρή από κάθε χημική ουσία χωρίς κατάλοιπα από κόλλα. Το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση και η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να είναι κομμένη ισομετρικά και γαζωμένη περιμετρικά και χιαστί ή σταυρωτά, χωρίς ατέλειες. Να φέρει υφασμένο βαριούχο ακτινοσκιερό νήμα σε όλο το μήκος της γάζας με περιεκτικότητα θειικού βαρίου από 45% έως 60%, το οποίο να είναι ραμμένο εσωτερικά κατά μήκος της γάζας και όχι κολλημένο στην επιφάνειά της και ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το βαριούχο νήμα να έχει χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών και να είναι latexfree.Να φέρει μακρύ βρόγχο ασφαλείας από βαμβάκι 100%, καλά γαζωμένο, μήκους 22±2cm. Με 8 διπλώσεις (8PLY) Θα πρέπει να είναι διπλωμένη και να προσφέρεται ανά 5 τεμάχια.Τα υλικά συσκευασίας να παρέχουν υψηλή προστασία από υγρασία και ρύπους και ανθεκτικότητα κατά τη μεταφορά.Η εσωτερική συσκευασία να είναι από νάυλον και η εξωτερική να είναι χάρτινο κιβώτιο υψηλής αντοχής. Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745									

2	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ 10cmX20cm ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ (12ply) ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	Διάσταση: 40cmX40cm	50.000		50.000	0,2600	13.000,00		13.000,00	1.690,00	14.690,00
		Διάσταση: 45cmX45cm		25.000	25.000	0,3000		7.500,00	7.500,00	975,00	8.475,00
		Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, με πυκνότητα 18±2 κλωστών/cm2 και βάρος τουλάχιστον 24gr/m2. Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, καθαρή, λευκή, για χειρουργική χρήση. Να είναι μη αποστειρωμένη, μίας χρήσης, να μην αφήνει υπόλειμμα και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλεις και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Τα επιθέματα να είναι σιδερωμένα με διπλωμένες τις άκρες και να είναι 12 διπλώσεων ανά τεμάχιο. Με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να φέρουν υφασμένο βαριούχο ακτινοσκοιρό νήμα το οποίο να είναι ραμμένο εσωτερικά κατά το μήκος της γάζας, και όχι κολλημένο στην επιφάνειά της, με περιεκτικότητα θειικού βαρίου από 45% έως 60%,το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το βαριούχο νήμα να είναι με τα χαμηλότερα επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών και να είναι latexfree. Να είναι διπλωμένη και να προσφέρεται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. Τα υλικά συσκευασίας να παρέχουν υψηλή προστασία από υγρασία και ρύπους και ανθεκτικότητα κατά τη μεταφορά. Να προσφέρονται συσκευασμένα σε χάρτινη συσκευασία εσωτερικά και χάρτινο κιβώτιο υψηλής αντοχής εξωτερικά. Τα επιθέματα να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745									
Διάσταση: 10cmX20cm.	80.000	40.000	120.000	0,0700	5.600,00	2.800,00	8.400,00	1.092,00	9.492,00		

		Διάσταση: 7,5cmX7,5cm	1.500		1.500	0,1200	180,00		180,00	23,40	203,40
3	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ 10cmX20cm ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ (24ply) ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, με πυκνότητα 18±2 κλωστών/cm2 και βάρος τουλάχιστον 24gr/m2. Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, καθαρή, λευκή, για χειρουργική χρήση.Να είναι μη αποστειρωμένη, μίας χρήσης, να μην αφήνει υπόλειμμα και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλεις και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Τα επιθέματα να είναι σιδερωμένα με διπλωμένες τις άκρες και να είναι 24 διπλώσεων ανά τεμάχιο. Με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να φέρουν υφασμένο βαριούχο ακτινοσκοιρό νήμα το οποίο να είναι ραμμένο εσωτερικά κατά το μήκος της γάζας και όχι κολλημένο στην επιφάνειά της με περιεκτικότητα θειικού βαρίου από 45% έως 60% ,το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το βαριούχο νήμα να είναι με τα χαμηλότερα επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών και να είναι latexfree. Να είναι διπλωμένη και να προσφέρεται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. Τα υλικά συσκευασίας να παρέχουν υψηλή προστασία από υγρασία και ρύπους και ανθεκτικότητα κατά τη μεταφορά. Να προσφέρονται συσκευασμένα σε χάρτινη συσκευασία εσωτερικά και χάρτινο κιβώτιο υψηλής αντοχής εξωτερικά. Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745									
		Διάσταση 10cmX20cm.	60.000	5.000	65.000	0,0930	5.580,00	465,00	6.045,00	785,85	6.830,85

4	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ (12PLY) ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, με πυκνότητα 18 ±2 κλωστών/cm2 και βάρος τουλάχιστον 24gr/m2. Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, καθαρή, λευκή, για χειρουργική χρήση. Να είναι μη αποστειρωμένη, μίας χρήσης, να μην αφήνει υπόλειμμα και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλεις και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Τα επιθέματα να είναι σιδερωμένα με διπλωμένες τις άκρες και να είναι 12 διπλώσεων ανά τεμάχιο. Με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να είναι διπλωμένη και να προσφέρεται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. Τα υλικά συσκευασίας να παρέχουν υψηλή προστασία από υγρασία και ρύπους και ανθεκτικότητα κατά τη μεταφορά. Να προσφέρονται συσκευασμένα σε χάρτινη συσκευασία εσωτερικά και χάρτινο κιβώτιο υψηλής αντοχής εξωτερικά. Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745									
		Διάσταση 10cmX20cm.	50.000	60.000	110.000	0,0370	1.850,00	2.220,00	4.070,00	529,10	4.599,10
5	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ NON WOVEN 10cmX10cm 4PLY ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	Τα επιθέματα να είναι κατασκευασμένα από λευκό μη υφασμένο υλικό (nonwoven) αρίστης ποιότητας και υψηλής απορροφητικότητας. Να είναι 4 διπλώσεων, υποαλλεργικά, μη αποστειρωμένα. Να διατίθενται σε χάρτινη, σφραγισμένη συσκευασία των 100 τεμαχίων, εντός σφραγισμένου χαρτοκιβωτίου, για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση. Να είναι κατασκευασμένα από ίνες κυτταρίνης, βισκόζης-πολυεστέρα, υψηλής αντοχής σύμφωνα με το πρότυπα EN 1644-1 και EN 1644-2. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745									

		Διαστάσεις 10cmX10cm.	300.000	100.000	400.000	0,0860	25.800,00	8.600,00	34.400,00	4.472,00	38.872,00
6	GAZA ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΚΟΜΜΕΝΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 35X35cm ±5cm	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, με πυκνότητα 18 ±2κλωστών/cm² και βάρος τουλάχιστον 24gr/m². Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, καθαρή, λευκή, για χειρουργική χρήση. Να είναι αποστειρωμένη, μίας χρήσης, να μην αφήνει υπόλειμμα και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλεις και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Η γάζα να είναι σιδερωμένη με διπλωμένες τις άκρες και να είναι 8 διπλώσεων ανά τεμάχιο. Με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να προσφέρεται σε συσκευασία των 3 ±2 τεμαχίων. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003 Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745									
		Διάσταση:35X35cm ±5cm	350.000	200.000	550.000	0,0850	29.750,00	17.000,00	46.750,00	6.077,50	52.827,50
7	GAZA ΑΠΛΗ	Να είναι υδρόφιλη, κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι, να έχει υποστεί λεύκανση, να είναι λευκή, καθαρή, σιδερωμένη, άοσμη χωρίς ατέλειες (χνούδια, ξέφτια) χωρίς ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π). Να είναι απαλλαγμένη από κόλεις και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια). Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN14079/2003: - Αριθμός των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm²) 18±2 τουλάχιστον. - Κλωστές ανά στήμονα ανά 10 εκ. 100±5. - Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5 εκ. στη διεύθυνση του στήμονα 50. - Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκ. 80±5. - Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5 εκ. στη									

		διεύθυνση της κρόκης 30. Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m2) 24gr/m2 Η γάζα να είναι τυλιγμένη σε συμπαγές ρολό και να φέρεται εντός ατομικής συσκευασίας από ανθεκτικό πλαστικό ή άλλο ισοδύναμο προστατευτικό περίβλημα, σφραγισμένο από τον κατασκευαστή, ώστε να προστατεύεται από επιμολύνσεις και φθορές κατά τη μεταφορά και αποθήκευση του. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003 και εναρμονισμένη με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2017/745									
		Διαστάσεις γάζας 90cm±5cmX100m±1m	160.000	105.000	265.000	0,1100	17.600,00	11.550,00	29.150,00	3.789,50	32.939,50
8	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ	Να είναι κατασκευασμένα από γάζα 100% βαμβάκι, άριστης ποιότητας, υψηλής απορροφητικότητας, σιδερωμένα, να έχουν υποστεί πλήρη λεύκανση, να είναι καθαρά, λευκά, άοσμα, δίχως ατέλειες (χνούδια, ξέφτια). Να είναι απαλλαγμένα από κόλλες και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π). Η πυκνότητα της ύφανσης να είναι 18±2 κλωστών και βάρος 24gr/m2. Το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση και η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Το σχήμα τους να είναι σφαιρικό, ανά τεμάχιο, με τις άκρες γυρισμένες στο εσωτερικό, ώστε να μην ξεφτίζουν. Πρέπει να είναι σφιχτά διπλωμένα και να μην αλλοιώνεται το σχήμα τους κατά την χρήση. Να έχουν ενσωματωμένο ακτινοσκοιρό νήμα περιεκτικότητας θειικού βαρίου από 45% έως 60% ραμμένο σταθερά στην μάζα της γάζας, το οποίο να είναι ορατό και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το βαριούχο νήμα να είναι με τα χαμηλότερα επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών, να είναι latexfree. Να διατίθενται σε νάυλον σφραγισμένη συσκευασία των 100 τεμαχίων, εντός σφραγισμένου χαρτοκιβωτίου, για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση. Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα									

		Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745									
		Διαστάσεις: 6cmX6cm±1 cm	1.000		1.000	0,0350	35,00	0,00	35,00	4,55	39,55
		8cmX8cm ±1 cm	1.000	1.000	2.000	0,0063	6,30	6,30	12,60	1,64	14,24
		20cmX20cm ±1 cm	500	500	1.000	0,0150	7,50	7,50	15,00	1,95	16,95
		30cmX30cm ±1 cm	1.000		1.000	0,0350	35,00	0,00	35,00	4,55	39,55
		40cmX40cm ±1 cm	1.000	20.000	21.000	0,1450	145,00	2.900,00	3.045,00	395,85	3.440,85
9	ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ (PATTIES) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ ΥΛΙΚΟ (NON- WOVEN) ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ	Επιθέματα για χρήση σε επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης και εγκεφάλου. Να είναι αποστειρωμένα και κατασκευασμένα από αρίστης ποιότητας μη υφαντό υλικό (non-woven) και συγκεκριμένα από συνθετικές ίνες , βαμβάκι ή μείγμα αυτών, Latexfree.Υψηλής καθαρότητας και ειδικής επεξεργασίας (lint-free), ώστε να μην απελευθερώνουν καθόλου ίνες ή χνούδι στο χειρουργικό πεδίο. Να διακρίνονται για την υψηλή απορροφητικότητά τους και συγκεκριμένα πρέπει να απορροφούν 10-20 φορές το βάρος τους σε υγρά (αίμα, ENY), διατηρώντας το σχήμα τους και τη συνεκτικότητά τους. Να έχουν λεία επιφάνεια και να είναι ατραυματικά (non-adhered) ώστε να μη προσφύονται στον νευρικό ιστό και να αποτρέπουν τον τραυματισμό του κατά την αφαίρεσή τους.Κάθε επίθεμα (patty) πρέπει να έχει ενσωματωμένο, σταθερά προσαρτημένο, ακτινοσκιερό στοιχείο (νήμα ή ταινία)από θειικό βάριο ή ισοδύναμο βιοσυμβατό υλικό, ποσότητας από 45% έως 60%,ώστε να είναι ορατά και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Πρέπει να διαθέτουν έγχρωμο νήμα μήκους 25-30cm σταθερά προσαρτημένο (ραμμένο ή θερμοσυγκολλημένο). Να προσφέρονται σε αποστειρωμένη συσκευασία, τοποθετημένα πάνω σε ειδική καρτέλα μέτρησης. Η συσκευασία πρέπει να είναι ατομική (reel-pack) και αποστειρωμένη με ακτινοβολία γ ή ΕΤΟ (EthyleneOxide). Να συμμορφώνονται με τα πρότυπα αποστείρωσης ISO 11135 ή ISO 11137 και το εργοστάσιο πρέπει να διαθέτει ISO 13485.									

		Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745									
		Διαστάσεις:12,5mmΧ40mm ±5mm	1.000		1.000	1,5000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	195,00	1.695,00
10	ΡΟΛΟ ΓΑΖΑΣ (MIKULICZ) ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, σε μορφή συνεχόμενης κορδέλας, με πυκνότητα 18±2 κλωστών/cm2 και βάρος τουλάχιστον 24gr/m2. Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας (ικανότητα απορρόφησης 6-8 φορές το βάρος της), άοσμη, λευκή καθαρή για χειρουργική χρήση. Να είναι μη αποστειρωμένη, να μην αφήνει υπόλειμμα χνούδια ή ίνες(lint-free) και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλτες και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Τα άκρα της κορδέλας πρέπει να είναι εσωτερικά διπλωμένα και ΟΧΙ κομμένα. Να φέρει βαριούχο ακτινοσκοπικό νήμα σε όλο το μήκος της γάζας με περιεκτικότητα θειικού βαρίου από 45% έως 60% το οποίο να είναι ραμμένο εσωτερικά κατά μήκος της γάζας και όχι κολλημένο στην επιφάνειά της και ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το βαριούχο νήμα να έχει χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών και να είναι latexfree. Να είναι 4 διπλώσεων. Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU) 2017/745									
		Διαστάσεις: 5cm±2 Χ100m	6	5	11	70,0000	420,00	350,00	770,00	100,10	870,10

11	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ (ΛΩΡΙΔΕΣ MIKULICZ) ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ – ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, σε μορφή συνεχόμενης κορδέλας, με πυκνότητα 18±2 κλωστών/cm2 και βάρος τουλάχιστον 24gr/m2. Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας (ικανότητα απορρόφησης 6-8 φορές το βάρος της), άοσμη, λευκή καθαρή για χειρουργική χρήση. Να είναι μη αποστειρωμένη, να μην αφήνει υπόλειμμα χνούδια ή ίνες(lint-free) και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλεις και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Τα άκρα της κορδέλας πρέπει να είναι εσωτερικά διπλωμένα και ΟΧΙ κομμένα. Να φέρει βαριούχο ακτινοσκοιρό νήμα σε όλο το μήκος της γάζας με περιεκτικότητα θειικού βαρίου από 45% έως 60% το οποίο να είναι ραμμένο εσωτερικά κατά μήκος της γάζας και όχι κολλημένο στην επιφάνειά της και ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το βαριούχο νήμα να έχει χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών και να είναι latexfree. Να είναι 4 διπλώσεων. Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU) 2017/745									
		Διαστάσεις: 8cmX90cm		400	400	0,2600	0,00	104,00	104,00	13,52	117,52
12	ΡΟΛΟ ΓΑΖΑΣ (ΚΟΡΔΕΛΑ) ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα,σε μορφή συνεχόμενης κορδέλας, με πυκνότητα 18±2 κλωστών/cm2 και βάρος τουλάχιστον 24gr/m2. Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας (ικανότητα απορρόφησης 6-8 φορές το βάρος της), άοσμη, λευκή καθαρή για χειρουργική χρήση. Να είναι μη αποστειρωμένη, να μην αφήνει υπόλειμμα χνούδια ή ίνες(lint-free) και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλεις και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών									

		κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Τα άκρα της κορδέλας πρέπει να είναι εσωτερικά διπλωμένα και ΟΧΙ κομμένα. Να είναι 4 διπλώσεων. Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745									
		Διαστάσεις: 4cm±2X100cm	5		5	60,0000	300,00	0,00	300,00	39,00	339,00
13	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ (16PLY)	Γάζα από βαμβάκι 100% υδρόφιλα νήματα, με πυκνότητα 18±2 κλωστών/cm2 και βάρος τουλάχιστον 24gr/m2. Αρίστης ποιότητας με πλήρη λεύκανση, υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, καθαρή, λευκή, για χειρουργική χρήση.Να είναι μη αποστειρωμένη, μίας χρήσης, να μην αφήνει υπόλειμμα και να μην ξεφτίζει κατά την χρήση της. Να είναι απαλλαγμένη από κόλές και ελαττώματα ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), και χωρίς την παρουσία ρυπαρών ουσιών, μηχανέλαια κλπ. Τα επιθέματα να είναι σιδερωμένα με διπλωμένες τις άκρες και να είναι 16 διπλώσεων ανά τεμάχιο. Με ύφανση ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Να φέρουν βαριούχο ακτινοσκοιρό νήμα το οποίο να είναι ραμμένο εσωτερικά κατά το μήκος της γάζας και όχι κολλημένο στην επιφάνειά της με περιεκτικότητα θειικού βαρίου από 45% έως 60% ,το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το βαριούχο νήμα να είναι με τα χαμηλότερα επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών και να είναι latexfree. Να είναι διπλωμένη και να προσφέρεται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. Διάσταση: Τα υλικά εσωτερικής συσκευασίας να παρέχουν υψηλή προστασία από υγρασία και ρύπους και ανθεκτικότητα κατά τη μεταφορά. Να προσφέρονται συσκευασμένα σε χάρτινο κιβώτιο υψηλής αντοχής εξωτερικά Να είναι από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το									

		πρότυπο EN 14079/2003. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων MDR (EU)2017/745 Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος στο στάδιο της αξιολόγησης, όχι μεμονωμένα τεμάχια αλλά στη ζητούμενη συσκευασία για κάθε είδος π.χ συσκευασία των 100 τεμαχίων.									
		Διαστάσεις: 5cmX5cm±5%	1.500		1.500	0,1000	150,00	0,00	150,00	19,50	169,50
		ΣΥΝΟΛΑ							155.461,60	20.210,01	175.671,61

Η ετήσια προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το είδος «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (CPV: 33141114-2» ανέρχεται σε 155.461,60€ χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 13% διαμορφώνεται σε 175.671,61€.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2. ΤΣΟΥΛΦΑΪΔΟΥ ΒΙΚΥ – ANNETA
3. ΤΑΤΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Το γνήσιο της υπογραφής

Η Διευθύντρια Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας

Χρηστίνα Δαλάτση

2026DIAB33271